

**A húgycső betegségeinek urethroszkopiai kórjelzése és orvoslása / írta Feleky Húgó.**

**Contributors**

Feleky, Húgó.

**Publication/Creation**

Budapest : Universitas Könyvkiadó társaság, 1916.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/ebhxtfqc>


**License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>







22500310062

Med  
K32616

A

HUOVCSŐ-BETEGSÉGEINEK  
URETHROSKOPIAI  
KÖRJELZÉSE ÉS ORVOSLÁSA

PÉTERY IMRE DR.

Magyar Orvosi Akadémia  
Kísérleti Orvostudományi Intézetének  
Főorvosa


78 ABRAVÁLL ÉS 5 SZÍNYOMÁSÚ TÁBLÁVAL



*Handwritten signature or initials*

UNIVERSITÁSI  
KÖNYVTÁRSÁG  
BUDAPEST, 1910





A  
HÚGYCSŐ BETEGSÉGEINEK  
URETHROSKOPIAI  
KÓRJELZÉSE ÉS ORVOSLÁSA

IRTA

FELEKY HÚGÓ D<sup>R</sup>

EGYETEMI MAGÁNTANÁR

A BUDAPESTI POLIKLINIKA HÚGY-IVARSZERVI OSZTÁLYÁNAK  
FŐORVOSA

78 ÁBRÁVAL ÉS 5 SZINNYOMÁSÚ TÁBLÁVAL.



*Handwritten signature: M. Kovács*

UNIVERSITAS  
KÖNYVKIADÓ TÁRSASÁG  
BUDAPEST, 1916.



A

# HÜGYCSŐ BETEGSÉGEINEK URETHROSKOPIAI KÖRJELZÉSE ÉS ORVOSLÁSA

1952  
25  
475

NYUGAT-NYOMDA

FELEKY HÜGÖ DR.

NYUGAT-NYOMDA  
KÖNYVNYOMDÁI ÉS KÖNYVÁLLASZÁSAI  
NYUGAT-NYOMDA

NYUGAT-NYOMDA

1952



WELLCOME INSTITUTE  
LIBRARY

Wellcome
W3

UNIVERSITAS  
KÖNYVNYOMDÁI ÉS KÖNYVÁLLASZÁSAI

NYUGAT-NYOMDA.

## ELŐSZÓ.

Egy negyed évszázada annak, hogy mint kezdő orvos szerencsés lehettem az urethroscopia uttörő mestere, hazánkfia *Grünfeld* József oldala mellett működhetni. A mai urethroscopiai készülékek legfontosabb kelléke, az izzólámpácska akkor-tájt még újabb fölfedezés volt, az azzal fölszerelt urethroscopokat még csak elvétve alkalmazták. Grünfeld a maga szerkesztette régi rendszerű készülékkel, reflektált fényvel dolgozott.

Ezóta a technika egyes vivmányainak értékesítésével az urethroscopiai eszköztárnak nem remélt értékesítése vált lehetőségessé és ezzel párhuzamosan az urethroscopiai kórjelzés és therapia oly eredményeket tudott felmutatni, melyek minden szakemberben az eljárás szükségességének és sokszor nélkülözhetetlen voltának a tudatát érlelték meg.

De a fejlődés e folyamatával velejárt az is, hogy a gyors egymásutánban készült újabb meg újabb szerkezetű urethroscopok és a különböző oldalról ajánlt más-más módszerek nagy sokaságával állunk szemben, ami ugyancsak megnehezíti az e téren okulást kereső kezdőnek a szükséges tájékozódást.

Mint a szóban levő disciplina állhatatos mivelője és kialakulásának gondos megfigyelője, talán a szerénység határainak túllépése nélkül vállalkoztam a modern urethroscopia rendszeres tankönyvének a megírására és az e téren szerzett észleleteimnek annak keretén belül való elmondására.

E könyv első tekintetre nyilván túlságosan terjedelmesnek látszik. De tapasztalataim arra a meggyőződésre juttattak, hogy az ily tankönyv hasznavehetőségének fontos feltétele,



hogy az a fejtegetett módszerek alkalmazásával járó minden apró miveletet tüzetesen ismertessen. Ezek ismerete nélkül eljárásunk fogyatékos lesz és nemcsak a sikert kockáztatjuk, hanem lépten-nyomon műhibát követhetünk el.

A terjedelmességet az is öregbíti, hogy a therapia tárgyalásakor az urethroskopiai beavatkozások ismertetése mellett az egyéb gyógyító eljárások rövid vázolását is szükségesnek tartottam.

Iparkodtam, hogy a terjedelmesség ne hátráltassa az anyag áttekinthetőségét és a feldolgozás egyöntetűségét.

Hogy mennyiben volt szerencsém céloimat elérhetni, azt olvasóim hivatottak megbírálni, — törekvésem mindenesetre túlszárnyalta képességemet.

Végül legyen szabad megjegyezni, hogy e munka, mely címe szerint a húgycső betegségeinek urethroskopiáját tárgyalja, főképp a *férfi*-húgycsővel foglalkozik behatóan. Ahol tehát a szövegben közelebbi megjelölés nincsen, ott a férfi húgycsőről van szó.

Budapest 1916 augusztus 1.

A szerző.

## Tartalomjegyzék.

### I. Bevezetés.

	Lap		Lap
Az urethroszkopia fogalma ...	1	Az urethroszkopiai eljárás fon-	
Az urethroszkopiai eljárás tör-		tossága ... ..	8
ténelmi fejlődése ... ..	2	Anatómiai és physiologiai ada-	
		tok ... ..	11

### II. A használatos urethroszkopiai készülékek.

Az urethroskopok alkotó ré-		throskopok belső fényforrás-	
szei ... ..	26	sal ... ..	41
1. Urethroskopok külső fény-		A Loewenhardt-féle urethro-	
forrással ... ..	28	skop ... ..	41
A Leiter-féle panelektroskop...	28	A Kollmann—Wiehe-féle ure-	
A Casper-féle urethroskop ...	30	throskop tágitó-tubussal ...	41
A Görl-féle urethroskop ... ..	31	A Wasserthal-féle aëroure-	
A Brünings-féle urethroskop	32	throskop ... ..	42
Feleky-féle megaloskop ... ..	33	A Wossidlo-féle készülék ure-	
A külső fényforrással bíró		throszkopia posterior részére	42
urethroskopok gyakorlati		Az irrigációs urethroszkopia ...	44
szempontból való egybevető		Goldschmidt urethroskopja az	
birálata ... ..	33	elülső húgycsőrészlet szá-	
Külön célokat szolgáló ure-		mára ... ..	45
throskopok külső fényforrással	35	Goldschmidt urethroskopja a	
Brown-féle tágitó-speculum	35	hátulsó húgycsőrészlet szá-	
Smith-féle tágitó-speculum... ..	35	mára ... ..	46
Antal-féle aërourethroskop ...	36	A Wossidlo-féle irrigációs ure-	
Fenwick-féle aërourethroskop	37	throskop ... ..	48
2. Urethroskopok belső fényfor-		A Jakoby-féle retrograd ure-	
rússal. A Valentine-féle ure-		throskop ... ..	49
throskop ... ..	38	A Buerger-féle kysto-urethro-	
A Luys-féle urethroskop ... ..	39	skop ... ..	49
A Kaufmann-féle urethrotele-		Az ismertetett urethroskopok	
skop ... ..	40	összehasonlító birálata ... ..	49
Külön célokat szolgáló ure-			

### III. Villamos áramot szolgáltató készülékek.

Kapcsoló-készülékek ... ..	52	Galván-telep mint áramforrás	54
Akkumulátorok ... ..	53		

### IV. Vizsgálati segédeszközök.

Csöppentő-készülék a hátulsó		Fecskendő az elülső húgycső-	
húgycsőrészlet érzésteleníté-		részlet érzéstelenítésére ... ..	57
sére ... ..	57	Tampontartók ... ..	58



## V. Aszepszis, antiszepszis.

	Lap		Lap
A műszerek csiramentessé tevése ... ..	60	A beavatkozás helyének a dezinficiálása ... ..	64
Kezünk dezinficiálása ... ..	64		

## VI. A vizsgálat foganatosításának módja.

Előkészületek a vizsgálatra ...	65	gálata ... ..	68
A vizsgálati eljárás menete ...	67	A hátulsó húgycsőrészlet vizsgálata ... ..	69
Az elülső húgycsőrészlet vizsgálata ... ..			

## VII. Az egészséges húgycső urethroskopiája.

A tükörkép alakja egyenes, hátul nyílt tubus alkalmazásakor ... ..	71	2. A hátulsó húgycsőrészlet urethroskopiai képe ... ..	80
A tükörkép alakja az irrigációs és az aërourethroskopok alkalmazásakor ... ..	72	Vizsgálati lelet az egyenes nyílt speculum alkalmazásakor ... ..	80
A nyálkahártya consistentiája, színe, felülete ... ..	73	Vizsgálati lelet az irrigációs urethroskop alkalmazásakor ... ..	82
A fényreflex ... ..	77	Vizsgálati lelet a Wossidlo-féle készülék alkalmazásakor ... ..	84
1. Az elülső húgycsőrészlet urethroskopiai képe ... ..	78	A női húgycső urethroskopiája ... ..	84

## VIII. A húgycső betegségeinek kórjelzése és kezelése.

## I. A húgycső gonorrhoeás gyuladása.

A) Urethroskopiai kórjelzés.		<i>eseteiben észlelhető urethroskopiai képek ... ..</i>		103
a) A hevenyés (akút) gonorrhoeás húgycsőgyulladás ... ..	88	Az urethritis postgonorrhoeica ... ..		104
Urethroskopiai lelet... ..	89	A női húgycső gonorrhoeás gyuladása ... ..		105
b) Az idült gonorrhoeás húgycsőgyulladás ... ..	90	B) A húgycsőkankó urethroskopiai gyógykezelése.		
A nyálkahártya szövetbeli elváltozásai. (Lágy infiltratum. Merev infiltratum. Granulatiók. Papillomák. Urethritis desquamativa. Pachydermia. Argyrosis ... ..	91	1. A hevenyés (akut) húgycsőkankó therapiája ... ..		106
Urethroskopiai lelet az elülső húgycsőrészletben ... ..	96	a) A hevenyés kankó abortív orvoslása ... ..		107
A hámréteg elváltozásainak urethroskopiai képe ... ..	97	A Janet-féle eljárás... ..		110
A lágy beszűrődések urethroskopiai képe ... ..	97	Abortív eljárás instillatiok útján ... ..		112
A merev beszűrődések urethroskopiai képe ... ..	99	A thermotherapia alkalmazása abortio céljából ... ..		112
Urethroskopiai lelet a hátulsó húgycsőrészletben ... ..	101	Az urethroskopiai úton fogansított abortív eljárás ... ..		113
A kankó egyes komplikációinak és következményeinek		b) A hevenyés kankó rendszeres orvoslása ... ..		116
		Az elülső húgycsőrészlet hevenyés kankójának rendszeres orvoslása ... ..		116



Lap	Lap		
A heveny�s urethritis gonorrhoeica totalis orvosl�sa ...	121	f) Kisebb seb�szi beavatkoz�sok ...	133
2. Az id�lt h�gycs�kank�o thera- pi�ja ...	122	Az ismertetett therapiai be- avatkoz�sok javalatainak �sszefoglal�sa ...	136
a) Gy�gyszeres kezel�s...	125	Urethritis postgonorrhoeica ...	140
b) M�chanikai gy�gyit�o el- j�r�s ...	128	A kank�s h�gycs�gyulladás gy�- gyul�s�nak urethroszkopiai �s egy�b kriteriumai ...	141
c) Elektrolysises beavatko- z�sok ...	130	A n� h�gycs�kank�j�nak ure- throszkopiai kezel�se ...	145
d) Galvanokausztikai elj�r�s	132		
e) Diathermi�s beavatkoz�- sok ...	132		
<b>2. A nem gonorrhoe�s h�gycs�gyulladás k�l�nb�z� alakjai.</b>			
A nemi �rintkez�s �tj�n, fert�- z�s �ltal keletkez�, nem go- norrhoe�s h�gycs�gyulladás	147	Urethritis irritativa ...	150
		Urethritis traumatica ...	153
		Urethritis papillomatosa ...	156
<b>3. A h�gycs� g�m�s megbeteged�se.</b>			
A h�gycs� g�m�s megbetege- d�s�nek k�rjelz�se ...	161	Therapia ...	162
<b>4. A h�gycs� syphilise.</b>			
K�rjelz�s ...	165	Therapia ...	166
<b>5. L�gy fekel�, b�rbajok a h�gycs�ben.</b>			
K�rjelz�s ...	167	Therapia ...	168
<b>6. H�gycs�-sz�k�let, h�gycs�fistula.</b>			
K�rjelz�s ...	168	A h�gycs�fistula ...	171
Therapia ...	170		
<b>7. A h�gycs�nek a prostata egyes megbeteged�seivel kapcsolatos k�ros elv�ltoz�sai.</b>			
Anatomiai adatok ...	172	Urethroszkopiai lelet ...	180
Prostatitis chronica ...	174	Urethroszkopiai therapia ...	182
Urethroszkopiai lelet ...	176	A prostata atroph�ja ...	184
A prostata hypertroph�ja ...	180	Urethroszkopiai lelet ...	185
<b>8. Daganatok a h�gycs�ben.</b>			
K�rjelz�s ...	186	Therapia ...	191
<b>9. H�gycs�-k�. Idegen-test a h�gycs�ben.</b>			
K�rjelz�s ...	192	Therapia ...	193
<b>10. A h�gycs� egyes fejl�d�si rendelleness�gei.</b>			
Vil�grahozott sz�k�let ...	197	Diverticulum ...	198
Billenty�k ...	197		
<b>11. A h�gycs� k�ros elv�ltoz�sai, a nemi szervek egyes m�k�d�si zavarai eseteiben.</b>			
Urethroszkopiai k�rjelz�s ...	201	Therapia ...	203
<b>IX. Az urethroszkopiai fotograf�l�s.</b>			
Kollmann-f�le fotograf�l�o ure- throskop ...	205	Goldschmidt-f�le fotograf�l�o urethroskop ...	206
A Kollmann-f�le urethroskop- pal k�sz�lt fotogrammok ...	206	A Goldschmidt-f�le urethro- skoppal k�sz�lt fotogrammok	207

## X. Színnyomásu urethroskopiai képek.

## A színnyomású tükörképek magyarázata.

	Lap		Lap
<i>I. tábla.</i> Az egészséges húgycső	213	<i>IV. tábla.</i> Különböző kóros folyamatok eseteiben észlelt tükörképek, kétszeres nagyításban ... ..	219
<i>II. tábla.</i> Urethritis gonorrhoeica	215	<i>V. tábla.</i> Az irrigációs methroskopokkal nyert leletek... ..	221
<i>III. tábla.</i> Különböző kóros folyamatok eseteiben észlelt tükörképek, eredeti nagyságukban ... ..	217		

---

**Névmutató.**


---

**Tárgymutató.**


---

**Sajtóhibák.**

12. oldalon 3. sorban : *környei* helyett *környezi*.

35. oldalon 8. sorban *polypusok* helyett „*polypusok*.”

81. oldalon alulról 11. sorban *45 ábra c.* helyett *45. ábra b.*

137. oldalon alulról 4. sorban *desquanatio* helyett *desquamatio*.

157. oldalon 20 sorban a *húgycsőpapillomák* helyett *e húgycsőpapillomák*.

159. oldalon alulról 20. sorban *papillomák után* teendő : (61. ábra *b)* és *c*).

205. oldalon 1. sorban *VIII.* helyett *IX.*

205. oldalon *a 74. ábra* fordított helyzetben van a szöveg közé illesztve.

---



## I. BEVEZETÉS.

### 1. Az urethroskopia fogalma. Az urethroskopiai eljárás történelmi fejlődése. Az urethroskopia fontossága.

Szinte ösztönszerű az a törekvésünk, hogy a szervezetnek hozzáférhető anatómiai üregeit, azok megfelelő módon való megvilágítása útján, megtekinthessük. Hiszen nyilvánvaló, hogy egyetlen vizsgálati módszer sem nyújthat a helyi viszonyok megítélésére annyi okulást és utbaigazítást, mint a szemmel való közvetlen megtekintés. De nemcsak a rendes és kóros viszonyok megítélése, hanem a kóros állapotok megszüntetése, tehát a gyógyítás szempontjából is nagy hasznát látjuk, ha sikerül a szervezetnek rejtett helyeit, szemünkkel való ellenőrzés mellett, műszereink részére hozzáférhetővé tenni.

Az orvosi tudomány haladása és a technikai vívmányok értékesítése mind több ily anatómiai üregnek a megszemlélésére szolgáltatott módot és ezzel lehetővé vált az illető szervek betegségeinek céltudatos, tervszerű orvoslása is.

A *húgycső belvilágának* a megtekintésére irányuló kísérletek is már régi keletűek. De csak az utolsó évtizedek vívmányainak köszönhető, hogy ma már oly készülékeink vannak, melyekkel a szervezetnek ezt a részét is könnyűszerivel, kifogástalan szabab-  
tossággal megszemlélhetjük és melyek lehetővé teszik, hogy ott szemünk ellenőrzése mellett helyi beavatkozásokat foganatosíthassunk.


Ezt az orvosi eljárást *urethroskopiának* nevezzük. Egyes szerzők az „endoskopia“ elnevezést használják, de ez a megjelölés tágabb fogalomnak felel meg, mert minden oly eljárásra vonatkozik, mely valamely anatómiai üregnek az urethroskopiai módszerhez hasonló módon való megvizsgálását célozza. Sok szerző az „urethroskopia“ megnevezés helyett a „húgycsőtükörözés“, illetőleg a hasonló értelmű idegen szót használja. De ez a megjelölés félreértésre adhat okot. Ugyanis, amint látni fogjuk, a szóban lévő



célra szolgáló sokféle készülék — *urethroskop* — közül, a legtöbb a húgycsövet a maga valóságában, nem pedig tükör által vetített kép alakjában tárja elénk és csak kivételesen alkalmazunk oly eszközt, mely az abban elhelyezett kis tükörlap útján reflektált képet nyújt. Ha ennek ellenére is a beállított húgycsőrészlet képét *tükörképnek* szokás nevezni, úgy ez csak a megjelölés kényelmes rövideje okából történik.

**Az első urethroskop.** Az első kísérlet a húgycsőnek és a hólyagnak megfelelő eszköz útján való megtekintésére egy évszázadnál régibb időbe esik. *Bozzini* frankfurti orvos — ugyanaz, kinek az első laryngoszkopiai kísérleteket is tulajdonítják —, 1806-ban oly készüléket szerkesztett, mellyel „az emberi test csatornái és üregei megszemlélhetők és amely a húgycső belsejének a megvizsgálására is alkalmas“.

1. ábra.



A Bozzini-féle készülék.

(*Bozzini*: Lichtleiter, eine Erfindung zur Anschauung innerer Theile und Krankheiten. Journal der prakt. Arznei- und Wundarzneikunst. XXIV. Jahrg., továbbá: Der Lichtleiter oder Beschreibung einer einfachen Vorrichtung und ihrer Anwendung zur Erleuchtung innerer Höhlen und Zwischenräume des lebenden animalen Körpers. Weimar.)

Ez a most már csak történelmi érdekléssel bíró készülék ugyan nagyon primitív módon valósítja meg azokat az elveket, melyek a húgycső eredményes vizsgálatának a követelményei, de tagadhatatlan, hogy az endoszkopiai eljárás mégis ezen az alapon jutott mai kifejlődéséig, úgy hogy Bozzinit kell az urethroszkopia atyjának tekintenünk. Ez teszi megokolttá e készülék rövid ismertetését. (1. ábra.)

A húgycső falzatának szét-tárására egy kétszárú, a húgycsőben szétfeszíthető *speculum*, a „fényvezető“ (*Lichtleiter*) szolgált. A fényforrás egy gyertya lángja



volt. A gyertyaszál urna-alakú állványban acélrugóra volt elhelyezve. Egy azzal szemben lévő konkáv-tükör — *reflektor* — vetítette a húgycsőbe tolt fényvezetőbe a gyertyaláng fényét.

A Bozzini-féle készüléknek két nagy hibája volt. Az egyik a terjedelmességével járó nehézkessége, a másik szerkezetének az a módja, mellynél fogva használatkor alkotó részeit szorosán egymásba kellett illeszteni, mi miatt alkalmazása kényelmetlen és fárasztó, a betegre nézve pedig fájdalmas volt. E fogyatékossgát még tetézte speculumának célszerűtlen szerkezete.

De Bozzininnek ezek ellenére is sikerült annyit elérnie, hogy a figyelmet új eljárására irányítsa, úgy hogy a lekicsinylő bírálók mellett támogató hívei is akadtak. Készülékének sorsát azonban a bécsi orvosi fakultás és a Józsefakadémia ítéletei döntötték el. Ez a két testület véleménynyilvánításra szólíttatván fel, a következő lesújtó bírálatot mondotta: „Nem szabad a dolgot elhamarkodni és oly anyagi kiadásra csábíttatnunk magunkat, melyet utólag megbánhatnánk.“ „Csak igen kicsiny és jelentéktelen testrészek világíthatók meg ily úton, . . . a megvilágított terület oly szűk, hogy senki meg nem mondhatná, mily testrészt lát, ha előre nem tudja, mit kell látnia.“ *Nitze* az urethroscopia és cystoscopia uttörő mestere a bírálatot nagy munkájában a következő megjegyzéssel kíséri: Hányszor jutottak eszembe e tudós testületek szavai, mikor az általam meghonosított cystoszkopiai módszer fölött alakilag és tartalmilag egészen hasonló nyilatkozatokat kellett meghallgatnom.


**Későbbi kísérletezések.** Bozzini fölfedezése tehát csakhamar feledésbe ment. 1826-ban *Ségalas* már valamivel célszerűbb készüléket szerkesztett (speculum uréthro-cystique), de gyakorlati eredményt ő sem tudott elérni.

Az urethroscopia csaknem elejtettnek látszó eszméje szerencsésebb megtestesítőre talált *Désormeaux* személyében, ki 1853-ban a párisi académie de médecine-ben nagy tetszés mellett mutatta be új eszközét, mellyel nemcsak a húgycső bensejét sikerült demonstrálnia, hanem kőbetegben a hólyagköveket is. 1865-ben nagyobb dolgozatot is közölt e tárgyról. (De l'endoscope et de ses applications au diagnostic et au traitement des affections de l'urèthre et de la vessie. Paris 1865.) *Désormeaux* endoszkopja (2. ábra) egy a húgycsőbe vezetendő csőből (speculum) áll, melynek külső végébe a fénynyújtó készülék van beillesztve. Ez utóbbit három rész alkotja: egy *gazogenlámpa*, ennek fényét gyűjtő *lencseszisztem* és egy 45°-nyi szöglet alatt álló *reflektor*. A láng gyűjtött fénye a reflektorra esik, mely azt a speculumba vetíti. A vizsgáló



a reflektor közepén lévő nyíláson át tekint a speculumba, azaz ezen át szemléli a megvilágított húgycsőrészletet.

2. ábra.



A Désormeaux-féle endoszkop.

Désormeaux eljárása sem tudott meghonosodni. A készülék bonyodalmas szerkezete és az a fogyatékosága szolgált elterjedésének akadályaul, hogy a fényszolgáltató része a speculummal szorosban egybe volt kapcsolva, úgy hogy vizsgálat alkalmával az eszköz minden mozgatása kellemetlen érzést váltott ki a betegben. Therapiai célra pedig, szerkezeténél fogva, egyáltalában nem volt használható.

*Hacken* felismervén a Désormeaux-féle készülék alaphibáját, a gégetükrözésnél követett eljárás mintájára oly készüléket szerkesztett, melynek nagyobb alkotó részei, azaz a fényforrás, a reflektor és a speculum egymástól el voltak különítve. (*Dilatatorium urethrae zur Urethroskopie*. Wien. med. Wochenschrift 1862.) De abba a hibába esett, hogy nagyobb látótér elérése céljából oly bonyodalmas és alkalmatlan speculumot használt, mely az egyébként ésszerű módszernek az elterjedését megbénította.

Csodálatosképen alig vettek tudomást e készülék egyéb részeinek célszerű szerkezetéről és az e téren működő szakemberek (*Fürstenheim*, *Cruise*, *Warwick*, *Langlebert*, *Wales* és mások) továbbra is a Désormeaux-féle endoszkop módosításán fáradoztak.


**Grünfeld** *uttörő munkálkodása. A Grünfeld-féle endoszkop.* Ily terméketlen fáradozást észlelünk a mult század utolsó negyedéig. Ekkor kezdte ismertetni *Grünfeld* az ő szerfelett egyszerű készülékét és könnyen elsajátítható módszerét, melynek orvosi testületekben való demonstrálásával, valamint therapiai sikereivel tartós érdeklődést és bizalmat tudott kelteni eljárása iránt. Fáradoz-



hatlan munkásságával és szívós kitartásával lelkes híveket sikerült toboroznia, kik az ő tanait a tudományos világ széles köreibben terjesztették és ezzel oly intenzív buvárkodásra buzdítottak, mely az urethroskopia mai kialakulását eredményezte. (Nagyobb művei, melyek ma is tanulságos olvasmányul szolgálhatnak, a következők: Der Harnröhrenspiegel. (Das Endoskop.) Seine diagnostische und therapeutische Anwendung. Wien 1877. Die Endoskopie der Harnröhre und Blase. Stuttgart 1881.

A Grünfeld-féle instrumentáriumot (3. ábra) a következő részek alkotják: a) A húgycső széttárására szolgáló *tubus*. Ez egy hengeres, elülső (ocularis) végén tölcésesen kiszélesedő nyílt cső, melybe elül gombban végződő rudacska, az *obturator* illeszkedik. Utóbbi arra való, hogy az eszköznek a húgycsőbe való betolása alkalmával, a tubus hátsó végének szélei a nyálkahártyát ne sértsék. b) A *fényforrás*. A fényt a vizsgáló-asztal baloldalán álló petroleum- vagy gázlámpa szolgáltatja. Később ottcsüngő villamos ivlámpát használt.) c) A *fényvetítő készülék*. A világító forrás fényét a homlokra kötött kissé homorú *reflektor* segítségével vetítjük be a tubusba, így világítjuk meg a beállított húgycsőrészletet. (4. ábra.) A vizsgálat tehát akkép történik, hogy a tubus bevezetése után az obturátort eltávolítjuk és a húgycsövet, azaz a tubus hátsó nyílása előtt elterülő nyálkahártyát, az eszköz lassú kihuzása közben, részletekben végigszemléljük.

3. ábra.



A Grünfeld-féle endoskop.


Grünfeld a *hátsó* húgycsőrészlet számára katheteralakú speculumot szerkesztett.

Ezenkívül a vizsgálat és helyi beavatkozások fogatosítására számos segédeszközt konstruált, melyeket ma is alkalmazunk. Ilyenek a nyálkahártya megtisztítására szolgáló tamponartó, az endoszkopiai fogó, kés, ollócska, pálcikatartó, szorító-kacs, porfúvókészülék stb.

A Grünfeld-féle eljárással az urethroszkopiai *vizsgálat* könnyűszerivel eredményesen végezhető és ez úton kisebb *helyi beavatkozások* is sikeresen fogatosíthatók. Ha a modern, tökéletesebb készülékek lassankint ki is szorították e módszert a használatból, ez mit sem von le azon elévülhetetlen érdemeiből, melyeket annak meghonosítója, hazánkfia Grünfeld József szaktudományunk terén szerzett és melyek nevének kegyeletos emléket biztosítanak.




4. ábra.



Endoszkopiai vizsgálat Grünfeld szerint.

**A villamos áram mint fényforrás. A Nitze- és Oberlaender-féle urethroskopok, a tubusban elhelyezett világitó-testtel.** Nitze, majd Oberlaender (1879) oly urethroskopokat szerkesztettek, melyeknek tubusai magukban foglalják a fényforrást. Azt célozták e szakférfiak, hogy a nyálkahártya megvilágítása közvetlenül történjék. A fényt a tubus belsejében végigfutó nyulánk „fénytartó“ végébe illesztett *platinkacs* nyújtja, melyet egy chrómsavtelep szolgáltatva villamos áram izzó állapotba (fehér izzásba) hoz. A tubus áthevülésének, illetőleg a nyálkahártya megperzselődésének megelőzésére a fénytartó nyulánk csőrendszerében *vízáram* kering.

5. ábra.



Az Oberlaender-féle urethroskop.

Az eleinte nagyon is komplikált készüléket Oberlaender később Heynemann műszerésszel egyetemben átalakította. (5. ábra.) De még így is nehézkessé tette alkalmazását a folytonos megfigyelést



igénylő vizáramlás és a platinkacsnak egyenletes izzásban tartása, úgy hogy bár nagyon szép megvilágítást nyújtott, mégis egyes újabb találmányoknak e téren való értékesítése kiszorította azt a használatból. De nem hagyhatjuk itt megemlítés nélkül, hogy Oberlaender ezzel az urethroskopjával végezte azokat a vizsgálatokat, melyeket egybevetve az ő kórszövet-tani buvárlatainak eredményeivel, az urethroskopiai diagnosztikát és therapiát az egész tudományos világ által elfogadott mai alapra helyezte.

**Edison-féle izzólámpával felszerelt urethroskopok.** Mihelyt sikerült Edison új találmányát, az izzólámpát kicsiny alakban is gyártani (1887), megkezdődött annak értékesítése az urethroskopiai készülékek terén is és e lámpácskák egy csapásra elfoglalták és azóta meg is tartották a fényforrás szerepét a modern urethroskopiában. Az első ily világítótesttel felszerelt urethroskopiai készülék a *Leiter-féle panelektroskop* volt, melyet sokan ma is alkalmaznak. A készülék markolatában elhelyezett izzólámpácska fényét egy mögéje illesztett kis reflektor vetíti a tubusba.

1899-ben *Valentine Ferdinand* newyorki urologusnak oly apró és e mellett bőséges fényt nyújtó izzólámpácskát sikerült készítenie, melynek hőkisugárzása parányi. Ő tehát az Oberlaender-féle készülék elve alapján urethroskopjának tubusába, azaz ennek hátulsó végébe ily lámpácskát helyezett el, közvetlen megvilágítás elérése céljából.

A *Leiter-* és *Valentine-féle* készülékek az alapmintái a ma használatos kétféle típusu urethroskopoknak, azaz azoknak, melyek *vetített fényvel* világítják meg a húgycsövet és azoknak, melyekkel a megvilágítás *közvetlenül* történik.

**A látótér bővítő urethroskopok.** Az urethroskopia fejlődésének még egy fontos phasisáról kell megemlékeznünk.

Az eddig vázolt urethroskopokkal egyszerre csak egy kis területet, a tubus hátulsó nyílásával szemben fekvő nyálkahártyarészletet van módunkban megtekinteni.

Abból a célból, hogy egyszerre egy nagyobb húgycsőrészlet váljék megsejmlélhetővé, hazánkfia *Antal* (1887) oly urethroskopot szerkesztett, melynek elül üveglappal befedett tubusa kis fujtatókészülékkel van felszerelve. A vizsgálat folyamán a tubuson át *levegőt jujtatunk a húgycsőbe*, mire a tubus mögött fekvő nagyobb húgycsőrészlet széttárul és megtekinthetővé válik. Ezt a rendszert később némi módosítással többen is alkalmazták a hasonló célt szolgáló urethroskopjaik szerkesztésénél.

Más módon és teljes sikerrel oldotta meg a látótér bővítését *Goldschmidt* (1907.), *irrigációs módszerével*. A vizsgálat, a cystoskopiai eljáráshoz hasonlóan, *vizrétegen* át történik. Ugyanis az oldalt



nyilással ellátott tubuson át vizáram hatol a húgycsőbe és szét-tárja annak egy nagyobb részletét. A világítást egy a *tubusbar* elhelyezett kis izzólámpa szolgáltatja.

Az irrigációs eljárás az urethroskopiát a tökéletesség oly fokára emelte, hogy az immár minden követelményeink kielégítésre alkalmas.

**Az urethroskopiai képek fotografálása.** Az urethroskopiai eljárás tökéletesbülése lehetővé tette, hogy a szemlélt húgycső-részlet képét fotografiai lemezen rögzítsük, azaz hogy arról fotogrammot készítsünk. *Kollmann* (1904) volt az első, ki képiró-urethroskopjával nagyításra és sokszorosításra alkalmas jó felvételeket készített úgy az egészséges mint a beteg húgycső különböző részleteiből. Jelentékeny mértékben tökéletesítette a fotografiai eljárást *Goldschmidt*, ki az irrigációs urethroskoppal szétárt húgyrészletekről készített felvételeket, melyek nagyobb területet mutatnak be az előbbieknél markánsabb képekben. A *Kollmann*- és a *Goldschmidt*-féle fotogrammok élesség és jellegzetesség tekintetében ugyan nem versenyezhetnek a cystoskopiai fényképekkel, de ez mit sem von le az eljárás értékéből, mert az ok csak abban a különbségben rejlik, mely a cystoskopiai és urethroskopiai leletek között, azok dimenziója és plasztikája tekintetében a valóságban is észlelhető.

### **Az urethroskopiai eljárás fontossága.**

Az urethroskopiai vizsgálati és orvosló eljárásnak értékességét és fontosságát ma már minden szakember elismeri. Minél tökéletesebbé vált ez a módszer és minél több esetben világított ki diagnosztikai pótolhatatlansága, annál jobban megcsappant kicsinylőinek a száma. Olyan szakember már nem akad, ki be ne látná, hogy egyes esetekben urethroskopiai vizsgálat nélkül biztos diagnózist lehetetlen megállapítanunk. A még tapasztalható nézeteltérések ez idő szerint már csak azon kérdés körül forognak: mely húgycsőbetegségek azok, amelyeknek kórjelzése és orvoslása a szóban lévő eljárás alkalmazását *feltétlenül* megköveteli? De a maradiság és kényelmesség sugalta ellenvetések, melyek szerint az urethroskopia elsajátítása fáradságos és hosszú tanulmányozást igényel, úgy hogy e nagy munka nincsen arányban az elérhető eredménnyel, — immár teljesen elnémultak. Mindjobban megérlelődött az a felfogás, hogy mihelyt kénytelenek vagyunk az urethroskopia szükségességét elismerni, a fent jelzett ellenvetéseket még akkor sem vehetnők figyelembe, ha azok a tényállásnak csakugyan megfelelnek. Mert, hogy az egyik vagy másik fontos



diagnosztikai és therapiai módszer elsajátítása kevesebb vagy több munkával jár-e, az nem lehet irányadó tudományos és gyakorlati értékességének megítélésénél.

Már jeleztük, hogy egyes húgycsőbajok az urethroskop nélkül egyáltalában nem ismerhetők fel. Sok esetben pedig úgy alakul a helyzet, hogy a betegség mibenléte ugyan urethroskopiai vizsgálat nélkül is megállapítható, de nem állapítható meg a kóros folyamat okozta különböző szöveti elváltozások helye, foka, terjedelme, nem ismerhetjük fel a betegség előhaladottságának vagy visszafejlődésének egyes phásisait, — úgy hogy nemcsak a kórlefolyás és prognosis tekintetében vagyunk tapogatózásra utalva, hanem a therapia tekintetében is, mely tervszerű és céltudatos csak akkor lehet, ha a jelzett viszonyokat és orvosló eljárásunknak azokra gyakorott hatását megítélni képesek vagyunk.

Ily irányú vizsgálatot igénylő kórfolyamatok a nem gonorrhoeás húgycsőgyulladás különböző alakjai, a mélyen ülő papillomák, a húgycső tuberculosisa és luese, sérülésének egyes esetei, beékelten idegen test, ismeretlen okból eredő vérzés és a prostatás húgycsőrészetnek, különösen pedig az ondódombnak sexuales abusus vagy egyéb ok előidézte elváltozásai. Az utóbbiak jellegéről és pathologiai fontosságáról az urethroskopia meghonosulásaig csak homályos sejtelmek voltak, holott ma tudvalevő dolog, hogy azok súlyos működési zavaroknak lehetnek okozói, amelyek azon követelmény elé állítanak bennünket, hogy lehető megszüntetésükre orvosi fegyvertárunk minden eszközét igénybe vegyük.

Az urethroskop leggyakoribb alkalmazására azonban a húgycső *gonorrhoeás* megbetegedése szolgáltat okot. Ma, amikor e betegség messzeható jelentőségét kellőképp ismerjük és tudjuk, hogy komplikációi, következményei valamint sokszor hosszú időre kinyuló fertőző-képessége mily veszedelmeket rejtenek magukban egyéni, családi, társadalmi és állami szempontból egyaránt, — fölösleges kiemelnünk azt a reánk háruló kötelességet, hogy az annak sikeres gyógyítására szolgáló összes orvosi eljárásokat elsajátítsuk és alkalmazzuk. A mondottakból pedig kiviláglik, hogy ez eljárások között mily nagy szerep jut az urethroskopiának, mely lehetővé teszi a szemünkkel megállapított kóros elváltozásoknak ugyancsak szemünk ellenőrzése mellett való tervszerű helyi kezelését.

Abban a legtöbb szakférfi egyet is ért, hogy a gonorrhoeás szöveti elváltozások jellege, foka és elhelyeződése csak urethroskop útján állapítható meg. De vannak, kik az urethroskopiai beavatkozás szükségességét kétségbe vonják azokban az esetekben, amikor a klinikai jelenségek anélkül is a fokozatos javulásra, illetőleg a



gyógyulás bekövetkeztére engednek következtetni, — nézetük szerint a therapiának ez a módszere csak akkor veendő igénybe, ha a szokásos egyéb gyógyító eljárásokkal célt nem érünk.

De vajjon, nem válik-e az ily késedelmezés a beteg kárára? Nem fejlődtek-e ki várakozásunk folyamán oly mélyreható átalakulások, melyek restitúciója immár lehetetlen, — holott, ha azok kifejlődését idejekorán megállapítjuk, megóvhattuk volna betegünket az esetleg egész életére kiható bonyodalmak létrejöttétől?

Hiszen tudjuk, hogy a kankó subacut és idősült időszakában a húgycső egyik-másik részében legtöbbször megállapítható *lágyszűkítések* megfelelő beavatkozásokra szépen visszafejlődhetnek, viszont ha figyelmünket elkerülik, a megkívánt kezelés híján legtöbbször merev, kérges átalakulásba mennek át és szűkület képződésére vezetnek. A prostatás húgycsőrészletben oly egyéb szöveti elváltozások is fejlődhetnek ki, melyek mielőbbi felismerése és céltudatos kezelésével ugyancsak megóvhatjuk betegünket a komplikációk egész sorától.

A szabatos kórjelzés lehetőségén kívül az urethroskopia azt az előnyt is nyújtja, hogy ily módon a beteg húgycsőrészletet kellőképp szétjárhatjuk s így a kóros helyeket jobban mint bármely egyéb eljárással a gyógyszer vagy egyéb therapiai eszköz részére hozzáférhetővé tehetjük. Hogy emellett beavatkozásaink hatását szemünkkel ellenőrizhetjük oly előny, melynek fontosságára külön rámutatnunk nem kell.

A kankó *hevenyés* időszakában, amikor a nyálkahártya egyenletesen gyuladt, az urethroskopiai eljárás csakugyan fölösleges, sőt alkalmazása hátrányos is lehet. De amint a heves jelenségek megszűntek, ajánlatos a kóros terület megsejtelése, mert az ilyenkor megkezdett helyi therapiával legtöbbször sikerül a folyamatnak idősült stádiumba való átmenetelét megelőzni. Az *idősült kankó* meg éppen reánk parancsolja az urethroskopiai orvosló eljárásokat. Aki hosszú hónapokon vagy éveken át vaktában, tapogatózva kezeli betegét és nem keres rá módot, hogy a baj jellegét tisztázva végre eredményhez jusson, az visszaél betegének bizalmával és azzal a dekórummal, melyet hivatása révén élvez.

A továbbiak folyamán ismertetni fogjuk azokat a kivételes eseteket, melyekben az urethroskopiai eljárás a kankó *hevenyés időszakában* is javalt. Ugyanis e betegség legkezdetibb stádiumában, olyankor, amidőn a gyuladásnak az objektív és subjektív jelenségei még parányiak, sikeresen alkalmazhatjuk a folyamat elfojtására az urethroskopiai *abortív eljárást*.

Éles nézeteltérést észlelünk abban az irányban, vajjon a kankó *gyógyultságának megállapítására* szükséges-e az urethroskopiai



vizsgálat vagy nem? *Neisser* és hívei azon az állásponton vannak, hogy, ha a klinikai jelenségek a baj megszűnte mellett szólnak és e mellett az előírással módon több ízben végzett *bakteriologiai* (mikroszkopiai és tenyésztő) vizsgálatokkal gonococcust többé kimutatni nem lehet, akkor a beteget gyógyultnak nyilváníthatjuk.

Ezzel szemben *Oberlaender* és követői arra hivatkoznak, hogy *Neisser* kriteriumai nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy a húgycső valamely részletében még mélyreterjedő kóros elváltozás, illetőleg gonococcus-fészek legyen, s így a gyógyultság kérdésének eldöntésére az urethroszkopiai lelet figyelembevételére föltétlenül szükséges.

A vitás kérdés tekintetében ma csak egy álláspont fogadható el. El nem képzelhető, hogy igazi szakember az urethroszkopia terén otthonos ne legyen és azt a beteg és saját érdekében ne alkalmazná. Érthető, hogy nem mindenki alkalmazza azt egyforma mértékben. De olyankor, amidőn az a lelkiismereti kérdés döntendő el, gyógyultnak nyilváníthatjuk-e betegünket, megengedhetjük-e neki a nőülést? — akkor minden érv csak amellett szól, hogy orvosi eljárásunk eredményét közvetlenül is megszemlélve ez uton is megbíráljuk a helyzetet és hogy az urethroszkopiai leletnek a többi vizsgálati eredménnyel való egybevetése szolgáljon a nagyszabású kérdés eldöntésének alapjául.

## 2. **Anatomiai és physiologiai adatok.**

Mellőzve e tárgynak a megfelelő szakmunkák körébe tartozó rendszeres ismertetését, csak egyes oly adatok felsorolására szorítkozunk, melyekre a továbbiak folyamán ismételten hivatkozni fogunk és melyek rövid vázolója azért is szükséges, mert egyes részletek tekintetében különböző szerzőknél egymástól némiképp eltérő leírást találunk. Alábbi ismertetésünkben *Lenhossék*, *Waldeyer*, *Neelsen* és *Finger* leírásaira támaszkodunk.

**A férfi-húgycső lefutása, felosztása, szöveti alkata.** A férfi-húgycső kb. 20 cm. hosszú csatorna, melynek a hímvessző ernyedő állapotában fekvő S (∞) alakja van. A hólyagszájnal (orificium vesicale urethrae, orific. urethrae int.) kezdődik, megkerüli a symphysis oss. pubis alsó szélét úgy, hogy a görbülete concavitasával előfelé és fölfelé tekint (flexura subpubica), ezután a hímvesszőben lefelé concav görbületet ír le, amely a symphysisistől a külső húgycsőnyílásig (orific. urethrae externum) terjed (flexura praepubica). A *hátsó* görbület *állandó*, az *elő* görbület a hímvessző fölemelésekor és annak merevedett állapotában elsimul.



A legtöbb anatomus a húgycsövet *három* részre osztja fel: *pars prostatica*, *pars membranacea* és *pars cavernosa s. spongiosa*.

A *prostatás részletet* (6. ábra C.) a prostata környei és az e fölött fekvő rövid része a hólyag falzatában vész el. A *pars membranacea* (6. ábra D.) rézsut átfúrja a trigonum urogenitale-t, melyben szorosán rögzítve fekszik. A gátizmokból eredő erős *záróizom* (sphincter urethrae striatus, rhabdosphincter urethrae) veszi körül. A *pars cavernosa-t* (6. ábra E.) a corpus cavernosum urethrae környezi. (6. ábra F.) Ennek distális végére illeszkedik a makk, glans penis (6. ábra H.), míg proximális végének hátul megvastagodó és kiszélesedő része a mogyorónyi bulbust alkotja, mely a *pars cavernosa* megfelelő részének (proximális végének) hátulsó felületéhez illeszkedve, kétoldalt övezi azt. Alsó felszínén egy vályú van (sulcus bulbi urethrae), honnan egy vékony sővényyszerű folytatás (septum bulbi) nyúlik a belsejébe. A *pars cavernosa-ban*, a bulbusnak megfelelő helyen, öblösödést találunk, fossa bulbi.

(Waldeyer 5 részre osztja fel a húgycsövet: *pars intramuralis* (6. ábra A.) *pars prostatica*, *pars trigonalis s. membranacea*, *pars praetrigonalis s. fossa bulbi* és *pars cavernosa*.)

Azon *tájak* szerint, melyeken át a húgycső levonul, Waldeyer szerint három részlet különböztethető meg: az egyik a trigonum urogenitale *fölött* fekvő és álló helyzetben merőlegesen lefelé vonuló *pars pelvina*. Ez az angulus pubis alatt alkotott rövid görbülettel átmegy a második részletbe a *pars perinealis-ba*, amely a hímvessző rögzített részében (*pars fixa*) meglehetősen horizontálisan fekszik és éles görbülettel átmegy a harmadik részletbe a *pars penis-be*, mely a hímvessző szabadon mozgatható (csüngő) részében (*pars libera s. p. copulatrix s. pars pendula penis*) fekszik.


A *klinikusok* gyakorlati szempontból 2 részre osztják fel a húgycsövet ú. m. *elülső húgycsőrészletre* (*pars anterior*) és *hátulsó húgycsőrészletre* (*pars posterior*). *Elülső* húgycsőrészlet alatt a *pars cavernosa-t* értik, *hátulsó* húgycsőrészlet alatt pedig a *pars membranacea-t* és *pars prostatica-t* együttvéve. (Némelyek a *pars anterior-hoz* még hozzászámítják a *pars membranacea* elülső részét is.) E felosztásnak klinikai szempontból való megokoltóságáról később még leszen szó.

Az itt vázolt anatómiai adatokhoz néhány *gyakorlati szempontból fontos tudnivalót* kell fűznünk.

A húgycsőnek a *pars pendula-ban* fekvő részlete, mint hengeres, merevebb rész ujjainkkal könnyen kitapintható. *Perinealis* részletét a gát középvonalában tapinthatjuk ki, ha előzetesen



6. ábra.



Férfimedece középátmetszete (Waldeyer).

- A = pars intramuralis urethrae.
- B = ductus ejaculatorius.
- C = pars prostatica urethrae.
- D = pars membranacea urethrae.
- E = pars cavernosa urethrae.
- = corpus cavernosum urethrae.
- = corpus cavernosum penis.
- glans penis.
- = fossa navicularis.



merev eszközt (fémszondát) tolunk be. Ugyanily módszerrel sikerül a végbélen át a pars prostatica-t és a pars membranacea-t kitapintanunk.

A hólyagnak és a húgycső hátulsó részletének vizsgálatára és kezelésére szolgáló merev eszközök nagyobb része hátulsó végükön görbült. Ily alakúvá a húgycső hátulsó görbületére való tekintetből készítettjük azokat. De azért módunkban van *egyenes merev eszközökkel is* a hólyagba hatolni. Ugyanis a húgycső hátulsó görbülete is kiegyenesíthető egyenes eszköz betolása által. Csak a pars membranacea az a húgycsőrészlet, mely erősen van rögzítve. Viszont a pars prostatica és a fossa bulbi eléggé könnyen alkalmazkodik a behatoló egyenes eszköz irányához. Ilyenkor a prostatás húgycsőrészlet a hólyagfenékkal lefelé és hátrafelé egyenesedik ki, és a fossa bulbi ugyancsak lefelé nyomódik. Csak a pars membranacea nem változtatja meg helyzetét, hanem az eszköznek kell hozzája, mint rögzített részhez alkalmazkodnia.

**A húgycső falzata.** A húgycső falzatát nyálkahártya alkotja, melyet izomréteg vesz körül. Csak a középső, rövid pars membranacea-ban fekszik e falzat szabadon, míg a prostatás részlet a prostata állományába, a pars cavernosa pedig a corpus cavernosum urethrae-ba van beágyazva. A nyálkahártya különösen hosszúsága irányában ráncokat vet, melyek azonban a himvessző merevedésekor, vagy vastagabb eszköz bevezetésére elsimulnak.

*Histologiai szempontból a következő rétegeket* különböztetjük meg:

**A hámréteg.** Felülete sima, nedves és fénylő. Áttetsző voltánál fogva az alatta fekvő réteg szineződését mutatja. *Waldeyer* szerint a pars prostatica, pars membranacea és a fossa bulbi *alsó fala* többrétegű laposhámmal van borítva, míg a *felső falat* a hólyag hámrétegéhez hasonló átmeneti hám borítja. A pars cavernosa javarészt — e szerző szerint — többrétegű hengerhám takarja, a fossa navicularistól a külső húgycsőnyílásig többrétegű laposhámot találunk.

**A tunica propria mucosa.** Vékony kötőszöveti réteg, mely sok erős rugalmas rostot tartalmaz.

**A tela submucosa.** Főképp bőséges vérérhálózatból áll, mely a pars cavernosa-ban a legdúsabb. Erectio alkalmával vérerei részt vesznek a corpora cavernosa vérrel való megtöltésében.

**A húgycső izomzatának** belső része sima izomrostokból, a külső harántesikolt izomrostokból áll. A sima izomrostok a hólyag trigonumából terjednek le, a harántesikolt, tehát akaratumunk befolyása alatt álló izomrostok a gát izomzatából származnak. A *sima izomrostokból álló izomzatnak* gyengébb, *hosszirányu* rétege a húgy-



csövet a bulbuson túl a pars cavernosa hátulsó részeig kíséri. A *körirányú rétege*, mely a trigonum mélyebb izomrétegéből származik, a belső húgycsőnyílás körül a *lissosphincter urethrae*-t (sphincter urethrae laevis, Henle-féle sphincter vesicae internus) alkotja.

A harántesikolt izomzat lejjebb kezdődik és distálisan messzebb terjed, mint a sima izomrostokból álló réteg. A pars membranacea körül különösen erős és itt az *akaratumk befolyása alatt álló záróizmot*, (musculus rhabdosphincter urethrae, sphincter urethrae striatus) alkotja, mely a gát felé a m. *bulbocavernosus* mélyebb rétegeihez csatlakozik, a medence felé a fossa prostatica tájaig folytatódik.

A bulbust a musc. bulbo-cavernosus borítja be.

E helyütt utalnunk kell arra a physiologiai és pathologiai szempontból egyaránt fontos szoros kapcsolatra, mely a húgycső és a hólyag trigonuma között fennáll. Már fent említettük, hogy a húgycső sima izomrostokból álló izomzata a trigonumból terjed le. De a két rész szöveti szerkezete egyébként is sok tekintetben megegyező.

A nevezett hólyagrészlet színe, felületének simasága és izomzatának szöveti szerkezete tekintetében a hólyag többi részétől eltérő, viszont — amint azt már fent említettük — izomzata átmegy a *húgycső* izomzatába, fölfelé pedig az *ureterek* izomzatával függ össze. *Kalischer* szerint a trigonum vesicae a húgycső egy részletének tekintendő, vagy más szóval a trigonum a húgycső hátulso falával a hólyagba terjeszkedik. E szerző szerint a *húgyhólyag* embriologialag egy később beilleszkedett szervnek tekintendő, — olyképen, hogy az eredetileg az ureterekből, a trigonumból és a húgycsőből álló rész közé a hólyag a vizelet reservoirjaképp ékelődött be.

A húgycső *belső felületén* a következőket látjuk:

A *pars prostatica* hátulsó falán van az *ondódomb* (colliculus seminalis), egy kb. 3 mm. magas és ugyanily széles alapu hosszukás, tetején gömbölyded kiemelkedés, mely a hátulsó fal közepe táján, néha valamivel magasabban vagy lejjebb található. Oldalt a *sulci prostatici* határolják. Úgy proximálisan, mint distálisan nyálkahártyarácban folytatódik, még pedig fölfelé az *uvula vesicae*-ba, a pars membranacea felé pedig a *crista urethralis*-ba megy át, utóbbiba néha villaszerű elágazódással. Mirigyszövetből, vérerekből és idegekből áll, sok sima izomrostot és rugalmas rostot tartalmaz. Vérerei a prostatának és a húgycsőnek vérereivel közlekednek. Az egész ondódombot a húgycső nyálkahártyája vonja be, alapja a prostata izomzatával és vérereivel függ össze.



Az ondódombon három nyílást találunk. Közepütt, a domb tetején van az *utriculus prostaticus*, illetőleg ennek 2—5 mm. hosszú hasadékszerű nyílása, mely a prostata felé körtealaku tasakba folytatódik. Néha nagyon szembetűnően van kifejlődve, néha meg egyáltalában nem látható. A dombocskától fölfelé, közte és a belső húgycsőnyílás között van a *fossula prostatica*. Az ondódombnak jobb és bal oldalán egy-egy apró rész van, a *ductus ejaculatoriusok nyílásai*. Ezek körül sok (30—40) finom pontszerű nyílás van, a *prostata kivezető-csőveinek a nyílásai*. A legtöbb kivezető-cső a két sulcus prostaticusba nyílik, egy-egy nagyobb nyílás az utriculus nyílása mögött található. Normális állapotban a duct. ejaculatoriusok és a prostata kivezető-csőveinek nyílásai csak kivételesen láthatók, viszont a húgycső e részletének gyuladása esetében nem ritkán szabad szemmel jól felismerhetők.

A *pars membranacea* hátulsó falán a crista urethralis nyúlik lefelé.


A *pars cavernosa*-ban a fossa bulbi jobb és baloldalán a két *glandula bulbourethralis* (Cowper-féle mirigy) kivezető-csőveinek egy-egy finom, pontszerű nyílását találjuk. (A Cowper-mirigy páros szerv, kb. borsónagyságu. A musc transversus perinei profundusba van beágyazva. Áttetsző nyálkát választ el, mely monymerevedés alkalmával néha cseppecske alakjában jelentkezik a külső húgycsőnyílásban, különben pedig ondókilövelődéskor az ejaculatummal ürül ki.)

A *pars cavernosa* makki részletében van a *fossa navicularis*. Ennek felső falán, kb. 1—1½ cm.-nyire a külső húgycsőnyílástól gyakran található az 5—8 mm. mély *sinus fossae navicularis*, melyet alulról vékony, félholdalakú nyálkahártyaredő (a Guérin-féle billentyű fed be.

A húgycső nyálkahártyája mentén, különösen a *pars cavernosa*-ban, — itt megint főképp a felső falon — apró nyílásokat látunk, melyek vakon végződő tasakokba vezetnek. Ezek a *lacunae urethrales s. lacunae Morgagni*. Nagyságuk és számuk ingadozó. Nyílásuk többnyire pontszerű, de látunk gombostűfejnyi nagyságút is. Egyes ily tasakok több mm. mélyek. A nagyobb nyílást néha patkóalakú kis ráncocska környezi, mely a nyílás ferde befutása által keletkezik. Ily terjedelmesebb ráncocska billyentyűalakot ölthet, s minthogy a tasakok nyílásai a külső húgycsőnyílás felé tekintenek, megeshetik, hogy olyankor, midőn vékony eszközt tolunk a húgycsőbe, annak belső vége a tasakban megakad. Jóval gyakrabban érezzük ezt a sinus fossae navicularis helyén, ahol a Guérin-féle billentyű okozhat ily, természetesen csak csekélyfoku akadályt. Finom eszköz betolásakor minden-



7. ábra.



A férfi-húgycső belső felülete (Rauber-Kopsch)



esetre ajánlatos azt a húgycső *alsó fala* mentén bevezetni, miáltal a jelzett akadályokat kikerüljük.

**A húgycső nyálkahártyájának mirigyei.** Főképen a *pars cavernosa* felső falán a distális 2—3 cm.-nyi rész kivételével, szórványosan a *pars membranacea*- és a *pars prostatica*-ban is, csoportokat alkotó apró mirigyeket találunk, a *Littre-féle nyálkamirigyeket*. Kétféle alaku van. A *mucosusak* kisebbek és egyszerű tömlőalakúak, a mélyebben fekvő *submucosusak* nagyobbak, fűrtös mirigyek. Rövidebb-hosszabb kivezető csöveik legnagyobbbrészt a Morgagni-féle gödrökbe nyílnak, egyesek közvetlen a húgycső ürébe. Nyílásaik normális viszonyok között szabad szemmel nem láthatók, de ha a mirigyek gyuladtak — mint pl. gonorrhoea eseteiben — akkor a nyílások piros pontok alakjában elég könnyen felismerhetők. A Littre-mirigyek tiszta, nyers tojásfehérjéhez hasonló nyálkát választanak el, mely a nyálkahártyát csuszamlóssá teszi.

A nyálkahártya azon részein, ahol az laposhám vagy átmeneti hámmal van fedve, pontszerű *papillák* észlelhetők, a leghosszabbak a *fossa navicularis* táján; *Robin* és *Cadiat* szerint idősebb egyének húgycsővében terjedelmük nagyobb.

Végül megemlítendő egy nem nagyon ritka fejlődési anomalia, mely különösen gonorrhoeás urethritis eseteiben válhatik jelentőségessé. A külső húgycsőnyílás körül, néha a *sulcus coronarius*-ban is, könnyepontszerű kis gödrök láthatók, melyek világrahozott vakon végződő járatoknak a nyílásai. Ezen *paraurethralis járatok* 1—2 cm. hosszúak lehetnek és laposhámmal bélelvék. Találunk továbbá oly *paraurethralis járatokat*, melyek a húgycső nyálkahártyájából indulnak ki és annak mentén futnak le. Ezek nyilván rendellenes hosszúságú és fekvésű Morgagni-gödrök. A *paraurethralis járatok* hosszú időn át a gonococcusnak búvó helyei, rejtett fészkei lehetnek.

**A húgycső hosszúsága és tágassága.** A felnőtt férfi húgycsővének *hosszúsága* 16—24 cm. között ingadozik. Ebből 2—2·8 cm. esik a prostatás és 10—14 mm. a membranaceás húgycsőrészletre, a többi a *pars cavernosa*-ra. *Waldeyer* szerint a hosszúsági méretek a következők:

Pars pendula 7—9 cm.

Pars fixa 10 cm.

A pars fixa egyes részei

{	pars intramuralis 0·5 cm.
	pars prostatica 2·0—2·5 cm.
	pars membranacea 1·0 cm.
	pars cavernosa fixa 6·5 cm.



Idős egyének húgycsöve rendszerint hosszabb, mint a fiatalabbaké. A hosszúság növekedése többféle senilis elváltozásnak a következménye. Elsősorban a húgycső falzatának elpetyhüdése és a fossa bulbi nagyobb fokú kitágulása okozza azt. Továbbá a prostatának ily korban gyakori túltengése a pars prostatica-nak kinyújtásával szokott járni, úgyhogy a húgycső e részlete 5 cm. hosszúvá válhat. Idős egyének kathéterezésekor erre tekintettel kell lennünk. Megesik, hogy ha nem elég hosszú kathétert használunk, nem jutunk be a hólyagba.

*A húgycső lumene; tágassága, tágulékonyága.* Nyugalmi állapotban a húgycső nem alkot csövet, hanem falai egymáshoz illeszkednek. A húgycső egymáshoz simuló falai között rés marad, melynek harántmetszete különböző helyeken más-más alakot ábrázol. Urethroszkopiai vizsgálat alkalmával a széttárt húgycsőfalzat mögötti rész szépen mutatja az illető húgycsőrészlet lumenének alakját, melyet az urethroskopiában *centrális résnek* nevezünk. A kórosan elváltozott húgycsőrészletben a centrális rés is megváltozik, mely jelenség diagnosztikai szempontból értékesíthető.

A nyálkahártya *ráncokat* vet, melyek javarészt hosszúsági irányúak, de egyes helyeken sokszor harántirányú ráncokat is látunk. E ráncoltság az urethroskoppal jól észlelhető és minthogy kóros folyamatok lényegesen befolyásolják azt, mineműsége pathognosztikai irányban értékesíthető. A himvessző merevedésekor a ráncok elsimulnak.

Vannak egyének, kiknek nyálkahártyája csaknem teljesen sima, azaz a ráncoltság hiányzik. Az ily tükörletet, mely különben meglehetősen ritka, nem fog bennünket félrevezetni, ha egyébként normális viszonyokat találunk. A ráncoltság azonban kisebb-nagyobb mértékben csaknem mindig megvan, még pedig többnyire azt látjuk, hogy minél tágabb a húgycső, annál nagyobb számúak és nagyobb terjedelműek a nyálkahártya ráncai.

Az urethroskoppal a ráncokon, velük párhuzamosan futó, csíkokat is látunk. Ezeknek jelentőségére a továbbiak folyamán még rátérünk.

Ha a húgycsövön át vizelet ürül ki, vagy ha merevedéskor ondó lövelődik ki, akkor a húgycső falzata széttárul és szabad csatornává alakul át. Ennek a tágassága a húgycsőnek *functionális tágassága*. Ez jóval csekélyebb annál a maximális bőségnél, melyet a húgycső, rugalmas falzatának *tágulékonyágánál* (dilatabilitas) fogva, elérhet és melyet akkor észlelünk, amikor azt merev eszközzel tárjuk szét. A húgycsőnek ilyképp megnyilatkozó tágassága *a húgycső kalibere*.



A *húgycső kalibere* természetesen nem minden egyénnél egyenlő nagyságu, sőt ugyanazon egyén húgycsövének egyes részletei is más-más kaliberűek. A húgycső ugyanis nem szabályos hengeres csatorna, hanem több helyén jelentékeny öblösödések és szorosok vannak. Ezen kívül az egyes helyek tágulékonyága sem egyenlő fokú.

A legszűkebb és egyuttal legkevésbé tágulékony rész a *külső húgycsőnyílás*. Ezért szabálynak tekinthető, hogy *amely eszköz a normális fejlődésű húgycsőnyíláson át bevezethető, az akadály nélkül hatol be a hólyagba*. Ha a betolás nem sikerül, joggal következtethetünk az irányban, hogy az akadályt a húgycső valamely részének kóros állapota okozza.

A külső húgycsőnyílástól mintegy fél cm.-nyire kezdődik a *bő fossa navicularis*, mely mérsékelt szűküléssel megy át a *pars cavernosa* egyenletesen közepes bőségű, hosszú részletébe. A *fossa bulbi* a második öblösödés, mely jelentékeny szűküléssel („collet du bulbe“) megy át a *pars membranacea*-ba. A *pars membranacea*, a külső húgycsőnyílás és a fent jelzett collet du bulbe mellett, a húgycsőnek a legszűkebb részlete. A prostatás húgycsőrészletben, különösen pedig a *fossa prostatica*-ban ismét bővül a húgycső, míg az *orificium internum* táján szűkebbé válik.

Eszerint *három tágulat van*: a glans penisben levő *fossa navicularis*, a *fossa bulbi* és a *fossa prostatica*. Továbbá *három szűkülés*: a külső húgycsőnyílás, a *belső húgycsőnyílás* és a *pars membranacea*, mely utóbbihoz számítható a *fossa bulbi* és *pars membranacea* közti határon lévő különösen szűk, kicsiny részlet, a collet du bulbe.

*A húgycső kaliberének átmérői:*

*Külső húgycsőnyílás*: 7—8 mm. (Rollet).

*Fossa navicularis*: 10—11 mm. (Rollet).

*Pars cavernosa közepe*: 10 mm. (Rollet), 9 mm. (Luschka).

*Fossa bulbi*: 12 mm. (Rollet), 14 mm. (Luschka), 13—17 mm. (Finger).

*Pars membranacea*: 9 mm. (Rollet), 7 mm. (Luschka).

*Fossa prostatica*: 15 mm. (Rollet) 12—15 mm. (Finger).

Ezek a mértékek csak annyiban érdekesek, amennyiben az egyes húgycsőrészletek kalibere között fennálló különbséget mutatják, de minthogy az individualis eltérések meglepően nagyok, belőlük az egyes egyének húgycsövének kaliberére következtetnünk nem lehet.

Sem az egyén termetéből, sem a himvessző nagyságából nem következtethetünk határozottsággal a húgycső kaliberére. Sokszor kis himvesszőben a húgycső kalibere meglepően nagy és viszont



terjedelmes himvesszőjü egyéneknél néha kis kaliberü húgycsövet találunk.

Az esetek legnagyobb számában egészséges húgycsőbe kb. 23. Charr. számú eszköz könnyen bevezethető, de elég gyakori az oly húgycső, melybe 28—30 Charr. számú is betolható és az olyan, melybe még 32—34 Charr. sz. is könnyen bemegy, sem tartozik a nagy ritkaságok közé. Viszont találkozunk normális fejlődésü férfiakkal, kiknek húgycsövébe csak 19. vagy 18. Charr. számú eszköz tolható be.

A gyakorlatban a húgycső kaliberének a megjelölésére a Charrière-féle fokozat számait használjuk. Ugyanezen skálát alkalmazzák legnagyobbrészt a húgycső és a húgyhólyag részére használt műszerek vastagságának a megjelölésére. A Charrière-fokozat száma az eszköz átmérőjét  $\frac{1}{3}$  mm-ekben jelzi, vagyis az 1 Charr. számú eszköz átmérője  $\frac{1}{3}$  mm., a 3 számúé 1 mm. a 30 számúé 1 cm.) (Kevésbé használatos a Béniqué-féle mértékrendszer, mely szerint az egyes számok átmérője  $\frac{1}{6}$  mm.-rel nagyobb az előzőnél. Az Angliában használatos régi angol mértékrendszer teljesen önkényes beosztáson alapszik és mindenképp megbízhatatlan. Amerikában egyes műszerészek a különbözőképp módosított angol skála méretei szerint készítik eszközeiket.)


Minthogy a húgycsőnek, illetőleg az egyes húgycsőrészletek tágulékonyságának (kaliberének) megállapítása egyes esetekben fontos lehet, amennyiben annak csökkenése bizonyos kóros elváltozások (infiltratum, szűkület) idejekorán való felismerésére szolgáltat módot, egyes szakférfiak a kalibernek élőben való megállapítására külön eszközt szerkesztettek. Ilyen az Otis-féle urethrometer (8. ábra, bal oldalt) és a Weir-féle készülék (8. ábra, jobb oldalt). A használatosabb Otis-féle eszköz hosszú csőalaku részének hátsó (visceralis) végébe egy orsóalaku többszárú tágító van beillesztve, míg a külső végén a tágító szárainak szétterpesztésére szolgáló csavarral van ellátva és egy milliméter-skálával, a széttárás fokának a jelzésére. A csavarkészülékkel az orsóalaku részlet szárait addig a mértékig terpesztjük szét, amíg az a vizsgált egyénben teltségi érzést nem ébreszt. Ekkor a számlap mutatójának állásából megállapítjuk az illető húgycsőrészlet tágulékonyági határának a fokát.

Otis szerint a húgycső kaliberének átlagos száma Charr. 32. *Finger* az ezen eszközzel végzett mérései szerint a kaliber a pars prostatica-ban Charr. 40—50-nek, a pars membranacea-ban Charr. 26—27-nek, a fossa bulbi-ban 40—50-nek, a pars cavernosa egyéb helyein 30—35-nek felelne meg. Csakhogy figyelembe veendő, hogy az urethrometer mindig valamivel magasabb számú kalibert jelez, mint ahogy ez a valóságnak megfelel. Ugyanis az eszköz orsó-



alaku végének nagyobbfoku széttarásakor a közvetlenül előtte és mögötte fekvő nyálkahártya is ráhuzódik az eszköz tágító részére és így növeli a beállított húgycsőrészlet tágíthatóságát. Tehát

8. ábra.



Az Otis-féle urethrometer  
(bal oldalt).

A Weir-féle urethrometer  
(jobb oldalt).

abból, hogy az urethrometer a pars cavernosa valamely helyén pl. Charr. 32. számú kalibert jelez, még nem következtethetjük azt, hogy a pars cavernosa ugyanily számú szondát átenged.

Egy irányban azonban vonhatunk következtetést: ha pl. a pars cavernosa közepén az urethrometer Charr. 32. számot jelez és annak szomszédságában a jelzett szám alacsonyabb, akkor az utóbbi helyen a húgycső kalibere kóros folyamat következtében csökkent.

Ugyancsak Otis szerint a húgycső kaliberét hozzávetőlegesen megállapíthatjuk a himvessző kerületéből. Szerinte ugyanis az elernyedtt pars pendula kerületének a méretei és a húgycső kalibere között bizonyos arányosság van. Így ha a pars pendula közepének a kerületét megmérjük és a nyert számot összehasonlítjuk a húgycső kaliberével, azt találjuk, hogy az előbbi minden 6 mm. többletének a húgycső kaliberének 2 Charr.-számmal való növekedése felel meg. Eszerint egy 75 mm. kerületű pars pendulának 30 Charr. számú, 81 mm. kerületűnek 32 Charr. számú húgycsőkaliber felelne meg, s i. t.

De ez az eljárás annyi hibát rejt magában, hogy az eredménye gyakorlatilag nem értékesíthető. Hisz a húgycső kalibere helyenként jelentékeny eltéréseket mutat, s így a nyert átlagos szám már ez okból sem mond sokat; de ezen kívül a himvessző elernyedésének a foka kóros egyéneknél is, különösen pedig fiataloknál időlegesen

oly ingadozásokat tüntet fel, hogy az ily alapon nyugvó számítások már ez okból is megbizhatatlanok.

Meg kell még emlékeznünk a húgycső záróizmának a *physiologiai szerepéről*. Tudvalevő dolog, hogy olyankor, amidőn kisebb kézifecskendővel (kankófecskendővel) folyadékot juttatunk a húgy-



csőbe és a külső húgycsőnyílást befogjuk, akkor a folyadék — ritka kivételek leszámításával — a húgycsőben marad, azaz nem hatol be a hólyagba. De kísérleteim (Experimentelle Beiträge zur Funktion der Harnröhrenschliessmuskeln u. zur Ausspülung der Blase ohne Katheterismus. — Centralbl. für die Krankh. der Harn- u. Sexualorgane, 1891.) bebizonyították azon egyes szerzők által már régebben hangoztatott tételt is, hogy az ily módon befecskendezett folyadék nem hatol a húgycső hátulsó részletébe sem. Ugyanis a pars membranacea-t környező záróizom reflex úton történő összehúzódása megakadályozza a folyadéknak a hátrahatolását. (Csak beidegzési zavarok, vagy súlyos helyi elváltozások eseteiben észlelhető néha, hogy a záróizom a befecskendezett folyadék nyomásának nem tud ellenállani. Megesik továbbá az is, hogy olyankor, amidőn a szokásosnál hosszabb ideig tartjuk a folyadékot a húgycsőben, a záróizom elernyed és hátraereszti azt, amint ez a *Neisser* által gonorrhoea ellen ajánlt u. n. prolongált injectiók alkalmazásakor néha észlelhető.)

Viszont kísérleteim szabatosan mutatják azt is, hogy olyankor, amidőn a húgycsőbe tolt eszköz segítségével közvetlenül a hátulsó húgycsőrészletbe juttatunk oldatot, ez egyenest a hólyagba hatol, mert a gyenge belső záróizom (lissosphincter urethrae) csekély nyomásnak sem tud ellenállani, másrészt az erős rhabdosphincter összehúzódása a folyadéknak kifeléhatolását megakadályozza.

Ha tehát az elülső húgycsőrészleten át, per vias naturales, azaz catheter nélkül kívánunk a hólyagba folyadékot juttatni („Janet-féle eljárás“, mely azonban nem Janet-től ered, hanem — amint azt fent idézett dolgozatomban látható — jóval régebb keletű), ez csak két feltétel mellett fogatosítható. Az egyik az, hogy a folyadéknak nagy hydrostatikai nyomást kell a pars membranacea-t környező záróizomra gyakorolnia, amit vagy magasra akasztott irrigateur vagy pedig nagyobb ürtartalmu (150—200 kcm. mennyiséget befogadó) fecskendővel érhetünk el, a második feltétel pedig az, hogy a betegnek akarva el kell ernyesztenie a rhabdosphincter-t és a m. bulbo-cavernosust, vagyis olykép kell a záróizmokra hatnia, mintha vizeletet akarna bocsájtani.

Számos alkalommal rámutattam ez eljárásnak nagy hátrányaira és azokra a komplikációkra, melyeket ezen erőszakos módszernek a gonorrhoea therapiájában való alkalmazása igen gyakran kivált.

A rhabdosphincternek reflex uton való összehúzódását akkor is tapasztaljuk, ha valamely eszközt lassankint tolunk hátrafelé, avagy ha a hátratolt eszközt lassankint kihuzzuk. Ilyenkor ugyanis a pars membranacea-ba érve, jól érezzük, hogy a záróizom mint fogja körül az eszköz belső végét, mely enyhe ellenállás azonnal meg-



szűnik, anint a pars membranacea-t elhagytuk. Különösen jellegzetes ez a jelenség, ha gombos végű vékony bougiet (bougie à boule) tolunk hátra és még inkább akkor, amidőn azt hátulról kifelé húzzuk.

Az itt vázolt physiologiai jelenségek, továbbá a prostatás húgycsőrészletnek a hólyag kóros folyamataiban való gyakori részvétele és egyéb e helyütt nem részletezhető pathologiai és therapiiai momentumok ajánlatossá tették a húgycsőnek *klinikai szempontból két részre* való felosztását, amelyről fentebb már megemlékeztünk. Csak *egy*, gyakorlati szempontból igen fontos idevágó klinikai momentumról kívánok megemlékezni, amely egymagában véve is kellőképp igazolja a húgycső ily felosztásának célszerűségét. A húgycső leggyakoribb és jelentőséges megbetegedésének, a gonorrhoeás húgycsőgyulladásnak a kórképe, prognosisa és therapiája egészen más akkor, ha a kóros folyamat csak a pars cavernosa-ra terjeszkedik ki, mint akkor, amidőn az a hátulsó húgycsőrészletre is áttérjed. A pars posteriorból a betegség áttérjedhet az azzal anatómiai összefüggésben lévő szervekre (prostata, ondózsínór, mellékhere, ondóhólyag, húgyhólyag, ureter, vesemedence, vese), mely komplikációk úgy a therapia, mint a prognosissal szemponkjából új helyzet elé állítanak bennünket. De a tapasztalat azt is mutatja, hogy a gonorrhoeás húgycsőgyulladásnak az urogenitalis rendszeren kívül eső szervekben, metastasis útján létrejövő komoly komplikációi is, legtöbbször csak akkor fejlődnek ki, ha a kóros folyamat a hátulsó húgycsőrészletre is áttérjed.

### A női húgycső.

A nő húgycsöve hengeres rövid tömlőt ábrázol, melynek falai vizelés közben széttárulnak, — egyébkor pedig ráncokat vetve egymáshoz simulnak. A ráncoltság hosszirányu, de az alsó húgycsőrészletben harántirányban futó ráncokat is találunk. Átlagos hosszúsága 3 cm., egyes esetekben 2.5, másokban 4—5 cm. hosszú húgycsövet is észleltek. (Waldeyer.)

A nyálkahártya igen gazdag rugalmas rostokban, — ennek köszöni nagyfokú tágulékonyágát. Javarészt hengeres hám borítja; a külső húgycsőnyíláshoz közel eső alsó részét többretegű laposhám fedi. Egyes szerzők szerint, a hólyaghoz közel eső részletét átmeneti hám takarja. A női húgycsőben is találunk *Morgagni-féle lacunákat*, továbbá apró tubulosus *mirigyeket*, melyek egyes anatómusok szerint hasonlóak a férfi húgycső Littre-mirigyeihez, míg *Virchow* és *Tourneux* szerint a férfi prostatamirigyeinek a homologonjai. Ezek az egy-egy nagyobb csoportot alkotó mirigyek a



külső húgycsőnyílás jobb és bal oldalán, egy-egy közös kivezető csőben végződnek. Találunk továbbá, *papillákat*, különösen a húgycső distális végében.

A hólyag trigonumának a belső húgycsőnyílásba belenyúló részéből egy erősebb ránc a *crista urethralis* vonul végig a hátulsó húgycsőfalon, egészen a külső húgycsőnyílásig, és attól kétoldalt még egy-egy nagyobb hosszant futó ráncot találunk.

A mucosa alatt vastag, laza *submucosa* van, gazdag vivőér-hálózattal. Utóbbinak köszöni a nyálkahártya sötétpiros színeződését.

A húgycső falzatát környező *izomzat* három rétegből áll. A legbelsőbbet hosszirányu, a középsőt *circularis sima* izomrostok, a külsőt pedig *harántcsikolt* izomrostok alkotják. A *circularis* izomrostok két záróizmot alkotnak, még pedig a *sima* izomrostok a *lissosphincter urethrae-t*, a *harántcsikolt* izomrostok pedig a *rhabdosphincter urethrae-t*.

A női húgycső átlagos *kaliberének* átmérője 8 mm., de a húgycső falzatának nagyfoku rugalmassága lehetővé teszi, hogy szükség esetén 20 mm.-nyi harántátmérővel bíró eszközt is bevezethessünk, s ha ez kellő szakértelemmel történik, káros következmény nem származik belőle.

Az egészséges női húgycső nyálkahártyája alig érzékeny, műszer bevezetését könnyen tűri. Rövid és tág volta, valamint lefutásának egyenes iránya helyi beavatkozások fogantatosítását egyébként is könnyűvé teszi.



## II. A HASZNÁLATOS URETHROSKOPIAI KÉSZÜLÉKEK.

### Az urethroskopok alkotó részei.

A húgycső megtekintésére használt készülékek, urethroskopok két csoportba osztályozhatók. Az egyikbe a mindennapi gyakorlat igényeit szolgáló egyszerű szerkezetű és könnyű szerivel alkalmazható készülékek tartoznak, melyek teljesen alkalmasak arra, hogy a gyakrabban előforduló bajokat megállapíthassuk, illetve hogy az ilyenkor fennálló szövetbeli elváltozásokat fölismerhessük és azokat urethroskopiai kezelésben részesítsük.

Ezen készülékek közül is, amint azt alább látni fogjuk, a viszonyok szerint más-mást szeretünk használni.

Néha nehezebb feladat előtt állunk. A szabatos diagnózis megállapítása, vagy valamely sebészi beavatkozásnak az urethroskopon át való végrehajtása szükségessé teheti, hogy a húgycsőnek egy nagyobb részlete váljék egyszerre megtekinthetővé, illetve műszereink részére hozzáférhetővé. Az ilyenkor igénybe vett urethroskopok kissé komplikáltabb szerkezetűek, de ezeknek az alkalmazása sem jár nehézséggel, csak valamivel több gyakorlottságot követel.

Valamennyi használatos urethroskopnak a leglényegesebb alkotó részei a húgycsőbe vezetendő, illetőleg az annak széttáráására szolgáló *speculum* és a beállított húgycsőrészt megvilágítására szolgáló *fényforrás*.

Csaknem valamennyi *speculum*, könnyebb bevezethetősége céljából beléje illeszkedő vezetőrúddal (*obturator*, *conductor*) van felszerelve. Ilykép ezen eszközt rendszerint két rész alkotja: a szoros értelemben vett *speculum*, melyet *tubus*-nak is nevezünk és a vezető-rúd, az *obturator*.

A használatban lévő *speculum*ok szerkezetileg sokféleképp eltérnek egymástól, de nagyjában kétféle típus szerint alkotvák:

a) Az egyenes hengeres *speculum*ok. A Grünfeld-féle *speculum* mintájára (3. ábra) készülnek; elülső (*ocularis*) végükön



tölcsérszerűen, vagy tágabb hengerszerű részben szélesednek ki, hátulsó (visceralis) végük pedig egyenest vagy rézsút van elmetszve. Ily speculumok az egész húgycső megvizsgálására használhatók, de egyes szakférfiak csak az elülső húgycsőrészlet vizsgálatakor alkalmazzák. E speculumokkal csak a hátulsó nyílásuk előtt elterülő húgycsőrészletet szemlélhetjük meg.

b) **A katheter-alakú speculumok.** A hátulsó húgycsőrészlet számára valók. A katheter-alakú csőnek (tubusnak) az orrmányához közel eső alsó részén ovális kimetszése (ablaka) van és az ebbe illeszkedő húgycsőrészlet válik megtekinthetővé. (22. és 24. ábra.)

A tubusnak a húgycsőbe való betolásakor, nyílt végének szélei sérthetnék a nyálkahártyát. Ennek megelőzésére az eszközt mindig az obturátorral fölszerelve vezetjük be és vizsgálat közben is mindannyiszor beillesztjük azt, amikor a tubust hátrébb akarjuk tolni, vagy annak egyéb nagyobb helyzetváltoztatása válik szükségessé.

A tubusok fémből (újezüst, nikkelezett vaspléh, ezüst) készülnek, az obturátort ugyancsak fémből vagy pedig kaucsukból csinálják. A tubus belseje, zavaró fényreflexek létrejöttének megelőzésére, homályosra van befuttatva. (A Fergusson-féle hüvelytükör mintájára tüköruvegből készült tubusok célszerűtleneknek bizonyultak és már alig vannak használatban.)

Az *egyenest* speculumok különböző harántátmérőjűek és hosszúságúak. A leghosszabbakat a *hátulsó* húgycsőrészlet vizsgálatára használjuk, míg az *elülső* húgycsőrészlet megvizsgálásakor a szükséghez képest rövidebb-hosszabb speculumot alkalmazunk. Főlősleges hosszúságú speculumot ne használjunk, mert ez által bizonyos, később kivilágló előnyöktől fosztjuk meg magunkat. Minél hosszabb a tubus, annál messzebb esik a beállított húgycsőrészlet szemünktől. Ha reflektált fénynyel dolgozunk, vagyis ha a fényforrás a tubus külső vége előtt van, akkor a túlságos hosszú tubus használata a jó megvilágítás rovására is megy. Ugyanis a fény intenzitása tudvalévőleg a távolság négyzetével arányosan fogy.

A tubus jóval rövidebb lehet, mint aminő a húgycső, mert alkalmazásakor a pars pendula-t hosszúsági irányában jelentékenyen kisebb terjedelemre szorítjuk össze. A hímvessző arányaihoz mérten a hátulsó húgycsőrészlet vizsgálatára 12—14 cm. hosszú, az elülső húgycsőrészletnek a pars bulbosa-ig kiterjedő vizsgálatára pedig 9—10 cm. hosszú tubust választunk. Néha ennél rövidebb tubussal is beérjük. Ha u. i. csak az orificium szomszédságát kívánjuk megvizsgálni s ha ilyenkor a húgycső dagadt



volta csak kis kaliberű eszköz betolását engedi meg, akkor 4—5 cm. hosszú tubust használunk.

A vizsgálandó egyén húgycsővének kaliberéhez képest kisebb-nagyobb harántátmérőjű speculumot használunk, de kívánatos, hogy a lehetőséghez képest *minél tágabb* speculumot alkalmazzunk. A használatban lévő tubusok méretei a Charriére-féle skála 20—32 számainak felelnek meg. Legtöbbször a 23—28-as számúakat alkalmazzuk.

A *kathéter-alakú* speculumok is különböző harántátmérőjűek, ezek közül is mindig lehetőleg a nagyobb kaliberűt használjuk.

A *fényforrás* apró Edison-féle izzólámpa, amely a készülékek szerkezeti különbözősége szerint vagy a *tubuson kívül*, annak okuláris vége *előtt* van elhelyezve (urethroskopok külső fényforrással), vagy pedig magába a tubusba, közel annak hátsó végéhez van beillesztve (urethroskopok belső fényforrással).

Az utóbbi kategóriába tartozó urethroskopok fényforrása a nyálkahártyát közvetlenül világítja meg. (Az *Oberleander*-féle urethroskop mintájára készült, de lényegesen tökéletesített urethroskopok.) Ott viszont, hol a fényforrás a tubuson kívül van, a fénynek a tubusba való vetítésére homorú kis tükörkorong (reflektor) vagy az egyik lapján fonsorozott üvegprizma van az urethroskop markolatának felső részébe illesztve. (A *Grünfeld*-féle eljárás tökéletesítése.)

A tubus belsejébe csak apró, minimális hőfejlesztő lámpácskát lehet illeszteni. A kívül elhelyezett izzólámpák nagyobbak lehetnek, mert sem terjedelmük, sem hőfejlesztésük e helyütt szerepet nem játszik. A nagyobb lámpák intenzívebb fényt szolgáltatnak és sokkal tartósabbak mint az aprók. Minthogy a fény intenzitása a távolság négyzetével arányosan csökken, a kívül elhelyezett izzólámpácska fényfokát az alkalmazott tubus hosszúságához viszonyítva szabályozzuk. Vagyis intenzívebb fényt használunk a hosszú, mint a rövid tubus alkalmazásakor. A lámpácska beillesztése, illetőleg a kiégett lámpának éppel való kicserélése valamennyi urethroskopban könnyű szerivel, néhány pillanat alatt foganatosítható.


### 1. Urethroskopok külső fényforrással.

A *Leiter-féle panelektroskop* (9. ábra). *Tubusa* hengeres, egyenes cső, mely hátsó végén rézsút van elmetszve, elül pedig hengeralakú bővebb részletben végződik. A tubusba ehhez arányított *obturator* illeszkedik. Az *izzólámpa* a készülék markolatának felső végébe van beillesztve. A *markolat* kalapácsalaku. Horizon-



tális része felül nyitott hengeralku váz, melynek hátulsó részében előre-hátra hajlítható *reflektor* foglal helyet. Ez vetíti a lámpácska fényét a tubusba. A hengeres váz hátulsó falát alkotó lapra kis *loupe* befogadására szolgáló keret van rögzítve. A loupe a szemlélt tükörképet kissé nagyítja. A hengeres váz elülső falát alkotó lemezen kaucsukból készült tölcser van, mely kiegészítő része a készülék tubusának. Ugyanis használatkor a tölcser a tubusnak elülső tágabb nyílásába illesztjük be. A markolat merő-

9. ábra.



A Leiter-féle panelektroskop.

leges részének felső végében — amint már említettük — a lámpácska foglal helyet, míg az alsó végének csavarra járó két illesztéke a kábelek rögzítésére szolgál.

A készülék *alkalmazásának módja* a következő: Mindenekelőtt kipróbáljuk a lámpácska fényfokát, azaz a használt villamos-telep rheostatját olyképen szabályozzuk, hogy a lámpa a megkívánt fényintenzitást nyújtsa. Megnézzük, vajjon a reflektor megfelelő szögletben áll-e? Ezt akkép állapítjuk meg, hogy a készülék markolatán lévő tölcser kezünk hátra illesztjük és nézzük vajjon a beállított korongalakú bőrrészlet mindenütt egyenletesen van-e



megvilágítva? Ha félholdalakú sötétebb területet észlelünk, a reflektort megigazítjuk.

Ily előkészület után az obturátorral fölszerelt tubust a húgycsőbe toljuk. A tubus külső karimáját bal kezünk két ujjával rögzítjük, az obturátort eltávolítjuk és a markolat tölcséres részét a tubus külső nyílásába illesztjük.

Ennek az egyébként szép megvilágítást nyújtó urethroscopnak némi fogyatékosága az, hogy alkalmazásakor tubusa és markolata — a tölcsérnek a tubusba való szoros beilleszkedése következtében — egy erősen egymásba kapcsolt egészet alkot. Ennek a hátránya már akkor is jelentkezik, ha a tubust vizsgálat közben hátrébb óhajtjuk tolni. Minthogy ezt a hátratólást az obturátor újabb beillesztése után szabad csak végezni, ennek foganatosíthatására a markolat tölcsérét a tubusból ki kell húznunk, ami egyrészt kellemetlen érzést vált ki a betegben, másrészt a tubus helyzetváltoztatásával jár. Helyi kezelés alkalmával is hátrányát látjuk a tubus és a markolat e szoros egymásba kapcsolásának.

A panelektroskop e szerkezeti fogyatékoságán akkép segítettem, hogy a Leiter-féle tubus helyett tölcséres elülső résszel bíró Grünfeld-féle speculumot használok. A panelektroskop kaucsuk-tölcsérének helyébe fémből való vékony és sekély tölcsért készíttettem, mely a tubusnak tölcséres részébe beilleszkedik, anélkül, hogy azzal szorosán egybekapcsolódnék. Ilyképen úgy a vizsgálat mint a therapiai beavatkozások minden zavaró momentum nélkül foganatosíthatók.


A panelektroskophoz *Gagstatter* külön tubust szerkesztett a *hátulsó húgycsőrészt* vizsgálatára és kezelésére. Ez egy obturátorral fölszerelt katheter-alakú cső, melynek orrmányához közel eső részén, az alsó falon ovális nyílása (ablaka) van. E nyílás hátulsó határán egy szögletben előrehajló *tükörlap* zárja el a kathetert a mögéje eső résztől. E speculum alkalmazásakor tehát, az ovális nyílásba illeszkedő nyálkahártyarészletet közvetlenül is látjuk, de tisztábban látjuk azt a speculum *tükörlapján*, szoros értelemben vett tükörkép alakjában.

*A Casper-féle urethroscop* (10. ábra). *Tubusa* hasonló a panelektroskopéhoz. Az izzólámpácska elhelyezése is, a panelektroskop mintájára, a markolat felső részébe van illesztve. Szemben vele kaucsukból való tölcsér van, melybe a készülék alkalmazásakor a tubus külső vége illesztendő be.

Az izzólámpácska tetejébe egy a fény fokozására szolgáló *gyűjtőlencse* van helyezve. A vetítést nem reflektor, hanem a gyűjtőlencse fölé illesztett, egyik lapján foncsorozott, fénytörő *prizma* végzi.




10. ábra



A Casper-féle urethroskop.

Alkalmazása hasonló módon történik, mint azt a panelektroskopra vonatkozólag vázoltuk. Ennek az urethroskopnak is megvan az a fogyatékosága, hogy használatakor a tubus és a világítókészülék összefüggő egészet alkot. Egy másik szerkezeti hátránya pedig az, hogy markolatának a fényforrást magába foglaló felső-

11. ábra.



A Görl-féle urethroskop (Knorr).

része oly közel esik a tubus külső nyílásához, hogy a helyi beavatkozás foganatosítására szükséges eszközt alig vezethetjük be máskép, mint ha a világítókészüléket, illetőleg a markolatot eltávolítjuk. Ilykép a helyi beavatkozás sötétben történik. A markolatnak akár ily célból, akár az obturator újabb beillesztése okából való eltávolításakor, a tubust bal kezünk ujjaival erősen rögzítenünk kell, hogy a fájdalomkeltést és a tubus eltolódását megelőzzük.


**A Görl-féle urethroskop.** A fent leírt urethroskopok jelzett fogyatékoságainak kiküszöbölése céljából Görl, amazok módosításával, oly urethroskopot szerkesztett, melyben a világítókészüléket magában foglaló markolat kellő távolságban van a tubus külső nyílásától, úgy hogy a helyi kezelést szemünk ellen-



őrzése mellett fogatosíthatjuk. Szerkezetét *Knorr* vázlatos rajza (11. ábra) magyarázza. Az izzó-lámpácska fénye gyűjtőlencsén át a reflektorra esik, mely azt a tubusba vetíti. Alkalmazásának módja megegyezik az eddig ismertetett készülékek használatának módszerével.

*A Brünings-féle urethroskop* (12. ábra). Szerkezete tekintetében kissé bonyolult, de kényelmes módon alkalmazható, fényszolgáltatás dolgában meg éppen első helyen álló urethroskop.

12. ábra.

A *Brünings-féle urethroskop*.

Az eddig ismertetett készülékekkel szemben a következő előnyei vannak. *Izzólámpája* világító-képesség, ellenállás és tartósság tekintetében fölülmulja amazokét. A kiegész kockázata nélkül 10—16 voltig terhelhető meg. A föléje illesztett condensator a fényt még fokozza. A világítás foka az ábrán látható rovátkolt gyűrű csavarásával pontosan szabályozható. A fény vetítését a mozgatható lapos tükör (reflektor) végzi.

A nehézkesnek látszó kétágú markolat valóságban nagyon célszerű, mert könnyű fémből való és kézbentartása szerfelett kényelmes. A fényforrást tartalmazó szárára az általam régebben konstruált megaloskophoz hasonló optikai készülék illeszthető, melylyel  $2\frac{1}{2}$ -szeres nagyítás érhető el. *Tubusa* hasonló a panelektroskophoz. A tubus és a markolatnak fényszolgáltató része között oly nagy a distancia, hogy helyi beavatkozások a szem ellenőrzése mellett kényelmesen fogatosíthatók.

#### Nagyító-készülék a *Leiter-féle panelektroskophoz*.

Egyes esetekben kívánatos, hogy a szemlélt részletet nagyítva láthassuk. Kisebb terjedelmű kóros elváltozások ugyanis néha diagnosztikai tévedésre szolgáltathatnak okot, holott ha azokat nagyítva látjuk, hamarosan tiszta képet nyerünk a fennálló kór-



folyamatról. *Leiter* ezért egy loupet illesztett a panelektroskopjára, mely a jelzett célt volna hivatva teljesíteni. Csakhogy úgy a tubus különböző hosszúsága, mint a vizsgáló szemének különbözősége közetkeztében ez a primitív nagyító-készülék nem szolgálhatja eredményesen a szóban lévő célt.

Egyes ma használatban lévő urethroskopok — amint azt látni fogjuk — a tükörkép közelítésére és nagyítására külön optikai készülékkel vannak ellátva. A legrégebbi ily optikai készülék tölem ered, (1894) s noha a modern tökéletes urethroskopok alkalmazását már csak kivételes esetekre korlátozzák, nem egészen fölösleges voltát talán az is mutatja, hogy néhány év előtt (1908) *Kaufmann* urethroteleskop névvel egy a később tárgyalandó *Valentine*-féle urethroskopra illesztendő oly nagyítót szerkesztett, mely amint a 13. és 20. ábra összehasonlításából látszik, hajszálnyira mása megaloskopomnak, melyet 14 évvel *Kaufmann* publikációja előtt a budapesti kir. Orvosegyletben demonstráltam és a szakirodalomban ismertettem. (Vizsgálatok nagyító-húgycsőtükörrel. Megaloskop urethrale. Magy. Orvosi Archivum 1894. — Studie aus dem Gebiete der Endoskopie. Untersuchungen mit meinem Vergrößerungsurethroskop. Ung. Archiv für Medizin 1894)

Nagyítóm egy a színházi messzelátó mintájára, de csak fél-szemre szerkesztett optikai készülék, melynek lencserendszere csavarral szabályozható. Az  $5\frac{1}{2}$  cm. hosszú és csekély súlyú készüléket a *Leiter*-féle panelektroskopra illesztettem a loupe helyébe, de — amint azt már annak idején jeleztem — minden más-fajta urethroskopra is applikálható. Megaloskopommal 2–3-szoros nagyítás érhető el.

### **A külső fényforrással bíró urethroskopok gyakorlati szempontból való egybevető bírálata.**

*Vizsgálat* céljából az ismertetett urethroskopok mindegyike eredményesen alkalmazható. Mindannyival szép, tiszta képet nyerünk, alkalmazásuk módja könnyű szerivel sajátítható el. Az egyes készülékeknek egyik-másik jelzett fogyatékosága, kellő gyakorlottság mellett, a vizsgálat eredményes foganatosítását számbavehető mértékben nem befolyásolja.


A *kezelés szempontjából* azonban azok a készülékek mindenképp megfelelőbbek, melyek megengedik, hogy a *beavatkozásokat szemünk ellenőrzése mellett végezzük*, tehát azok, melyek az urethroskopiai kezelő-eszköznek a tubusba való bevezetését és alkalmazását megengedik, anélkül, hogy a világító-készüléket eltávolítjuk. E tekintetben az első hely kétségtelenül a *Brünings*-féle urethro-



skopot illeti meg, mely fényszolgáltatás szempontjából elsőrangú. Ez után a Görl-féle készülék, majd a *panelektroskop* következik az ily irányu célszerűségük rangsorjában.

Mindezeket az urethroskopokat úgy az elülső, mint a hátulsó húgycsőrészletnek a megvizsgálására és kezelésére alkalmazzák. De amint azt a további fejtegetéseink folyamán látni fogjuk, a húgycső hátulsó részletének megtekintésére és az itt végzendő helyi beavatkozások foganatosítására sok esetben célszerűbb, ha az újabb szerkezetű oly urethroskopok valamelyikét használjuk, melyek *belső* fényforrással vannak felszerelve — különösképpen pedig azokat, melyek alakjuknál és szerkezetüknél fogva lehetővé

13. ábra.



Feleky-féle megaloskop urethrale.

teszik, hogy a húgycsőnek egy nagyobb részletét egyszerre megsejmlélhessük és a kezelést is egy nagyobb területen szemünk ellenőrzése mellett foganatosíthassuk. Viszont mint már említettük, ez utóbbi készülékeknek a szerkezete jóval bonyolultabb s így alkalmazásuk módja nem oly egyszerű és könnyű, mint a fent vázoltaké.

A mindennapi gyakorlatban, az esetek nagy részében elegendő, ha az itt ismertetett urethroskopok állanak rendelkezésünkre, akár az elülső, akár a hátulsó húgycsőrészlet vizsgálatát vagy kezelését célozzuk. De elég nagy azoknak az eseteknek is a száma, hol a szabatos körjelzés és a szükséges helyi beavatkozás foganatosítása céljából, a csak az urethroskopia posterior részére szerkesztett urethroskopok valamelyikéhez kell folyamodnunk.




## Külön célokat szolgáló urethroskopok, Külső fényforrással.

Régi törekvés oly urethroskopnak a szerkesztése, mellyel nemcsak a tubus hátulso nyilása előtt elterülő nyálkahártyarészletet látjuk, hanem mely lehetővé teszi, hogy a húgycsőnek egy nagyobb területét egyszerre megtekinthessük, s itt a szükséges beavatkozásokat szemünk ellenőrzése mellett foganatosíthassuk. Különösen kívánatos ez, a nem ritkán előforduló papillomák, továbbá a rendszerint mélyen ülő, egyenkint képződő polypusok, valamint kórosan elfajult mirigyek, tuberculosisos elváltozások, anyaghiányok és idegen testnek szabatos kórjelzése és a megfelelő helyi beavatkozások foganatosítása céljából, nemkülönben az oly esetekben, amikor az ondódombnak és szomszédságának megbetegedéseivel állunk szemben.

E célra is immár tökéletes készülékeink vannak. A leghasználatosabbak akkép szerkesztvék, hogy a fényforrásuk a tubus belsejében foglal helyet. De egyes esetekben igen jó szolgálatot tesznek a régibb, egyszerűbb szerkezetű ily készülékek is, melyek fényforrása a tubuson kívül van, a megvilágítás tehát reflektált fénnel történik.


Az első ily készülék az *Auspitz-féle* tágító-speculum volt. Ez egy az orrspeculum mintájára készült kétszárú rövid eszköz, mely

14. ábra.



*Brown-féle* tágító-speculum.

15. ábra.



*Smith-féle* tágító-speculum.

a húgycső kezdeti részének a széttárására van szánva. Szárainak szétszavarása némi fájdalommal jár és a vizsgálat befejeztével vigyáznunk kell, nehogy a szárok visszacsavaráskor a nyálkahártyát

becsipjük. Célszerűbben szerkesztvék a *Brown-* és a *Smith-féle* tágító-speculumok (14. és 15. ábra), de ezeket is csak a húgycső legelülsőbb részletének a megvizsgálására tanácsos használni. Ezeknek és valamennyi ilyfajta széttáráson ala-

puló eszköznek az a közös hibájuk, hogy a nyálkahártya a száraik közé eső területeken előredomborodik, miáltal a húgycső belvilága szűkül. Emiatt csak nagynehezen, az eszköznek tengelye körül való forgatása útján sikerül a kívánt célt elérnünk.

*Az Antal-féle aërourethroskop.* Több szerencsével, új alapon oldotta meg a szóban lévő problémát hazánkfia *Antal*. Aëro-




urethroskop névvel nagyon ötletes ily célu készüléket szerkesztett, melyet egyes esetekben ma is haszonnal alkalmazunk. Az ő készülékének az alapeszméje kiinduló pontul szolgált a látótért bővítő mostani tökéletes urethroskopok szerkesztésénél.

Az aërourethroskop segítségével akkép érünk el nagyobb látótért, hogy a tubussal kapcsolatos fuvókészülékkel levegőt fujtatunk az elzárt nyílású húgycsőbe, s így annak falait egy nagyobb területen széttárjuk.

Az eredeti Antal-féle készülék (16. ábra) alkotórészei a következők: a) egy rövid tubus, melynek külső végét egy a hímvessző

16. ábra.



Az Antal-féle aërourethroskop.

makkjának befödésére szolgáló buraalaku fémköpeny vesz körül; b) a tubus külső nyílásába beilleszkedő tölcsér, melyet kívülről üveglappal befödött kis hengeres cső zár el; c) a tölcséralaku részbe beillesztett kétballonos fuvókészülék; d) a műtőasztal mellé elhelyezett gáz- vagy villamos lámpa; e) a homlokra csatolt reflektor.

Alkalmazásának módja a következő: A húgycsőnek kis kézi-fecskendővel történő előzetes megtisztítása után az obturátorral fölszerelt tubust betoljuk és az obturatort eltávolítjuk. A tubus külső végébe beillesztjük a tölcséres részt és most a fuvókészülék labdájának ismétlődő enyhe összenyomásával levegőt fujtatunk a húgycsőbe. Ily módon a pars membranacea-ig széttárhatjuk a




húgycsövet és egyszerre 4—5 cm. hosszúságu húgycsőrészletet tekinthetünk meg. A megszemlélés a Grünfeld-féle eljárás szerint (4. ábra) a fénynek homlokreflektorral való bevetítése mellett történik.

A befújtatott levegőnek a húgycső hátulsó részletébe (pars membranace, p. prostatica) és innen a hólyagba való hatolását a pars membranacea-t környező, normálisan működő záróizom megakadályozza, de óvatosságból akkép járhatunk el, hogy segédünk a hátulsó húgycsőrészletet a végbélbe vezetett ujjal összeszorítja.

A széttárt húgycsőrészlet tömlőszerű képet nyújt, melynek falzata harántirányu széles gyűrűzöttséget mutat.

17. ábra.



A Fenwick-féle aërourethroskop.

A nyálkahártya a légnyomás következtében anaemiássá válik, s így színe jóval halványabbnak mutatkozik. Ezért gyuladással elváltozások ez úton föl nem ismerhetők. De ily célra nem is használjuk e készüléket, hanem főképp kóros növedékek, fekély, idegen test megállapítására, vagy szűkület bemeneti nyílásának a kiderítésére, ilyenkor pedig a színelváltozásnak jelentősége nincsen. Kezdődő szűkületnek a helye azáltal válik szembetűnővé, hogy ott a széttárt húgycső behuzódást mutat.

Mikor *Leiter* forgalomba hozta az urethroskopok tárgyalása folyamán már ismertetett panelektroskopját, *Antal* annak a világító-készülékét alkalmazta aërourethroskopján, miáltal a megvilágítás egyszerűbbé és a készülék alkalmazása kényelmesebbé vált. Ez a módosított aërourethroskop, ma mint *Fenwick-féle* aërourethroskop szerepel (17. ábra), noha az *Antal—Leiter-féle* készüléktől csak




annyiban különbözik, hogy markolatára 3 különböző gyújtótávolsággal bíró loupe van illesztve (figyelembevéve a különböző szemű vizsgálokat), míg az eredeti panelektroskopon csak egy ilyen loupe van.

### 3. Urethroskopok belső fényforrással.

Ezen urethroskopok az *Oberlaender*-féle készülék (5. ábra) mintájára készültek. Az amott fényforrásul szolgáló izzó platinkacs helyébe azonban *apró, lapos Edison-lámpácska* lépett, melynek hőtermelése oly parányi, hogy a hűtőkészülék fölöslegessé vált.

A *Valentine-féle urethroskop*. (18. ábra) *Tubusa* hengeres,

18. ábra.



A *Valentine-féle urethroskop*.

hátsó részén elhelyezett cső, melynek külső szélét korong övezi. Utóbbin egy a világító-készülék rögzítésére szolgáló csapocskája van. *Világító-készüléke* derékszöget alkotó két szárból áll. A széles rövid szár a markolat, a nyulánk csőből álló hosszú szár a lámpácskának és két áramvezető sodronyának a hüvelyé. A markolat felső végében van a kontaktus, alsó végében pedig a kábelek illesztékeinek befogadására szolgáló két nyílás és azok rögzítésére való két csavar. A hosszú szár hüvelyt alkotó cső, melynek hátsó vége tölcészerűleg kiszélesedik, hogy a lámpácskát befogadhassa. A lámpácska egy része szabadon kinyulik a tölcéséből.

Vizsgálat közben a lámpácska a nyálkahártya közvetlen közelében van, de minthogy hőfejlesztése jelentéktelen, nem kell attól tartanunk, hogy kárt okozhat, különösen, ha az áramot időnkint megszakítjuk, azaz a lámpácskát pihentetjük. Ezen



óvatossági intézkedés azért is szükséges, mert a csekély ellenálló képességgel bíró lámpácska különben hamarosan kiég. A lámpácskának ez a kényes volta ajánlatossá teszi, hogy az áramerő finomabb szabályozhatására az áramszolgáltató villamos készülék és a kábelek közé egy e célra szerkesztett *kis rheostatot* iktassunk. (28. ábra).

A Valentine-féle urethroskop *alkalmazásának módja* a következő: A vizsgálat foganatosítása előtt kipróbáljuk a lámpácskát, illetőleg a rheostatot beigazítjuk arra a fokra, hogy a lámpácska sötét helyen kellőképp világítson. Ennek megtörténtével az áramot kikapcsoljuk. Most az obturátorral fölszerelt tubust a húgycsőbe toljuk. Az obturátort eltávolítjuk és a tubusba beillesztjük a világító-készüléket. Ez akként történik, hogy a tubus karimáját bal kezünk ujjaival kellőképp rögzítjük és jobb kezünkkel betolván a készüléknek a lámpácskát magában foglaló szárát, ezt a tubussal oly módon kapcsoljuk össze, hogy a tubus karimájából kiemelkedő csapocskát a világító-készülék szögletében lévő csatornába illesztjük, melybe az arra szolgáló csavarral rögzítjük.

Csak ekkor szabad a villamos áramot megindítanunk, ami a markolat kontaktusának fölfelé tolása útján történik.

A lámpácska termelte csekély hő is elegendő arra, hogy vizsgálat közben pára képződés történjék, különösen, ha a nyálkahártyát nem töröltük le kellőképpen. A pára homályossá teheti a látótérrel, de ha az áramot rövid időre megszakítjuk, ismét tiszta képet nyerünk.

A Valentine-féle urethroskop vizsgálati célokra nagyon alkalmas, helyi kezelés foganatosításakor azonban a lámpácska utban van. Finom eszközök még elég jól elférnek mellette, de terjedelmesebb eszköz alkalmazása, vagy a nyálkahártyának tamponnal való letörlése már nehezebben megy. A tampon mozgatásakor a gyapot könnyen beakad a lámpácskába, úgy hogy helyesen cselekszünk, ha a letörlés előtt a világító-készüléket eltávolítjuk.

*Ullmann* (Wien) a Valentine-készülék markolatát és kapcsolóját célszerűen módosította, miáltal az eszköz alkalmazása kényelmesebbé válik.


*A Luys-féle urethroskop.* (19. ábra). A Valentine-készüléknek célszerű módosítások által elért tökéletesítése.

*Tubusai* háromféle hosszúságban készülnek. A leghosszabb (14 cm) a hátsó húgycsőrészlet (pars prostatica, p. membranacea), a 13 cm hosszú a pars bulbosa és a 7 cm hosszú a pars pendula vizsgálatára szolgál. A lámpácska és ennek áramvezető nyulánk szára részére a tubusban sekély vályu van, úgy hogy azok a látótérrel nem szűkítik és helyi beavatkozásakor nincsenek utunkban. Maga a lámpácska és ennek hüvelyt alkotó szára cél-



szerűbb szerkezetű, mint a Valentine-féle s így beillesztése, illetőleg kicserélése kényelmesebben fogantatosítható. A lámpa hőtermelése csekélyebb, mint amazé.

19. ábra.



A Luys-féle urethroskop félretolt lencsével.

Markolata is célszerűbben van szerkesztve, úgy hogy kézbentartása kényelmesebb és egy helyben biztosabban rögzíthető. A markolatnak a tubus külső nyílásával szembeeső részébe loupe elhelyezésére szolgáló keret van, melybe a tubusok különböző hosszúságához viszonyított különböző gyújtótávolsággal bíró lencsét illesztünk. A lencsén át a beállított húgycsőrészletet kissé nagyítva látjuk. Helyi beavatkozás fogantatosításakor a loupe utunkban volna, ilyenkor tehát oldalt toljuk.

### Nagyító-készülék a Valentine-féle urethroskophoz.


Az itt ismertetett belső fényforrással fölszerelt urethroskopokhoz Kaufmann oly nagyító-készüléket szerkesztett, mely szerinte minden szemnek alkalmas. Két apró planconvex lencsét akképp foglalt fém-övbe, hogy azok convex felülete hátrafelé, azaz a beállított húgycsőrészlet felé tekint. A lencsepár keretje hosszú, nyulánk vezetőrúdra van forrasztva, mellyel az optikai készülék a tubusban a beállított részlethez közelebb-távolabb tolható,



aszerint amint ezt a vizsgáló szeme megkívánja. A lencsék párák okozta elhomályosodástól akkép óvhatók meg, hogy azokat, a készülék betolása előtt lysollal, glicerinnel vagy a „Brillenglanz“ nevű anyaggal bekenjük.

E készülék fogyatékosága arra ösztönözte Kaufmant, hogy később (1911.) a színházi messzelátó mintájára egy újabb nagyítót szerkesztett, melyet a Valentine-féle urethroscop markolatára, a tubus külső vége elé illesztett. Ezen *urethroteleskop*-nak nevezett

20. ábra.



A Kaufmann-féle urethroteleskop.

optikai készülék, amint az a 13. és 20. ábra összehasonlításából látható, semmiben sem tér el az általam 1894-ben szerkesztett és ugyanekkor a szakirodalomban ismertetett megaloskoptól, melyet a Leiter-féle panelektroskopra illesztettem a szemlélt húgycsőrészlet nagyítása és közelítése céljából.

### **Külön célokat szolgáló urethroscopok, belső fényforással.**

*A Loewenhardt-féle urethroscop.* Csak a hátulsó húgycsőrészlet (*pars prostatica, pars membranacea*) vizsgálatára van szánva. A *katheteralaku speculum* orrmányának convex felületén ovális nyílása van. Az ezen nyílásba illeszkedő nyálkahártyarészlet szemlélhető meg a tubuson át. *Fényforrása* egy a speculum orrmányába elhelyezett izzólámpácska. A speculum betolása az abba illeszkedő obturátorral történik.

Vizsgálat előtt a hólyagot vízzel megtöltjük, hogy a folyadék a lámpácska hőszugárzását ellensúlyozza. Ha a vizsgálat folyamán az eszközt annyira kifelé húzzuk, hogy a lámpácska a hólyag ostiumába jut, akkor annak lehűtése a tubushoz kapcsolt, gummi-labdával szabályozható irrigáló készülékkel történik.


A *Loewenhardt-féle urethroscop*ot csak kevesen alkalmazzák.

*A Kollmann-Wiehe-féle urethroscop, tágító tubussal.* (21. ábra) *Tubusának* hátulsó vége hasított és csavarkészülékkel



széttárható. Ez által a húgycsőnek a tubus hátsó vége előtt fekvő részletét fokozatosan széttárhatjuk és így egyszerre egy nagyobb terület válik megtekinthetővé. A tubusba egy a cystoskop lencse-rendszeréhez hasonló *optikai készülék* tolható, mely a látótér nagyítására szolgál. Ez a berendezés különösen hypermetrópiás szeműnek könnyíti meg a vizsgálatot. A *fényforrás* lapos izzólámpácska, mely az optikai készülék hátsó végébe van illesztve.

21. ábra.



A Kollmann-Wiehe-féle urethroskop.

A *Wasserthal-féle aërourethroskop*. Az Antal-féle aërourethroskop elvén alapuló készülék, azzal a különbséggel, hogy fényforrása a tubusban foglal helyet. Speculuma ugyanolyan, mint a Valentine-féle, csak hogy a tubus külső végébe a levegő befúvására szolgáló fújtató-készülék van bekapcsolva. Csak az elülső húgycső-részlet (*pars cavernosa*) vizsgálatára használható.

A *Wossidlo-féle készülék, urethroskopia posterior részére*. (22. ábra.) Ez az urethroskop is annak az eszmének az érvényesítését célozza, hogy levegőnek a befújtatása által a húgycsövet széttárjuk és így egyszerre egy nagyobb területet tekinthessünk meg. Csak hogy míg az eddig ismertetett hasonló célra szerkesztett urethroskopok csak az elülső húgycső-részlet vizsgálatára alkalmasak, addig a Wossidlo H.-féle urethroskop a húgycső *hátsó részletének* (*pars prostatica, p. membranacea*) vizsgálatára és kezelésére van szánva.

*Speculuma* hasonló a Loewenhardt-féléhez, vagyis a katheter-alaku tubus alsó falának az orrmányhoz közel eső részén ovális nyílása van. De ez a nyílás itt, a tubus illető részének célszerű hajlása következtében, nagyobb terjedelmű mint amott. A tubusba megfelelő alakú obturator illeszkedik.


A speculumnak kissé bővebb külső végén bogyóalakban végződő csövecske van, — erre illesztjük a kettős labdájú *fúvó-készülék* gummicsovét. A tubusban hosszant nyulánk csövecske



vonul végig, melyen át a húgycsőben felgyülemelő váladék vagy vizelet aspiráció útján eltávolítható.

*Világító-forrásul* izzólámpácska szolgál, mely két sodronnyával együtt, a Valentine-féle szerkezethez hasonlóan, hosszú nyulánk hüvelyben foglal helyet. Ezen fénytartó-készülék elül széles korongtól környezett kis hengeres csőben végződik, melynek külső nyílása üveglappal van befödve. Az urethroskop alkalmazásakor e henger hátulso végét a tubus külső nyílásába illesztjük, miáltal ez légmentesen elzárul. Az üveglap helyébe nagyító-készüléket is illeszthetünk.

22. ábra.



A Wossidlo-féle készülék urethroskopia posterior részére.

A hengert környező korongon két csapocská van a kábelek illesztékének a rögzítésére. Ezen illeszték markolatul is szolgál és rajta van az áramindító és megszakító kontaktus is.

Az alkalmazás módja a következő: A húgyhólyagnak kiürítése és a húgycsőnek kifecskendése után a speculumot betoljuk, úgy hogy orrmányának a vége a hólyagnyílásban feküdjék. Az obturátort eltávolítjuk és helyébe beillesztjük az üveglappal elzárt fénytartó-készüléket. A kontaktus útján bekapcsoljuk a villamos áramot, mire az üveglapon át betekintve beállítjuk a megszemlélendő húgycsőrészletet. Most a tubusra illesztjük a fúvókészüléket, melynek labdáját ismételten enyhén összenyomva, módunkban van a beható levegő által széttárt húgycsőrészletet, illetőleg a tubus nyílása táján fekvő területet, megvizsgálni.

Előnyös, ha a fújtató-készülék működését egy segédünkre bizhatjuk. Ha helyi beavatkozást kívánunk fogantatosítani, akkor a keretbe foglalt üveglapot el kell távolítanunk. Ezzel persze a levegő kiszabadul s így megszűnik a húgycső széttárt állapota.

A speculum orrmányos része lecsavarható. Aszerint, hogy a húgycsőnek hátulso vagy elülső falát szándékszunk megvizsgálni más-más orrmányos részt csavarunk fel. A kisebb körszeletnek



megfelelő, tehát erősebben görbült orrmány az elülső, a kevésbé görbült orrmány pedig a hátulsó húgycsőfal számára való.

Ne alkalmazzuk a szóban lévő eljárást az oly esetekben, mikor *fausse route-ra* vagy egyéb sérülés fennállására van gyanunk, mert a levegő a sérült szövetekbe jutva helyi emphysemát okozhat.

### Az irrigációs urethroskopia.

Kissé tüzetesebben kell foglalkoznunk azzal az urethroszkopiai eljárással, melyet néhány évvel ezelőtt *Goldschmidt* Hans berlini orvos alkalmazott először és honosított meg és amely az urethroszkopiai diagnosztikát és therapiát a tökéletesség mai fokára emelte.

A *Goldschmidt*-féle módszer az eddigiektől teljesen eltérő alapon nyugszik. A vizsgálat és a therapiai beavatkozások a húgycsőnek *vizáram* által széttárt állapotában történnek. Ez eljárás e tekintetben tehát némiképp hasonló a cystoszkopiai módszerhez. Az e célra szolgáló készülékek és a cystoskop között is van valamelyes hasonlóság, amennyiben ugyancsak a *Nitze*-féle lencserendszerből álló optikai készülékkel vannak azok fölszerelve. E készülék a szemlélt részlet nagyítására és közelítésére szolgál.

Az irrigációs eljárás alkalmazásakor tehát *a vizáram széttárja a húgycsőnek egy nagyobb részletét, melyet a folyadékrétegen át nagyítva és közelítve van módunkban megtekinteni.* A víz nyomása következtében a nyálkahártya *anaemiássá* válik. Itt is tehát halovány színben látjuk azt, épp úgy mint az *aërourethroskopok* alkalmazásakor.

A *Goldschmidt*-féle irrigációs urethroskopok *alkotó részei* a következők:

Az obturátorral fölszerelt, oldalt vagy alsó falán nyílással ellátott *speculum*, melynek külső végén az irrigateur gummicsővének ráillesztésére szolgáló csapocska és a kábelek rögzítésére való két illeszték van.

A *fényforrásul* szolgáló *izzólámpácska*. Ez a *speculum* hátulsó részébe van becsavarva. Falzata tejüvegből való. A *villamos áramot* a lámpácska fémillesztékének egyik pólusához a *speculum* falában hosszant futó izolált sodrony, a másikhoz maga a *speculum* falzata vezeti.

Az *optikai készülék* hengeralakú csőben elhelyezett *Nitze*-féle lencserendszer. A cső két végét egy-egy lencse zárja el. Az optikai készülék szorosán beilleszkedik a *speculum* belsejébe. Az okuláré mögötti külső végét a „tömítő“ fogja körül, mely a *speculum* külső nyílásának vízmentes bedugására szolgál.


Az *irrigációs készülék* állványon függő irrigateur. Gummicsővének a végét használatkor a *speculum*nak arra való csapjára



illesztjük. Szabályozását segédünk végzi, de ha pedálos irrigateurünk van, akkor lábunkkal önmagunk szabályozhatjuk a folyadék beáramlását.

**Goldschmidt urethroskopja az elülső húgycsőrészlet számára** (23. ábra). Speculum 24. Charr. számú, hengeres, hátul zárt egyenes cső, melynek a hátulsó végéhez közel eső részén két 4 cm. hosszú egymással szemben lévő ovális nyílása van, úgy hogy e helyütt csak két egymással párhuzamosan futó lécs marad meg. Hátulsó zárt végének az üregében van az izzólámpácska (L), melyet a speculum ürétől egy haránt álló tejüveglemez zár el. A speculum obturатора szorosán illeszkedik annak ürébe. Vizsgálat alkalmával annak helyébe a fent leirt optikai készülék kerül, melyet azonban csak az ovális nyílások elülső határáig tolunk be.

23. ábra.



Goldschmidt urethroskopja az elülső húgycsőrészlet számára.

**Alkalmazásának módja.** A beteg kissé hanyatt dölve ül a vizsgálóasztalon. A steril vízzel vagy bóroldattal megtöltött irrigateur 1 m. magasságyra függ a beteg combjai fölött.

Miután a lámpácska izzásának fokát a rheostattal szabályoztuk és ennek megtörténtével a villamos áramot ismét kikapcsoltuk, betoljuk az obturátorral elzárt speculumot a húgycső bulbusáig. Most eltávolítjuk az obturátort, helyébe betoljuk az optikai készüléket és a tömítő beillesztésével bedugjuk a speculum és az optikai készülék közötti hézagot. A speculumot bal kezünk ujjainal akkép rögzítjük, hogy a himvessző makki részletét erősen körül fogjuk, mert ezzel megakadályozzuk azt, hogy a speculum mellett az áramló folyadék kiszivároghasson. Ezek megtörténtével óvatosan megindítjuk a vízáramot, mire a folyadék a speculumba és innen az ovális nyílásokon át a húgycsőbe hatol, melynek falait, különösen a nyílások tájékán, a vízmennyiség nyomásának arányában széttárja. A lámpácskához vezető villamos áramot csak a folyadék behatolása után szabad bekapcsolnunk.

Ilyképen az optikai készüléken át betekintve a vízrétegen át megsejmlélhetjük a húgycsőnek az ovális nyílások táján lévő részletét.



Ha újabb területet kívánunk meg szemlélni és e célból a speculumot más helyzetbe akarjuk hozni, ezt csak a vízáramlás tartama közben szabad megtennünk, különben megtörténhetik, hogy a speculum helyváltoztatása közben, nyílásának szélei sértik a nyálkahártyát. Hasonló okból a speculum eltávolítása előtt ugyancsak még a vízáram működése közben illesztjük be az obturátort az eltávolított optika helyébe és csak ekkor húzzuk ki az eszközt.

**Goldschmidt urethroskopja a hátulsó húgycsőrészlet számára.** A pars prostatica és membranacea megvizsgálására Goldschmidt két-féle urethroskopot szerkesztett. Az egyikkel a megvilágítás hátulról előfelé (24. ábra), a másikkal fölülről történik (25. ábra).


Mind a két készülék speculuma kathéteralakú. Hosszúságuk 21 cm., vastagságuk 24 Charr. számnak felel meg. Az orrmányhoz közel eső részüknek alsó falán  $2\frac{1}{2}$  cm. hosszúságú ovális nyílás van.

Abban a speculumban, mely hátulról jövő fényvel világítja meg a beállított húgycsőrészletet, a tubusnak az ovális nyílás mögé eső részében van az *izzólámpácska*, melyet a nyílástól haránt álló tejüvegkorong választ el. A másik típusu urethroskopban a lámpácska a tubusnak felső falába van beágyazva, annak az ovális nyílás fölött lévő koporsófedélszerű öblösödésében. Itt a lámpát a speculum üretől harántul elhelyezett tejüveglemez zárja el.

A speculumba megfelelő obturator illeszkedik. Az *optikai készülék* ugyanaz, melyet az urethroskopia anterior részére használunk.

**Alkalmazásának módja.** A beteg a vizsgálóasztalon hanyatt fekszik. Az obturátorral folszerelt speculumot addig toljuk be, míg orrmányos része a hólyagban foglalt helyet. Az obturátort eltávolítjuk és helyébe beillesztjük az optikai készüléket, a tömítővel pedig bedugjuk a tubus és az optikai rész közötti hézagot. Most megindítjuk a vízáramot. A folyadék a speculumba és ennek ovális nyílásán át a húgycsőbe hatol, melynek falait különösen az eszköz nyílása táján szétárja. A vízáramot akképp szabályoz-

24. ábra.




A Goldschmidt-féle urethroskop a hátulsó húgycsőrészlet számára. (Világítás hátulról.)



hatjuk, hogy a széttárás kisebb vagy nagyobb mértékű legyen. A vízáramlás megindulása után a kontaktus útján bekapcsoljuk a rheostattal előzetesen a kellő erőre beállított villamos áramot, hogy a lámpácskát izzásba hozzák.

Ekkor a speculum okuláris részébe betekintve, a vizrétegen át megszemlélhetjük a speculum ovális nyílása táján elterülő nyálkahártyarészletet. A nyálkahártya a viznyomás következtében anaemiásnak mutatkozik.

A vizsgálat folyamán a speculumot csak a vízáramlás tartama alatt szabad uj helyzetbe hozunk, különben megsérthetjük az ovális nyílás szélein elterülő nyálkahártyát.



A Goldschmidt-féle urethroskop a hátulsó húgycsőrészlet számára. (Világítás fölülről.)

Ha a speculumot annyira hátratuljuk, hogy ovális nyílásának csak egy része is a hólyag ürében van, akkor az irrigáló oldatból nagyobb mennyiség a hólyagba hatol és ott is marad. Ilyenkor arra is kell ügyelnünk, vajjon a beteg nem érez-e feszülést a hólyagtájon, mely esetben az optika eltávolítandó, mire a folyadék a speculumon át kiürül.

A vizsgálat befejeztével leghelyesebben akkép távolítjuk el a speculumot, hogy a villamos áram megszakítása után, de még a vízáramlás tartama alatt, kihuzzuk az optikai készüléket és helyébe betoljuk az obturátort. Ilykép az eszköz kihúzása semmi nehézséggel nem jár és fájdalmat nem okoz.

Úgy a betegnek, mint magunknak nagyon megkönnyítjük a műveleteket, ha a vizsgálat előtt a húgycsövet érzéstelenítjük. Goldschmidt erre a célra az *eusemint* ajánlja, melyből capillaris kathéteren át (Guyon-csöppentő) néhány gramm fecskendezendő a hátulsó húgycsőrészletbe. (Az eusemin 10 cm.-nyi mennyiséget




tartalmazó phiolákban kapható. Ez a mennyiség, konyhasóoldaton kívül, 0.0075 cocain. hydrochloricumot és 0.00005 adrenalin. hydrochloricumot tartalmaz.) De ugyanoly jó hatással használhatjuk az alypin. hydrochloricum 2<sup>o</sup>/<sub>o</sub>-os oldatát, melyből 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> gmnyi mennyiséget fecskendezünk a hátulsó húgycsőrészletbe, Guyon-vagy Ultzmann-csöppentővel.

A *Wossidlo-féle irrigációs urethroszkop* (26. ábra). Wossidlo H. a légbefúvásra berendezett előbb ismertetett urethroskopját (22. ábra) a Goldschmidt-féle készülék mintájára akkép alakította át, hogy az a hátulsó húgycsőrészlet számára, mint irrigációs urethroskop is alkalmazható legyen. A módosítás abban áll, hogy speculumába beillesztett egy a vizáram keringésére szolgáló vezetékét és ellátta azt a Goldschmidt-féle optikai készülékkel. A lámpácska a speculumnak a nyílással szemben lévő falába olyképen van elhelyezve, hogy a megvilágítás elülről és felülről történik.

A speculumban hosszantfutó csatorna, mely — amint azt az eredeti készülék leírásakor említettük — arra való, hogy a felgyülemllett váladékot vagy vizeletet kiszivattyuzhassunk, itt azt a szolgálatot teljesíti, hogy amint az irrigáló folyadék bizonyos mennyiségben túl hatol a húgycsőbe, akkor a főlöszleg a csatornán át kifelé ürül. Ilyképpen megakadályozható, hogy a húgycső tulságos mértékben táguljon, aminek az az előnye, hogy a nyálkahártyának a viznyomás okozta anaemiája csekélyebb fokú, mint azt Goldschmidt urethroskopjának alkalmazásakor tapasztaljuk.

Ha a vizáramlást beszüntetjük, akkor áttérhetünk a légbefúvásos eljárásra. Helyi beavatkozások azonban csak az optika eltávolítása után fogatosíthatók.



26. ábra.


A Wossidlo-féle irrigációs urethroskop.



**A Jacoby-féle retrograd urethroskop.** A hátulsó húgycsőrészlet vizsgálatára szolgáló Goldschmidt-féle urethroskop módosítása. A speculumba, az ovális nyílás hátulsó szélé táján, harántirányban egy előrehajló foncsorozott üvegkorong (tükörlemez) van beillesztve, mely a beállított húgycsőrészlet *tükörképét* mutatja. Ezt a tükörképet az optikai készüléken át közelítve és nagyítva látjuk.

**A Buerger-féle kysto-urethroskop.** (27. ábra.) Ez a készülék úgy a hátulsó húgycsőrészletnek, mint a húgyhólyag az ostiumhoz közel eső részének a vizsgálatára alkalmas. Ha utóbbi célra használjuk, akkor a hólyag előzetesen folyadékkal töltendő

27. ábra.



A Buerger-féle kysto-urethroskop.

meg. Urethroskopiai célra az ismertetett irrigációs készülék beiktatásával alkalmazzuk. *Optikája* a kystoskop mintájára fénytörő prizmával van ellátva, melynek egyik lapja foncsorozott. E készülék ez úton szintén szoros értelemben vett *tükörképet* szolgáltat. Egy másik prizma arra való, hogy az izzólámpácska fényét a beállított húgycsőrészletre vetítse. A kysto-urethroskop nagyon szép, tiszta képet szolgáltat, de minthogy speculumának ablaka (ovális nyílása) jóval kisebb, mint az eddig ismertetett hasonló készülékeké, ennek következtében szűkebb határu látótérnyújt.

### Az ismertetett urethroskopok összehasonlító birálata.

Az ismertetett urethroskopok nagy száma és különfélesége szükségessé teszi, hogy azokat célszerűségük szempontjából egymással összehasonlítsuk, elsősorban azért, hogy megítélhessük, mikor melyik készülék alkalmazása ajánlatos, de azért is, hogy tiszta képet nyerjünk, mely urethroskopok szükségesek a mindennapi gyakorlat igényeinek kielégítésére, elkülönítve ezeket azon készülékektől, melyek alkalmazására csak kivételesen vagyunk utalva s melyek ilykép inkább csak a szakorvos eszköztárába valók.

#### a) Az urethroskopia anterior részére szolgáló készülékek.

A húgycső *elülső részletének* (pars cavernosa) a megvizsgálására és kezelésére a külső fényforrással bíró urethroskopok némely tekintetben alkalmasabbak, mint azok, melyeknél a fényforrás



a speculum belsejében van. Ugyanis szerkezetük egyszerűbb, lámpáskáik tartósabbak és olcsóbbak és a helyi beavatkozások kényelmesen foganatosíthatók, mint amazokkal, hol a tubusban lévő lámpácska néha utunkban van. Már jeleztük, hogy különösen a *Brünings*-féle készülék ajánlható, de nagyon megfelelő a *Görl*-féle és a módosított *Leiter*-féle urethroskop is.

De néha itt is egyes finomabb részletek szabatos distinctiója kívánatossá teszi a közvetlen megvilágítást. E célra első sorban a *Luys*-féle urethroskop ajánlható. A belső fényforrással ellátott egyszerű urethroskopok közül ennek a szerkezete a legcélyszerűbb. Lámpáskája akképp van elhelyezve, hogy a látótér alig szűkíti és a bevezetett eszköznek is alig van utjában. Egyéb előnyeit a *Valentine*-féle urethroskoppal szemben már ismertettük. Helyi kezelés foganatosításakor azonban számolnunk kell azzal a fogyatékoságával, hogy a lámpáskája párákat fejleszt és hogy a világító ereje is csökken, ha a falzata gyógyszerek által szennyeződik.

Egyes esetekben, amikor papillomák, mélyebben ülő polypus, fekély vagy idegen test kiderítéséről van szó, kívánatos, hogy a húgycső *egy nagyobb területét egyszerre* megvizsgálhassuk. Ilyenkor az *Antal*- vagy a *Fenwick*-féle aërourethroskopot használjuk, vagy pedig *Goldschmidt*-nek az urethroskopia anterior számára szolgáló irrigációs urethroskopját. Ez eszközöknek az alkalmazása nem jár nehézséggel és a jelzett esetekben a szabatos körjelzést nagyon megkönnyíti. Már jeleztük, hogy a levegő illetőleg a víz nyomása a nyálkahártyát anaemiássá teszi, de ha ezen körülménnyel számolunk, az a szóban forgó bajok megállapítását nem nehezíti meg.

b) Az urethroskopia posterior részére szolgáló készülékek.

A hátsó húgycsőrészletet ugyan szintén szabatosan megvizsgálhatjuk az elébb vázolt *külső fényforrással* fölszerelt, egyszerű készülékekkel, de kétségtelen, hogy a *Luys*-féle urethroskoppal tisztább és gyorsabban megítélhető képet nyerünk. Viszont tekintve ezen urethroskopnak jelzett fogyatékoságait a helyi kezelést, különösen pedig *a mindennapi gyakorlatban szükségessé váló kisebb beavatkozásokat* szivesebben foganatosítjuk valamely reflektált fényvel világító urethroskopen át, minők a *Brünings*-, *Görl*- és a *Leiter*-féle készülékek. Rendszerint akképp járunk el, hogy a helyzet szabatos megítélhetése céljából a vizsgálatot a *Luys*-féle urethroskoppal végezzük és amikor a kezelés tervével tisztában vagyunk, a megkívánt rendszeres kezelést — ha lehetséges — a fent említett kevésbé kényes és egyszerűbb urethroskopok valamelyikén át foganatosítjuk.

A mindennapi gyakorlat részére tehát elegendő, ha műszer-



tárunkben a Luys-féle és a Brünings- vagy Leiter-féle urethro-  
skopokat tartjuk készenlétben.

Említettük, hogy a *pars anterior* egyes — bár ritkább —  
bajainak kórjelzésére néha a nagyobb látótért nyújtó készülékek  
valamelyikéhez kell folyamodnunk. A *hátulsó húgycsőrésztlet* meg-  
betegedéseinek kiderítése okából sűrűbben kell az ily egyszerre  
nagyobb területet feltáró urethro-  
skopokat igénybe vennünk.  
E helyütt ugyanis nemcsak a már említett betegségek, hanem  
különösen az onódomb és szomszédságának elég gyakori meg-  
betegedései azok, melyeknek szabatos kórjelzése vagy kezelése  
kivánatossá teszi a kóros területnek áttekinthetőségét és hozzá-  
férhetőségét abban a mértékben, melyet csak az irrigációs eljárás  
tud nyújtani.

A *Buerger*-féle kysto-urethro-  
skop alkalmazása akkor aján-  
latos, ha a hátulsó húgycsőrésztlet kóros elváltozásai átterjednek  
a hólyagnyílás és szomszédságának nyálkahártyájára is, — amint  
ez papillomák, tuberculosisos és gonorrhoeás folyamatok eseteiben  
észlelhető. De nem szabad felednünk, hogy e készülék optikája  
jelentékenyen nagyítja a beállított területet, különösen annak az  
objektívhez közel eső részletét. E körülmény a helyzet meg-  
ítélésénél mindenkor figyelembe veendő.

*Nagyobb beavatkozások* foganatosítására a később ismertetendő  
*Wossidlo E.-féle operációs urethro-  
skopot* alkalmazzuk.

Az előbbi fejezetben leírt egyéb készülékek — ha nézetünk  
szerint nem is versenyezhetnek az imént felsoroltakkal — szintén  
eredményesen alkalmazhatók. Egyes szakférfiak állandóan hasz-  
nálják azokat. E tekintetben persze sokat határoz a megszokás  
és a begyakorlás. A csak bizonyos sajátos célokat szolgáló  
urethro-  
skopok egyes esetekben ugyan kiváló szolgálatot teljesí-  
tenek, de alkalmazásukra aránylag ritkán kerül a sor s így csak  
a szakorvos műszertárába tartoznak. Melyiknek mi a rendeltetése,  
azt az egyes eszközök ismertetése alkalmával kifejtettük.




### III. VILLAMOS ÁRAMOT SZOLGÁLTATÓ KÉSZÜLÉKEK.

Az urethroskop lámpácskájának izzásba hozására különböző áramforrást használhatunk. Az áramot az illető készülékből kábelek vezetik az urethroskopnak a lámpácskával összefüggő részéhez. Ajánlatos, hogy oly áramszolgáltató készülék álljon rendelkezésünkre, mely az urológiai therapiában használatos egyéb minőségű áramokat is nyújtja.

1. *Kapcsoló-készülékek.* Az oly lakásban, ahol *központi áramszolgáltatás* van, a kapcsoló-készülék nyújtja a legkényelmesebb módon a szükségelt villamos áramot olyképen, hogy a központi áramot, céljainknak megfelelően módosítva, juttatja a kábeleken át eszközeinkhez. Van oly kapcsoló-készülék, mely csak világitásra használható áramot szolgáltat. De kapunk oly kapcsoló-készüléket is, mely ezenkívül a faradozás, elektrolysis és kausztika céljainak megfelelő áramokat szolgáltat és elektromotorok hajtására is használható. A központi egyenáram más szerkezetű kapcsolót igényel, mint a váltakozó áram. Az egyenáramra berendezett kapcsoló egyszerűbb; a váltakozóba kapcsolandó készülék „transformator“-ral van felszerelve.

A kapcsoló-készülékkel szemben az a legfontosabb követelményünk, hogy az áramesökentő rheostatja finoman szabályozható legyen. Ha ez fogyatékos, akkor lámpácskáink hamarosan kiégnek. Különösen a nagyon érzékeny Valentine- és Luys-féle lámpácskák akárhányszor már kipróbálásuk alkalmával egy lobbanással kialusznak. Ezért a nagyon apró lámpácskák használatakor ajánlatos, hogy az áramnak finomabb szabályozhatása céljából a kapcsoló-készülék és a kábel közé, e célra szolgáló külön kis rheostatot iktassunk. (28. ábra.)

28. ábra.




Közbeiktatásra való kis rheostat.



Ma már oly kifogástalan szerkezetű kapcsoló-készülékekkel rendelkezünk, hogy csak ritkán esik meg velünk, hogy különösen a padlózat nedvessége folytán jelentkezni szokott földáramok következtében, a kezünkben tartott eszközön át kellemetlen villamos ütésekert kapunk. De mindenképpen megóvhatjuk magunkat az ily zaklatástól, ha az oly esetekben, amikor hosszas és viz- vagy vizeletesurgással járó műveletre készülünk, gummicipőt huzunk fel. A jelzett okból különben is szokásos a vizsgáló-asztalok lábait gummitalppal ellátni és az asztal elé gummiból vagy egyéb rossz áramvezető anyagból készült lemezt fektetni.

A használatos kapcsoló-készülékek különböző alakúak és terjedelműek. Vannak olyanok, melyeket a falra akasztunk u. n.

29. ábra.



Pantostat.

kapcsoló-táblák (40. és 41. ábra) és olyanok, melyek keréken járó asztalkára vannak illesztve. Ilyen a 29. ábrán látható *pantostat*, a Loewenstein-féle *monopol*-kapcsoló stb.

Ujabban oly kapcsoló-készülékek is kerültek forgalomba, melyeknek csekély terjedelme megengedhetővé teszi, hogy azokat könnyű szerivel a beteg lakására szállíthassuk, ahol a központi vezetéknek bármely kontaktusába becsatlakozhatók. Nagyon célszerű ily kapcsoló-készülék a Ranschburg—Perlusz-féle *mikrostat* (30. ábra), mely bármely feszültségű egyen- vagy váltakozó áramkörbe kapcsolható és mindenféle célnak megfelelő különböző áramokat szolgáltat. Az egész készülék  $2\frac{1}{2}$  kg súlyu. Jóval olcsóbb, mint a sokféle áramot nyújtó egyéb kapcsoló-készülékek.


2. *Akkumulátorok*. A szakavatottsággal töltött akkumulátor kényelmes áramforrás világítás és kausztika céljaira, — az oly



helyeken tehát, hol központi áramszolgáltatás nincsen, sokan ma is szívesen használják. Áramereje jól szabályozható és kezelése nagyon egyszerű. Minthogy terjedelme nem nagyméretű a beteg lakására is könnyű szerivel szállítható.

E készüléknek csak az a hátránya, hogy áramszolgáltató ereje pihentetésekor is csökken, úgy hogy akkor is, ha nincsen használatban kb. hónaponként újra töltendő. A töltését megbízható szakemberrel kell végeztetni, mert ha az nem kifogástalan módon történt, megesik hogy a gép munkaközben felmondja a szolgálatot. Minthogy e készülék áramszolgáltató képességének ideje szaba-

30. ábra.



Ranschburg-Perlusz-féle mikrostat.

tosan ki nem számítható, mindenképp ajánlatos, hogy egy másik áramforrásunk is legyen készenlétben, nehogy munkánk közben váratlanul kellemetlen helyzetbe jussunk.


3. *Galván-telep mint áramforrás.* Ott ahol központi áramszolgáltatás nincsen, nagyon ajánlható a chrómsavas galván-telep, mely úgy világításra, mint kausztikára alkalmas áramot nyújt. Kényelmesen kezelhető, nem terjedelmes és olcsó készülék. Az épségben maradására megkívánt tisztántartása ugyan némi gondozást igényel, viszont kárpótol bennünket föltétlen megbízhatósága, szerkezetének egyszerűsége és az a nagy előny, hogy évekig használhatjuk anélkül, hogy a műszerész segítségére lennénk utalva. Ezért inkább ajánlható, mint az akkumulátor. Nagy elfoglaltságú orvosnak még az esetben is kell ily teleppel



rendelkeznie, ha kapcsoló-készülékkel szokott dolgozni. Hisz ez is néha elromlik és még gyakoribb az az eset, hogy a központi áramszolgáltatást hibaigazítás vagy egyéb okból időlegesen beszüntetik, még pedig rendszerint a nappali órákban. Ilyenkor nagyon jólesik, ha a mellőzött galván-telep kényelmetlen helyzetünkben segítségünkre van.

A legcélszerűbbek a *cink- és szénelemekből* álló chrómsavas telepek. Használatos alakjuk az, hogy egy kis faszekrényben egymás mellett állanak a chrómsavoldatot tartalmazó üvegedények és az ezek fölött harántul elhelyezett rúdon lógnak a cinkhengerek és szénlemezek. Használatkor az elemeket forgattyú vagy emelő-rúd segítségével fokozatosan besülyesztjük az oldatba. Az áram ereje különböző módon szabályozható. Minél több elemmel kapcsoljuk össze a kábeleket, vagy minél mélyebbre sülyesztjük az elemeket, annál erősebb lesz az áram. De legcélszerűbb, ha oly telepet használunk, mely az áramerő szabályozására szolgáló *rheostáttal* van felszerelve. (31. ábra.) (A galvanokausztikára alkalmas telepek világításra szolgáló

31. ábra.



Galván-telep rheostattal.

áramot is adnak, viszont nem használhatók erre a célra az elektrolízisre és galvánózásra szolgáló telepek, mert áramerőjük világításra nem elegendő.)

A telep épségben maradása okából az elemeket csak addig hagyjuk az oldatban, míg az áramszolgáltatásra szükségünk van. Ajánlatos, hogy a rúdon függő elemeket a készülékből időnkint kiemeljük és tiszta vízzel leöblítsük. Ha a telepet a beteg lakására vitetjük, akkor a chrómsavas oldat az edényekből kiürítendő és külön edényben szállítandó, nehogy az oldat szállítás közben a faszekrényt és a gép egyes részeit elárassza.

A chrómsavas oldat előbb-utóbb dekomponálódik és hasznavehetetlenné válik. (A friss oldatot önmagunk is elkészíthetjük, a következő módon. *Nitze* előírása: Egy liter vízben 500 gm. kristályos chrómsavat, egy másik liter vízben 140 kem. angol kén-



savat oldunk fel. A két oldat állandó keverés közben összeöntendő. Mielőtt ezt a keveréket a telep üvegedényeibe töltjük, ezek mind-egyikébe egy késhegynyi hydrarg. bisulfuricumot teszünk, hogy a cinkhengerek amalgamálódását megelőzzük. A *Hirschmann-cég* előírása: 900 gm. vízhez 100 gm. chrómsavas kaliumot keverünk és ehhez 20 gm. kénsavas hydrarg. oxydatumot és 200 gm. kénsavat adunk.)

Sokszor oly urethroskopiai helyi kezelést kívánunk fogantósítani, amely speciális áramot igényel, ezért nagyon előnyös, ha oly készülék áll rendelkezésünkre, mely a világításra szolgáló áram mellett egyidejűleg egyéb áramot is képes nyújtani. Ilyennek híjján a világító áramot szolgáltató készüléken kívül a szükségelt egyéb áramot nyújtó gépet kell igénybe vennünk.

Az áramot a készülékből az urethroskophoz és a beavatkozásokra szolgáló eszközökhöz az azokba egymással összekötő kábelek vezetik. Egy-egy áram vezetésére vagy két kábelzsinórt használunk, vagy egy kábelt, melynek szövött hüvelye mind a két áramvezető zsinórt foglalja magában, úgy hogy csak a két végén ágazódik kétfelé. Az ily egyesített zsinórokból álló kábel tartósabb és alkalmazása kényelmesebb.



#### IV. VIZSGÁLATI SEGÉDESZKÖZÖK.

Ha érzékeny beteggel van dolgunk, különösen pedig, ha a húgycső hátsó részletének hosszabb tartamu vizsgálatára készülünk, akkor tanácsos, hogy legalább is az első alkalommal a nyálkahártyát érzéstelenítsük. Leghelyesebb, ha e célra 2<sup>o</sup>/<sub>o</sub>-os *alypinoldatot* használunk, melynek az az előnye, hogy a nyálkahártyát nem teszi anaemiássá, mint pl. a cocain. Ha vérzéstől kell tartanunk, az alypint néhány csepp *tonogennel* vagy *adrenalinnal* keverjük, de ez esetben a tükrölet megítélésénél figyelembe kell vennünk e szerek anaemiáló hatását. A cocain alkalmazása nemcsak a fent jelzett mellékhatásánál fogva nem ajánlatos, hanem az okból sem, mivel mérgező tulajdonsága némely, e szerrel szemben érzékeny egyénben kellemetlen jelenségeket válthat ki.

Az alypinoldatot a hátsó húgycsőrészletbe az egyéb célokra sokat használt *Ultzmann-féle* (32. ábra), vagy *Guyon-féle* csöppentővel fecskendezzük be. Az elülső húgycsőrészletbe való befecskedésre pedig a *Kollmann-féle* „cocain-fecskendőt“ (33. ábra) használhatjuk.

Elegendő, ha az oldatból 1 gm-nyi mennyiséget csöppentünk be. Az érzéstelenítő hatás 4–5 perc mulva következik be.


Az urethroskop bevezetése, illetőleg az obturator eltávolítása után, a beállított nyálkahártyarészletet meg kell tisztítanunk az odatapadó váladéktól, és a netán kiszivárgott vértől vagy vizelet-

32. ábra.



*Ultzmann-féle*  
csöppentő-készülék.


33. ábra.




*Kollmann-féle*  
cocain-fecskendő.



34 ábra

Grünfeld-féle  
tampontartó

35 ábra

Módosított Grünfeld-féle  
tampontartó, fölszerelve

től. Ez a vizsgálat folyamán is több ízben válik szükségessé. A nyálkahártya e letörlését a tubuson át kis gyapot-tamponnal végezzük, mely az endoszkopiai tampontartóba van illesztve.

A vizsgálat megejtése előtt tehát gondoskodnunk kell arról, hogy ily gyapottal fölszerelt tampontartó kellő számban kéznél legyen. Legcélszerűbb, ha a Grünfeld-féle tampontartót (34. ábra) vagy ennek valamely módosítását (35. ábra) alkalmazzuk. A gyapotot két szárának fogazott vége közé illesztjük, és azt a gyűrűnek, illetőleg az eszköz hüvelyének a száruk fölé való tolásával rögzítjük. Ha ezt a kis műveletet helyesen fogatosítjuk, akkor megelőzzük azt az eshetőséget, hogy a tampon lehulljon és a húgycsőbe essék. Ezért nem tartom fölöslegesnek, hogy a tampontartó fölszerelésének módját röviden vázoljam: Körülbelül 2 cm hosszú és 3–5 mm széles gyapotdarabot derékon kétrét összehajtunk olyképp, hogy az áthajtás helyén jóval vastagabb legyen,



mint a két egymásmellé illesztett vége. Utóbbiakat a tamponartó fogazatos szárai közé helyezzük, míg a vastagabb gyapotrész szabadon marad. Ekkor az eredeti Grünfeld-féle tamponartó használatkor, gyűrűjének a száakra való illesztésével, a módosított tamponartó alkalmazásakor pedig az eszköz hüvelyének feltolása által erősen rögzítjük a gyapotot. A tampon nagysága arányos legyen az alkalmazott tubus kaliberével. Ha a tampon kelleténél kisebbméretű, használatkor könnyen kibujik a tubus hátulsó végéből, ami fájdalmat vált ki, — viszont a túlságos terjedelmű gyapotgomoly a tamponartónak kifelhúzása közben az eszközről könnyen leválik, továbbá szoros járása következtében szivattyú módjára levegőt aspirál, ami kellemetlen érzést idéz elő.

Egyes szakférfiak a szóbanlevő célra csavaros végű fém-pálcikát használnak, amelynek csavarmenetére sodorják rá a gyapotot. Ennek az a hátránya, hogy használat után a gyapot nehezen távolítható el, úgy hogy láng fölé tartva kell azt lepörkölnünk. Még kevésbé válnak be a több oldalról ajánlott gyufaszál vastagságú farudaeszkák, minőket egyes gyárak már gyapottal felszerelt állapotban hoznak forgalomba. Azt az előnyüket, hogy használat után megsemmisíthetők, ellensúlyozza az a hibájuk, hogy sima felületükről a gyapot könnyen lecsúszik.


Ha a tampon a szükséges óvatosság figyelmen kívül hagyása következtében a húgycsőben reked, ez a gyakorlott vizsgálót nem ejti zavarba; a tamponartóval vagy az idegen test eltávolítására szolgáló endoszkopiai fogóval (71. ábra) a tubuson át, egy-két pillanat alatt kihúzhatjuk azt, anélkül, hogy a beteg ez incidensről tudomást szerezne.



### V. ASZEPSZIS, ANTISZEPSZIS.

Nem szorul magyarázatra, mennyire fontos, hogy az urethroscopiai műveletek a sebészi értelemben vett tisztaság követelményeinek szemmeltartása mellett fogatosítottassanak. Ez vonatkozik úgy az orvos kezére és ruházatára, mint a beavatkozás területére, a használt műszerekre, gyapotra, oldatokra és az eszközök sikamlóssá tételére szolgáló kenő-anyagokra.

36. ábra.



Eszközök kifőzésére szolgáló sterilizátor.

*A műszerek csíramentessé tévése.* Az uj, valamint a már használatban volt műszerek alkalmazásuk előtt dezinficiálandók. Az eljárás a legtöbb esetben nagyon egyszerű, amennyiben a húgycsőbe vezetendő eszközök túlnyomó része oly anyagból készül és oly szerkezetű, hogy a *kifőzést* jól állja. A kifőzést legcélszerűbben a 36. ábrán látható *sterilizátor* útján fogatosítjuk.



5 pernyi forralás elegendő, hogy az eszköz csíramentessé váljék. Az itt ábrázolt készülék világító-gázzal való használatra van berendezve, de kapható teljesen hasonló szerkezetű oly készülék is, mellyel a víz felforralása a sterilizátor feneke alá helyezett spirituszlámpával történik.


Nyeles eszközök akképp is tehetők csíramentessé, hogy azokat nyeles végükön megfogva, *Bunsen-égő* vagy *spirituszlámpa lángja fölé* tartjuk. Az ilyképp dezinficiált eszköz csíramentes hideg vízbe mártandó és ezután sterilis törülőruhára fektetendő.

Természetes, hogy a fent vázolt eljárásokra csak akkor kerül a sor, amikor az eszközt a reája tapadt szennytől már megtisztítottuk. Az eszközöket tehát alkalmazásuk után szappanos vízzel megmossuk, avagy lysoformos oldatba (1 liter vízhez 15 gm lysoformot szoktunk keverni) vagy hydrarg. oxycyanatum 1·0 pro mille oldatába tesszük és csak akkor, amidőn azokat a reájuk tapadt váladéktól vagy egyéb szennytől megtisztítottuk, végezzük a szabatos csíramentesítésüket. A *speculum* dezinficiálásakor az obturator, illetve az ahhoz tartozó egyéb alkotórészek (világító-készülék, optika stb.) a tubusból eltávolítandó. A *tampontartó* hüvelyes részét, illetve gyűrűjét hátratuljuk, hogy a tisztító folyadék a két szára közé juthasson.

A dezinficiált *speculumokat* legcélszerűbben az arra szolgáló hengeralku üvegedényben őrizzük (37. ábra). A *tampontartókat* leghelyesebb azonnal gyapottamponnal fölszerelni és ebben az állapotban, a 38. ábrán szemléltetett edényhez hasonló alaku alacsony, hosszú üvegedényben tartjuk azokat készenlétben.

Az urethroskopok és a használatos segédeszközök között olyanok is vannak, melyeknek egyes részei a vízben való forralást vagy a láng fölött történő hevítést nem tűrik. Ilyenek a Valentine- és Luys-féle urethroskopok világító-készülékei, az egyes speculumok optikája, továbbá azon tubusok, melyekbe foncsorozott tükörlap vagy prizma van illesztve, valamint egyéb a forró vízzel szemben érzékeny alkatrészek. Az oly eszközzel vagy annak egyes alkotó-részeivel, melyek tehát a fent jelzett módon nem dezinficiálhatók, a következőképp bánunk el: Az illető darabokat szappanos

37. ábra.




Üvegedény speculumok részére.



vizzel megmossuk és szárazra letöröljük. Ha azokon csavarok vagy toló-kontaktusok vannak, ezek helyét a rozsdásodás megelőzésére folyékony paraffinnal kenjük be, melybe néhány csepp formalint kevertünk. (20 gm paraffinhoz 5–8 csepp formalint szoktunk keverni.) Ezután a 38. ábrán látható üvegedénybe rakjuk azokat. Az ezen edényben harántul fekvő, lyukakkal áttört üveglemez szolgál az eszközök elhelyezésére, míg az edény fenekére 3–4 trioxymethylen-tablettát, vagy kevés formalithot (formalin porszerű keveréke) rakunk. E szerek szobahőmérsék mellett is formaldehydgázokat termelnek, melyek erélyes dezinficiáló hatást fejtenek ki.

Nagyon fontos, hogy a tampontartókba illesztendő gyapot föltétlenül csíramentes legyen, mert ez közvetlenül érintkezik a

38. ábra.



Csíramentesítés formaldehyddal.

nyálkahártyával és így ennek sokszor epitheliumuktól megfosztott helyeivel is. Nem elégedhetünk tehát meg azzal, hogy az u. n. steril gyapotot szerzünk be, hanem annak áramló, forró gőzben való szabatos dezinficiálásáról önmagunknak kell gondoskodnunk. A tampontartónak gyapottamponnal való felszerelését a rendelésen kívül eső időben tanácsos végezni, még pedig tiszta, gummi-keftyüs kézzel. A tubusok különböző kaliberének megfelelőleg különböző terjedelmű gyapottamponnal felszerelt tampontartót kell készletben tartanunk.

A régebben oly sűrűn észlelt u. n. kathéter-láz az esetek legnagyobb számában a nem tiszta eszközök használatának rovására írható. Igaz ugyan, hogy a jelzett komoly, néha végzetes incidens a húgycsőben foganatosított beavatkozások következményeképp kivételesen ma is észlelhető. Hiszen a húgycsőnek pathogen gombáktól való teljes dezinficiálását nem tudjuk elérni.



Súlyos ily láz azonban legtöbbször csak olyankor szokott létrejönni, amikor a beteg veséje nem ép. Az oly esetekben tehát, melyekben vesebajos egyénnel állunk szemben, a helyi beavatkozások foganatosítása kétszeres óvatosságot igényel, arról nem is szólván, hogy ilyenkor eszközök bevezetése csak az esetben történjék, ha az feltétlenül szükséges. A tapasztalat egyébként azt mutatja, hogy a szóban lévő komplikáció legtöbbször akkor következik be, ha az eszköz bevezetése a nyálkahártya sérülését okozta. Az ily sérülés leggyakrabban nagyobbfoku szűkület tágításakor észlelhető, továbbá az oly esetekben, amikor a prostata túltengése az eszköznek hátrátolását megnehezíti.

*Urethroskopiai beavatkozások* után kathéter-láz csak nagyritkán észlelhető. Csak a hátulsó húgycsőrészletben történt nagyobb beavatkozások után észleltem hosszú évek során egy-egy ily esetet, mely mindig rövid tartamu és kedvező lefolyásu volt. Azóta, hogy a hátulsó húgycsőrészlet számára a modern, tökéletes szerkezetű urethroskopjaink vannak, a szóban lévő komplikáció bekövetkeztét egyáltalában nem tapasztaltam.

Az eszközök sikamlóssá tevésére leghelyesebben glicerint használunk. Ennek az a nagy előnye, hogy vízzel könnyűszerivel lemosható. A glicerint vagy gőzsterilizátorban vagy paraffinolajfürdőben tesszük csíramentessé. Egyes szakférfiak antisepticumokat kevernek hozzája, de ennek haszna alig van. Erélyes antisepticum marja a nyálkahártyát, parányi mennyiségnek hozzákeverésétől pedig eredményt nem várhatunk. A csíramentes glicerint csőralaku szájjal bíró csöppentő-üvegben vagy nyulánk csőben kifutó kis üvegedényben tarthatjuk, melyből csöppekben öntjük azt az eszközre; avagy magas, karsu üveghengert használunk e célra s az eszközt használat előtt az abban lévő glicerinbe bemártjuk. *Casper* az eszközök bekenésére egy, dezinficiáló szert is tartalmazó keveréket készítettett, mely cinntubusban „katheter-purin“ név alatt kerül forgalomba. Összetétele a következő:

Hydrarg. oxycyanatum	0.25
Glycerinum	20.0
Tragacantha	3.0
Aqua dest. steril.	100.0

Használata olyankor ajánlatos, ha a beteg lakásán kell a vizsgálatot végeznünk.

Végül még csak azt kell megjegyeznünk, hogy az alkalmazandó *gyógyszereket* mindig steril üvegedényben kell tartanunk. Ecsetelés alkalmával a szert apró edénybe töltjük. Az oldatot visszatöltenünk és újból használunk nem szabad.



**Kezünk dezinficiálása.** Tudvalévőleg kezünket teljesen csíramentessé tenni képesek nem vagyunk. De ha azt kefe segítségével szappannal kellőképp megmossuk, akkor a csírák bőrünkön oly gyér számban maradnak, hogy az urethroskopiai beavatkozásokat nyugodt lelkiismerettel végezhetjük, anélkül, hogy gummi-kezyüt huznánk. Csak arra kell ügyelnünk, hogy a használandó eszközöket mindig csak a húgycsővel érintkezésbe nem jutó felső végükön fogjuk meg.

**A beavatkozás helyének dezinficiálása.** A húgycsőnyílással szomszédos terület kellőképp megtisztítandó, nehogy onnan az eszközzel kóros váladékot vagy egyéb szennyt toljunk a húgycsőbe. Tehát miután a beteg vizelt, a makkot és a praeputiumot szappanos vízzel megmossuk és ezután sublimátoldatba (1.0 pro mille) mártott gyapottamponnal végigtörüljük. Az esetleg lerakódott nagyobb mennyiségű smegmát benzinbe mártott gyapottal távolítjuk el.

Ha csak az elülső húgycsőrészletet vizsgáljuk meg, vagy itt csak kisebb therapiiai beavatkozásra van szükség, akkor elegendő, ha a beteg előzetesen vizel, hogy ekkép a váladék javarésze eltávolíttassék. De ha a pars anteriorban valamely sebészi beavatkozást szándékszunk végezni, akkor helyesen cselekszünk, ha azt előzetesen  $\frac{1}{2}\%$ -os protargololdattal vagy  $2\%$ -os bórolddal kiöblítjük. Ha a hátulsó húgycsőrészletet egyenes speculummal óhajtjuk megvizsgálni, avagy ha itten, esetleg nagyobb helyi irritatiót kiváltó kezelést kell foganatosítanunk, akkor az egész húgycsövet előzetesen gyenge argyrum nitricum-oldattal (0.25 pro mille) ajánlatos kiöblíteni. Az öblítés kétféle módon végezhető. Vagy akkép, hogy a pars anterior kifecskendése után kathétert vezetünk be és a beteg az ezen át a hólyagba fecskendezett oldatot a kathéter eltávolítása után azonnal kivizeli, vagy akkép, hogy az elülső húgycsőrészlet kifecskendése után, az oldatot kathéter nélkül, nagy (150 gm-nyi mennyiséget befogadó) fecskendővel, lehetőleg lassu tempóban fecskendezzük be a hólyagba és a beteg az oldatot e mívelet után mindjárt kivizeli. Az utóbbi, kevésbé ajánlható eljárás alkalmazása esetén a beteg a befecskedés közben iparkodik a záróizmokat elernyeszteni, még pedig vagy mély lélegzetvétel után, vagy azáltal, hogy vizelni próbál.

A himvessző környékét tiszta törő-ruhával takarjuk le.



## VI. A VIZSGÁLAT FOGANATOSÍTÁSÁNAK MÓDJA.

Csak szükség esetén végezzük a vizsgálatot oly módon, hogy a beteg ágya szélén, vagy asztalon fekszik. Rendes körülmények között az urethroskopiai művelet végrehajtása az e célra szolgáló *vizsgáló-asztalon* történik. Ily asztallal szemben támasztott legfontosabb követelményünk az, hogy a beteg úgy ülve, mint hanyattfekve kényelmesen helyezkedhessen el, hogy lábait kellőképp rögzíthesse és hogy helyzetváltoztatása a vizsgálat folyamán könnyűszerivel foganatosítható legyen. Kívánatos, hogy az asztal ülésének jobboldala alatt, eszközök elhelyezésére alkalmas, lapos tálcaszerű, üveggel fedett, tolható *lemez* legyen, ülésének elülső széle alatt pedig előrecsúsztatható *üvegtál*, a vizelet és egyéb folyadékok befogadására.


Magától értetődik, hogy az asztal minden alkatrészének oly anyagból kell állania, mely az aszepszis követelményeinek megfelelő tisztántartást megengedhetővé teszi. Az előírásom szerint készülő vizsgáló-asztal, amint azt a 40. ábra mutatja, egyszerű szerkezetű, a betegre és a vizsgálóra nézve egyaránt kényelmes és emellett olcsó. Keményfából készül, ülése és támlája viaszos vászonnal van bevonva. Egy sorozat viaszos vászonnal bevont linoleumlemez arra való, hogy a rendelés folyamán minden egyes beteget más-más ily lemezre ültethessük. Az asztal előtt lépcsőzet áll, ezen száll fel a beteg és ennek valamely lépcsőfokán rögzíti vizsgálat alatt a lábait. Az eszközök részére szolgáló, üveggel fedett lemezt az ülés alsó felületén lévő két vályú tartja és innen oldalt kifelé tolható. Hasonló módon van elhelyezve a vizelet, öblítő-oldat stb. felfogására szolgáló üvegtál, az ülés elülső széle alatt.

**Előkészületek a vizsgálatra.** A kellőképp csíramentesített eszközöket akképp helyezzük el, hogy azokat a vizsgálat folyamata alatt jobb kezünkkel könnyűszerivel elérhessük. Böven gondoskodunk tamponnal fölszerelt tampontartókról. Kipróbáljuk az urethroskopiai lámpát, illetőleg az áramnyújtó gép rheostatját akképp állítjuk be, hogy a lámpácska a világítás megkívánt fokát szolgáltatassa.



A speculum sikamlóssá tételére használandó kenőanyagot megfelelő edényben akkép helyezük el, hogy az jobb kezünkkel kényelmesen elérhető legyen. Leghelyesebb, ha tiszta glicerint használunk, mert ez vízben oldódik és így a nyálkahártyára jutva nem okoz oly fénytörési zavarokat, minők zsiros kenőszerek használatakor észlelhetők.

39. ábra.



Az egyenes speculum betolása


A beteg kiüríti a hólyagját és az alsó végtagjairól letolt ruházattal az asztalon kényelmesen elhelyezkedik — lábait a lépcsőzeten kellőképp rögzíti. (40. ábra) Az elülső húgycsőrészt vizsgálata alatt a beteg hátradőlve ül, míg ha a hátsó húgycsőrészt kívánjuk megvizsgálni a beteget hanyatt fektetjük és csak a fejét támasztjuk alá, illetőleg a szabályozható háttámlát úgy állítjuk, hogy az az üléssel minél tompább — az egyeneshez közel járó — szögletet alkosson. A pars anterior megvizsgálását a beteggel szemközt helyezkedve el, állva végezzük, míg a pars posterior vizsgálata folyamán a beteg lábai elé helyezett alacsony ülőkén foglalunk helyet.



A húgycsövet kifecskendezzük és a hímvessző makki részletét lemossuk.

Ha érzékeny egyénnel van dolgunk, különösen pedig, ha a vizsgálat hosszasan igérkezik, a nyálkahártyát érzéstelenítjük. (57. oldal.) Oly betegeken, kiknek külső húgycsönyílása *rendellenesen*

40. ábra.



Az *elülső* húgycsőrészlet vizsgálata. A tamponartó alkalmazása.

szűk, kellő vastagságu speculum bevezethetése céljából tompa-végü keskeny késsel néhány mm.-nyire felhasítjuk az orificium alsó szögletét.

*A vizsgálati eljárás menete.* A beteg bal oldalán állunk. Bal kezünk harmadik és negyedik ujja közé fogjuk a hímvesszőt és azt a nyálkahártya ráncainak elsimítása céljából kissé meghúzzuk, első és második ujjunkkal pedig a húgycsönyílást szét-



tárjuk. Már most, a hímvesszőt a leírt módon rögzítve, a jobb kezünkben tartott speculumot glicerinbe mártjuk és óvatosan beillesztjük a húgycsőbe. Ekkor a hímvesszőt bal kezünk első három ujjával körülfogva, hátratuljuk a speculumot a kívánatos mélységnyire. Betolás közben jobb kezünk második és harmadik ujjával a tubus *karimáját* fogjuk, míg hüvelykujjunktat ráillesztjük az *obturator külső végére*, nehogy ez a behatolás közben a tubusból kicsúszhassék. (39. ábra.) A kathéteralakú speculum betolása a fémkathéter bevezetésének szabályai szerint történik. Az *egyenes* speculumot a bevezetés kezdetén merőlegesen tartjuk, majd a pars pendulán túl érve, külső végét fokozatosan süllyesztjük, még pedig annál mélyebbre, minél hátrább kívánjuk az eszközt a húgycsőbe tolni. E művelet nem okoz fájdalmat, ha az eszköz betolása lehetőleg párhuzamosan a húgycső falzatával, azaz a húgycső tengelye irányában történik.

Ha az egyenes speculummal az *elülső húgycsőrészt* ennek egész hosszában kívánjuk megvizsgálni, akkor az eszközt a bulbus és pars membranacea közti határig toljuk hátra. (Hogy idáig értünk, azt abból ismerhetjük fel, hogy a speculum a bulbusban megakad, illetőleg csak az esetben tolható hátrább, ha elülső végét jelentékenyen süllyesztjük.) Ekkor a beteg combjai közé állva eltávolítjuk az obturatort, a nyálkahártyát a tamponartó segítségével letöröljük (40. ábra), a tubust egybekapcsoljuk az ahhoz tartozó világító-készülékkel és hozzáfogunk a megszemléléshez, melyet rendszerint a tubus, megszakításokban történő, lassú kihúzása közben végzünk.

A *hátsó húgycsőrészt* az *egyenes speculummal* akkép vizsgáljuk meg, hogy a bulbusba érve a speculumot, külső végének fokozatos süllyesztése mellett, óvatosan hátratuljuk mindaddig, míg az horizontális helyzetbe nem jutott, ami azt jelenti, hogy a prostatás húgycsőrésztbe jutottunk. Ekkor a beteg lábai előtt álló alacsony ülőkére letelepszünk, a tubust bal kezünkkel rögzítve az obturatort eltávolítjuk, a nyálkahártyát a tamponartó segítségével letöröljük és a tubust egybekapcsoljuk a világító-készülékkel (41. ábra). A megtekintést a tubus lassankint történő kihúzása közben végezzük.

Ha akár az elülső, akár a hátsó húgycsőrészt vizsgálata közben a tubust már kifelé huzzuk és ismét egy hátrább eső részt kívánunk megtekinteni, akkor a tubus hátratulása előtt az obturatort újból beillesztjük.

A vizsgálat folyamán netán jelentkező kisebb *vérzés* komoly zavart rendszerint nem okoz.

Többnyire elegendő, ha a vért a tamponnal letöröljük. Kissé



makacsabb vérzés esetén a tampont előzetesen *tonogen-oldatba* mártjuk.

Az aërourethroskopokkal és az irrigációs készülékekkel való vizsgálati eljárást, illetőleg ennek az itt vázoltaktól eltérő phasisait, a nevezett eszközök tárgyalása alkalmával már ismertettük.

41. ábra.



A hátsó húgycsőrészlet vizsgálata a Valentine-féle urethroskocppal.

A speciális célokat szolgáló urethroskopok alkalmazásának módjáról is már megemlékeztünk, az illető készülékek ismertetése alkalmával.

Az *elülső* húgycsőrészlet urethroskopiai vizsgálata jelentéktelen beavatkozás, mely semmiféle helyi irritációt nem okoz. A húgycső *hátsó* részletének szakszerűen foganatosított vizsgálata sem idéz elő nagyobb helyi reakciót, mint bármely más,



eszközbevezetéssel járó lokális beavatkozás, — hacsak oly ritka esettel nem állunk szemben, amikor a diagnózis urethroscopiai kifürkészése kivételesen hosszú tartamu vizsgálatot nem igényel. De ilyenkor is elegendő, ha a beteget arra utasítjuk, hogy a beavatkozás után 1—2 órán át lehetőleg nyugodtan viselkedjék, járás-kelestől és egyéb nagyobb testmozgástól tartózkodjék. Ennek az óvóintézkedésnek teljesítése esetén kellemetlen utóhatástól nem kell tartanunk.

Ha néhány órával a vizsgálat után mégis láz jelentkeznék, — ami szerfelett ritkán észlelhető jelenség —, akkor nyilván oly egyénnel van dolgunk, kinél minden egyéb endourethrális beavatkozás is hasonló reakciót váltana ki. Az ily incidens egyébként rendszerint, minden orvosi segítség nélkül is, 1—2 órán belül teljesen lezajlik.



## VII. AZ EGÉSZSÉGES HÚGYCSŐ URETHROSKOPIÁJA.

### a) *A tükörkép alakja egyenes, hátul nyilt tubus alkalmazásakor.*

Ha a húgycsövet egyenes, hátul nyilt tubussal vizsgáljuk, akkor az egyidőben szemlélhető terület nagysága megfelel a tubus harántátmetszetének, vagyis a nyálkahártyának csak azt a részletét látjuk, mely a tubus hátulsó nyílása előtt fekszik.

Ezen nyálkahártyarészlet ilyenkor jellegzetes alakban helyezkedik el és ha a tubust a húgycső tengelyével párhuzamosan tartjuk — egyenes, axialis beállítás, — akkor a nyálkahártya elhelyezkedése a húgycső legnagyobb részében szimmétriás.

A széttolt falak, rugalmasságuknál fogva, a tubus vége mögött, hátrafelé mindinkább szűkülő gyűrűt alkotnak és a legtávolabb eső, az eszköz által nem bolygatott részeik, a rendes fekvésüknek megfelelő helyzetben simulnak egymáshoz.

Ezáltal a beállított húgycsőrészlet tölcésérialakot nyer. A *tölcser* legszélesebb része (alapja) a tubus végét övezi körül, míg az e mögött fekvő része mind keskenyebbé válik. Ilyképp a tölcser kisebb-nagyobb mélységet kap.

A tölcser ürege megfelel a húgycső lumenének. A tengelyének irányában látható és az illető húgycsőrészletre jellegző különböző alakú rést *központi résznek* (centrale Figur, Grünfeld) nevezzük.


A tölcser annál sekélyebb és a központi rés annál szűkebb, minél erősebben nyomjuk oda a tubus belső végét a nyálkahártyára (42. ábra). A tubus kihúzása közben a tölcser mélysége és a központi rés tágassága a legnagyobb méretű (42. ábra, b). Erős odaszorításkor a nyálkahártya a tubus ürébe bedomborodik (42. ábra, c). A tölcser szélének ez a beemelkedése a húgycső legnagyobb részében gyűrűalaku. Ezt a gyűrűalaku részt a *tölcser karimájának*, peremének nevezzük.

Ha a tubust nem a húgycső tengelye irányában, hanem akkép tartjuk, hogy azzal szögletet alkot — *ferde beállítás*, — akkor



a tükörkép szabálytalan alakú, vagyis a nyálkahártya a tubus nyílása előtt aszimmetriásan helyezkedik el (42. ábra, *d*); nem látunk szabályos tölcsért és a rendes formájától elütő központi rés valahol a látótér szélén észlelhető. A fent vázolttól, még inkább eltérő a tükörkép akkor, ha a tubust annyira ferdén tartjuk, hogy nyílása elé a húgycsőnek csak az egyik fala fekszik, *fali (parietalis)*

42. ábra.



A tükörkép különböző alakjainak sémája.  
(Vizsgálat egyenes, egyszerű tubussal)

*beállítás.* Ilyenkor természetesen sem tölcsér, sem központi rés nincsen. (42. ábra, *e*)

Rendszerint egyenes (axialis) beállítással vizsgálunk. Néha azonban előnyt nyújt a ferde beállítás és egyes finomabb rész-

letek némelykor csak akkor válnak kellőképp szemlélhetővé, ha a nyálkahártyát oldalt vizsgáljuk, tehát fali beállítás mellett. De bármiféle irányu beállítás a célunk, *a speculum betolása mindig a húgycső tengelye irányában történik.*

A központi rés képe a húgycső különböző részeiben más-más. A tölcsér tágassága és mélysége szintén váltakozik aszerint, hogy a húgycső mely részét szemléljük.

#### *b) A tükörkép alakja az irrigációs és az aëro-urethroskopok alkalmazásakor.*

Az itt vázoltaktól teljesen elütő alakban jelentkeznek a tükörkép, ha a vizsgálatot oly urethroskopokkal végezzük, melyek a húgycső egy részletét vízáram vagy levegő bejuttatása útján szétárják.

A szétfeszített húgycsőrészlet tág tömlőalakot nyer s így a fent ismertetett tölcsér és amott jellegzetesnek mondott központi rés nem észlelhető. A legtöbb ily készüléknek, amint azt láttuk, nagyító és közelítő optikája van, amely szintén hozzájárul ahhoz, hogy a szemlélt húgycsőrészlet a tükörképben a valóságtól eltérő alakban jelentkeznek.

A Goldschmidt-féle *irrigációs urethroskop* használatakor, a készülék egyes részeinek a tükörképe is megjelenik a látótérben, ami szintén megváltoztatja a tükörlelet képét.

A *pars anterior* számára szerkesztett irrigációs urethroskop alkalmazásakor a látótér közepén az eszköz *lámpercakája* mutatkozik,




ettől jobbra és balra pedig harántul és rézsút egy-egy pántalakú sáv látszik. E két sáv az eszköz azon lécszerű két részének a vetített képe, mely a speculum két nagy ablakát határolja. A 43. ábra Goldschmidt vázlatos rajzának a másolata; az *a*-val jelölt rajz a tükörképnek az anterior-urethroskop okozta alakbeli elváltozását mutatja.

Ha a *pars posteriort* vizsgáljuk az irrigációs urethroskoppal és e célra Goldschmidt azon készülékét használjuk, melyben a világító lámpácska a speculum orrmányos részébe van illesztve, ahol tehát a megvilágítás hátulról történik, akkor a tükörkép a következő, az eszköz

által okozott alakbeli eltéréseket mutatja:

A tükörkép közepe táján megjelenik a látótér hátrafelé elzáró lámpácska, illetőleg az előtte harántul álló és a lámpácska által megvilágított tejüvegkorong, fölötte és oldalt sötét



Az irrigációs urethroskoppal észlelt tükörképek alakjainak sémája. (Goldschmidt szerint)

területet látunk, mely megfelel a tubus azon részének, amely annak ablaka fölött boltozatos tetőt alkot. (43. ábra, *b*).

Ismét más alakban jelentkezik a tükörkép, ha a hátsó húgycsőrészlet vizsgálatát Goldschmidt azon e célra szolgáló irrigációs urethroskopjával végezzük, melyben a lámpácska a speculumnak az ablaka fölé eső részébe van illesztve, ahol tehát a megvilágítás *fölül* történik. Ez esetben a lámpácska vizsgálat alkalmával nem látható. A látótér felső részét elfoglalja a lámpácska által megvilágított üvegtető és az eszköznek a lámpácskát magában foglaló részének a nagyított képe. (43. ábra, *c*).

*c) A nyálkahártya consistentiája, színe, felülete. A fényreflex.*

A nyálkahártya consistentiája különböző egyéneken különböző, sőt ugyanazon egyén húgycsövének egyes részleteiben is bizonyos eltérések észlelhetők. Általában azt tapasztaljuk, hogy ha az ivarszervek kicsinyek, különösen pedig, ha azok a test arányaihoz képest nagyon kisméretűek, akkor rendszerint vékonyabb, gyengébb nyálkahártyát találunk, míg terjedelmes himvesszőben a nyálkahártya erősebb, vastagabb szokott lenni.



Kóros folyamatok jelentékenyen megváltoztatják a nyálkahártya consistentiáját s ez az átalakulás az urethroskoppal abból is ismerhető fel, hogy az ily részek a tubus helyzetének változtatásakor nem követik a nyálkahártyát újabb elhelyeződésében oly gyorsan és szabatosan, mint azt az egészséges szomszédságuk részéről észleljük.

#### A nyálkahártya színe.

A húgycső nyálkahártyájának színe tekintetében ugyancsak eltérést tapasztalunk, még pedig úgy egyénenkint, mint ugyanazon egyén húgycsövének különböző részletei szerint. A színárnyalat általában váltakozhatik a *sárgás rózsaszín* és az *élénk piros szín* között, aszerint amint anaemiás gyenge, avagy erős, jól táplált egyénnel állunk szemben, — aminthogy hasonló alapon nyugvó színbeli eltérést észlelünk különböző egyéneken a száj nyálkahártyáján és a m köthártyáján is.

A húgycső *egyes részleteinek* a színárnyalata élénkebb vagy halványabb, aszerint amint a nyálkahártyának azon a helyén az érezettség nagyobb vagy kisebb mértékű.

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a körülményt sem, hogy bizonyos erőművi vagy kémiai befolyásokra a nyálkahártya színe időlegesen megváltozhatik, élénkebbé vagy halványabbá válhatik. Így anaemiássá válhatik a szemlélt nyálkahártyarészlet a tubus nyomása következtében, különösen akkor, ha aránylag nagy kaliberű tubust alkalmazunk, vagy ha az eszközt huzamos ideig szorítjuk oda a húgycső ugyanazon helyére.

Ha rövid idővel a vizsgálat megejtése előtt eszközzel hatolunk a húgycsőbe, avagy ha az illető egyén előzetesen valamely irritáló oldatot fecskendezett be, akkor az így provokált hyperaemiának megfelelően *élénkebb színeződést* fogunk észlelni, viszont egyes használatos szerek (cocain, stovain, adrenalin stb.) helyi alkalmazása után a nyálkahártya *anaemiás*, színe a rendesnél *halványabb* lesz. (Az érzéstelenítés céljára eredményesen használható 2%-os alypin-oldat nem okoz észrevehető anaemiát.)

Ha az oly urethroskop valamelyikét használjuk, melylyel a vizsgálat a húgycsőnek levegő vagy vízáram által való szétfeszítése közben történik (Antal-, Fenwick-, Wossidlo-, Goldschmidt-féle urethroskop), akkor a nyálkahártya a levegő vagy víz nyomása okozta helyi anaemiának megfelelően ugyancsak a rendes állapottól eltérő, *fakósárga* vagy *szürkésfehér* színt fog mutatni.

Végül még egy fontos körülményt kell nyomatékosan kiemelnünk. Az *élénk* mesterséges megvilágítás következtében a nyálkahártya rendszerint *élénkebb színben jelentkezik, mint ahogy az a*



*valóságnak megfelel.* Az oly urethroskopok, melyek *vetített fénynyel* világítják meg a húgycsövet, kisebb mértékben növelik a nyálkahártya színének élénkségét s így e tekintetben a valóságot jobban megközelítő képet nyújtanak, mint azok az urethroskopok, melyeknek fényforrása a tubus belsejében van, melyek lámpácskája tehát közvetlenül és közlelről világítja meg a nyálkahártyát. Ilyenkor ugyanis a lámpácska azonkívül hogy megvilágítja a húgycsövet, ennek fölületes rétegeit *át is világítja* s különösen ez oknál fogva mutat a nyálkahártya színe fokozott élénkséget. A különböző megvilágítás mellett észlelt tükörképek színes képmásai (l. színnyomású táblák), szemléltetően mutatják az e tekintetben észlelhető különféleséget.

Ha a reflektált fénynyel világító urethroskopok fényvetítő tükörlemezét vagy prizmáját nem állítottuk be szabályosan, akkor a látótér egy része kevesebb fényt kap, mint a többi. Ilyenkor a jobban megvilágított területen a nyálkahártya élénkebb pirosnak mutatkozik, mint a kevésbé megvilágított részen.

Az itt vázoltak, de egyéb okok is ajánlatossá teszik, hogy a kezdő a mindennapi gyakorlatban lehetőleg csak egyféle urethroskopot használjon, iparkodjék következetesen egyenlő intenzitású fénynyel dolgozni és ügyeljen arra, hogy a beállított terület minden része egyenlő mértékben világíttassék meg.

#### A nyálkahártya felülete.

Az egészséges húgycső nyálkahártyájának felülete kissé nedves, csuszamlós és fénylő. Nyugalmi állapotban ráncoltságot mutat, a ráncokon pedig finom csíkok észlelhetők.

a) *A nyálkahártya ráncoltsága.* A hímvessző ernyedő állapotában a nyálkahártyán észlelhető ráncok főképp a húgycső hosszúsága irányában futnak, de vannak harántirányú ráncok is. Merevedés alkalmával a nyálkahártya követi a hímvessző térfogatnagyságát, miáltal a ráncoltság teljesen elsimul. A hosszúsági irányban futó ráncok számosabbak és nagyobbak, mint a harántirányúak. Urethroskopiai vizsgálat alkalmával az utóbbiakat alig vesszük észre, míg a hosszantfutók jellegzetes módon mutatkoznak, különösen olyankor, ha a tubus nem túlságosan nagykaliberű és ha hátulsó végét némi erővel a nyálkahártyára nyomjuk. Aránytalanul nagykaliberű tubus alkalmazásakor a ráncok elsimulnak. Ha a tubus oldalsó, parietalis beállítása, akkor ráncokat nem látunk.

A ráncok száma és nagysága arányos a húgycső tágasságával, de fejlettségük foka a nyálkahártya szövetbeli szerkezetétől is függ. Ezért a nyálkahártya kóros elváltozása esetén a ráncoltság is megváltozik, esetleg teljesen elvész.



Minthogy a használatos *egyenes tubuson át* a húgycsőnek beállított részletét harántirányban látjuk, természetes, hogy az ily tubussal végzett urethroszkopiai vizsgálatkor a hosszúsági ráncok *radialis irányu elágazódást mutatnak*. Ha a tubus beállítása axialis, a radialisan szétterjeszkedő ráncok a kerék küllőihez hasonló képet nyújtanak, amennyiben a központi részből kiindulva a tubus szélei felé ágazódnak szét. Határaik legélesebbek a központi rés szomszédságában, míg a tubus széle táján mind sekélyebbé válnak. A normális, bő húgycső egyes részleteiben a ráncok száma hatnyolc is lehet, szűk húgycsőben rendszerint kisebb számu és kevésbé fejlett ráncokat találunk.

b) *A nyálkahártya csíkoltsága*. A ráncokon élénkebb színüknél fogva szembeötlő, finom piros sávok szoktak mutatkozni — különösen erőteljesebb egyének húgycsövében, ha a himvessző is jól fejlett, tehát ott, ahol a nyálkahártya vérrel való ellátása bőséges. Ezek a finom vonalszerű piros csíkok a ráncokkal párhuzamosan futnak s így a tubus axialis beállításakor ugyancsak radiális irányuak. Néha szembeszökőbbekké válnak, ha a tubus beállítása ferde. Anaemiás nyálkahártyán csíkoltságot nem észlelünk. (A csíkoltság nem tévesztendő össze a nyálkahártyán néha észlelhető *erezettség*gel, mely a finom vérerek elágazásának jellemző képét adja. Ez az erezettség ugyanis kóros folyamatok egyes eseteiben fejlődő helyi *hyperaemiának* a jelensége, mely éppen anaemiás nyálkahártyán válik szembetűnővé.)

c) *Morgagni-féle lacunák. Littre-féle mirigyek. A Cowper-féle mirigyek kivezető-csőveinek nyílásai. A prostata kivezető-csőveinek nyílásai. A duct. ejaculatorii nyílásai*. Az anatómiai részben ismertetett lacunae urethrales, *Morgagni-féle gödröcskék nyílásai* a húgycső elülső részében, főképpen ennek felső falán, mint tűszúrásnyi, apró gombostüfejni vagy kis hasadákszerű sötétebb mélyedések észlelhetők, melyeknek szélei egy színben vannak a nyálkahártya fölületével. Néha egy-egy nagyobb ily nyílás ötlik szemünkbe, melyet patkó-alakú apró ráncocska környez.

A *Litre-féle mirigyek* (l. anatómiai rész) lencsényi területeken csoportosan vannak a nyálkahártyában beágyazva. Az elülső húgycsőrészletben nagyobb számban található, míg hátrafelé mindinkább gyérülnek. A *nyálkahártya egészséges állapotában az urethroskoppal nem láthatók*.

A *Cowper-mirigyek kivezető csöveinek* a fossa bulbiban lévő *nyílásai* (jobb- és baloldalt van egy-egy) urethroskoppal csak kivételes esetekben válnak láthatókká

A *prostata kivezető csövei* javarészt a két sulcus prostaticusba nyílnak. Pontszerű nyílásaikat néha egészséges húgycsőben is



sikerül az urethroskoppal észrevennünk, különösen az utriculus prostaticus mögött lévő két nagyobb nyílás elég gyakran válik láthatóvá. A kivezető csövek megbetegedése esetén a nyílások felismerése rendszerint sikerül.

*A ductus ejaculatorii nyílásai* (az ondódomb jobb- és baloldalán van egy-egy) a nyálkahártya ép állapotában ritkán láthatók, de ha a pars prostatica megbetegedése e ductusokra is áttérjed, akkor nyílásaikat elég gyakran sikerül észrevennünk.

A nyálkahártyának urethroskopiai szempontból fontos egyéb részleteiről alább leszen szó.

#### A fényreflex.

Már említettük, hogy az egészséges húgycső felülete sima, kissé nedves, fénylő. Ezen tulajdonságainál fogva a reá eső fény-sugarakat bizonyos szabályossággal vetíti vissza. Ez a szabályosság azonban csorbát szenved azon a helyen, hol a nyálkahártya folytonossága megszakad, továbbá ott, ahol kóros elváltozások következtében a felület elveszítette simaságát.

A fénysugarak visszaszóródása által a nyálkahártyán keletkező fényreflex a legélénkebben és jól értékesíthető alakban, különösen akkor jelentkezik, ha oly urethroskopot használunk, melynek fényforrása kívül van, azaz, ha reflektált fénynyel dolgozunk. A fényreflex annál élénkebb, minél simább a nyálkahártya és minél erősebben domborodik az előre.

Gyűrűalakban egyenletesen előredomborodó nyálkahártyarészleten, egyenlő széles, gyűrűalakú reflex fog jelentkezni. Szabálytalan formát mutató és egyenetlen felületű nyálkahártyarészleten a reflex is szabálytalan és rendetlen reflexrészekből áll.

A reflex a legélénkebben a legdomborubb nyálkahártyarészleten jelentkezik. Ha tehát a nyálkahártya gyűrű alakjában domborodik előre, akkor ennek tetején széles reflexgyűrűt fogunk látni, s ha a tubus odaszorítása által a nyálkahártyagyűrű szélessége növekedik, ugyanily növekedést fog a reflexgyűrű is mutatni. Ha a reflexgyűrű egyik-másik helyen keskenyebb, úgy ebből a nyálkahártya gyűrűjének egyenlőtlen szélességére következtethetünk.

Minthogy a nyálkahártya ráncokat vet, a ráncok szélein, tehát a mélyebben fekvő helyeken a reflexgyűrű folytonossága megszakad, ami a ráncoltság fokának a megítélését megkönnyíti.

De hiányzik vagy legalább is csekélyebb és rendetlen a reflex egyebütt is, minden oly helyen, ahol a nyálkahártya simasága bármi okból csorbát szenved. A fényreflexnek szabályos vagy szabálytalan alakban való jelentkezése tudvalevőleg már rég szol-



gál diagnosztikai jelenségképp a szaruhártya-fekély kórjelzésénél. Igaz, hogy a húgycső nyálkahártyája nem oly sima, mint a szem corneája, mindazonáltal itt is egyes kóros elváltozások (erosio, granulatio, fekély, epithel-felrakódás stb.) kórjelzésénél a reflex minemősége jól értékesíthető. Ugyancsak segítségünkre lehet a reflex a Morgagni-féle lacunáknak, továbbá a Cowper-mirigyek kivezető-csőveinek, valamint a duct. prostatici és ductus ejaculatorii nyílásainak kifürkészésekor.

A nagyon élénk fényreflex kissé megnehezíti az illető terület finomabb részleteinek a megítélését — de ezen könnyen segíthetünk a tubus helyének a változtatásával, miáltal módunkban van, hogy a vizsgálandó részt különböző megvilágítás mellett megszemlélhessük.

### 1. Az elülső húgycsőrészlet urethroszkopiai képe.

A fent elmondottak után immár rövidre foghatjuk azoknak a leleteknek az ismertetését, melyeket a húgycső elülső részének urethroszkopiai vizsgálata nyújt.

Ha az *egyszerű egyenes tubus* meg-megszakított kihúzása közben végigkutatjuk az egészséges húgycső elülső részletet, akkor sorrendben a következő észleleteket tesszük:

A *fossa bulbi*-ban a nyálkahártya kétoldalt erősen beemelkedik a tubus nyílt végébe és élesen határolt nagy ráncokat vet. (A nyálkahártyának ezen előredomborodását a musc. bulbo-cavernosus és musc. ischiocavernosus gyakorolta nyomás okozza) A *centrális rés merőleges hasadékat* ábrázol. A tükörkép Luys szerint az alfel kisebbített alakjához hasonlítható. A *fényreflex* jobb és baloldalt a két domborulat tetején, sarlóalakban jelentkezik. (44. ábra, a).

Ez az a tükörkép, melyet e helyen legtöbbször észlelünk. De nem tekinthetjük e képet oly jellegzetesnek, mint aminőnek azt a szerzők mondják. Egyes esetekben, különösen vézna egyének vizsgálatakor, azt látjuk, hogy a centrális rés *szabálytalan gödröcskét* ábrázol, máskor pedig *félhold-alakot* ölt. Rendszerint látunk néhány Morgagni-féle tasakot, viszont a Cowper-mirigyek duct. excretoriusainak a nyílásait ritkábban sikerül meglátnunk. E nyílásokat néha patkóalaku vagy két szárával előfelé tekintő, körzöalaku kis nyálkahártya-kettőzet határolja, — ilyenkor felismerésük nem jár nehézséggel.

A *fossa bulbi* és a *fossa navicularis* közti húgycsőrészletben a *centrális rés* nyulánk orsóhoz hasonló *horizontális hasadékat* ábrázol,



mely a látótér szélességi irányban kétfelé osztja. A két végéből jobb és baloldalt élesen határolt horizontális mély ráncok indulnak ki, míg fönt és lent sekélyebb ráncokat látunk. A *fényreflex* ovális alakú, jobb és bal szélén keskenyebb. A húgycső felső falán Morgagni-féle lacunák láthatók (44. ábra, *b*). Ferde beállításkor jobban észlelhetők, mintha a tubust axiálisan tartjuk. A nagyobb lacunák, oldalsó (parietalis) beállításkor patkóalakot ábrázolnak, melynek két szára fölfelé tekint. Az ily tasakot néha sáncszerű nyálkahártyaráncocska környezi.

44. ábra.



Tükörképek az *elülső* húgycsőrészletből.  
(Vizsgálat 27 Charr. számú tubussal. Kétszeres nagyítás.)

A *fossa navicularis* felé közeledve, a *centrális rés* fokozatosan átváltozik *merőleges hasadékká*, magában a fossa-ban pedig álló *horgonyhoz* hasonlít vagy nyulánk egyenszáru *háromszöghöz*, melynek oldalai befelé konvergálnak. A nyálkahártya a *centrális részt* három nagy radiális ránc alakjában környezi. Tetejükön széles *fényreflex* látható (44. ábra, *c*).

A nyálkahártya színe e helyütt rendszerint halványabb, mint a mögötte levő húgycsőrészletben.

A *fossa navicularis* előtt a külső húgycsőnyílásig a nyálkahártya színe mindinkább halványodik. A *centrális rés* nagy *merőleges hasadéket* ábrázol, és az alig ráncolt nyálkahártyát jobb és baloldali részre osztja.

Azok a *pars anterior* számára való urethroskopok, melyekkel a húgycső falainak levegő vagy vízzel való széttárása útján egyszerre egy nagyobb területet tekinthetünk meg, a normális viszonyok tanulmányozására nem alkalmasak. A szétfeszített húgycsőrészlet tág tömlő-alakot nyer, melynek falzatát szemlélve, alig ismerünk rá a húgycső megszokott képére. A nyálkahártya színe fakó-sárga vagy szürkés-fehér. Sem a rendes ráncoltság, sem *centrális rés* nem látható. E helyett a *Goldschmidt-féle* urethroskopon át a húgycső kerülete irányában futó alacsony, széles, gyűrűalaku ráncokat észlelünk. A széttárt Morgagni-féle lacunák az üregükbe



eső árnyék következtében szembeszökőké válnak és terjedelmes nagyságot mutatnak.

Néha az *Antal*-féle aërourethroskoppal is, de a *Goldschmidt*-féle irrigációs készülékkel elég gyakran sikerül a fossa bulbi distalis határán egy félhold-alaku ráncot, „*collet fibreux*“ észlelnünk, mely néha az egyenes speculumnak, de egyéb eszköznek bevezetésekor is, mint könnyen legyőzhető akadály érezhető és tévesen szűkületnek kórjelzésére szolgáltathat okot.

## 2. A hátulsó húgycsőrészlet urethroskopiai képe.

### a) Vizsgálati lelet az egyenes, nyílt speculum alkalmazásakor.

A pars prostatica tükörképe az eddig vázolt leletektől teljesen elütő. Ez okból előbb a pars membranacea urethroskopiai képét ismertetjük.

A *pars membranacea*-t az azt környező erős izmok egyenletesen összeszorítják, minek következtében a nyálkahártya erősen bedomborodik a tubus nyílt végébe. (45. ábra, c). A *centrális rés* ez okból csak pontalakú kis gödröskét ábrázol, melyből a ráncok egyenletes elosztódással, a kerék küllőihez hasonló sugárirányú szétágazásban, haladnak a tubus széle felé. A *tölcsér* nagyon sekély. A *fényreflex* a nyálkahártya domborulatán gyűrűalakban jelentkezik. A gyér számban lévő *Littre*-mirigyek normális állapotban nem láthatók.

A *pars prostatica* tükörképét jellegzetessé és a húgycső egyéb részeinek urethroskopiai leleteitől merőben eltérővé teszi a húgycsőrészlet hátulsó falán lévő *ondódomb*. (L. Anatómiai adatok.)

A prostatás húgycsőrészletben, különösen pedig a belső húgycsőnyílás szomszédságában lévő kóros elváltozások kétségkívül könnyebben fűrészeshetők ki azokkal az urethroskopokkal, melyek lehetővé teszik, hogy egyszerre egy nagyobb területet szemlélhessünk meg és hogy a beállított részlet felületét in continuo áttekinthessük. De a normális viszonyok megismerésére, sőt a kóros elváltozások megítélhetésére is szükséges, hogy azt az urethroskopiai képet is ismerjük, melyet a használatos egyenes speculumon át nyerünk.

Az egyenes tubusu (*Leiter*-, *Valentine*-, *Luys*-, *Brünings*-, *Casper*-féle stb.) urethroskopok alkalmazásakor, a speculumnak a pars prostatica-ba való betolása némi gyakorlottságot igényel. A fossa bulbi-ba érve a speculum *külső végét fokozatosan mindjobban süllyesztve* kell az eszközt hátrafelé, illetőleg fölfelé tolnunk.




A bevezetést megkönnyíti, ha *Oberlaender*-nek a pars posterior részére szerkesztett azt az egyenes tubusát használjuk, mely tekintettel a húgycső hátulsó görbületére hátul *izületes, charnieres obturatorral* van felszerelve.

Az obturator eltávolításakor, de a vizsgálat folyamán is, a tubus külső végét balkezünkkel erősen rögzítjük, mert különben könnyen kilökődik az. Noha a vizsgálandó egyént előzetesen vizeltetjük, kevés vizelet mégis a tubusba hatol — ezt a vizsgálat előtt a tamponnal föl kell szárítanunk.

Az ondódomb mögött fekvő húgycsőrészlet, az u. n. hólyag-nyak, tölsérialakot mutat. A belső húgycsőnyilástól szétágazó nyálkahártyaráncok vonulnak lefelé, úgy, hogy a kép *legyezőhöz* hasonlít, melynek nyele fönt, széles része pedig lent van (45. ábra, a).

45 ábra



Tükörképek a *hátulsó* húgycsőrészletből.  
Vizsgálat 27. Charr.-számú tubussal. (Kétszeres nagyítás.)

Az ondódomb hátulsó széléhez közeledve a mögötte lévő gödröcskét, a *fossula prostatica*-t találjuk, de ez csak az ondódombnak enyhe lenyomása és a tubus külső végének emelgetése közben ötlük szemünkbe. (Egyes kóros elváltozások eseteiben a *fossula prostatica* megtekintése szerfelett fontos.) A *nyálkahártya* e részletben sötétpiros, fénylő, nedves.

A tubus óvatos előrehúzására az *ondódomb* emelkedik be hirtelen annak nyílt végébe, melynek nagy részét elfoglalja, (45. ábra, c), avagy egészen kitölti azt — aszerint mily nagy a tubus kalibere és mily terjedelmű az ondódomb. Az ondódomb terjedelme ugyanis egyénenkint különböző, legnagyobb méretében gyöngykávébab nagyságu is lehet. Előfelé mind alacsonyabbá és nyulánkabbá válik. Felülete többnyire sima, néha — különösen, ha nagyobb terjedelmű — sekély ráncokat mutat. Az *utriculus prostaticus* nyílása sokszor mint 2—5 mm hosszú hasadék ötlük szemünkbe, különösen a mélyebb részébe eső árnyék által válik szembetűnővé.

A ductus ejaculatoriusok és a prostata kivezető csöveinek nyílásai csak kivételesen láthatók. (A nyálkahártya idősült gyula-



dása eseteiben a duct. prostatici nyílásai gyuladt Littre-mirigy-csoportokhoz hasonló képet nyújtanak.)

Az ondódombot, ott ahol az nem tölti ki teljesen a tubus nyílását — különösen tehát annak elülső alacsonyabb részén — fölülről a húgycső elülső falának a nyálkahártyája sarló alakjában környezi. Ez a sarlóalakú nyálkahártyarészlet nagyobb területen akkor mutatkozik, ha a tubus külső végét sülyesztjük.

Minél inkább húzzuk a tubust előfelé, annál kisebb helyet foglal el a látótérben az ondódomb és annál szélesebbé válik az elülső húgycsőfal alkotta sarlóalakú rész. Ott hol az ondódomb és a sarlóalakú nyálkahártyarészlet érintkezik, *félholdalakú sötét rést látunk*, mely a centrális résznek felel meg. Innen indulnak ki a nyálkahártyának a tubus széle felé vonuló apró ráncai. (45. ábra, b).

Az elülső húgycsőfal nyálkahártyája rendszerint sötétebb színénél fogva is elüt az *élénk piros színű ondódombtól*. A fényreflex az ondódomb és a sarlóalakú nyálkahártyarészlet legdomborubb helyén mutatkozik, utóbbin félholdalakban jelentkezik.

#### b) Vizsgálati lelet az irrigációs urethroskop alkalmazásakor.

Az itt vázoltól feltűnően elütő tükörképet nyerünk, ha a prostatás részletet az *irrigációs urethroskoppal* vizsgáljuk. Nemesak az a különbség, hogy egyszerre nagyobb területet látunk, hanem sok egyéb eltérés is mutatkozik. A szóban lévő készülékek optikája a beállított részt nagyítja, még pedig nem mindenütt egyenlő mértékben, amennyiben az objektívhez közel eső részletet nagyobb-foku nagyításban látjuk, viszont minél távolabb esik a beállított részlet az objektívtől annál kisebbfoku a nagyítás. (A látszólagos alakbeli eltérést nem szabad tehát kóros jelenségnek néznünk.) A nyálkahártya *színe* sem jelentkezik a valóságnak megfelelően. Ha azt a *Goldschmidt-féle* eszközt használjuk, mely a húgycsövet *hátról előfelé* világítja meg, akkor a nyálkahártyát *szürkésárgának* látjuk, míg azon az eszközén át, melyben a megvilágítás *fölülről* történik, a nyálkahártya *szürkésfehérnek*, maga az ondódomb sokszor hófehérnek látszik.

Némi gyakorlás azonban hamarosan hozzászoktat bennünket a szemlélt képnek helyes megítélésére, úgy hogy ez eljárásnak, a jelzett fogyatékosága ellenére is, nagy hasznát fogjuk látni, főképp akkor, amidőn a prostatás húgycsőrészlet kóros elváltozásainak kiderítésére törekszünk. Ilyenkor nagy előnyünkre válik, hogy egyszerre jó nagy területet tekinthetünk meg, s hogy a legapróbb részleteket is tisztán látjuk.

Míg az egyenes egyszerű urethroskoppal férfiben csak a



belső húgycsőnyílásig végezhetünk eredményes vizsgálatot, addig ez eljárás módot nyújt arra is, hogy a *belső húgycsőnyílást* is szabatosan megismerhessük, sőt a *felülről* világító készülékkel annak szomszédságát, a *hólyag trigonumos részletét* is megtekinthetjük. Minthogy a húgycső egyes betegségei — különösen pedig a gonorrhoeás húgycsőgyulladás — sokszor áttérjednek a trigonumra is, nagyon előnyös, ha a hátsó húgycsőrészt vizsgálata alkalmával egyuttal megtekinthetjük a hólyag nevezett részletét is, s ha nem kell e célból külön cystoskopiai vizsgálatot végeznünk.

Ha az irrigációs urethroskopot annyira hátratuljuk, hogy a *hólyagszáj* (orific. urethrae int.) tája van beállítva, akkor a hólyagszájnak alsó szélét, továbbá az innen legyezőszerűleg lefelé vonuló nyálkahártyaráncokat és a fossula prostatica-t látjuk. De a nyálkahártyaráncok elsimulnak, ha az irrigáló folyadék nagyobb nyomással hatol be. Nagyon jól láthatjuk a hólyagszájt, ha a vizsgálatnak alávetett egyént felszólítjuk, hogy vizeljen, — ily kísérletre ugyanis az orificium internum alsó széle lefelé húzódik és a nyílás tágassá válik.

A tubusnak a fentjelzett beállításakor az ondódombot nem látjuk egészében, hanem csak annak hátsó felületét. De ha az urethroskopot előbbre huzzuk, akkor a *colliculus seminalis* egész terjedelmében szemünkbe ötlük, még pedig ovális lapos domb, vagy egy gömbnek kétharmada alakjában. Nagyon számban meg-ejtett vizsgálatok arra tanítanak, hogy az ondódomb egyénekenként bizonyos alaki eltéréseket mutat. Az említett két alakon kívül néha kónikus, gombalaku, vagy kétoldalt lejtős ondódombot észlelünk. A fölülete többnyire egészen sima, de néha finom ráncokat látunk rajta. A sinus prostaticus, ha megvan, hosszirányu hasadék alakjában jól észlelhető, néha — amint már jeleztük — meglátjuk az ondókilövelő csövek két nyílását is, kis sánctól környezett apró hasadékok alakjában. A prostata egyes kivezetőcsöveinek a nyílásai csak akkor válnak láthatóvá, ha az eszközt tengelye körül jobb- és baloldalt forgatjuk.

A vizsgálat folyamán néha azt az érdekes képet észlelhetjük, hogy az ondódomb terjedelmében növekedik. A beavatkozás okozta helyi izgalom ugyanis erigáló hatást válthat ki. E jelenség különösen akkor válik szembeötlővé, ha a szóban lévő mívelet a *himvessző merevedését* váltja ki.

A tubus további előrehúzása közben az ondódombnak mind alacsonyabbá és nyulánkabbá váló részletét, a crista urethralis-t látjuk.

Az itt vázolt tükörképeket kapjuk, ha az urethroskopia posterior részére való bármelyik Goldschmidt-féle készüléket alkal-



mazzuk. De a világítást *felülről* szolgáltató urethroskop használatakor az árnyékképződés csekélyebb és ezért az egyes részletek plasztikája kevésbé éles, mintha azt az urethroskopot alkalmazzuk, melyben a világító lámpácska hátul van elhelyezve, hol tehát a *megvilágítás előfelé történik*. Viszont a belső húgycsőnyílás szomszédságát, a húgyhólyag trigonumát csak a megvilágítást *felülről* szolgáltató urethroskoppal tekinthetjük meg, ami ennek az eszköznek nagy előnye az előbbivel szemben.

Az orificium internum és a hólyag szóban lévő részének a nyálkahártyája is a valóságos viszonyoktól eltérő szürkés színben mutatkozik, de az egyes részletek felismerése, valamint a kóros elváltozások megállapítása tekintetében ez eljárás szerfelett becses szolgálatokat nyújt.

### c) *Vizsgálati lelet a Wossidlo-féle készülék alkalmazásakor.*

A Wossidlo-féle aërourethroskoppal nyert tükörképek hasonlóak a fent vázoltakhoz, de a nyálkahártyának a légnyomás okozta színváltozása nem oly nagyfokú, mint aminő az irrigációs módszer alkalmazásakor észlelhető. Ez a készülék csak a hátsó húgycsőrészletnek a megvizsgálására alkalmas, tehát a belső húgycsőnyíláson túl nem használható. Ugyanis amint a légnyomás a záróizmot (lissosphincter urethrae, sphincter vesicae int. Henle) széttárja, vizelet hatol a speculumba.

A nyert tükörképek nem oly tiszták és tanulságosak, mint minőket az irrigációs urethroskopia nyújt, mert a húgycső széttárása nem oly egyenletes, és szétfeszítésének mértéke nem szabályozható oly pontosan, mint ahogy az az irrigációs módszerrel sikerül.

### **A női húgycső urethroskopiája.**

Az urethroskopiai vizsgálat előtt a hólyag tisztára kiürítendő. A vizsgálatot rendszerint az ismertetett egyszerű készülékek valamelyikével végezzük, de rövid (5–6 cm hosszú) és tág (24–34 Charr. sz.) tubust alkalmazunk. A tubus hátrátolásakor külső végét fokozatosan sülyesztjük.

A *nyálkahártya felülete* sima, fénylő, színe élénkebb piros, mint aminőnek férfiben találjuk. A ráncoltság az egyenes tubuson át radialis irányban futó ráncok alakjában jelentkezik, ezeken a ráncokkal párhuzamosan haladó csíkokat látunk. A Littremirigyekhez hasonló apró *mirigyek* a húgycső egészséges állapotában nem láthatók. A Morgagni-féle *lacunák* szélei kiemelkedők



és így a tasakok szembeszökőbbek mint a férfi-húgycsőben. A húgycső distalis végében néha *papillák* láthatók.

Az urethroskopiai *tölcsér* mindenütt egyforma, mély. A *központi rés* mindenütt egyformán *haránthasadékot* ábrázol, csak a belső húgycsőnyílás táján *pontszerű*.

A *belső húgycsőnyílás* és a *hólyag trigonumának* vizsgálatára a *Luys-féle urethroskopot* használjuk („cystoscopie a vision directe“), vagy a *Goldschmidt-féle irrigációs készülékek* közül azt, amelynek lámpácskája *föliülről* világítja meg a beállított részletet.



## VIII. A HÚGYCSŐ BETEGSÉGEINEK URETHROSKOPIAI KÓRJELZÉSE ÉS KEZELÉSE.

A húgycső betegségei közül elsősorban a *gonorrhoeás húgycsőgyulladás* az, melynek eseteiben az urethroskopot a leggyakrabban alkalmazzuk, még pedig a kóros folyamat okozta szövetbeli elváltozások helyének és minémiségének a megállapítása, valamint azok gyógyítása céljából. A húgycsőkankó legkezdetibb időszakában javalt abortív gyógyító eljárást is a legtöbb sikerrel az urethroskopon át fogatosítjuk.

A gonorrhoeás húgycsőgyulladás után *visszamaradó egyes szövetbeli elváltozások* és annak egyes *következményi bajai* is ugyancsak sűrűn szolgáltatnak okot az urethroskopiai eljárás igénybevételére. A postgonorrhoeás *epithelfelrakódások, pachydermia, folliculitis chronica*, továbbá *papillomás növedékek* és az *ondódomb kóros olyamatainak* megállapítása és sikeres gyógyítása az urethroskop nélkül alig érhető el. A kankó után nem ritkán jelentkező *sexualis neurasthenia* súlyos alakjai legtöbbször az ondódomb bántalmazottságának a következményei s ilyenkor az urethroskopiai therapia alig pótolható egyéb gyógyító eljárással — legkevésbé akkor, ha az ondódomb táján lévő granulációk vagy papillomás növedékek a baj makaességának az okai.

Az idült *cowperitis* és *prostatitis* mellett fennálló nyálkahártyaelváltozások megszüntetésére ugyancsak igénybe kell vennünk az urethroskopot.

A *húgycsőszűkület* kezdeti stadiumát még az idősült gonorrhoea tartama alatt állapíthatjuk meg a tükörvizsgálattal. De e baj előrehaladottabb stadiumában is, valamint az egyéb okból származó strictura egyes eseteiben szintén tanácsos a szóban lévő vizsgálati eljáráshoz fordulni. Az u. n. tág kaliberű szűkület idejekorán való megállapítása az urethroskop nélkül alig sikerül. Néha a nagyfoku strictura bemeneti nyílásának a kifürkészése céljából is igénybe vesszük az urethroskopot. Heges kötegek átmetszése és egyéb



ehhez hasonló kisebb sebészi beavatkozások foganatosítása az urethroskopon át legtöbbször könnyűszerivel sikerül.

A *húgycső-fistula* urethroskopiai uton való vizsgálatra vagy beavatkozásra csak kivételesen szolgáltat okot.

A *nem gonorrhoeás húgycsőgyulladás* különböző alakjainak megítélésére és orvoslására is az urethroskopiai eljáráshoz fordulunk. Ugyancsak igénybe vesszük azt a *nem gonorrhoeás eredésű, legtöbbször hátul ülő papillomák* kiderítésére és eltávolítására is, valamint homályos eredésű *vérzések* okának a kifürkészésére.

A húgycső egyéb bántalmai közül annak *tuberculosis*, a *lues* egyes itteni nyilvánulásai, *lággy fekély*, továbbá beékelt *kő*, *idegen test* kórjelzése és orvoslása is készíthet bennünket az urethroskopiai eljárás alkalmazására. *Bőrbajok* nagy ritkán fejlődnek ki a húgycső nyálkahártyáján. Néha a herpes progeneralis ellepi a húgycső kezdeti részét is. Egyes egyéb bőrbajok mint meglepő véletlen leletek észleltettek az urethroskopiai vizsgálat alkalmával.

*Roszzindulatu daganatok* ugyancsak mint ritka leletek szerepelnek a szakirodalomban.

A *fejlődési anomaliák* közül a kisebb terjedelmű húgycsődiverticulum az urethroskop nélkül alig ismerhető fel.

A húgycső *sérülései* urethroskopiai vizsgálat megejtésére alig szolgáltatnak okot, s minthogy ilyenkor a helyi beavatkozások lehetőleg mellőzendők, ez eljárás alkalmazásától is tartózkodunk. Csak a bekövetkezett gyógyulás után ajánlatos tükörvizsgálat útján is meggyőződnünk mily elváltozások maradtak vissza, hogy így különösen a nagyobbfoku szűkület kifejlődésének lehetőleg elejét vegyük.

Az itt említett húgycsőbántalmaknak urethroskopiai uton való megállapítása rendszerint nagyobb nehézséggel nem jár. Ha az ép húgycső tükörképeit kellőképp ismerjük, akkor a kóros elváltozások okozta eltérések már első megtekintésre szemünkbe ötlenek. Kevésbé könnyű ezeknek helyes megítélése, és az ez alapon való kórjelzés. De a megfelelő gyakorlat képessé tesz bennünket a szemlélt képek helyes megítélésére és a diagnózisnak ez alapon való szabatos megállapítására.



## **I. A húgycső gonorrhoeás gyuladása.**

### **A) Urethroskopiai kórjelzés.**

#### *a) A hevenyés (akút) gonorrhoeás húgycsőgyulladás.*

A kifejlődött friss húgycsőkankó kórjelzése, a klinikai és bakteriologiai vizsgálat alapján rendszerint oly könnyű, hogy az urethroskop segítségére nem vagyunk utalva. De nem is ajánlatos hogy az ilyenkor többnyire jelentékenyen dagadt és érzékeny nyálkahártyát eszköz betolásával fölösleges módon irritáljuk.

Csak kivételes esetekben végzünk a kankó e stadiumában is urethroskopiai vizsgálatot. Megtörténik ugyanis egyes ritka esetekben, hogy a fennálló jelenségek azt a gyanut keltik, hogy a gonorrhoeás gyulladás mellett a húgycsőnek az orificium externumhoz közel eső részében lueszes sklerosis is van. Ilyenkor rövid, kis kaliberű speculumon át végezhetünk vizsgálatot, de rendszerint enélkül is, a sklerosisra valló jellegzetes tünetekből tisztázhatjuk a helyzetet.

Nem nagyon ritka eset, hogy tudákos egyének prophylaxis céljából, a közöset után, maró antisepticumot (sublimat, karbol, lysoform stb.) fecskendeznek húgycsövükbe. Az így keletkezett szövetroncsolások megítélhetésére néha kénytelenek vagyunk, a heves jelenségek lezajlása után, urethroskopiai vizsgálatot végezni. Ilyenkor is lehetőleg kis kaliberű, rövid speculumot használunk és annak hátrátolásával azonnal felhagyunk, mihelyt az akadályba ütközik, vagy jelentékenyebb fájdalmat okoz.

Minthogy a mondottak szerint friss kankó eseteiben, az u. n. virágzás időszakában (stad. floritionis) urethroskopiai vizsgálatot végezni nem szoktunk, az idevágó tükörképeket oly leletek alapján ismertetjük, melyeket a szakemberek a kivételes okból, avagy tudományos buvárkodás céljából végzett vizsgálatok alkalmával nyertek és melyekkel megegyeznek az alkalomadtán tett saját megfigyeléseim is.



### Urethroszkopiai lelet.

A kifejlődött *friss kankó* eseteiben az urethroszkopiai lelet *az elülső húgycsőrészletben* a következő: A sötétpiros vagy kékespiros nyálkahártya két feszes félgömb vagy három domboru részlet alakjában emelkedik be a tubus nyílt végébe. A *centrális rés* szűk, csekély terjedelmű, többnyire csak kis gödröcskét ábrázol, két-három rövid elágazással. Ráncokat, csíkokat nem látunk. A nyálkahártyának jelentékeny savós beivódása következtében annak felülete a fényt erősen visszavetíti, de a *fényreflex* nem szabályos, hanem az erosiók helyén megszakításokat mutat. Egyes helyeken hámalatti vérömlés okozta kisebb, hússzinű foltok észlelhetők.

A *subacut időszakban* a vizsgálat kockázat nélkül végezhető, és annak megejtése megokolt, sőt tanácsos olyankor, ha a heves jelenségek már teljesen megszűntek, viszont egyes klinikai tünetek tartóssága vagy azok ismétlődő visszatérése azt a benyomást kelti, mintha a folyamat állandósulna.

Ha a subacut időszak több heti tartama után az urethroskoppal azt találjuk, hogy a nyálkahártya helyenkint duzzadt — ami a tölcésér és a ráncok sekély volta, valamint a központi rés és a fényreflex szabálytalan alakjából állapítható meg, — s ha az ily helyeken az eszköz bevezetése kisebb vérzést idéz elő, akkor jogos a gyanunk, hogy itt mélyebb szövetségi elváltozások vannak, olyanok, melyek megfelelő helyi beavatkozások hijján a betegségnek idősültté való válására szoktak vezetni. Az ily helyek azok, ahonnan olyankor is, amikor már hosszabb időn át nem tudunk gonococcust kimutatni, e kórokozó baktériumok újra felszínre kerülhetnek, különösen valamely helyi izgalom (erélyes gyógyszeres vagy mechanikai beavatkozás, megerőltető testmozgás, szeszes ital élvezete, nemi izgalom, magömlés, nemi érintkezés) után. Rendszerint a fossa bulbi és szomszédsága, továbbá a fossa navicularis mögötti húgycsőrészlet azok a helyek, ahol a kankó subacut időszakának hosszas tartama eseteiben a fent jelzett kóros elváltozások a leggyakrabban észlelhetők. Ezen szövetségi átalakulások első nyilvánulásai a később tüzetesen ismerttetendő *beszűrődéseknek* (infiltratumoknak), melyek az idült kankó legjellegzőbb helyi jelenségei és a baj makacosságának leggyakoribb okai.

A hevenyés kankó *végső (terminális) szakában*, a betegség kedvező lefolyása esetén, a lelet a következő: A nyálkahártya valamivel pirosabb a rendesnél, felülete, egyes még be nem hámosodott részletektől eltekintve, egyenletesen síma, de helyenkint élénkebb érezettség látszik rajta. A *központi rés* és a *tölcésér*



alakja megfelel a rendes viszonyoknak. A nyálkahártya *csíkolttsága* még nem mutatkozik, de a ráncoltsága terjedelem és alak tekintetében nem tér el az ép állapotban észlelt képtől.

A *hátsó húgycsőrészlet* urethroszkopiai vizsgálata a friss esetekben feltétlenül kerülendő. Viszont, ha a *subacut időszak* szokatlanul hosszra nyulik, úgy, hogy attól kell tartanunk, hogy a baj idősültté válik, akkor ne mulasszuk el az egész húgycső gondos megtekintését, hogy a lelet alapján a megfelelő helyi kezelést idejekorán foganatosíthassuk.

Ha a *prostatás húgycsőrészletben* nemcsak hyperaemiát, hanem a nyálkahártya dagadását is észleljük, különösen pedig, ha azt találjuk, hogy a prostata egyes kivezető csöveinek vagy a ductus ejaculatoriusok nyílásai, melyek amint tudjuk rendes állapotban nem láthatók, most piros udvartól környezett pontok alakjában mutatkoznak, avagy ha azokból a tubussal gyakorolt nyomásra kóros váladék ürül ki, akkor e leletből azt kell következtetnünk, hogy a kankós folyamat a szövetek mélyébe hatolt. Az ily esetekben a betegség legtöbbször idősültté válik, de szakszerű helyi beavatkozások útján néha még sikerül a kóros elváltozások gyors visszafejlődését elérnünk.

#### *b) Az idült (chronikus) gonorrhoeás húgycsőgyulladás.*

Mikor tekintsük a húgycsőkankót idültnek?

Régebben a betegség bizonyos időtartama volt az a kriterium melynek alapján döntötték el a kérdést, vajjon a baj még hevenyésnek vagy már idültnek tekintendő. A legtöbb szakember 6—8 heti időtartamon túl már idültnek minősítették a kankót.

De az ily módon való elhatárolásnak tudományos alapja nincsen. A hevenyés kankó gyógyulása néha a fent jelzett időn túl is elhúzódhatik, különösen, ha a folyamat hátraterjed s még inkább akkor, ha az egyuttal a húgycsővel anatómiai összefüggésben lévő egyik-másik szervre is kiterjeszkedik. Viszont máskor a szóban lévő időhatáron belül is oly szövetbeli elváltozások fejlődhetnek ki, melyek már az idült kankó első nyilvánulásainak tekinthetők.

Az észlelhető klinikai jelenségek alapján akkor szokás a gonorrhoeát idültnek tekinteni, amikor a betegség már alig nyilvánul egyébben, mint csekély mennyiségű váladék kiürülésében, vagy annak a vizeletben úszó kankófoszlányok alakjában való jelentkezésében és ezen tünetek a hosszas kezelés ellenére is megmaradnak, vagy elmulván makacsul meg-megisméltődnek.

Kétségtelen, hogy az ily állapotból joggal következtethetünk



arra, hogy idült stádiumban lévő kankóval állunk szemben. De ha annak a prognózis és therápia szempontjából egyaránt fontos kérdésnek az eldöntéséről van szó, hogy a betegség *mely időszakától kezdve* kell valamely esetben a kankót idültnek tekintenünk, akkor alig támaszkodhatunk egyéb diagnosztikai alapra, mint a talált *szövetbeli kóros elváltozásoknak* ily irányban való elbírálására.

Ha a hevenyész kankó jelenségeinek lezajlása után, csekélyfoku tünetek tartós jelentkezése idején, a nyálkahártya *egyreszein* az urethroskoppal oly elváltozásokat találunk, melyekről tudjuk, hogy azok gyógyítása hosszas helyi kezelést igényel, s hogy teljes visszafejlődésük a legtöbb esetben ily módon sem érhető el, akkor a folyamatot idültnek kell minősítenünk.

Noha a nyálkahártya teljes restitúciója a legtöbbször nem következik be, amennyiben csekélyebb vagy nagyobbfoku szövetbeli átalakulások visszamaradnak, az idült kankónak a meggyógyítása is megfelelő kintartással minden esetben elérhető. A kezelés folyamán rendszerint bekövetkezik egy időszak, amikor a kankó ugyan már gyógyultnak tekinthető, de a húgycsőgyulladás egyes csekélyebb tünetei még tartósan vagy időközönként jelentkeznek. A kankót akkor tekinthetjük gyógyultnak, ha elveszítette specifikus jellegét, fertőző képességét, vagyis ha gonococcust a később ismeretendő gondos vizsgálatokkal kimutatni többé nem lehet. Az esetleg visszamaradt húgycsőgyulladás, *urethritis postgonorrhoeica*, az azt fenntartó elváltozások és a jelentkező tünetek szerint, még egy ideig folytatólagosan vagy bizonyos időközökben megfelelő kezelésben részesítendő.

#### A nyálkahártya szövetbeli elváltozásai.

(*Lágy infiltratum. Merev infiltratum. Granulatiók. Papillomák. Urethritis desquamativa. Pachydermia. Argyrosis*).

Az urethroszkopiai kép megítélhetésére szükséges, hogy ismerjük a különböző szövetbeli elváltozásokat, melyek az idült kankó folyamán kifejlődnek és melyek a legtöbbször a húgycsőnek csak egyes kisebb-nagyobb részleteire terjeszkednek ki.

Míg a kankó hevenyész időszakában a gyulladás okozta elváltozások főképp a hám leválásában, felületes erosiók létrejöttében, továbbá a nyálkahártya egyenletes savós beivódásában és fehér véresejtek bőséges kivándorlásában nyilvánul, addig az idősült időszakban a domináló jelenség rendszerint az, hogy a nyálkahártya egyes szigetszerű helyein mélyre hatoló kissejtű beszűrődés, *infiltratum* jő létre, még pedig legtöbbször a mirigyek és a Morgagni-



féle gödröcskék táján. E beszűrődésekben új hajszálerek fejlődnek bőséges mértékben, fölöttük pedig dús hámtermelés és hámleválás jelenségei észlelhetők. A nyálkahártya a vérrel dúsan táplált és hámjuktól megfosztott e helyeken *fellazulhat* és mélyebb *erosiók* keletkezhetnek. Sokszor kisebb-nagyobb burjánzások, *granulatiók* is fejlődnek.

A beszűrődéseknek ezt az alakját *lágú infiltratumnak* nevezzük. *Oberlaender* szerint az idült kankó eseteinek mintegy harmad-résztében észlelhetők. Helyük legtöbbször a *pars pendula* és a *fossa bulbi*.

Megfelelő kezelésre e beszűrődések csekélyfoku szövetbeli elváltozások hátrahagyásával, főlészivódás útján elmulhatnak. Ha a megkivánt helyi beavatkozásokat nem fogantatosítjuk idejekorán, akkor az infiltratumban *kötőszöveti átalakulás* indul meg, mely idővel úgy annak szélessége, mint mélysége irányában mind nagyobb méreteket ölt. A nyálkahártya ennek következtében e helyen merevvé válik, fokozatosan mindjobban zsugorodik s kifejlődik az a súlyosabb következményű kóros elváltozás, melyet *merev infiltratum*-nak nevezünk. A merev infiltratumot borító *hámréteg* is megváltozik. A hengeres hám helyén sokrétegű laposhámot találunk, mely sokszor *epidermis-* vagy *szaruszerű* jelleget is ölt. A betegség további tartama folyamán a zsugorodó kötőszövet összesajtolja a vérereket, a Morgagni-féle gödröcskéket és a Littre-mirigyeket. Ennek következtében úgy a lacunák, mint a Littre-mirigyek a nyálkahártya felszínének irányába szoríttatnak, miáltal a lacunák széttárt nyílással emelkednek a nyálkahártya felülete fölé, a Littre-mirigyek nyílásai pedig nagyobb tűszúrás alakjában válnak láthatókká.

Ha a szöveti átalakulás még nagyobb arányokat ölt és a kötőszövetnek hyperplasiája és nagyfoku zsugorodása következik be, akkor úgy a lacunák, mint a Littre-mirigyek az összeszorításuk következtében sorvadnak és *eltűnnek*, avagy pedig a szét-eső hámsejtek betömik nyílásaikat, üreik pedig megtelődnek szét-mállott epitheliummal, úgy hogy végül elzárt tömlővé, *cystává* alakulnak át. A Littre-mirigyekből apró tályogok (*abscessus follicularis*) is keletkezhetnek. Néha sikerül egy-egy ily cystát vagy apró tályogot a húgycső külső tapogatásakor is megérezni.

A *merev beszűrődés* összesajtolhatja a *corpus cavernosum urethrae* kis üregeit is, miáltal kemény, gömbölyű kis *csomók* keletkeznek, melyek a húgycső külső tapogatásakor jól érezhetők. Sokszor az is tapasztalható, hogy az infiltratum a *corpus cavernosum* egy nagyobb részletére terjeszkedik ki. Az ily nagyterjedelmű és rendszerint mélyre hatoló beszűrődések a Littre-



mirigyek periglandulás gyulladásának tovaterjedéséből származnak. Kötőszöveti átalakulásuk által *kérgesedés* keletkezik, mely a súlyos következményű *callusos szűkület* létrejöttére vezet.

Az idült kankó eseteiben legtöbbször észlelhető szövetbeli elváltozások ezek szerint a következők: A nyálkahártyát borító *hámréteg* kóros elváltozása az epitheliumnak átalakulásában, burjánzásában és nagyfoku leválásában (*desquamatio*) nyilvánul. A nyálkahártya szövetében *infiltratumok* képződnek, melyek mélyre hatolhatnak és kiterjeszkedhetnek a corpus cavernosum egyes részleteire is. A beszűrődések következtében a lacunák és mirigyek kórosan elfajulhatnak és teljesen el is pusztulhatnak. Az infiltratumok kötőszöveti átalakulása és zsugorodása *szűkület* létrejöttére vezet, mely annál nagyobbfokú, minél nagyobb terjedelmű és minél mélyebbre hatoló volt a beszűrődés. A nyálkahártya felületén a hámjuktól megfosztott helyeken *granulatiók* keletkezhetnek. A nem ritka leletek közé tartoznak továbbá a *papillomák* (fibro-epithelioma papillare Buday), melyek a hámnak és a kötőszövetnek együttes szövetszaporodása által képződnek.

Az ismertetett szövetbeli elváltozások nagyobbbrészt olyanok, hogy az illető helyeken a nyálkahártya teljes restitúciója többé be nem következik.

Az infiltratumoknak urethroszkopiai megítélhetése okából meg kell még ismerkednünk az azok helyén a nyálkahártya felületén észlelhető elváltozásokkal.

Már az eszköz bevezetésekor észleljük a nyálkahártya rugalmasságának és tágulékonyságának a csökkenését, mely természetesen arányos a kóros hely kötőszöveti átalakulásának a fokával. Megtekintéskor szembetűnik a nyálkahártya felületének egyenetlensége, színének az egészséges részlettől való eltérése és fényességének csökkent volta.

Az urethroszkopiai lelet annál inkább tér el a rendestől, minél nagyobbfoku és minél előrehaladottabb az infiltratum okozta szöveti átalakulás. Ez okból *Oberlaender* a *merev beszűrődéseket* urethroszkopiai szempontból, azaz a szövetbeli elváltozásoknak megfelelő urethroszkopiai lelet alapján, két csoportba osztályozza. Az első csoportba (mirigyek alak) az aránylag kisebb foku elváltozásokat feltüntető, a második csoportba (száraz alak) a súlyosabb természetű elváltozásokkal járó eseteket sorozza.

A *mirigyek (glandularis) alak* eseteiben úgy a lacunák, mint a Littre-mirigyek szembetűnően mutatkoznak, némelykor a nyálkahártya felszine fölé emelkednek; a lacunák nyílásai tátongnak, a Littre-mirigyek pedig nagyobb tűszúrások alakjában, csoportosan észlelhetők.



A száraz (*follicularis*) alak eseteiben a mirigyek és a lacunák nyílásai nem láthatók, mert az azokat környező kóros természetű kötőszövet zsugorodása által elzárva. A mirigyek vagy tönkrementek és eltűntek, vagy kis tömlökké alakultak át, melyek enyvszerü anyaggal vannak megtöltve s ilyenkor kis cysták

46 ábra, a.



Urethritis desquamativa.  
Kiürült hengeres képlet.

alakjában észlelhetők. Néha egy-egy elgenyvedt Littremirigyet (*abscessus follicularis*) találunk.

Aminthogy a lágy beszűrődés átalakulhat merev infiltratummá, azonképpen a merev beszűrődés mirigyek alakja átváltozhatik száraz infiltratummá. S mint-hogy a beszűrődések nem egyidejűleg keletkeznek a húgycső különböző részein és további átalakulásuk sem halad mindenütt egyformán előre, könnyen érthető, hogy egy-egy vizsgálat alkalmával a beszűrődések különböző alakjait észlelhetjük egymás mellett. A lágy infiltratum mellett találhatjuk a merev beszűrődés egyik vagy mindkét alakját is.

Végül még megjegyezzük, hogy *Oberlaender* a most ismertetett osztályozáson kívül még gyakorlati szempontból is csinált egy beosztást, amennyiben a merev beszűrődéseket, fejlődésük egyes phasisai szerint, három csoportba sorozza; megkülönböztet csekélyfoku, közepes- és nagyfoku infiltratumot. Azonban természetes, hogy e három alakot egymástól élesen elhatárolni nem lehet.

Az idült kankó egyes eseteiben a szövetbeli átalakulások javarészt a nyálkahártya fölületén észlelhetők, de itt viszont jelentékeny fokot érnek el. Az epithelium nagy mértékben burjánzik és mint sokrétegű lapos hám csaknem az egész húgycső mentén tömegesen lerakódik, úgy hogy vastag réteget alkot.

Az ily betegek vizeletében, különösen valamely mechanikai vagy intenzivebb gyógyszeres beavatkozás után, terjedelmes, néha 10—12 cm. hosszú csőalaku képleteket találunk, melyek a levedlett kigyóbőrhöz hasonlítanak (46. ábra, a) és melyek a mikroszkop alatt tisztán sokrétegű laposhámból állónak bizonyulnak. (46. ábra, b). De e képletek kiürülése nem jelenti azt, hogy a nyálkahártya hámrétege immár rendessé fog válni. A tükörvizsgálattal kideríthető, hogy az még mindig elég vastag és e vastagsága a hámnak tartós burjánzása és felrakódása által egyre növekszik.

Természetes, hogy e nagyterjedelmű és vastag hámtakaró alatt a mirigyek és lacunák nyílásai eldugulnak, s hogy az mintegy védőpáncélul szolgál az alatta tanyázó bakteriumoknak. Ezért




az idült kankónak szóban levő alakja, noha a létrejövő elváltozások nem hatolnak mélyre, mégis súlyos megbetegedésnek tekintendő. E baj a kezeléssel szemben rendkívüli makacsságot tanúsít, az állapot időleges javulása után a visszaesések megismétlődnek és fertőző-képességének tartama felette hosszú. Amikor e húgycsőgyulladás fertőző jellege megszűnt (a gonococcusok végleg eltűntek) a visszamaradó *postgonorrhoeás urethritis* ugyancsak sok alkalmatlanságot okozó makacs baj, melynek teljes megszüntetése el nem érhető. (Egyes ily eseteket több mint 15 év óta van alkalmam észlelni. A baj fertőző-képességét ugyan sikerült megszüntetnem, de a nyálkahártya állapota alig javult, sőt egyik-másik esetben idővel fokozatosan rosszabbodott. Ugyanis az epithelium bőséges leválása, illetőleg kiürülése ellenére is, a hámfelrakódás oly nagy mértékű, hogy a húgycső kalibere mindjobban csökken.) Valamennyi ily esetben a nyálkahártya előbb-utóbb elveszíti rugalmasságát, felülete érdessé, színe szürkés-fehérré válik. A hímvesző merevedése, a nyálkahártya csökkent tágulékony-ságánál fogva, kellemetlen érzést vált ki. A húgycsőből a még el nem pusztult mirigyek hypersecretiója következtében időnkint csekély mennyiségű szürkés váladék szokott kiürülni, mely mikroszkopiai vizsgálathoz alávétve nyálka- és hámból állónak szokott bizonyulni és amelyben bőséges mennyiségben látunk különböző fajtájú bacteriumokat.

A szóban levő kóralakra *Pajor* hívta fel a szakférfiak figyelmét. Idevágó közleményeimben (Int. Centralbl. für die Physiol. und Pathol. d. Harn- u. Sexualorg. 1892. — Orvosok Lapja 1902) kóreseteim kapcsán tüzetesen ismertettem az idült kankó és a *postgonorrhoeás urethritis* ezen alakját és annak megjelölésére az *urethritis desquamativa* elnevezést ajánlottam.

A most ismertetett kórfolyamathoz egyes megnyilvánulásai-  
ban némiképp hasonló az idült kankó azon alakja, melyet *Oberlaender pachydermia* név alatt ismertetett és amelyet *Grünfeld* már régebben *xerosis* név alatt irt le. Az ily esetekben a hámnak jelentékeny burjánzása és fölhalmozódása következtében a

46. ábra, b.




Urethritis desquamativa. A kiürült hengeres képlet mikroszkopiai képe.



húgyeső egyes helyein gombostüfejnői és ennél jóval nagyobb, 1 vagy több mm. magasságú kiemelkedések keletkeznek, melyek a nyálkahártya fölületét érdessé teszik. Ezen szürke, *szigetszerű foltok* mindig oly helyeken észlelhetők, ahol a nyálkahártyában *mélyreható nagyfoku szövetségi elváltozások* vannak.

Meg kell még emlékeznünk a hámréteg azon elváltozásairól, melyek *erős adstringens szerek* hosszas alkalmazása által idéztetnek elő. Ugyanis a gonorrhoeás folyamat következtében átalakult hámréteg koncentrált oldatok hatása alatt *sárazzá, érdessé* válik. Ilyenkor is azt tapasztaljuk, hogy az urethroskop nehezebben tolható be, és a vizsgálat folyamán megállapítható, hogy a nyálkahártya felülete kevésbé sima és nem oly sikamlós és fénylő mint ahogy azt rendes állapotában észleljük. De a kankós folyamat gyógyulásával a szóban levő fölületés elváltozások meg szoktak szünni vagy a normális viszonyokat legalább is megközelítő állapot vissza szokott térni.

47. ábra



Argyrosis következtében sötétre festett hámréteg mikroszkopiai képe.

megvastagodott. Ilyenkor a hámfelrakódások következtében egyébként szürkés-színű nyálkahártya szürkés-fekete színben jelentkezik, mintegy bekormozottnak látszik. A 47. ábra az argyrosissal komplikált urethritis desquamativa egy esetében kiürült szürkés-fekete színű hámrétegnek mikroszkopiai képét mutatja.

De az epitheliumnak csekélyebb fokú elváltozásai mellett is találunk néha argyrosist. Ilyenkor az urethroskopiai vizsgálat alkalmával a Littre-mirigyek és a Morgagni-tasakok körül félhold- vagy gyűrűalakú szürkés-fekete udvart észlelünk.

### 1. Urethroskopiai lelet az elülső húgycsőrésztben.

Az alábbiakban azokat a tükörképeket ismertetjük, melyek az egyszerű egyenes speculummal észlelhetők, s pedig akár az oly urethroskopot használjuk, mely reflektált fényvel világítja meg a



beállított területet, akár olyant, melynek fényforrása a tubusban van s így közvetlenül világítja meg az illető nyálkahártyarészletet. Ott, ahol egyéb urethroskoppokkal nyert képekről van szó, ezt minden alkalommal külön kiemeljük.

#### A hámréteg elváltozásainak urethroskopiai képe.

A hámréteg kisebbfoku elváltozásai, melyek a nyálkahártya simaságát és tágulékonyosságát alig befolyásolják, a speculum bevezetésével szemben érezhető akadályt nem okoznak. De ha az epithelium-réteg nagyobb elváltozásokon esik át, minők a hámfelrakódások, pachydermia létrejötte vagy a hámnak gyógyszerek okozta kiszáradása, akkor a speculum bevezetése kisebb-nagyobb akadályba ütközik.

A hámréteg *csekélyfoku elváltozásai* eseteiben urethroskopiai vizsgálatkor azt találjuk, hogy a nyálkahártya *színe* a húgycső *subepithelialis* szöveti elváltozásainak megfelelő eltéréseket mutat, simasága és sikamlóssága pedig a hámréteg bántalmazottságának foka szerint kisebb-nagyobb mértékben csökkent. A hámjuktól megfosztott helyek könnyen vérzenek.

Ha a hámréteg *nagyobbfoku átalakuláson* esett át, a tükörlelet a következő: A nyálkahártya egyenetlen fölületű, fénytelen, szürkés-sárga és csak azon helyeken, hol a hámfelrakódás csekélyebb foku, halovány rózsaszínű.

A kóros elváltozások csökkentvén a húgycső falainak a rugalmasságát, ezek nem simulnak a szokott módon egymáshoz. Ezért az urethroskopiai *tölcsér* mélyebb a rendesnél és a *központi rés* tág és szabálytalan alaku. Az említett oknak tulajdonítandó az is, hogy a tubus kihúzásakor a húgycső falai csak renyhe lassúsággal térnek vissza rendes helyzetükbe.

Nagyobbfoku *argyrosis* eseteiben a nyálkahártya színe kékes-, vagy szürkés-fekete, mintha kormos volna. Ha az argyrosis csekélyebb mértékű, a feketébe játszó színváltozás kisebbfoku és csak kisebb területeken jelentkezik, még pedig főképp a Morgagnitasakok és a Littre-mirigyek táján, melyek körül félhold- vagy gyűrűalaku szürkés-fekete udvart találunk.

A mélyreható nagyobbfoku szövetbeli elváltozások eseteiben észlelhető urethroskopiai leletekről az illető kórfolyamatok tárgyalásakor leszen szó.


#### A lágy beszűrődések urethroskopiai képe.

A nyálkahártya a beszűrődött helyeken élénk-piros, vagy kékespiros, fénylő, fellazult, helyenkint *erosiók* vagy apró *granulatiók* láthatók. A savós beivódás következtében a nyálkahártya *csikolt-*




sága néha élénkebb, de legtöbbször elvész, a *ráncok* nagyobbak, de kevesebb számuak a rendesnél. A *tölcsér* sekély, a *centrális rés* szűk, szabálytalan. A *fényreflex* az erosiók helyén megszakított, a *granulatiók* fölött élénkebb, de mindenkor szabálytalan alaku. A *Littre-mirigyek* nem láthatók. A *Morgagni-féle lacunák* nyílásai apró gombostűfejnyi élénkpiros szélű kiemelkedések alakjában jelentkeznek; nyomásra kóros váladék szivárog ki belőlük. (Ezt a váladékot az urethroskopon át az alább ábrázolt Kollmann-féle aspirátorral (48. ábra), vagy az endoszkopiai spatulával (49. ábra)

48. ábra.



Kollmann-féle aspirator.

49. ábra.



Kollmann-féle endoszkopiai spatula.

fölfoghatjuk, hogy mikroszkopaiilag megvizsgálhassuk.) Ha az infiltratum a *Cowper-mirigyek* táján van, akkor ezek nyílásai néha túszerűnyi gödröcskék alakjában mutatkoznak. De rendszerint csak azon esetben válnak azok láthatókká, ha a nyílásokat kis nyálkahártyaráncocska környezi; ilyenkor ugyanis ennek dagadása teszi a jelzett gödröcskét szembetűnővé.

A lágy infiltratumok megfelelő kezelésre szépen visszafejlődhetnek. A beszűrődést alkotó kóros termékek felszívódásával a nyálkahártya visszanyeri rugalmasságát, a ráncoltság rendessé, a tölcsér és a centrális alak szabályossá válik. Lassankint visszatér a nyálkahártya rendes színe, simasága és fénye és a finom csíkoltság is ismét láthatóvá válik. Legtovább tart a Morgagni-féle tasakok



elváltozása. Nyílásaik többnyire jó ideig szembeötlők maradnak az azokat környező élénkebb színű gyuladással udvar által.

Elhanyagolt esetekben a lágy beszűrődésekből fokozatos kötőszöveti átalakulás következtében merev infiltratumok fejlődnek.

#### A merev beszűrődések urethroszkopial képe.

Az egész húgycső mentén találhatunk merev infiltratumokat, leggyakrabban azonban a pars cavernosa-ban, különösen pedig a fossa bulbi-ban észlelhetők. Az illető helyeken a nyálkahártya simasága, sikamlóssága és tágulékonysága csökkent, még pedig a kötőszöveti átalakulás terjedelme és foka arányában. Ezen elváltozásnak tulajdonítandó a kisebb-nagyobb ellenállás, melyet a speculum bevezetésekor észlelünk. Ugyancsak ez magyarázza meg az *urethroszkopiai tölcsér* tágabb és mélyebb voltát, valamint a *centrális rés* tátongását is. Az illető húgycsőrészt merev falai ugyanis nem simulnak a szokott módon egymáshoz.

A merev infiltratum *mirigyes (glandularis)* alakjának a legjellemzőbb nyilvánulása az, hogy a Littre-mirigyek kivezető csöveinek és a Morgagni-féle gödröknek a nyílásai a beszűrődött területen könnyűszerivel felismerhetők. Ugyanis a mirigyeket és a lacunákat környező új kötőszövet a nyálkahártya felszine fölé emeli azokat és nyílásaikat tátongóvá teszi.

A *Littre-mirigyek* lencsényi csoportokban, piros udvartól környezett pontok alakjában észlelhetők, míg az azokat nagyság tekintetében fölülmuló és egyenkint elhelyeződött *Morgagni-féle gödrök* piros széltől környezett hasadékok alakjában mutatkoznak. Ez a piros udvar sokszor félhold- vagy patkóalakot ábrázol. Ha a vizsgálatot oly urethroskoppal végezzük, melynek fényforrása *a tubuson kívül van*, akkor a nyílások mentén a fényreflex hiányzik, miáltal azok, mint sötétebb helyek még szembeötlőbbé válnak. Nagyon szembeszökő módon tárja elénk a lacunákat a Goldschmidt-féle *irrigációs urethroskop*, továbbá az Antal- és a Wossidlo-féle *aërourethroskop*.

A beszűrődött nyálkahártyát többretegű laposhám borítja, mely azonban helyenkint hiányzik. Ez által a látótérben szürkés helyek váltakoznak pirosszínű szigetszerű helyekkel.

Megfelelő kezelésre a beszűrődések bizonyos határig visszafejlődhetnek. Teljes restitutio nem érhető el, de az állapot annyira javulhat, hogy későbbi komoly komplikációk bekövetkezése megelőzhető. A helyi kezelésre bekövetkező javulás folyamán az urethroskoppal megállapíthatjuk, hogy a nyálkahártya ráncoltsága fokozatosan visszatér, az urethroszkopiai tölcsér és a központi rés mindjobban közeledik a rendes alakjához, ami amellet szól, hogy



a nyálkahártya merevsége engedett. A hámfelrakódások lassankint leválnak, s az epithelium burjánzása megszűnik, úgy, hogy a nyálkahártya felülete és színe csaknem rendessé válik.

Sokszor azonban egyes helyeken, különösen a mirigyek táján a kóros elváltozások visszafejlődése nem következik be. Sőt a nyálkahártya szürkés színe mind intenzívebbé lesz, a ráncoltság teljesen elsimul és a húgycsőfalak merevsége fokozódik. Itt az infiltratum helyébe *hegszövet* lépett és ennek következtében a húgycső kalibere e helyen állandóan kisebb marad, vagyis *szűkület* képződött. Oly kóros állapot fejlődött tehát ki, melynek javulása többé nem várható és amely mindig időnkint orvosi gondozást igényel, hogy nagyobbarányú elváltozások létrejöttét megelőzhessük.

A mondottak szerint a merev infiltratum glandularis alakjának eseteiben az elváltozások visszafejlődésének mértéke előre nem látható. Azok terjedelmén és mélységén kívül ez irányban sokat határoz az, vajjon idejekorán foganatosítjuk-e a megfelelő helyi beavatkozásokat.

A merev beszűrődés száraz (*follicularis*) alakja eseteiben, amint azt már jeleztük, a zsugorodó kötőszövet a mirigyek és lacunák teljes obliterálódását, elpusztulását idézheti elő, avagy elzárja a kivezető csövek nyílásait, úgy hogy enyvszerű anyaggal telt, vagy elgenyedő kis tömlők keletkeznek.

A mirigyek elpusztulása és az epithelium felrakódása következtében a nyálkahártya felülete szárazzá, egyenetlenné, fénytelené válik, ami már a speculum bevezetésekor érzett ellenállásból is megállapítható. A nyálkahártya, a hámfelrakódás és a vérereknek a zsugorodó kötőszövet okozta összenyomása által, elveszíti rendes színét és így sárgás-szürkének, súlyosabb esetekben fehéres-szürke színűnek mutatkozik; a rendes szövet helyébe lépett zsugorodó kötőszövet merevvé teszi a húgycső falzatát, csökkenti a lument, vagyis *szűkületet* idéz elő. A ráncoltságnak legfőbb csak nyomai észlelhetők, a csíkolttság elvész. A *központi rész* tátongó, szabálytalan, a *tölcsér* mély és tág. A *fényreflex* szabálytalan. A tubus kihúzásakor a húgycső falai lomha lassúsággal foglalják el rendes helyüket. A Littre-féle mirigyek és a lacunák rendszerint eltűntek, néha ezek helyén kis sárgás-fehér vagy kékes-fehér, gömbölyű vagy ovális fénylő kidomborodást észlelünk, az eldugult mirigyből vagy lacunából keletkezett kis *cystát*.

A kedvezőbb esetekben, melyekben a szövetbeli elváltozások kisebbfokúak úgy a klinikai jelenségek, mint a baj fertőzőképessége aránylag nem túlságos hosszú időn belül megszüntethetők és a szöveti átalakulások is bizonyos határon belül visszafejlőd-



hetnek. Így egyes Littre-mirigy-csoportok ismét láthatókká válhatnak, a folliculusok, melyek a kezelés folyamán vagy megnyitattak vagy pedig mechanikai beavatkozásra megnyíltak, kis forradás hátrahagyásával eltűnhetnek és a kóros nyálkahártya egyes sávjai a normálist megközelítő szint mutathatnak. De a kóros terület javarésznél megmarad a nyálkahártyának szürkés-sárgás színe, szárazsága és merevsége.

Az oly esetekben, melyekben a kóros átalakulások jelentékeny terjedelmet és fokot értek el, mindig szerfelett makacs és hosszadalmas bajjal állunk szemben. A váladékképződés ugyan csekély, de megszüntetése csak nagynehezen sikerül. A betegség fertőző-képessége néha éveken át megmarad. A visszamaradó postgonorrhoeás urethritis ugyancsak súlyos türelmi próba elé állítja úgy a beteget, mint a kezelő orvosát.

Ha a merev infiltratumok terjedelmük és mélységük tekintetében nagyobb arányokat öltöttek, a betegség gyógyulása után mindig oly szöveti elváltozások maradnak vissza, melyek kisebb-nagyobbfoku szűkület keletkezésére vezetnek, tehát az ily *merev infiltratum* azonos a kezdődő szűkülettel, kötőszöveti átalakulásának és zsugorodásának a foka arányos a szűkület fokával.

A kankó lezajlása után, azaz a baj fertőző-képességének megszüntével az urethroskoppal kisebb-nagyobb területen fényes, fehéres hegszerű foltokat vagy sávokat látunk. Ezek szomszédságában a nyálkahártya merev, száraz, fénytelen, színe eltér a rendestől, halványsárga részletek váltakoznak sötét-hússzínűekkel. Néha oly részeket is találunk, ahol még gyuladásban lévő Littre-mirigycsoportok láthatók, melyek kóros váladékot termelnek. Ezek, valamint a szűkület váltják ki a makacs *postgonorrhoeás urethritis* legszembetűnőbb jelenségeit.

## 2. Urethroskopiai lelet a hátulsó húgycsőrészletben.

A kankó hevenyész időszakában, a hátulsó húgycsőrészletnek bármiféle eszközzel való bolygatása műhiba. A *hosszasan elhúzódó subacut* esetekben észlelhető urethroskopiai lelet pedig annyira hasonlatos az *idősült kankó tükörképeihez*, hogy elegendő, ha ezeket ismertetjük.

A hátulsó húgycsőrészlet *szövetbeli elváltozásai* nagyjában ugyanolyanok, minőket az urethritis gonorrhoeica anterior esetében találunk. De az *urethroskopiai képek* főképp a pars prostatica-ban, az ondódomb és szomszédságának sajátos alakja és szövetbeli szerkezete következtében, lényegesen eltérők az elülső húgycső-



részlet képeitől, aminthogy ily eltérés, előző ismertetésünk szerint, az *ép húgycső* urethroskopiai leletei tekintetében is észlelhető.

Az *egyszerű, egyenes speculummal* észlelhető urethroskopiai képek a következők:

*Fölületes elváltozások* eseteiben a tükörlelet csak annyiban tér el a normálistól, hogy a nyálkahártya egész kiterjedésében sötét-piros, áttetsző, helyenkint erosiók, granulatiók láthatók. Régi esetekben a nyálkahártya színe kékes-vörös.

A *mélyebb elváltozások* közül itt is a lágy és a merev beszűrődések dominálnak, melyek egymás mellett is találhatóak.

A *prostatás húgycsőrészletben* a lágy beszűrődések helyén a nyálkahártya elveszíti simaságát, színe sötét-piros. Az ondódomb a beszűrődés mélysége szerint kisebb-nagyobb mértékben nagyobodott, terjedelme eredeti nagyságának a háromszorosát is elérheti. Fölülete dűdorzatossá válhatik, a nagyobb kiemelkedések között sekély árkok észlelhetők. Az *utriculus prostaticus nyílása* nem mindig látható. A *duct. prostatici nyílásai* közül egyik-másik piros szélei által észrevehetővé válik. Ilyenkor a dagadt Littre-mirigyekhez hasonló képet mutatnak. Szembeszökővé válnak argyrosis eseteiben. E kivezető csövek bővebb váladékot termelő gyuladása esetén, a tubussal kifejtett nyomásra, kóros váladékot látunk belőlük kiszivárogni. A *ductus ejaculatoriusok nyílásai* csak kivételesen észlelhetők. Idősült ondóhólyaggyulladás eseteiben a tubussal kifejtett nyomásra néha kóros váladékot látunk belőlük kiürülni.

A *belső húgycsőnyílás, az irrigációs urethroskopon* át szemlélve, szabálytalan alakunak, és a széle egyenetlen felületűnek jelentkezik. Színe a rendesnél sötétebb piros, rézvörös vagy kékes-vörös.

A *pars membranacea*-ban a lágy beszűrődések már az eszköz betolásakor válnak érezhetőkké, amennyiben a behatolása elé kisebb akadályt gördítenek. A *centrális rés* kis sötét pontocská alakjában mutatkozik. A nyálkahártya duzzadt, hyperaemiás. Ráncoltság alig látható.

A lágy infiltratumok a hátulsó húgycsőrészletben is szépen visszafejlődhetnek, ha idejekorán megfelelő helyi kezelést alkalmazunk. Ez esetben a *belső húgycsőnyílás* is csakhamar visszanyeri rendes alakját és színét.

A *merev beszűrődések* két alakja a hátulsó húgycsőrészletben nem különíthető el egymástól. Ezen súlyosabb szöveti átalakulások már a speculum bevezetésekor érezhetőek. A nyálkahártya simaságának és tágulékonyságának csökkenése következtében egyenes eszköznek a bevezetése nehéz és kockázatos, ezért ilyenkor *kathéteralaku* speculumot használunk, különösen pedig ajánlatos



az *irrigációs urethroskop* alkalmazása. Az eszköz betolásakor annak külső végét mélyre süllyesztjük, hogy a belső vége a kórosan elváltozott ondódombba ne ütközzék.

Az *ondódomb* rendszerint lapos sima, a *pars membranacea*-ba átmenő része (*crista urethralis*) alig észlelhető. Színe sárgás vagy sárgásszürke, az irrigációs urethroskopon át szemlélve fehéresszürke. Az *utriculus* és a *prostata* kivezető csöveinek a nyílásai csak kivételesen válnak láthatóvá, néha azonban pirosabb szélük által felismerhetők. Az ondódombbal szomszédos nyálkahártya, a beszűrődött merev részeknek a kevésbé bántalmazott helyekkel való váltakozása következtében, szabálytalan felületet mutat.

E súlyos elváltozások többnyire csak elhanyagolt esetekben fejlődnek ki és mindig csak hosszabb idő múlván. Teljes visszafejlődésük többé nem következik be, de gondos kezeléssel némi javulás elérhető. A kankó gyógyulása után is komoly működési zavaroknak szoktak okozói lenni.

A *pars membranacea* a merev beszűrődések következtében szárazzá, fénytelené válik. Felülete egyenetlen. Néha szürkésfehér hegszerű léceket látunk, váltakozva sárgászörös részletekkel. A régi súlyos esetekben nagyobb kiterjedésű merev, kérges részeket észlelünk. Minthogy ezen zsugorodó kérgesedések mindig nagyobbfoku szűkületet okoznak, megtekintésük csak előzetes tágítás után válik lehetségessé. *Goldschmidt* az ily kóros elváltozások eseteiben sokszor gyűrűalaku hegszerű képződéseket észlelt.

### 3. A kankó egyes komplikációinak és következményeinek eseteiben észlelhető urethroskopiai képek.

Idült *prostatagyulladás* és *ondóhólyaggyulladás* eseteiben a prostatás húgycsőrésztben a nyálkahártya hyperaemiáját, duzzadását, fellazulását szoktuk találni és helyenkint beszűrődéseket. *Goldschmidt* szerint az ondódomb idült prostatitis eseteiben nagyobb, gyakran karélyozott. A beteg szervek kivezető csöveinek nyílásai néha azáltal válnak láthatókká, hogy a tubussal kifejtett nyomásra kóros váladék ürül belőlük.

Egyoldali *mellékheregyulladás* után *Goldschmidt* az ondódombnak aszimmetriás dagadását találta a beteg oldalon. Egyik kankós betegemen, kinek egyik heréjét régebben sebészi uton eltávolították, az ondódombnak *atrophiáját* észleltem az illető oldalon.

Idült *cowperitis* eseteiben rendszerint infiltratumokat találunk a *pars membranacea* és a *fossa bulbi* egymással szomszédos nyálkahártyarészletében. A gyuladt mirigy kivezető csövének nyílását csak kivételesen sikerül észrevennünk; ilyenkor élénkpiros ráncocskától környezett *behúzódás* alakjában mutatkozik.



A kankó leggyakoribb következményének a *húgycsőszűkületnek tükrképét* már ismertettük. E helyütt még csak a mélyreható kérésedésből eredő *nagyfoku szűkületről* kell megemlékeznünk, mely akkor keletkezik, ha a beszűrődés, illetve a kötőszöveti átalakulás és zsugorodás a corpus cavernosum egy nagyobb részletére terjeszkedik ki, úgy hogy a húgycső lumene e helyen minimalissá válik.

Az ily nagyfoku szűkületbe a speculum természetesen be nem vezethető, de sokszor közel juthatunk annak *bemeneti nyílásához*, amely szürkésfehér, sima és merev szövetté átalakult nyálkahártyarésztől környezett sötét *behúzódás* alakjában jelentkezik. A bougie vagy szonda bevezetése okozta *álút* (fausse route) kezdeti nyílásától azáltal különböztethető meg, hogy utóbbit legalább is aránylag ép szövet környezi. A szűkület bemeneti nyílásának kifürkészésekor arra kell ügyelnünk, hogy a tubust ne szorítsuk erősen hátrafelé, hanem eljutva azon határig, ameddig annak betolása lehetséges, kissé visszafelé kell azt húznunk, hogy e helyütt a húgycső merev falai széttáruljanak. A bemeneti nyílást nem találjuk a látótér közepén, hanem oldalt, néha egészen a tubus széle mellett.

Nagyon szépen bontakozik ki a bemeneti nyílás képe, ha a vizsgálatot valamely *aërourethroskoppal* végezzük. De az így nyert lelet csak tájékoztatást nyújthat, míg ha egyenes, egyszerű urethroskoppal sikerül a nyílást meglelnünk, akkor a vizsgálati eredményt mindjárt gyakorlatilag is értékesíthetjük, amennyiben sokszor lehetőségessé válik, hogy a tubuson át filiformis bougieval a szűkületbe hatoljunk, az oly esetekben is, melyekben a vaktában való türelmes és hosszas kísérletezésünk nem vezetett célra.

#### Az urethritis postgonorrhoeica.

Már említettük, hogy az idült kankó gyógyulása, illetőleg fertőző jellegének megszűnte után, a húgycsőgyulladásnak egy enyhébb jelenségekkel járó alakja maradhat vissza, s hogy e néha hosszú évekig elhúzódó kóros folyamatot urethritis postgonorrhoeica névvel jelöljük. E húgycsőgyulladás legszembetűnőbb jelensége a rendszerint csekély mennyiségben kiürülő váladék, melyben nyálkát, hámot, kevés genysejtet és kisebb-nagyobb számú pyogen bakteriumokat találunk.

Az idült kankónak minden alakja után visszamaradhat az ily postgonorrhoeás folyamat, s így az ily esetekben az urethroskoppal megállapítható szövetbeli elváltozások, az alapbántalom minémüsége szerint, különfélék lehetnek.

Leggyakrabban mégis kétféle urethroskopiai képet találunk. Az egyiket a burjánzó epithelium felrakódása és tömeges leválása



(u. desquamativa), avagy annak elszarusodása (pachydermia) jellemzi, a másikat pedig azon kóros elváltozások, melyek egyes Littremirigyek időszült gyuladása és az infiltratumok kötőszöveti átalakulása következtében a nyálkahártya egyes helyein visszamaradtak. Ezek mellett különböző esetekben különböző, az időült kankó előidézte egyéb elváltozásokat is észlelünk. Az urethroszkopiai képek tehát az időült kankó tükörleleteinek tárgyalásakor ismertetett ama elváltozásokat mutatják, melyeket annak kezelése folyamán eltüntetnünk nem sikerült.

### A női húgycső gonorrhoeás gyuladása.

*Hevenyés esetekben* az urethroszkopiai vizsgálat diagnosztikai célból fölösleges s így lehetőleg mellőzendő. Azok a szerzők, kik tudományos célból vizsgáltak ily eseteket, az urethroszkopiai leletet a következőképp írják le:

A nyálkahártya jelentékenyen dagadt, sötétpiros, könnyen vérzik. A ráncok között genyes váladék. A folyamat előhaladottabb időszakában erosiók és gombostüfejnyi, kiemelkedő piros folliculusok láthatók, melyek nyomásra vérzenek vagy néha genyes váladékot ürítenek. A betegség gyógyulása idején a dagadás és pirosság mindinkább csökken és a nyálkahártya tigrisbőrszerű foltozottságot mutat.

Az *időült* stádiumra vonatkozó észleleteit *Knorr* az alábbiakban foglalja össze: Ha a külső húgycsőnyílás táján dagadt papillákat és carunculákat találunk, már gyaníthatjuk, hogy időült kankóval van dolgunk. Az urethroszkopiai lelet az ily esetekben rendszerint a következő: A nyálkahártya egyenetlen fölületű, fellazult (kocsonyaszerű), helyenkint szemcsézett, érintésre könnyen vérzik. Fényessége eltűnt. A lacunák és a mirigyek nyílásai pirosak, néha genyrtartalmuknál fogva sárgaszínű pontok alakjában jelentkeznek, melyeket élénkpiros udvar környez.

A follicularis abscessusok kiemelkedő apró csomókat alkotnak.

Régibb esetekben a mélybe hatoló elváltozásoknak megfelelő tükörkép látható. A *lággy beszűrődések* helyén a nyálkahártya sötétpiros, a ráncok sekélyek. A speculum behatolása elé a lággy infiltratumok akadályt nem gördítenek.

Ha a lággy beszűrődések kötőszöveti átalakulás következtében *merev beszűrődésekké* változtak át, ezek már a speculum behatolásakor érezhetők. Az infiltratumok helyén a nyálkahártya merev szürkéssárga, fénytelen, ráncoltság nem észlelhető. Az urethroszkopiai tölesér mély, a központi rés tátongó. A kötőszövet burjánzása és zsugorodása következtében létrejött *szűkület* helyén a húgycső kalibere csökkent.



## B) A húgycsőkankó urethroszkopiai gyógykezelése.

Az urethroszkopia nemcsak mint kezelési módszer szerepel a gonorrhoeás húgycsőgyulladás therapiájában, hanem sokszor mint egyedüli megbízható útmutatónk az *egyéb gyógyító eljárások* javalatainak megállapításában.

Az a szoros kapcsolat, mely ilykép az egymást kiegészítő különböző orvosló eljárások között van, szükségessé teszi, hogy az urethroszkopiai therapia mellett, a többi gyógyító eljárást is röviden ismertessük, mert csak így nyerhetünk tiszta képet az urethroszkopiai beavatkozások javalatai- és hatásáról és megfelelő irányítást a tervszerű kezelés céltudatos foganatosítására.

### 1. A hevenyés (akut) húgycsőkankó therapiája.

A *kankós húgycsőgyulladás friss* eseteiben eszköz bevezetésétől lehetőleg tartózkodnunk kell, s így az urethroszkopiai kezelésre sem nyílik alkalom. (Kivételt csak bizonyos meghatározott, alább említendő esetekben teszünk.) A nyálkahártyának rendszerint fennálló nagyobbfoku dagadása, érzékenysége és sérülékenysége mind megannyi ok eszköz bevezetésének a mellőzésére. Különben is, úgy a gyulladás csökkentése, mint a gonococcusok elpusztítására szolgáló gyógyszerek alkalmazása, eszköznek a húgycsőbe való betolása nélkül is elérhető.

Azon esetek, melyekre fönt céloztunk, melyekben t. i. az urethroszkopiai therapia a hevenyés időszakban is javalt, a következők:

Ha a beteg a kankó *legkezdetibb időszakában* (stad. prodromum) kerül hozzánk, olyankor, amidőn a gyulladás jelenségei még parányiak, akkor a folyamat elfojtására alkalmazzuk az *urethroszkopiai abortív* eljárást, melyet később tüzetesen ismertetünk.

Egy másik alkalom e módszer korai alkalmazására az, ha a hevenyés kankó nem a megszokott heves tünetekkel jelentkezik, hanem szinte lappangó módon és ugyanily lefolyást is mutat, vagyis, ha úgy a szubjektív mint a klinikai jelenségek szerfelett



enyhék, az idült kankóéhoz hasonlók, — olyannyira, hogy alig hinnők, hogy gonorrhoeás folyamattal állunk szemben, ha a mikroskopiai lelet nem bizonyítaná a betegség kankós jellegét.

A betegség ily módon való jelentkezését leginkább gyenge szervezetű, anaemiás vagy tuberkulozisos egyének kankója esetében van alkalmunk észlelni. Ilyenkor kétszeresen fontos, hogy a folyamatnak hátraterjedését lehetőleg megakadályozzuk, s mint-hogy a tünetek enyhése az urethroszkopiai therapiát megengedhetővé teszi, ez eljárást igénybe is vesszük a mielőbbi gyógyulás elérhetésére.

Végül mindenképp tanácsos az urethroszkopiai módszerhez fordulnunk a hevenyész kankó minden esetében, annak a *végső* (terminális) időszakában. Ilyenkor ugyanis meggyőződést kell szereznünk, vajjon a húgycső egyes helyein nem maradtak-e vissza fontosabb szövetbeli elváltozások, s ha ilyenek észlelhetők, nem szabad késnünk a később ismertetendő urethroszkopiai gyógyító eljárások fogantatásával.

#### a) A hevenyész kankó abortív orvoslása.

Az abortív eljárás célja a gonorrhoeás folyamat gyors elfojtása, még pedig azért, hogy a gonococci a húgycsőbe való jutása után mielőbb kipusztítjuk, nehogy az a nyálkahártya mélyébe juthasson és a húgycső mentén hátrafelé is terjedhessen.

A kankós folyamat gyors elfojtása már nagyon régi törekvés, de az időtájt, amidőn a betegség kórokozó bakteriumát nem ismerték, csak hatástalan és a betegre nézve sokszor káros kísérletezésekben merült az ki. Rendszerint koncentrált argyrum nitricum-oldatokat fecskendeztek a húgycsőbe, melyek a gyuladt nyálkahártyát fölmarták, heves vérzést provokáltak és súlyos szűkület kifejlődésére vezettek. De nemcsak az eljárás módjában volt a hiba, hanem még inkább abban, hogy a betegség oly időszakában is alkalmazták azt, amikor a kóros folyamat már előhaladott stádiumban volt, úgy, hogy a jelzett beavatkozások a jelentékenyen gyuladt nyálkahártyán fokozott mértékben fejtették ki káros hatásukat.

A gonococcus fölfedezése és biológiájának ismerete újból fölvetette az abortív eljárás eszméjét. E bakterium fölfedezője Neisser volt az első, ki nyomatékosan hangoztatta, hogy „meg kell kísérelnünk a coccusokat a betegség kezdetén eltüntetni”.

Nem szorul magyarázatra, hogy mennyire fontos a fertőzés tovaterjedésének a megakadályozása és a kóros folyamatnak ily módon való megállítása, elfojtása. Nem egymagában azért, mert



ilyképp a gyógyulást hamarébb érjük el, hanem főképp az okból, mert ezáltal megakadályozhatjuk a betegség hátraterjedését és súlyos komplikációk létrejöttét.

De céltudatosan csak akkor járunk el, ha szem előtt tartjuk azon momentumokat, melyektől a szóban lévő eljárás sikeresség függ. Ha a gonococcus már a szövetek mélyébe hatolt és ennek következtében a nyálkahártya jelentékenyebb gyuladása fejlődött ki, akkor az alkalmazott szerek már nem fejthetik ki bakteriumölő hatásukat, viszont fokozzák a nyálkahártya gyuladását s így hátrányosan befolyásolják a kóros folyamatot.

Az abortív eljárás tehát csak a kankó *legkezdetibb szakában* kecsegtet sikerrel. A gonococcusok a húgycsőbe jutva eleinte a hámrétegben tapadnak meg, majd elszaporodván hátrafelé és a hengeres epithelium hámsejtjei közé hatolnak és gyorsan megfészkelődnek a hámalatti tunica propria mucosa kötőszövetében. Egyes esetekben, már az infectiót követő harmadik napon lehetett a gonococcust a subepitheliumos rétegben kimutatni.

Mindig egy bizonyos időnek kell eltelnie, amíg a húgycsőbe jutott gonococcusok a gyuladás első tüneteit előidézik. Ez az *incubatio* időszaka, amely átlag 2—5 napig szokott tartani, de kivételesen ennél rövidebb tartamu is lehet; viszont ismeretesek jól észlelt esetek, melyekben az első tünetek csak az infectiót követő néhány hét múlva jelentkeztek. Az időbeli ingadozás függ a húgycsőbe jutott gonococcusok mennyiségétől, és azok virulentiájának fokától, de kétségkívül szerepet játszik az egyéni dispositio is. Végül nem szabad felednünk, hogy míg félős természetű egyének hamarébb fürkészik ki az első tüneteket, addig könnyelmű gondolkodásuak csak akkor veszik bajukat észre, amidőn a jelenségek már nagyobb mértékbea mutatkoznak.

Az első jelenségek abban nyilvánulnak, hogy a külső húgycsőnyílás körül piros udvar mutatkozik, a nyílás ajkai kissé duzzadtak és egymáshoz tapadvák. Rövidesen már kevés szürkés, nyálkás váladék mutatkozik. A beteg alig érez egyebet csekély égésnél vagy visszketésnél, mely néha kényelmet vált ki és az illetőt nemi érintkezésre csábítja. A húgycsőből kisajtott váladék főképp nyálkából áll, melyben nagy lapos hámsejteket, kevés fehér vérsejtet és kevés gonococust találunk. A gonococcusok vagy szabadon fekszenek, vagy a fehér vérsejtekbe zárva, intracellulások. Az ezen jelenségekkel járó időszak a *stadium prodromorum*.

A mondottak értelmében, tehát a *stadium prodromorum* az alkalmas idő az abortív eljárás foganatosítására. De semmikép nem az infectió óta eltelt idő az, amely ez irányban döntő, hanem a tünetek minémüsége. Amint a gyuladás nagyobb mértékű és a



váladék főképp genyből áll, az abortív eljárás már nem javalt. Viszont kockázat nélkül foganatosíthatjuk azt gyanus nővel végzett coitus után, mint praeventív eljárást hamarosan, be nem várva a kankó első jelenségeit.

Az abortív kezeléshez oly szereket használunk, melyeknek *gonococcusölő hatása* meg van állapítva és amelyek e hatásukat nemcsak a nyálkahártya fölületén, hanem bizonyos határig annak mélyebb részeiben is képesek kifejteni.

*Neisser* eleinte *argentum nitricum*mal kísérletezett, s mivel akkori véleménye szerint e szernek oldataival (1:4000—1:2000) végzett öblítések megfelelnek azon célnak, hogy a gonococcust a betegség elején eltüntessük, módszerét abortív eljárásnak nevezte el. E módszer azonban sokszor heves izgalmat vált ki, a célzott abortív hatás pedig ez uton nem érhető el. *Neisser* azzal magyarázta ezen eljárás eredménytelenségét, hogy az *argentum nitricum* a nyálkahártyán csapadékot csinál, minek következtében az egyébként kiváló *gonococcusölő* szer mélyebben nem fejtheti ki hatását. Ezért áttért az intenciói szerint előállított ezüstprotein (protargol) alkalmazására, mely szerves ezüstkészítményt a gonorrhoea szuverén gyógyszerének tekinti, mert *gonococcusölő* hatás tekintetében a többi szert fölülmulja és mert sem fehérjével, sem konyhasóval csapadékot nem csinálván, hatását a nyálkahártya mélyében is kifejtheti. (Más szakférfiak későbbi kísérletei azt mutatják, hogy a protargol *gonococcusölő* hatása nem nagyobb, mint a legtöbb más ezüstkészítményé, sőt egyikkel-másikkal (*argentamin*, *largin*) e tekintetben nem is versenyezhet. Ami pedig a szövetek mélyében kifejtett hatását illeti, alig mutatkozik eltérés a használatos ily ezüstkészítmények között.) Tapasztalataink igazat adnak *Finger*-nek, ki arra figyelmeztet, hogy ámbár egyes ezüstkészítmények *gonococcusölő* hatása nem vitatható és kétségtelen, hogy ezt a hatásukat nemcsak a nyálkahártya fölületén fejtik ki, hiba volna ezen szerekben nagyon megbiznunk, mihelyt a gonococcusok már a szövetek mélyében, különösen pedig, ha a mirigyekben megfészkelődtek.

A protargollal *Neisser* a használatos kis kankófecskendővel *prolongált* injectiókat végeztet. A befecskendezett oldatot 10—15 percig kell a húgycsőben visszatartani. Eleinte  $\frac{1}{2}\%$ -os, majd gyorsan emelkedőleg 1—2%-os oldatot rendel. Ugyanígy járnak el *Ahlström*, *Blaschko*, *Fuchs*, *Welder* és sokan mások. *Ahlström* az első napokban 2—4%-os protargololdatból napjában kétszer 5—10 gm-nyi mennyiséget fecskendeztet be és azt 10—15 percig tartatja vissza. Az abortív célból ekkép kezelt 100 betege közül csak 13 esetben volt az eljárás eredménytelen, 8 esetben különböző komplikáció jött létre.



Más szerzők (Finger, Wossidlo, Casper) kiemelik, hogy ez eljárástól eredményt nem láttak, ellenben kellemetlen következményeket tapasztaltak, minők urethritis posterior, mellékheregyulladás, prostatagyulladás, nagyfoku szűkület stb.

Ugyancsak abortív hatás elérése céljából egyes szerzők 10—20%-os argoninoldattal, 2%-os albarginoldattal és 1—5%-os ichthyololdattal végeztetnek befecskendéseket.

*A Janet-féle eljárás.* Janet 1892-ben egy új eljárást ajánlt a húgycsőkankó abortív kezelésére, (Traitement abortif de la blennorrhagie. Bulletin méd. 1892), melyet sokan ma is követnek, noha Janet maga már nagyon megszorított határok között és lényegesen módosítva alkalmazza azt. E módszer két irányban tér el az addig alkalmazott eljárásoktól. Gyógyszerül nem ezüstkészítményeket, hanem kalium hypermanganicum hig oldatait használja s ezekkel tömeges öblítéseket végez irrigateur segítségével. Első idevágó közleményében azt ajánlja, hogy az öblítések ne csak az elülső húgycsőrésztetre, hanem az egész húgycsőre terjesztessenek ki. Minthogy a Janet-féle módszer nagy hátrányai ellenére is, ma is sokat használt kezelési eljárás és minthogy azt nemcsak abortív célra, hanem úgy a hevenyész, mint az idült kankó rendszeres kezelésére is szélteben alkalmazzák, részletesebben foglalkozunk véle, annál is inkább, mert elejétől fogva állást foglaltam ez eljárás kritika nélkül való foganatosítása ellen.

A Janet-féle eljárás technikája a következő: Az oldatot egy 1—2 liternyi ürtartalommal bíró irrigateurból juttatjuk a húgycsőbe, illetve a hólyagba. Az irrigateurre egy 2 m hosszú gummicső van illesztve, melynek vége kónikus üvegillesztékkel van felszerelve. Az elülső húgycsőrésztet kiöblítésekor az irrigateur a hanyattfekvő beteg testétől számított 0.80 m magasságnyra függ, az egész húgycső kiöblítésekor az irrigateur 1.30 m magasságnyra akasztandó.

Az *elülső húgycsőrésztet* kiöblítése minden nehézség nélkül végezhető. Az irrigateur üvegillesztékét beszorítjuk a húgycsőnyílásba és azt sűrű egymásutánban el-eltávolítjuk. Az *egész húgycső* kiöblítése is eltérő a szokásos eljárástól, amennyiben az kathéter alkalmazása nélkül végzendő. A gyógyszeres oldat csak úgy juthat a hólyagba, ha a folyadék hidrosztatikai nyomása legyőzi a záróizmok ellenállását. Ez úgy az orvos, mint a beteg részéről némi fortély alkalmazását igényli. Egyes esetekben a gyógyszernek behatolása elég könnyen megy végbe, ha a beteg mélyen lélezkedik, avagy olykép befolyásolja magát, mintha vizelni akarna. Hol ez a fortély nem vezet célra, továbbá a beteg nagyfoku érzékenysége esetén, a húgycső kokainnal érzéstelenítendő.



Minthogy a kathéter nélkül való hólyag-húgycsőöblítés eszméjét ez eljárás kapcsán sokan Janet-nek tulajdonítják, meg kell jegyeznünk, hogy a hólyagöblítést Janet előtt már sokan végezték kathéter alkalmazása nélkül. 1891-ben, tehát egy évvel Janet első közleményének megjelenése előtt, a budapesti kir. orvosegyesületben előadást tartottam e tárgyról. (Kísérleti adatok a húgycső záróizomkészülékének szerepe- és a hólyag pöscsap-nélküli öblítéséhez. Orvosi Hetilap, 1891. — Experimentelle Beiträge zur Funktion der Harnröhrenschliessmuskeln und zur Ausspülung der Blase ohne Katheterismus. Internat. Zentralbl. für die Physiologie u. Pathologie d. Harn- u. Sexualorg. 1891.) Ekkor hivatkoztam *Vandenabeele*-ra, ki már 1882-ben kimutatta, hogy egy 1.70 m magasságban elhelyezett folyadékoszlop elégséges a „hólyag-nyak“ ellenállásának a leküzdésére. *Lavaux* 1887-ben újból megkísérelte népszerűsíteni a kathéter nélkül való öblítést, de *Desnos* és *Reliquet* tiltakozásai után e módszerről alig lehetett mit hallani. *Rotter*, *Ziemssen* és *Kramer* 1890-ben megjelent közleményeikben szinte csodákat mesélnek ezen eljárás eredményességéről. *Rotter* egész szabatossággal ismerteti a szóban lévő módszer technikáját. A fent idézett közleményemben én is ismertettem a kathéter nélkül végzett öblítésekkel nyert tapasztalataimat kankós húgycsőgyulladás és hólyagbajok eseteiben és conclusióm egyik pontjában hangsúlyozom, hogy ne alkalmazzassék ez eljárás hevenyés vagy subacut urethritis posterior és ugyanily stádiumban lévő cystitis eseteiben.

Ezen álláspontra helyezkedtem a Janet-féle eljárással szemben népszerűségének idején, (A húgycsőblennorrhoea antiparasitászógyógyító módjai. Orvosi Hetilap, 1900) és ez az álláspontom ma is.

Janet abortív célból az öblítéseket kétszer napjában végezte, kal. hypermanganicum 1 : 4000 usque 1 : 1000.0 oldataival, melyekkel váltakozva, majd az elülső húgycsőrészlet, majd az egész húgycső volt kiöblítendő. E gyenge oldatok hatását olyképp magyarázza, hogy a nyálkahártyában savós secretióval járó oedemát idéznek elő, miáltal az a gonococcusok szaporodására alkalmatlan talajjá válik, másrészt a gyakori öblítésekkel e baktériumok mechanikai eliminálását érjük el. Szerinte az oly esetekben, melyekben az eljárást szabályszerűen foganatosítják, 8 - 12 nap alatt teljes eredmény érhető el; a nyálkahártyában jelentékeny elváltozások nem fejlődhetnek ki, mert a gonococcusoknak nem marad elegendő idejük azok előidőzésére. Komplikációk nem következnek be.

Janet később még többféleképp módosította eljárásának szabályait, végül is abortív célból csak a pars anterior öblítéseit ajánlja, s csak ha a folyamat a hátulsó húgycsőrészletre is áttérjed,



akkor öblítendő az egész húgycső. Ilyenkor persze már nem lehet szó abortív eljárásról.

Ez eljárásnak eleinte sok dicsérője akadt, de csakhamar kiderült, hogy az esetek többségében az abortio nem érhető el, viszont elég gyakran súlyos komplikációk következnek be az ily kezelés folyamán. Miként én, mások is mellékheregyuladást, prostatitist, cystitist észleltek ez eljárás következményeképp, sőt egy esetben ily módon létrejött letális kimenetelű pyelo-nephritist is volt alkalmam megfigyelni.

Legujabban maga Janet is megtért. Az öblítéseket *argyrol* 2—4<sup>o</sup>/<sub>o</sub>-os oldataival végzi, és csak az elülső húgycsőrészletet öblíti. A beteg önmaga ugyanezen szer 5<sup>o</sup>/<sub>o</sub>-os oldatával végez befecskendéseket. Gyógyulás 4—10 nap alatt.

Az ezüstkészítményekkel való tömeges öblítéseket már ennek előtte alkalmazták *Franck, Lewin, Moran, Zenses* és mások, de nem irrigateur-t, hanem nagyobb *kézfecskendőt* használnak e célra. Különösen a gyenge oldataiban alig izgató *albargint* és *argonint* ajánlják. E mellett a beteg önmaga is befecskendéseket végez *albargin* 0.10 : 200.0 oldatával.

Az ilyképp lényegében alaposan módosított Janet-féle eljárással egyes esetekben kétségkívül sikerül gyors eredményt elérnünk és a kockázat is jóval kisebb, mint a régi módszer alkalmazása esetén.

*Abortív eljárás instillatiók útján.* *Loeb, Ullmann* és *Scholtz* visszatértek az *argentum nitricum*hoz, melyet kis adagban, de koncentrált oldatban alkalmaznak. *Loeb* 1—2<sup>o</sup>/<sub>o</sub>-os oldatot használ, melyet a *Guyon-féle csöppentő-készülékkel* csöppent be és azt írja, hogy ez eljárás csak néha okoz izgalmi tüneteket: heves fájdalmat, bő genyedést, dagadást, vizeletretentiót vagy vérzést, — de soha nem látott annak következtében tartós komplikációkat: cystitist, mellékheregyuladást, hosszas húgyretentiót, minők a Janet-féle öblítések következményeképp észlelhetők. *Follen-Cabot* 10—30<sup>o</sup>/<sub>o</sub>-os *argonin*-oldatot, *Bettmann* 20<sup>o</sup>/<sub>o</sub>-os *protargol*oldatot csöppent be. E szerzők többnyire a húgycső előzetes érzéstelenítése után végzik e műveletet.

*A thermotherapia alkalmazása abortio céljából.* Egyes szakférfiak a *thermotherapiát* ajánlják a gonococcus gyors elölésére. Ugyanis arra támaszkodva, hogy a gonococcus kulturái 45<sup>o</sup> C. hőnek hatása alatt elveszítik fejlődési képességüket és már 40<sup>o</sup> C. melegben 6 óra alatt elpusztulnak, — oda konkludálnak, hogy e baktériumok a húgycsőben is, mesterséges hő alkalmazásával hamarosan elpusztíthatók. De a gonococcusok a nyálkahártyában védett helyen és kedvezőbb viszonyok között vannak s így a még alkalmazható mesterséges meleg, életképességüket nem szünteti



meg. Ezért sem a forró öblítésekkel, sem a különböző módszer szerint hevített szondákkal abortív hatás nem érhető el.

Az itt ismertetett abortív eljárások fogyatékosága és egyesek hátrányos volta a mondottakból kellőképp kiviláglik. A hig oldatokkal gyakori időközökben végzett *öblítések* a betegre és az orvosra nézve egyaránt nagy alkalmatlansággal járnak, hatásuk kiszámíthatatlan és mi a legfontosabb: sokszor súlyos komplikációkat okoznak. A koncentrált oldatok *becsöppentésekor* nem tudjuk megállapítani, vajjon a szer eljut-e a nyálkahártya ráncai közé, s ha kelletténél nagyobb mennyiséget csöppentünk be, heves reakciót idézünk elő — a várt eredményt nem érjük el és súlyos komplikáció következhetik be.

Aránylag legkevesebbet kockáztatunk a Neisser-féle *prolongált befecskendések* alkalmazásával. De ezeknek a hatása szintén kevésbé megbízható, ezenkívül pedig az oldatnak a húgycsőben való huzamos visszatartása szerfelett kényelmetlen, s nem ritkán megeshet az is, hogy a záróizmok elernyedése következtében a folyadék a hólyagba hatol és jelentékeny izgalmat vált ki.

Ezek szerint könnyen érthető, hogy az ismertetett eljárások nem tudtak szakkörökben tartós népszerűsége szert tenni s inkább csak kísérletezés tárgyai maradtak. Sőt alkalmasak voltak az abortív kezelés sikerességében való bizalmat is megingatni.

**Az urethroszkopiai úton foganatosított abortív eljárás.** Az abortív eljárás sikeressége *két alapföltételhez van kötve*. Az egyik követelmény az, hogy a kezelés e módja csak egészen friss esetekben alkalmazandó, tehát a kankó prodromális stádiumában, vagyis akkor amidőn a gonococcus még nem szaporodott el nagy mértékben és még nem hatolt a mélybe. Másszóval ez eljárás csak *a kankó legelső napjaiban* foganatosítandó, olyankor, *amidőn a tünetek még csekély fokúak*: A beteg még nem érez egyebet, mint kis viszketést vagy égést, a vizelés nem jár fájdalommal. A húgycsőnyílás ajkai csak kevésbé duzzadtak és körülöttük csak halványpiros udvar mutatkozik. A váladék csekély mennyiségű, nyálkás, a mikroszkop alatt nyálkából, hámsejtekből és kevés fehérvérsejtből állónak bizonyul; a benne látható gonococcusok javarészt szabadon fekszenek, csak egyesek találhatók a fehérvérsejtek belsejében.

A *második* ugyanily fontos követelmény pedig az, hogy az alkalmazott gonococcusölő szer az inficiált nyálkahártya minden részletét érje, heves reakciót ne okozzon és a húgycső ép hátulso részlete a beavatkozástól megkíméltessek. Tehát megfelelő oldatot kell használnunk, még pedig csak a megkívánt mennyiségben és csak korlátolt helyen — de itt viszont akkép, hogy az egyenlő mértékben mindenüvé eljusson.



E föltételekhez való szigorú ragaszkodásnak tulajdonítom a kedvező eredményeket, melyeket *módszeremmel* évek óta elérnem sikerült. Eljárásomnak irodalmi úton való első ismertetése óta (Adatok a gonorrhoeás húgycsőlob abortív orvoslásához. Gyógyászat, 1894. — Beiträge zur abortiven Behandlung der blennorrhoeischen Urethritis, Centralbl. f. die Krankh. d. Harn- u. Sexualorg. 1894) sok százra rug az így kezelt betegeknek a száma. Ha statisztikámban kiselejtezem az oly eseteket, melyeket nem figyelhettem meg végig és azokat, melyek a beteg hanyagsága miatt nem sorozhatók be, akkor a gyógyulás tartama 5 és 13 nap között váltakozik. Gyógyulás alatt csak a gonococcus végleges eltűnését értem, nem pedig valamennyi jelenségnek teljes megszűntét, mert ez rendszerint még rövid ideig tartó utókezelést igényel.

Módszerem lényege az, hogy az egész pars cavernosa-t megfelelő gonococcusölő oldattal az urethroskopen át végig ecseteljük. Minthogy ugyanis szabatosan meg nem állapíthatjuk, hogy az infectio a nyálkahártyának mily nagy részletét lepte már el, tanácsos e beavatkozást az egész pars cavernosa-ra kiterjeszteni. Az eljárás a következő:

Miután a beteg vizelt, a húgycsőnek elülső részletét desztillált vízzel vagy egészen híg argentum nitricum-oldattal (0.25 pro mille) kifecskendezzük, hogy az ott rekedt kis vizeletmennyiséget eltávolítsuk. Most lehetőleg nagy kaliberű egyenes Grünfeld-féle speculumot tolunk be, oly nagy dimenziójú, aminő a külső húgycsőnyíláson még éppen befér. Az eszközt a fossa bulbi-ig toljuk hátra, tehát addig, amíg a hátratulása, külső végének sülyesztése nélkül, sikerül. Ekkor a speculum karimáját balkezünk ujjaival rögzítve eltávolítjuk az obturatort és az előre elkészített, gyapottal felszerelt tampon tartó segítségével, a tubus lassu kihuzása közben, az egész pars cavernosa-t apró részletekben végig ecseteljük. A tampon tartót a tubus kaliberéhez mért, lehetőleg nagy gyapot-tamponnal kell felszerelnünk. A speculum bekenésére glicerint használunk, mert ez vizes vagy glicerines oldattal keverődik, míg a zsíros kenőanyagok a nyálkahártyára tapadva, a gyógyszeres oldat helyi hatását korlátozhatják.

A következő gonococcusölő oldatokat használhatjuk: argentum nitricum 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>%-os, ichthargan 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>%-os, argentamin 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>%-os vizes oldatait, továbbá protargol 6%-os, albargin 5%-os, largin 4%-os, argonin 8%-os glicerines oldatait. A legjobb eredményeket az argentum nitricum adja, ezért a többi oldat valamelyikét csak akkor használjuk, ha nagyon érzékeny egyénnel van dolgunk.

A húgycső előzetes érzéstelenítése fölösleges. Ugyanis a



szóban lévő oldatok a használt csekély mennyiségben jelentékeny izgalmat nem okoznak, maró hatást soha nem fejtenek ki. A beavatkozás okozta égető érzés negyedóránál tovább nem tart és csak a következő egy-két vizelés alkalmával jelentkezik újra. A beteg a beavatkozást követő egy órai pihenés múlva hivatásában akadályozva nincsen.

Az ecsetelést követő néhány óra elteltével a húgycsőnyílásból 1—2 cseppnyi genyes váladék ürül. Ez a váladékképződés még egy ideig csekély mértékben jelentkezik, de megfelelő utókezelésre a legtöbb esetben három-négy napon belül elmarad. Az utókezelés enyhe adstringens szernek a használatos kankófecskendővel való rendszeres befecskendésében áll. Ezt a beteg maga végzi, napjában négyszer. Eleinte Liquor Alumini acetici 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>%-os oldata rendelhető, majd Liquor. Alsoli 1.5 : 200.0 vagy Sozjodol Zinci 1.5 : 200.0.

Naponkint mikroszkopiai vizsgálatot végzünk s ha a beavatkozást követő 48 óra múlva a váladékban gonococcust találunk az ecsetelés megismétlendő, sőt a jelzett okból még egy későbbi ecsetelés is válhatik szükségessé. De az esetek körülbelül fele részében egy egyszeri ecsetelés elegendő.

Az esetek többségében ily eljárás mellett sikerül a kankó elfojtását elérnünk, anélkül, hogy bármely káros következménytől kellene tartanunk. Az 1912-ben megjelent közleményeimből (A gonorrhoeás húgycsőgyulladás abortív orvoslásáról. Urologia 1. sz. — Zur Frage der abortiven Behandlung der Urethritis gonorrhoeica. Folia Urologica Bd. VII.) 416 esetről számolok be, s az ezóta ilyképp kezelt betegeknek a száma 527-re emelkedett, de egyetlen esetben sem láttam ez eljárás bárminemű hátrányát. Komplikációkat vagy kellemetlen következményeket, a beteg előírásos viselkedése esetén, soha nem észleltem.

Ha a szóban lévő eljárás hatásának módját kutatjuk, úgy az nyilván olyképp magyarázható, hogy az ily módon alkalmazott szer eljut az inficiált terület minden részletéhez és itt kifejti gonococcusölő hatását, de ezenkívül nagyobbfokú reakciót idézván elő, az ilyképp okozott genyedéssel a subepitheliumos rétegben lévő gonococcusokat a felszínre juttatja s így azok eliminálását lehetővé teszi.

Nem mindég sikerül a célzott abortiót elérnünk, még olyankor sem, ha a beteg intézkedéseinket lelkiismeretesen követi, de minden esetben kedvezően befolyásoljuk a betegség lefolyását úgy jelenségeinek foka, valamint kiterjeszkedése és a baj tartama tekintetében. Ezért minden oly esetben, amikor a beteg még idejekorán, azaz oly időben keres fel bennünket, amikor az e módszer



fogantatására megkívánt föltételek megvannak, mindenképp ajánlatos, hogy az abortio elérését ily módon megkíséreljük.

#### b) A hevenyész kankó rendszeres orvoslása.

Ha oly időben jut a beteg hozzánk, amikor a folyamat előrehaladottságánál fogva az abortív eljárás már nem alkalmazható, akkor az u. n. rendszeres kezelésre kerül a sor.

A különböző ily gyógyító eljárások javalatait csak úgy ítélni kell meg kellőképpen, ha ismerjük azon irányelveket, melyeket a rendszeres kezelés fogantatásakor szem előtt kell tartanunk.

A gonorrhoeás húgycsőgyulladás akkor válik fokozott mértékben súlyos betegséggé, ha a folyamat a húgycső *hátulsó részletére* is kiterjeszkedik. Ezáltal nemcsak a betegség tartama válik hosszabbá, hanem a helyzet azáltal is lesz veszedelmessé, hogy a gyulladás ilyenkor átterjedhet a hátulsó húgycsőrészlettel anatómiai összefüggésben lévő szervekre, a prostatára, a ductus ejaculatoriusok mentén a mellékherére és az ondóhólyagra, továbbá a húgyhólyag trigonumos részletére és innen az ureterek mentén a vesemedencére és magára a vesére is. De a tractus urogenitalis-tól távol első szerveknek (ízületek, inüvelyek, izmok, szív, idegek, szem stb.) metastasis útján létrejövő gonorrhoeás megbetegedését is a legtöbbször olyankor észleljük, amikor a kankós folyamat a hátulsó húgycsőrészletre is kiterjeszkedik.

Elsősorban tehát azon kell lennünk, hogy a kankónak hátraterjedését iparkodjunk megakadályozni. Ha ez mégis bekövetkezik, fokozott óvatossággal kell eljárunk, nehogy egyes beavatkozásokkal a fenyegető komplikációk létrejöttét előmozdítsuk.

A therapiai eljárás már ebből a szempontból is más-más, a szerint, hogy urethritis anteriorral vagy totalissal állunk szemben, de különböző a beavatkozások módjánál fogva is, mert a hátulsó húgycsőrészlet a pars membranacea-t környező záróizom működésénél fogva gyógyszeres beavatkozások részére kevésbé könnyen hozzáférhető, mint a húgycső pars cavernosa-ja.

#### *Az elülső húgycsőrészlet hevenyész kankójának rendszeres orvoslása.*

Minél korábban fogunk hozzá a helyi kezeléshez, annál inkább remélhetjük a folyamat hátraterjedésének a megelőzését. A megfelelő hygienés és diétás intézkedések mellett tehát, hacsak valamely ellenjavallat nem forog fenn, azonnal elrendeljük a szokásos befecskendéseket a használatos kis kankófecskendővel, avagy megkezdjük



az elülső húgycsőrészlet bőséges kiöblítését nagyobb fecskendővel. Utóbbit vagy olyképp végezzük, hogy a fecskendő illesztékét egy-egy kisebb mennyiség befecskendése után a húgycsőnyílásból el-eltávolítjuk, avagy pedig a fecskendőre oly illesztéket applikálunk, hogy az oldat mellette kifolyhasson. Ezen kezelési módszer változata a Janet-féle eljárásnak, melyet az abortív eljárás tárgyalása alkalmával ismertettünk. A használható oldatokat az illető fejezetben soroltuk fel.

Milyen oldatokat rendeljünk a *kankófecskendővel* való befecskedésre?

A használatos ily gyógyszerek két csoportba oszthatók. Az egyikbe tartoznak a szigorú értelemben vett baktericid, tehát *gonococcusölő* szerek, a másikba az adstringens, tehát *gyuladáscsillapító* szerek.

Azt tapasztaljuk, hogy az e két kategóriába tartozó szerek használata legtöbbször minden disztinkció nélkül történik. Pedig a bakteriumölő és a gyuladáscsillapító szerek alkalmazásának a javalatai egymással ellentétesek.

A használatos *gonococcusölő* szerekkel, melyek javarészt különböző összetételű ezüstkészítmények, egyebet nem célozhatunk, mint a gonococcus mielőbbi elpusztítását. Gyuladáscsillapító hatásuk nincsen, sőt akárhányszor még fokozzák is a gyulladás jelenségeit. De gonococcuselemészto hatásuk is kérdésessé válik, mihelyt a nyálkahártya gyuladása nagyobbfokú, mert ilyenkor a mélyebb szöveti elváltozások kétségtelen jelei annak, hogy a gonococcusok már a nyálkahártya mélyébe hatoltak, ahol a szóban lévő szerek bakteriumölő hatást kifejteni már alig tudnak. Az ily viszonyok mellett alkalmazott antiszeptikum gonococcusölő hatása tehát elmarad, viszont miután e szerek a nyálkahártyát izgatják, a gyulladás fokozódik és a folyamat ennek következtében gyorsan hátrafelé terjed. Vagyis elősegítjük azt, aminek megakadályozása a legfontosabb törekvésünk, a gyulladás fokozásával előmozdítjuk az urethritis posterior kifejlődését.

Az *adstringens* szereknek nincsen gonococcusölő hatásuk, viszont jelentékeny *gyuladáscsökkentő* hatást tudnak kifejteni. Ezekkel tehát nemcsak a szubjektív tünetek és a klinikai jelenségek enyhülését érhetjük el, hanem ezen az alapon sokszor a folyamat hátraterjedésének a korlátozását is. Sőt azt is tapasztaljuk, hogy alkalmazásukra sok esetben a gonococcus száma a váladékban egyre kevesbedik, ami nyilván annak tulajdonítható, hogy a kóros elváltozások javulása, a hyperaemia és a desquamatio csökkenése következtében a gonococcus *életföltételei megnehezítvők*.

Egyes szerzők állást foglalnak az adstringens szerek alkalmazása ellen. Szerintük az azokkal elért javulás csak látszólagos,



amennyiben a gyuladás tünetei enyhülnek, sőt a nyálkahártya fölületén a gyógyulási folyamat is megindulhat, de éppen ez avval a hátránnyal jár, hogy a genyedés csökkenvén, a gonococcusok a szövetek mélyében megmaradnak, ott befészkelődnek és kiuju-lásokra, valamint a betegség idültté válására szolgáltatnak okot.

Ezen fölfogásnak csak az esetben volna jogosultsága, ha a gyógykezelés nem állana egyébből, mint ily adstringens szerek befecskendéséből. De amint azt később látni fogjuk, ezzel beér-nünk soha nem szabad s mihelyt a gyuladásos jelenségek heves-sége engedett, oly eljárásokat is alkalmazunk, melyek a szövetek mélyében lévő gonococcusok eltávolítására s a mélyebb szövet-beli elváltozások gyógyítására hivatvák és melyekkel a betegség idültté válását a lehetőséghez képest megakadályozhatjuk.

Ezek szerint a két csoportba osztott szerek hatását egymás-sal szembe állítva, javalataik a következőkben foglalhatók össze:

A betegség kezdeti szakában, amikor *a gyuladás jelenségei még csekélyek a bakteriumölő szerek alkalmazhatók*. Ilyenkor ugyanis nem kell attól tartanunk, hogy a gyuladást fokozzák, viszont föltehető, hogy gonococcusölő hatásuk érvényesülni fog, mert a kóros elváltozások még fölületesek, a gonococcusok nyilván még nem hatoltak a szövetek mélyébe. A tapasztalat szerint az ily esetek-ben az ezüstkészítményekkel szép eredmény érhető el, bár a betegség további tartama folyamán ilyenkor sem mellőzhetők az adstringens szerek, melyek alkalmazása nélkül a szövetek regene-rációja és a váladékképződés megszűnése alig várható.

Ha ilyenkor nagyobb fecskendővel *öblítéseket* akarunk végezni, e célra az ezüstkészítményeknek azon oldatait használhatjuk, melyeket egyes szakférfiak a kankó abortiv kezelésére alkal-maznak.

A legtöbbször ugyanazt a hatást érjük el, ha a szóban lévő szereket akképp rendeljük, hogy a beteg azokkal napjában 4—5-ször önmaga végez befecskendéseket, a használatos kis kankó-fecskendővel.

Az utóbbi módon legtöbbit használt ezüstoldatok a következők: Protargoli 0.50—1.0—1.5: Aquae dest. 200.0, Argonini L. 2.0 Aquae dest. 200.0, Albargini 0.10—0.25: Aquae dest. 200.0, Novar-gani 0.40—1.0:200.0, Argentamini 0.10:200.0, Ichthargani 0.08—0.12:200.0, Largini 0.40—1.0:200.0, Hegononi 0.25—1.0:200.0, Itroli 0.04:200.0, Nargoli 0.5—1.0:200.0, Syrgoli 0.25—0.50:200.0, Argyroli 1.5—2.5:200.0, Collargoli 1.0—2.0:200.0, Sopholi 1.0—2.0:200.0, Lysargani 0.5—1.5:200.0.

*Ha a gyuladás jelenségei a beteg jelentkezésekor már nagyobb-fokuak, akkor elejétől fogva adstringens szert rendelünk. A szabály*



az, hogy az oldat koncentrációja (erőssége) fordított arányban legyen a gyuladás hevességének a fokával. Enyhe hatású oldattal kezdjük és fokozatosan térünk át az erősebb oldatokra. A nagyszámu használatos befecskendező szer közül az alább következők ajánlhatók. A sorrend elején a legenyhébb hatású oldatok vannak, ezek után az erősebb oldatok következnek, hatásuk intenzitásának foka szerint.

Liquor. Alumini acet. 5.0 : Aquae dest. 200.0, Aceti Lithargyri 4.0 : 200.0, Zinci sulfur. 0.40—1.0, Tinct. Opii 1.5 : 200.0, Liquor. Alsoli 1.5 : 200.0, Zinci acetici 0.30—0.50 : 200.0, Plumbi acet. bas. sol. 3.0 Zinci sulf. 0.50 : 200.0, Sozjodol Zinci 1.5 Tinct. Catechu 3.0 : 200.0, Natrii sozjodoli 2.0 : 200.0, Alumnoli 3.0 : 200.0, Aluminis pulv. 2.5 : 200.0, Aquae Calcis Aquae dest. āā 100.0, Cupri aluminati 0.60—1.0 : 200.0, Ferri sesquichl. sol. 0.60—1.0 : 200.0, Collyrii adstr. lut. 40.0 : 160.0, Crurini 1.0 contere cum Aquae dest. Glycerini āā 5.0 adde paullatim Aquae dest. qu. s. ad 200.0, Acidi citrici 2.5 : 200.0, Acidi tannici 1.5 : 200.0.

Az alább felsorolt oldatok gyenge adstringens, azaz gyuladás-  
csökkentő hatásúak s e mellett némi antiparazitás hatást is fejte-  
nek ki :

Kalii hypermang. 0.05—0.08 : Aquae dest. 200.0, Zinci permang. 0.03 : 200.0, Resorcini 2.0 : 200.0, Thallini sulf. 2.0—3.0 : 200.0, Mercuroli 0.5—1.0 : 200.0, Ichthyoli 3.0, Glycerini 20.0 : 180.0, Chinosoli 0.50 : 200.0, Zinci sulfocarbolicus 0.5—1.0 : 200.0, Hermophenyli 0.10 : 200.0, Hydrarg. oxycyanati 0.04 : 200.0.

Ha a gyuladás jelenségei *nagyon hevesek* (urethritis peracuta), akkor nem végeztetünk befecskendést, hanem lefektetjük a beteget és ólomvizes borogatásokat alkalmaztatunk. Az elmaradó injectiók pótlására antigonorrhoeás *belső szerek*et rendelünk. Legjobb az újabb időben forgalomba hozott oly *santal*-készítmények, melyek kémiai uton egyes a vesét izgató alkotó-részekről megtisztítják. Ilyenek a santyl Knoll, a gonorol, arheol, thyresol Bayer, blenal, santalin Polatsik, santalol, salosantal, gonosan, camphosan, kawasán, gonaromat stb. E készítmények gelatina-tokocskákban is kaphatók. Ezekből rendszerint, napjában háromszor, két-két szemét szedetünk. Érzékeny gyomru egyéneknek a Pohl-féle gelodurat-tokocskákban rendelhetjük a santalt, e tokok ugyanis csak a bélben oldódnak.

Használatos *belső* antigonorrhoeás *szerek* még, a santal-készítmények mellett, az arhovin, kawaform, matico, diosmal, a cubeba és a sokat rendelt copaiva. Hatás tekintetében mögötte maradnak a santal-készítményeknek. A cubeba a vesére, a copaiva pedig az emésztő-szervekre és vesére izgatólag hat, úgy, hogy rendelésük nem ajánlatos.



A hevenyés kankó gyuladással jelenségei az itt vázolt kezelésre rendszerint szépen visszafejlődnek. Néha a folyamat megállapodik az elülső húgycsőrészletben és tetőfokának elérése után a klinikai és szubjektív jelenségek néhány hét alatt visszafejlődnek, úgy, hogy csak a vizeletben látunk még néhány apró foszlányt, avagy a vizelet üledékében találunk csak kevés számú genyesejtet. Gonococcus többszöri vizsgálattal sem mutatható ki.

Ily kedvező lefolyás esetén se mulasszuk el az *urethroszkopiai vizsgálatot*, ha későbbi kellemetlen meglepetésektől meg akarjuk magunkat óvni. Csak ha az urethroskoppal sem deríthetünk ki kóros elváltozást, ha a nyálkahártya visszanyerte rendes színét, consistentiáját és fölületének épségét, akkor biztathatjuk csak a beteget, hogy bajának teljes gyógyulása immár rövidesen várható.

*De ez a kedvező lefolyás meglehetősen ritka.* A folyamat az esetek nagy számában tovaterjed a hátulsó húgycsőrészletre.

Némelykor azzal a gyanus jelenséggel állunk szemben, hogy a kankó hevesebb tünetei már régen lezajlottak, de a végső időszak hosszúra nyulik, a még fennálló egyes jelenségek állandóak maradnak. Így lehetséges, hogy a váladék csak parányi, esetleg csak a vizeletben mutatható még ki, de abban még genyesejtek és gonococcusok találhatóak, s ha a kezeléssel szünetelünk, avagy ha a beteg bajával nem törődve többet jár-kél, máskor pedig egy éjjeli magömlés vagy tartósabb monymerevedés után, ismét jelentékenyebb tünetekkel járó visszaesés következik be.

A hevenyés kankó végső szakának ily elhúzódása mindig arra enged következtetni, hogy a nyálkahártya egyes helyein megrögzött, mélyreterjedő szövetbeli elváltozások vannak, melyek ugyan szembetűnő jelenségekkel nem járnak, de valamely ártalom következtében mindannyiszor visszaesésre szolgáltatnak okot. Mászóval a betegség az idült stádium határán van.

Hiszen már más helyütt utaltunk arra, hogy nem egyedül a betegség időtartama az, mely határt von annak hevenyés és idült stádiuma között, hanem hogy akkor válik a baj idültté, ha oly kóros elváltozások jöttek létre, melyek visszafejlődésre hajlamot nem mutatnak és fokozatosan mind nagyobb terjedelmű szövetbeli átalakulásra vezetnek. Minthogy ezen elváltozások rendszerint csak elhatárolt, szigetszerű helyekre korlátozódnak, s minthogy kifejlődésük a betegség későbbi időszakába esik, érthető, hogy a klinikai és szubjektív jelenségek csekélyek és hogy azok csak egy-egy visszaesés, azaz a húgycső autoreinfectiója alkalmával válnak nagyobbfokúvá. Többnyire már az első visszaesés alkalmával a kiujult gyuladással folyamat nem állapodik meg az elülső húgycsőrészletben, hanem kiterjeszkedik a húgycső hátulsó részletére is.



A mondottakból kiviláglik, mennyire fontos a kankó végső időszakában az urethroskopiai vizsgálat, hogy ilykép idejekorán megállapíthassuk a netán még fennálló kóros elváltozásokat és hogy megfelelő helyi beavatkozásokkal lehetőleg megelőzzük a folyamatnak az idült stádiumba való átmenetét. Többnyire lágy beszűrődések az okai a folyamat makacosságának, néha ezek mellett granulatiókat és erosiókat is találunk.

Minthogy ezen elváltozások az idült kankó jellegzetes leletei sorába tartoznak, azok orvoslásának módját amott tárgyaljuk.

### *A hevenyés urethritis gonorrhoeica totalis orvoslása.*

Ha a kankós folyamat a húgycső hátulsó részletére is kiterjedt, akkor a gyógyító eljárás lényegesen eltérő az eddig vázolttól. Ez eljárás ismertetése előtt néhány szóval reá kell mutatnunk azon jelenségekre, melyekből megállapítható, hogy urethritis posterior-ral állunk szemben.

E jelenségek egyike-másika nagyon pregnáns módon nyilvánul. A legjellegzőbb ily tünet a gyakori és heves vizelési inger, mely hirtelen kielégítésre késztet és mely nappal sokszorta sűrűbben jelentkezik, mint éjjel. Sokszor a vizelés végén, amikor a záróizmok a beteg nyálkahártyát összeszorítják, néhány vércsepp is keverődik a vizelethez. Az éjjeli monymerevedések, minőket az urethritis anterior is ki szokott váltani, ilyenkor jóval gyakoribbak és szerfelett fájdalmasak.

Ha a beteget két részletben, egy-egy pohárba vizeltetjük (két pohár-próba), azt találjuk, hogy a második vizeletrészlet is homályos, zavaros. Ha három részletben vizeltetjük a beteget (három pohár-próba), azt látjuk, hogy a harmadik vizeletrészlet zavarosabb, mint a második, mert magában foglalja a záróizmok által a pars prostatica-ból kisajtott váladékot.

Néha a klinikai jelenségek nagyon enyhék, úgyhogy csak az itt ismertetett vizsgálati eljárással deríthetjük ki a hátulsó húgycsőrészlet bántalmazottságát.

A követendő therapiára vonatkozólag fontos szabályként tekintendő, hogy friss esetekben minden endourethrális beavatkozást mellőznünk kell. Nemcsak eszköz bevezetésétől tartózkodjunk, hanem a használatos befecskendések is elhagyandók. Minden ily beavatkozás a helyi izgalmat fokozza és komplikáció létrejöttét előmozdítja. Ha lehetséges ágyban tartjuk a beteget és az ismertetett antigonorrhoeás belső szereket szedetjük vele. Ezek mellett langyos fürdők, meleg borogatások alkalmazása ajánlatos, szükség esetén narkotikumot rendelünk.



A heves jelenségek legtöbbször rövid néhány nap alatt csillapulnak, a vizelésre készítő inger gyakorisága is egy-két héten belül lényegesen csökken, csak a vizelet homályos, zavaros volta szokott megmaradni. Ilyenkor előbb visszatérünk a kankófecskendővel való befecskendésekre, később pedig hozzáfogunk a pars posterior helyi kezeléséhez.

A kankófecskendővel végzett befecskendéskor az oldat tudvalevőleg nem jut a hátulsó húgycsőrészletbe. De nem is kívánatos, hogy az oda jusson s ezért figyelmeztessük a beteget, hogy ovakodjék az oldatot ujjal való simításokkal hátrajuttatni, amint ezt sokan, gyakran orvosi tanácsra, végezni szokták.

A helyi beavatkozások eleinte a lehető legenyhébbek legyenek, sem az eszköz bevezetése, sem az alkalmazott oldat ne okozzon jelentékeny reakciót. Leghelyesebb, ha a helyi kezelést enyhe öblítésekkel kezdjük, melyeket vékony Nelaton-kathéteren át végzünk. Az eljárás a következő: A beteget vizeltetjük, de figyelmeztetjük, hogy a hólyagját ne ürítse ki tisztára. Ekkor a hólyagba tolt kathéteren át kézifecskendővel 100 gm. langyos oldatot fecskendezünk be s azt a kathéteren át kieresztjük. Majd ismét 100 gm-nyi oldatot juttatunk a hólyagba, a kathétert eltávolítjuk és az oldatot azonnal kivizeltetjük. Ilykép az oldat úgy a hólyagban — melynek trigonumos részlete legtöbbször szintén részt vesz a kóros folyamatban — valamint kiürülése közben az egész húgycsőben is kifejtheti hatását.

Ez a módszer jóval enyhébb minden egyéb e célt szolgáló eljárásoknál. A használatos oldatok a következők:

Argenti nitrici 0.20—0.30: Aquae dest. 1000.0, Sozjodol Zini 0.50—1.0 pro mille, Natrii sozjodol. 0.50—1.0 pro mille, Argonini 1.0 pro mille, Albargini 0.15 pro mille, Hegoroni 0.15 pro mille, Kalii hypermang. 0.08 pro mille, Alumnoli 1.5 pro mille.

Ha az urethritis posterior subacut időszaka hosszúra nyulik, ne várjuk be a folyamatnak idült stádiumba való átmenetelét, hanem uretroskopiai vizsgálattal megállapítván a fennálló elváltozásokat, fogjunk hozzá azoknak erélyesebb helyi beavatkozásokkal való kezeléséhez. A kezelés módja ilyenkor ugyanaz, minőt az idült kankó therapiájában követünk s melyet az alább következő fejezetben ismertetünk.

## 2. Az idült (chronikus) húgycsőkankó therapiája.

Az idült kankó eseteiben rendszerint úgy az elülső, mint a hátulsó húgycsőrészletben találunk kóros elváltozásokat, sőt többnyire a hólyag trigonumos részében is. A betegség székhelye



lyének megállapítására ilyenkor is a 2- vagy 3-pohárpróbát szokták végezni — de ennek vajmi kevés a haszna, mert hisz az idült kankó tüneteit fenntartó elváltozások legtöbbször csak kisebb-nagyobb szigetszerű helyekre korlátozódnak és ezeknek helyét és jellegét a jelzett próbákkal ki nem deríthetjük. De még azirányban sem nyújtanak azok mindig felvilágosítást, vajjon a húgycső hátulsó része is beteg-e avagy nem? Ugyanis csak az esetben, ha a vizelet második, illetőleg harmadik részlete is zavaros, avagy kankófoszlányokat tartalmaz mondhatjuk, hogy a pars posterior is beteg, ezt is csak akkor, ha a felső húgyutak valamely egyéb jellegű bántalmazottsága kizárható. De megfordítanunk e tételt nem szabad, vagyis a vizelet második vagy harmadik részletének makroszkopiai tisztasága még nem zárja ki a hátulsó húgycsőrészlet kóros állapotát. A váladék mennyisége ugyanis, hacsak prostatitis nem komplikálja a bajt, rendszerint igen csekély, úgy hogy a hólyagba belőle mi sem hatol s minthogy az első vizelet-részlet az egész húgycsövet tisztára kimoshatja, azaz minden váladékot magával ragadhat, a második vizeletrészletben szabad szemmel kóros alkatrészeket nem találunk. Sőt jóformán szabályként tekinthető, hogy az idült urethritis totalis eseteiben csak akkor lesz a második vizeletrészlet is homályos vagy foszlányos, ha a gonorrhoeás folyamat a hólyag trigonumos részletére is kiterjeszkedik, avagy ha a hátulsó húgycsőrészlettel anatómiai összefüggésben lévő szervek (prostata, ondóhólyag, duct. deferens) is betegek. De utóbbi esetben a hólyag trigonuma is rendszerint részt vesz a kankós megbetegedésben.

Valamivel több az értéke az egyes szakférfiak által a szóban lévő célra ajánlt bougie-vizsgálatnak. Ha ugyanis gomb-, kúp-, vagy orsóvégű bougie à boule-lal végig kutatjuk a húgycsövet, akkor a mélyebb szöveti elváltozások tapintó érzékünk útján is megállapíthatók. Az infiltrált helyeken ilyenkor, különösen az eszköz kihúzása folyamán, a rugalmasságában és tágulékenységében csökkent húgycsőrészlet kisebb-nagyobb ellenállást fejt ki; ezzel egyidejűleg a beteg rendszerint némi fájdalomérzésről is panaszkodik.

*Finger* nagy súlyt helyez az urethrometerrel való vizsgálatra (22. oldal), mely szerinte a legbiztosabb felvilágosítást nyújtja a húgycső tágulékenységének csökkent volta s így az infiltratumok terjedelme, mélysége és kötőszöveti átalakulásuk okozta merevségük tekintetében. Az urethroszkopiai vizsgálat mellett is feltétlenül szükségesnek tartja a húgycsőnek urethrometerrel való megvizsgálását is.

Kétségtelen, hogy az itt említett vizsgálati módok sok irányban nyújthatnak tájékoztatást, viszont ne feledjük el, hogy a húgycső



kaliberét csökkentő átalakulások mellett oly szövetbeli elváltozások is szoktak lenni, melyek minémüése és helye a jelzett eljárásokkal ki nem fürkészhető és így azok tervszerű kezelése sem fogantatosítható azok urethroskopiai uton való megállapítása nélkül. De az egyéb módszerekkel is megállapítható kóros átalakulások *helyének és terjedelmének* szabatos kiderítése sem sikerül azoknak megtekintése nélkül. A gyógykezelés folyamán meg éppen rá vagyunk utalva az urethroskopra mindazon esetekben, melyekben az alkalmazandó gyógyszert elhatárolt kóros helyre akarjuk juttani, avagy itt valamely sebészi beavatkozást kell fogantatosítanunk és végül minden egyes esetünkben azon okból, hogy gyógyító eljárásunk hatását ellenőrizhessük. Csak a közvetlen megtekintés nyújt módot a követendő *therapia tervének* céltudatos megállapítására és az lesz a legmegbízhatóbb irányítónk a kezelés módjainak és eszközeinek javalatai, valamint az elért hatás megbírlása tekintetében.

Természetesen, nem szabad azon hibába esnünk, melyet elég gyakran tapasztalunk, hogy a vizsgálat megejtésére és a therapiiai beavatkozás fogantatosítására célszerűtlen, kiskaliberű speculumot használjunk. Mindig a viszonyok engedte lehető legnagyobb dimenzióju tubus alkalmazandó s ha a húgycső külső nyílásának szűk volta nagyobb kaliberű eszköz bevezetését akadályozza, habozás nélkül tágítsuk azt, egy az orificium alsó zugában végzett bemetszéssel. Ha a két ajkat összekötő redő vékony, hártyaszerű, akkor elegendő, ha néhány napon át, a bekövetkező gyógyulásig bőrkenőccsel bekent kis gyapotdarabkát illesztünk a seb-  
szélek közé. Ha az illető részlet vastagabb és a meatotomia számottevő vérzéssel jár, akkor a sebzúgban, valamint jobb- és baloldalt egy-egy varratot alkalmazunk.

E csekély beavatkozás nélkül sokszor lehetetlen a therapiiai eljárások szabályszerű fogantatosítása. Csak megfelelő dimenzióju eszközökkel juttathatjuk el a gyógyszert a nyálkahártya ráncai közé, olyankor pedig, amidőn a húgycső valamely részletének a kalibere szöveti elváltozások következtében csökkent, e helynek fokozatos kitágítása és egyéb irányu mechanikai kezelése csak úgy válik lehetségessé, ha a külső húgycsőnyílás, szűk voltánál fogva nem akadályozza meg a javalt eszközök bevezetését.

Ugyanis a mélyebb szövetbeli elváltozások visszafejlődésének elérésére a gyógyszeres kezelés egymagában véve soha sem elegendő. Mihelyt a viszonyok azt megengedhetővé teszik, vagyis ha a gyulladás nagyobb foka vagy komplikációk nem állanak annak utjában, a gyógyszeres kezelést *mechanikai beavatkozásokkal* kell kombinálnunk. A mechanikai kezelésnk az a célja, hogy a váladékat és ezzel a gonococcusokat a kóros mirigyekből és lacunákból



kisajtoljuk, továbbá, hogy a beszűrődött helyek szétfeszítése és az azokra az eszközzel gyakorolt nyomás által mesterséges activ hyperaemiát idézzünk elő, mely a kóros termékek fölszivódását elősegíti, végül pedig az, hogy az infiltratumok okozta szükületet már ennek kezdeti időszakában kitágítsuk.


#### a) A gyógyszeres kezelés.

A kisebb terjedelmű kóros helyeket, még pedig úgy a fölületes elváltozásokat (erosiókat, a hámréteg kóros elváltozásait), mint a mélyebb szöveti átalakulásokat (infiltratumokat, granulatiókat) az urethroskopon át végzett *ecsetelésekkel*, néha pálcika-alaku gyógyszerrel végzett *étetésekkel* kezeljük. Ha az urethroskoppal a jelzett szigetszerű elváltozások mellett az egész húgycső, vagy egy nagyobb részletének enyhébb gyuladással állapotát is észleljük, akkor egyéb gyógyszeres beavatkozások is javáltak.

A legenyhébb ily beavatkozás a hólyagnak és a húgycsőnek együttes *kiöblítése* Nelaton-kathéter segítségével, amint azt az előbbi fejezetben ismertettük. Leghelyesebb, ha ezen öblítéseket enyhe argenti nitrici-oldattal (0.25—0.35 pro mille) és gyenge zinci sozodolici-oldattal (0.80—1.20 pro mille), váltakozva végezzük.

Erélyesebb hatás elérésére koncentráltabb oldatokat használunk, de ezek mindig csak kis mennyiségben, csöppenként applikálendók. Az ily beavatkozások fogantatására a Guyon-féle vagy az Ultzmann-féle *csöppentőkészüléket* (32. ábra) használjuk, mellyel az eszköz kihuzása közben 1—2 gm-nyi gyógyszeres oldatot

50. ábra.




Kollmann-féle urethroskopiai kanül.

juttatunk részben a hólyag trigonumosa tájékára, részint a húgycsőbe, (*mély becsöppentés, instillatio*). Az Ultzmann-féle készülék célszerűbb ez eljárás fogantatására, mint a Guyon-féle csöppentő, mert hajszálcsövű fémkathéterjét jobban kormányozhatjuk, mint az utóbbinak hajlékony kathéterjét és mert azzal a helyi tájékozódás is könnyebb. Ne csak a fecskendőt, hanem a készülék kathéterjét is töltjük meg az oldattal, mert különben a fecskendés kezdetén csak levegőt juttatunk a hólyagba vagy a húgycsőbe. Az eszköz bevezetendő része glicerinbe mártandó. A becsöppentés fogantato-



51. ábra.



Grünfeld-féle pálcika-tartó.

sítása előtt a beteget vizeltetjük. A művelet alatt a beteg hátradőlt helyzetben ül a vizsgáló-asztalon.

A használatos oldatok a következők: Argenti nitrici 0.25—0.50—2.0 Aquae dest. 100.0, Ichthargani 0.25—1.0 : 100.0, Cupri sulfur. 1.0—3.0 : 100.0, Cupri aluminati 1.0—2.0 : 100.0, Ichthyoli 2.0, Glycerini Aquae dest. āā 50.0.

Az *urethroskopon* át a gyógyszeres oldatokat az ismertetett tampontartó segítségével juttatjuk a húgycsőbe, amelynek végébe illesztett gyapottampont az előkészített oldatba mártjuk. Ez eljárást a *fölszivódást elősegítő*, enyhén irritáló, avagy *maró* hatás elérése céljából alkalmazzuk, s ennek megfelelőleg híg vagy koncentrált oldatokat használunk. Ilyenek: Argenti nitrici 1.0—5.0, Aquae dest. 100.0, Ichthargani 1.0—5.0 : 100.0, Cupri sulfur 3.0—10.0 : 100.0 Cupri aluminati 3.0—10.0 : 100.0, Tannini 10.0—20.0, Glycerini 100.0, Hydrarg. bichl. corrosivi 0.05—0.20, Spirit. vini 100.0, Ichthyoli 5.0—15.0, Glycerini 100.0, Tinct. Jodinae 5.0—15.0 Glycerini 100.0.

Néha elsősorban a *hámfelrakódások leválasztását* célozzuk, ilyenkor az ichthyol és a jodtinctura fentjelzett oldatait alkalmazzuk.

Ha nehezen hozzáférhető *kisebb területre* (kitágult lacuna, kankósan megbetegedett diverticulum) nagyobb mennyiségű oldatot kívánunk juttatni, ennek foganatosítására a Kollmann-féle *urethroskopiai kanült* (50. ábra) használhatjuk. E célból az urethroskopon át bevezetett kanül hátulsó végét a kóros helyre irányítjuk és az annak külső végébe illeszkedő kis fecskendővel az oldatot csöppenként befecskendezzük.

Az urethroskopon át foganatosítandó *étetést* néha *pálcikaalaku gyógyszerrel* végez-




zük, melyet a Grünfeld-féle *pálcika-tartóba* (51. ábra) illesztve juttatunk a kóros helyre. Leginkább a cuprum sulfuricumból, alumenből és az argentum nitricumból készült nyulánk, rövid rudacskákat használjuk. Az argentum nitricum akkép is alkalmazható in substantia, hogy abból kisebb mennyiséget hosszú vékony fémsodrony végébe forrasztunk.

Csak kivételesen használjuk a poralaku gyógyszereket, melyeket Grünfeld szárító hatás elérésére előszere-ttel alkalmazott, az e célra szerkesztett endoszkopiai porfuvó-készüléke segítségével. Az ily poralaku keverékek: Alumin. pulv. 1.0 Sacchari albi 50.0, Tannini 3.0 Sacchari albi pulv. 100.0. Rendszeresen Csak oly port szabad használnunk, mely a húgycsőben oldódik, különben a mirigyek és a lacunák nyílásai eldugulódhatnak.

Ezen eljárásnak az eddig ismertett módszerekkel szemben különösebb előnye nincsen. Csak egy esetben szoktam alkalmazni: kisebb sebészi beavatko-

52 ábra.



Porfuvó-készülék.



zás után, amikor ugyanis a műtét helyének a befödésére, valamint az érzékenység csökkentésére *anaesthesint* fuvok be az e célra szerkesztett *porfuvó-készülékem* segítségével (52. ábra). Az anaesthesin ugyan nem oldódik, de egyszeri alkalmazása kárt nem okoz, különösen, ha következő napon a húgycsövet gondosan kiöblítjük.

Egyes szakférfiak még ma is alkalmazzák Dittel *porte remède* nevű készülékét, mellyel maró hatású apró húgycső-suppositoriumot helyezhetni el a prostatás húgycsőrésztbe. Ennek az eljárásnak semmi előnye nincsen az oldatok használatával szemben, viszont ütközik azon elvünkbe, hogy erélyesebb hatású szert csak a szükséges mennyiségben és lehetőleg a szemünkkel való ellenőrzés mellett juttassunk a húgycsőbe. Ugyancsak alig van értelme a gelatinával, vagy cacao-vajjal készült *gyógyszeres bougiek* (antrophor, gonostyli) alkalmazásának. Mechanikai hatásuk nincsen, mert vékonyak és csakhamar oldódnak, a gyógyszer hatása pedig az ily adagolásban ki nem számítható. Használatuk után akárhányszor észleltem erős hólyagizgalmat, melyet az oldásakor a húgyhólyagba csurgó szer idézett elő. Épp ily kevésbé ajánlhatók a *kenőcsös készítmények*, melyek alkalmazására *Tomasolli* külön fecskendőt szerkesztett.

A fent ismertetett gyógyító eljárások alkalmazásakor egyuttal csillapító adstringens szert rendelünk, mellyel a beteg önmaga a kis kankófecskendővel, 3—4-szer napjában, befecskendéseket végez.

#### b) Mechanikai gyógyító eljárás.

A mechanikai beavatkozások foganatosítására a fémszondákat és a különböző e célra szerkesztett tágító-készülékeket (dilatoriumokat) használjuk. Ez eljárás célját már fent ismertettük.

A szondázást rendszerint a Dittel- vagy a Guyon-féle görbületű kónikus végű fémszondával végezzük, a Bénique-félét csak ritkábban használjuk.

Minthogy a törekvésünk az, hogy a kóros húgycsőrészt azon határig tágítsuk ki, amely megfelel e hely normális dilatabilitásának — legalább is oly vastagságu fémszondákat kell e célra használnunk, aminők a külső húgycsőnyíláson még épp hogy beférnek. Ha ennél is vastagabb eszköznek a bevezetése kívánatos, avagy ha a húgycsőnyílás rendellenesen szűk, akkor azt a már ismertetett módon, jelentéktelen sebészi beavatkozással bővítjük.

A rendszeres szondázást a viszonyoknak megfelelő vastagságu eszközzel kezdjük és fokozatosan mind nagyobb számú szon-



dára térünk át. A mirigyek és a lacunák ily úton célzott kisajtolása akkép fokozható, hogy a húgycsőben fekvő szonda mentén a kóros helyeket masszáljuk.


A mirigyek és lacunák kisajtolására *Lohnstein* urethroszkopiai *massage-készüléket* szerkesztett. Hosszu, nyulánk nyélnek hátulsó végébe tengelye körül forgó kis henger van illesztve. Az eszközt a belső húgycsőnyílásig bevezetjük, és ekkor a húgycsövet a kívülről kormányozható henger feszes beillesztése által széttárjuk, aminek megtörténte után a készüléket lassan kifelé húzzuk. E művelet folyamán az urethroskopon át betekintve, láthatjuk, hogy azokon a helyeken, ahol a forgó henger eldugult vagy erősen telt mirigyeken vagy lacunákon halad át, a látótér a kiürülő váladéktól elhomályosodik.

Közvetlenül a szondázás után öblítést vagy instillatiót ajánlatos végezni. Akkép is járhatunk el, hogy a szondázás előtt a hólyagot a használatos öblítő-oldatok valamelyikével megtöltjük és a szondázás után a beteget azonnal vizeltetjük. Ez eljárásnak az a célja, hogy a kisajtott váladék eltakarítsa és hogy a gyógyszert a kisajtott mirigyekbe és lacunákba juttassuk.

A *dilatatoriumok* két- vagy többszárú, különböző görbületű készülékek, melyeknek szárai az eszköz csukott állapotában akkép illeszkednek egymáshoz, hogy együttesen szondaalakot mutatnak. A markolaton lévő csavar-készülékkel a szárok széttárhatóak, még pedig a készülék minémisége szerint, annak különböző helyén és kisebb vagy nagyobb részén. A készülék markolatán óralapszerű skála van, melyen a mutató állása a tágítás fokának megfelelő *Charrière-féle* számot jelzi.

Az első ily dilatatoriumokat *Oberlaender* szerkesztette. Kétkarúak s így a húgycsövet csak két síkban tárják szét. A dilatatoriumot a húgycsőből

53. ábra



*Kollmann-féle* dilatatorium a *pars cavernosa* részére (bal oldalt), és a *pars posterior* számára (jobb oldalt).



csukott állapotban kell eltávolítani. Nehogy az eszköz szárainak visszacsavarásakor a nyálkahártyát becsipjük, gummiáthuzattal kell azt alkalmaznunk.

A most használatos *Kollmann*-féle dilatatoriumok egyenletes feszítés és nyomás elérhetése céljából 4-száruak és oly szabatos szerkezetűek, hogy gummiáthuzat nélkül is használhatók. *Kollmann* más-más dilatatoriumot szerkesztett a *pars cavernosa*, a bulbosus húgycsőrészlet és a *pars posterior* részére, továbbá olyant, amely a *pars bulbosa* és a hátsó húgycsőrészlet és olyant, mely az egész húgycső tágítására szolgál. Az 53. ábra a *pars cavernosa* és a *pars posterior* számára való dilatatoriumok képmását mutatja.

Abból a célból, hogy a tágítással egyidejűleg a húgycső kiöblítése is foganatosítható legyen, *Lohnstein* és később sokan mások *öblítő-dilatatoriumokat* szerkesztettek. Ezek a fent ismertetett *Kollmann*-féle tágítókhöz hasonlítanak, de tengelyükbe egy az öblítés végzésére szolgáló, több helyütt lyukakkal ellátott cső van beépítve.

A dilatatoriumok alkalmazása gyakorlottságot és nagy óvatosságot igényel. Kisebb sérülések néha még ekkor sem kerülhetők ki. A legjobb szerkezetű dilatatorium sem lehet oly sima és nem tágíthat oly egyenletesen, mint a szonda. Mindez okból csak az oly esetekben térjünk át azok alkalmazására, ha a szondával a kívánt mechanikai hatás el nem érhető.

Az öblítő-dilatatoriumok használata teljesen fölösleges. Kár ily komplikált és nehezen tisztítható eszközöket használni, amikor az öblítést a fent jelzett módon a tágítás után sokkal egyszerűbben és alaposabban végezhetjük.

### c) Elektrolysises beavatkozások.


Dagadt vagy eldugult húgycsőmirigyeknek elpusztítására eredményesen alkalmazhatjuk az elektrolysises eljárást. Az egyik ilyféle módszer (*Roucaeyrol*) az, hogy a húgycsőbe *Bénique*-szondát tolunk, melyet a galván-telep negatív pólusával kötünk össze, míg a pozitív pólussal egybekötött elektrodot a beteg combjára helyezük el. Ezután a 10—20 MA. erősségű villamos áramot megindítjuk és azt addig működtetjük, amíg a beteg azt türi. Ezenközben a húgycsövet, a mirigyek szétpréselése céljából, kívülről ujjainkkal nyomogatjuk.

Célszerűbb az urethroskopon át alkalmazott elektrolysises eljárás. *Kollmann* e célra platinatűben kifutó hosszú, karsú elektrodot szerkesztett (54. ábra). A tompa végű tű tágabb nyílásu




mirigyek, a hegyes, szűk járatok részére való. A markolatba tehát a szükséghez képest az egyik vagy a másik elektrod illesztendő. Oberlaender nagyobb területnek ily módon való elpusztítására két tűvel ellátott ily urethroszkopiai eszközt készítettetett (55. ábra).

54. ábra.



Kollmann-féle urethroszkopiai elektrod.

55. ábra.



Oberlaender-féle urethroszkopiai elektrod.

A Kollmann-féle eszközzel a következőképp járunk el. A tűvégű elektrodot a galvántelep negatív, a beteg combjára helyezendő lapos elektrodot pedig annak pozitív polusába kapcsoljuk. A tűvégű elektrodot az urethroskopon át betoljuk és annak tűjével az elpusztítandó mirigybe hatolunk. Ekkor megindítjuk az áramot, mely legfőbb 1,5—2,5 milliampére erősségű legyen. Erre sístergés kíséretében apró buborékok fejlődnek, melyek a tű körül habos lerakódást képeznek. A beavatkozás tartamának maximuma két perc legyen.



Az Oberleander-féle eszköz hasonló módon alkalmazandó. Nem ajánlatos ezt olyképp használni, hogy a két tűt a telep két pólusával kötjük össze, mert ilyenkor a hatás nagyon heves és heges szűkület keletkezésére adhat okot. Ugyancsak heges szűkület keletkezésére vezethet, ha az elektrolysis beavatkozás kelleténél erősebb árammal történik.

Nem tanácsos az elektrolysis egy ülésben több mint egy vagy két helyen alkalmazni.

Ha kellő óvatossággal járunk el, csak kisterjedelmű, sekély heges elváltozás származik, mely szűkületet nem okoz, kiváltképp, ha a szükséges utókezelést nem hanyagoljuk el. Ugyanis az ezen beavatkozás által kiváltott kisebbfoku gyuladást enyhe antiphlogisticum alkalmazásával csillapítanunk kell, később pedig a nyálkahártya zsugorodásának megelőzésére néhány vastagabb fémszondát kell bevezetnünk.

Ez eljárással az idült kankó egyes makacs eseteiben a kiújulásokat okozó elváltozásokat legtöbbször rövid időn belül sikerül végleg eltávolítanunk.

#### d) Galvanokausztikai eljárás.

Egyes szakférfiak kóros mirigyek és papillomás képletek elpusztítására a galvanokausztikát alkalmazzák és ennek fogantatására hosszú, karsú és finom hegyben végződő galvanokautert használnak (56. ábra). Ez eljárás sok szempontból mögéje helyezendő az elektrolysisnek. Első sorban nagyon nehéz a platinaéggő hatását kellőképp szabályozni, úgy hogy akaratunk ellenére hirtelen mély égési seb keletkezhetik. További hátránya az, hogy a kausztika nyomán gőz- és füstgomoly keletkezik, mely az urethroskopon való látást megnehezíti, a gőz pedig a nyálkahártyát megperzselheti. Ez okból a galvanokausztikát a húgycső hátulsó részleteiben csak az irrigációs urethroskopon át tanácsos alkalmazni, s ilyenkor e célra a később ismerttetendő Wossidlo-féle operációs urethroskopot ajánlatos használni. A külső húgycsőnyílás szomszédságában képződött papillomák kiirtására, vagy hasonló célra, a szóban lévő eljárás urethroskop nélkül sikeresen alkalmazható.

#### e) Diathermiás beavatkozások.

Diathermia alatt a nagyfeszültségű, gyorsan váltakozó villamos áram keltette ellenállási fölmelegedést értjük.

Ha a villamos áramnak ezen alakját nagyobb testrészen alkalmazzuk, akkor az, a két elektrod közé eső területen egyen-




letes, áthatoló meleget termel (thermopenetratio). Ez tehát az aktiv hyperaemia előidézése útján foganatosított gyógyítás egyik hatásos módja.

Ha a diathermiás eljárást akkép alkalmazzuk, hogy csak egészen kicsiny testrészen, pontszerű területen fejt ki hatását, akkor az ellenállási hő oly intenzívvé válik, hogy ott a szövet elpörkölődik (fulguratio, elektrocoagulatio, hideg kausztika).

Ezen újabb eljárással az urológiai gyakorlatban még csak kísérletezések folynak, melyek azonban biztató eredményt nyújtanak. *Eitner* a thermopenetratiót a fájdalmak csillapítására és a fölszívódás elősegítésére alkalmazta periurethrás beszűrődések, mellékheregyulladás, prostatagyulladás és cowperitis eseteiben, *Klingmüller* és *Bernd* pedig gonorrhoeás arthritis ellen használják.

56. ábra.



Kollmann-féle urethroszkopiai galvanokauter.

*Idült kankó* eseteiben az infiltratumok fölszívódásának elősegítésére *Lohnstein* a diathermiás módszert a következőképen alkalmazza: A beteget nagy párna-elektrodra ülteti, amely a villamos telep egyik pólusával van összekötve, mire a húgycsőbe mind vastagabb fémszondákat vezet, melyeket a telep másik pólusával kapcsol össze. Az áramerő mértékét a beteg szubjektív érzéséhez viszonyítja. Kb. 2·5 ampére a maximum. Az ülés tartama 10—15 perc. Két-három naponként egy-egy ülés. *Lohnstein* egyes esetekben nagyon kedvező eredményt észlelt.

Az elektrocoagulatiót *Wossidlo H.* a *Wossidlo E.*-féle operációs urethroskopon át alkalmazza, még pedig papillomák kiirtására és az onódomb hypertrophiájának eseteiben ennek csökkentésére. E célra az operációs urethroskophoz megfelelő elektrodot készítettett.

#### f) Kisebb sebészi beavatkozások.


A papillomák kiirtására szolgáló sebészi beavatkozásokat az urethritis papillomatosa és a daganatokról szóló fejezetben ismertetjük. E helyütt csak néhány, egyes szakférfiak által alkalmazott kisebb sebészi eljárás felsorolására szorítkozunk.



*Lohnstein* hámfelrakódások eltávolítására és kórosan elfajult mirigyek kikaparására kissé komplikált kettős-kürettet konstruált, melyet azonban az eljárás kockázatossága miatt alig használnak.


Kóros mirigyek kikaparására kivételes esetekben a *Kollmann-féle* kürettet vagy éles kanalat alkalmazzuk (57. ábra) az urethroskopon át.

57. ábra.

*Kollmann-féle* kürett és éles kanál.

Eldugult húgycsőmirigyek fölhasítására és kisebb heges léc átmetszésére hosszúnyelű keskeny urethroskopiai kést használunk, minő a *Kollmann-féle* (58. ábra, lent) és a *Bornemann-féle* eltakart élű eszköz (58. ábra, fönt).

58 ábra.

*Bornemann-féle* urethroskopiai kés (fönt). *Kollmann-féle* urethroskopiai kés (lent).

A sebészi beavatkozásokat legcélszerűbben az irrigációs urethroskopon át végezzük. A *Wossidlo E.-féle operációs urethroskop* jóformán valamennyi itt ismertetett beavatkozás foganatosítására alkalmas segédeszközzel van felszerelve (59. ábra).

Ezen operációs urethroskop az ismertetett *Wossidlo H.-féle irrigációs urethroskoptól* (26. ábra) csak abban különbözik, hogy optikai készüléke lapos, miáltal a mellette betolandó műszerek részére elegendő hely marad, továbbá abban, hogy az optikai készülék belső végébe egy prizmás tükör van illesztve, abból a célból, hogy azon, a tubus ablakába illeszkedő húgycsőrészt egész terjedelmében egyszerre megtekinthessük. Az urethroskop




külső végén átfurt korong van, melynek nyílásán át toljuk be a helyi beavatkozásokra szolgáló műszereket. Ilykép e műszerek csak kis helyen rögzítvék s így belső végük minden irányban szabadon mozgatható.

59. ábra.

Az e készülékhez szolgáló instrumentáriumban a következő műszerek foglaltnak: Galvanokausztikai célra szolgáló égetők különböző alaku véggel, galvanokausztikai kés, elektrolysishez való elektrod kétágú tüvel, kürett granulatiók és papillomák kiirtására és gombos végű szonda diagnosztikai célra, különösen a húgycső-diverticulum terjedelmének a kifürkészésére.

Wossidlo E. leggyakrabban a *galvanokausztikát* alkalmazza. Ez eljárás alkalmazásakor az égető, betolása előtt, gondosan kipróbálandó. Nem szabad oly erős áramot használnunk, hogy az elektrod platina vége fehér izzásig hevüljön, mert különben betolásakor a vízben azonnal kiég. A villamos áram csak akkor indítandó meg, amikor az égető belső vége az operálandó részt érinti. Az egyenes égető nyeles papilloma kiirtására és a kórosan elváltozott illetve megnagyobbodott ondódombnak pontszerű helyeken való égetésére szolgál. A lapos égetőt széles alapon ülő papilloma vagy tömeges apró papillomás daganatok kiirtására használja. A galvanokausztikai kést akkor alkalmazza, ha a túltengett prostata kisebb kiemelkedéseit akarja eltávolítani, de a prostata-hypertrophia ellen irányuló nagyobb műtétnek endourethralis úton való foganatosítását nem ajánlja.

Az *elektrolysis*t kóros mirigyek és kisebb kóros képződmények kiirtására használja. Szerinte ez eljárás fájdalmasabb, mint a galvanokausztika.



A Wossidlo E.-féle operációs urethroskophoz tartozó instrumentárium.



Granulatiók és apró papillomák lekaparására a *kürettezést* ajánlja. Minthogy e beavatkozás sokszor jelentékeny vérzéssel jár, csak kivételesen alkalmazandó, azaz csak ott, hol más módszerrel célt nem érünk.

Az *éles fogót* nagyobb papilloma eltávolítására használja.

### **Az ismertetett therapiiai beavatkozások javalatainak összefoglalása.**

Ha az idült kankó *még nem hosszú tartamu*, akkor — amint azt részletesen kifejtettük — a leggyakrabban észlelhető elváltozások a következők: Egyes helyeken lágy beszűrődések, dagadt Littre-mirigyecsoportok, kórosan elváltozott lacunák, erosiók és granulatiók. A húgycső nyálkahártyájának legnagyobb része ép, avagy fölületes, csekély elváltozásokat mutat, melyek a hólyagnak a belső húgycsőnyíláshoz közeleső részletére is kiterjeszkednek.

Ilyenkor a következő gyógyító eljárásokat alkalmazzuk. A helyzetnek urethroskopiai vizsgálattal való tisztázása után a helyi kezelést a hólyag és a húgycső együttes *öblítésével* kezdjük, mert ez a legenyhébb beavatkozás. Csakhamar áttérünk koncentráltabb oldatoknak az Ultzmann- vagy Guyon-készülékkel való *becsöppentésére*. Ezzel párhuzamosan a beteg maga is napjában 2—3 ízben befecskendéseket végez.

Ezután vastag *fémsondák* bevezetésére kerül a sor. Közvetlenül a bevezetés előtt a beteg néhány cseppet vizeljen. Ha a szonda kihuzásakor a húgycsőből váladék szivárog ki, avagy ha ilyenkor a húgycső végigsimítására jelentkezik váladék, akkor közvetlenül a szondázás után öblítést végzünk, avagy a jövő alkalommal a szonda bevezetése előtt a hólyagot öblítő-oldattal töltjük meg s ezt a beteg, az eszköz kihuzása után, azonnal kivizeli.

Néhány ily beavatkozás után újabb urethroskopiai vizsgálatot végzünk. A lelet rendszerint javulást tüntet fel; a lacunák táton-gása csekélyebb, a granulatiók egy része eltűnt és néha az infiltratumok terjedelme is kisebb. Az urethroskopon át ecsetelést végzünk (5 % arg. nitricummal) oly célból, hogy a granulatiókat eltávolítsuk, a mirigyekben, lacunákban és infiltratumokban pedig hyperaemiát vagy kisebbfoku akut gyuladósos reactiót idézzünk elő, amely a kóros elváltozások visszafejlődésének kedvez.

Az ecsetelés okozta reactio elmúltával ismét szondázást végzünk az ismertetett módon, de az előzőnél nagyobb számu szondával. Ez eljárás után újabb ecsetelés következik, mely alkalommal koncentráltabb oldatot használhatunk. E beavatkozásokat váltakozva folytatjuk. A szondázást fokozatosan mind nagyobb



dimenzióju eszközzel végezzük, míg oly vastagságuhoz el nem jutottunk, mely a külső húgycsőnyíláson még épp hogy befér. Abnormisan szük külső húgycsőnyílás meatotomia útján bőví-tendő. Az ecsetelésre használt szereket változtatjuk, a fentemlített oldattal váltakozva cuprum sulfuricum-, cuprum aluminatum-, ichtharganoldatokat alkalmazunk; étetésre esetleg gyógyszeres pálcikákat használunk.

E kezelésre néhány hét alatt szembeszökő javulás szokott bekövetkezni. Ilyenkor a szondázást elhagyjuk és néhány öblítés után, a még látható kóros helyeket 10%-os jodglycerin-, jod-tinctura-glycerin-, vagy ichthyolglycerin-oldattal ecseteljük.

Minthogy ez esetek többségében a hátulsó húgycsőrészet is beteg, tisztázandó a prostata és az ondóhólyagok állapota. Ha e szervekben kóros elváltozást találunk, akkor azok kezelése nélkül a húgycsőbaj nem szüntethető meg. Igen sokszor a prostata ép, de *kivezető csövei* betegek. Ezek gyógyítására is a fent ismertetett eljárást alkalmazzuk, vagyis a kivezetőcsöveknek szondával való kisajtolását, öblítést, instillatiót, ecsetelést. A dagadt *ondódomb* argyentum- és jodglycerinoldatokkal ecsetelendő.

Ez eljárással legtöbbször sikerül teljes gyógyulást elérnünk. Ha ez nem következik be, azaz, ha az urethroskopiai vizsgálat alkalmával még mindig találunk jelentékenyebb szöveti elváltozásokat és a váladék a kezelés megszakítása után is még bőven tartalmaz genysejteket, talán még gonococcust is, akkor a lelethez képest a vázolt egyéb orvosló eljárásokhoz folyamodunk. Makacs infiltratumok, és a Litte-mirigyek dagadása ellen a dilatatoriummal való tágítást alkalmazzuk. E beavatkozás mindig nagyobb reactióval jár, s így megisméltésével várnunk kell, míg azt enyhe eljárásokkal (öblítések, befecskendések) nem sikerült megszüntetnünk.

Ha az urethroskopiai vizsgálat már nem derít ki kóros elváltozásokat s ha ezzel együtt a szubjektív és objektív jelenségek, valamint a mikroskopiai vizsgálat eredménye is a betegség gyógyulására vallanak, akkor a kezelést félbeszakítjuk, de a beteget még egy ideig ellenőrizzük és végleges felszabadítása előtt úgy az urethroskopiai, mint a bakteriologiai vizsgálatot a viszonyokhoz képest több vagy kevesebb ízben megismélteljük. Az urethroskopiai vizsgálat csak akkor nyujthat teljes megnyugtatót, ha megállapítható, hogy az infiltratumok helyén a nyálkahártya rendes színü és consistentiájü, érintésre már nem vérzik, mert az erosiók és granulatiók eltüntek és a desquamatio megszünt, továbbá, ha azt látjuk, hogy a nyálkahártya ráncoltsága és csíkoltsága visszatért, az urethroskopiai tölcésér és a centrális rés normális és a lacunákat nem környezi gyuladásos udvar.



A prostatás húgycsőrészletben megállapítandó, vajjon az ondódomb visszanyerte-e rendes nagyságát és színét. A gyógyulás bekövetkezte esetén a prostata kivezető-csőveinek a nyílásai nem láthatók és azokból nyomásra kóros váladék nem sajtolható ki.

Ugyancsak kifürkészendő vajjon a Cowper-mirigyek kivezető-csőveinek helyén nincsen-e gyanus elváltozás?

A *régi tartamu* idült kankó eseteiben, amint azt a diagnosztikai részben láttuk, rendszerint merev beszűrődéseket is találunk, továbbá gyuladt tátongó lacunákat és kórosan elváltozott mirigyeket, valamint az epitheliumnak nagyobbfoku átalakulását.

Ilyenkor a fent ismertetett mechanikai és gyógyszeres kezelés mellett egyéb beavatkozásokra is kerül a sor. A dilatatoriummal való mechanikai beavatkozásra és a gyógyszeres étetésre sem reagáló kóros mirigyeket és lacunákat elektrolysis-sal vagy az irrigációs urethroskopon át alkalmazott galvanokausztikai eljárással pusztítjuk el. A csoportosan vagy egyenkint található papillomás képleteket a később ismertetendő módon kiirtjuk.

Tudjuk, hogy néha a húgycső kisebb-nagyobb részében, némelykor az egész pars cavernosa-ban egy vagy több miliméter vastag hámlerakódások észlelhetők, melyek következtében a nyálkahártya szürkés színűnek, száraznak, merevnek mutatkozik. Az ismertetett urethritis desquamativa-t az jellemzi, hogy a hámlerakódás nagy területen észlelhető, hogy a hámrétegek állandó desquamatiót mutatnak, s hogy azok időnkint a levedlett kigyóbőrhez hasonló csövek alakjában ürülnek ki. Ezen nagyobbfoku leválás főképp mechanikai vagy erélyes gyógyszeres beavatkozások után jelentkezik.

A Grünfeld-féle *xerosis*, melyet Oberlaender *pachydermia* név alatt ír le, az előbb vázolt folyamattól abban különbözik, hogy a vastag hámfelrakódások csak kivételesen nagyobb terjedelműek, de mélyebb szöveti elváltozásokkal kapcsolatosak, felette erősen tapadnak a subepitheliumos réteghez és leválásra hajlamot nem mutatnak.

A hámfelrakódások leválasztására egyes szakférfiak a kürettet vagy az éles kanalat használják. Ezen eljárás azonban nagy vérzést provokálhat és heges szűkület létrejöttére is adhat okot. Ezért alkalmazása csak az esetben nem eshet kifogás alá, ha a hámréteg elváltozása csak kis terjedelmű, s ha az ily beavatkozás föltétlenül szükséges. Eszerint tehát az ily eljárás csak a *pachydermia* egyes eseteiben lehet megokolt.

Az *urethritis desquamativa*, amint azt már jeleztük, nagyon makacs folyamat, mellyel a legtöbbször teljesen végezni nem tudunk. A mechanikai kezeléssel (szondázás, dilatatoriummal való tágítás) és puhító oldatokkal való ecsetelésekkel azonban mégis



sikerül annyit elérnünk, hogy a felrakódott hámrétegek időnkint leválnak. Igaz, hogy a hámnak burjánzása következtében a hámfelrakódások rövidesen ismét eléri előbbi vastagságukat, s így újabb meg újabb beavatkozás válik szükségessé, de türelmes, hosszas kezeléssel előbb-utóbb mégis odáig juthatunk, hogy a folyamat elveszíti fertőző tulajdonságát és hogy a váladékképződés csaknem teljesen megszűnik. Együttal ily módon megakadályozzuk azt is, hogy a hám tömeges felhalmozódása a húgycső lumenét és tágulékonyságát veszedelmes mértékben csökkentse.

Az ily esetekben tehát meg kell elégednünk ezen kockázat nélkül elérhető eredménnyel és nem szabad erőszakos beavatkozásokkal a beteg helyzetét súlyosbítanunk.

A baj fertőző-képességének a megszűnte után a postgonorrhoeás folyamatot is a fent vázolt módon időnkint kezeljük és ha nem is sikerül ily módon végleges gyógyulást elérnünk, de könnyen tűrhető állapotot biztosíthatunk betegünknek és megóvjuk komoly komplikációk létrejöttétől.

Az idült kankó régi eseteiben az alkalmazandó gyógyszerek tekintetében arra kell ügyelnünk, nehogy a mirigyek elpusztulása, az epithelium fölrakódása és a kérgesedő merev beszűrődések által amúgy is szárazzá vált nyálkahártyát erős adstringensek használatával még érdekesebbé tegyük. Az oly esetekben tehát, ahol a merev infiltratumok száraz alakjával állunk szemben, a netán jelentkező váladék megszüntetésére csak enyhe adstringenst rendelünk a kankófecskendővel való befecskedésre, (Liquor. Aluminii acet. 5.0 : 200.0, Liquor. Alsoli 1.5 : 200.0, Ichthyoli 3.0 Glycerini 30.0 : 170.0), az instillatiókat és az ecseteléseket pedig puhító oldatokkal végezzük. (Rp. Ichthyoli 5.0 Glycerini 100.0, D. S. Becsöppentésre. Rp. Jodi 3.0 Kalii jodati 4.0 Glycerini 80.0 D. S. Ecsetelésre. Rp. Ichthyoli 10.0 Glycerini 100.0 D. S. Ecsetelésre.)

A *prostatás húgycsőrészt* megbetegedése esetén ugyanúgy járunk el, mint ahogy azt a lágú infiltratumok therapiájának tárgyalása folyamán vázoltuk. A túltengett ondódombnak marószerekkel való étetése vagy galvanokauterrel való égetése, amint azt egyes szakférfiak ajánlják, kockázatos eljárás és lehetőleg kerülendő. Csak az ott netán képződött nagyobb papillomák teszik megokolttá e módszerek alkalmazását.

Az ezüstkészítmények hosszas alkalmazása az ily esetekben *argyrosist* szokott okozni. Ha mégis akarunk bakteriumölő ezüstkészítményeket használni, akkor öblítésre protargol- vagy argonin-oldatokat alkalmazunk, az ecseteléseket pedig 5%-os albargin-glicerinnel vagy 10%-os protargol-glicerinnel végezzük.



A helyi kezelést *csak addig folytatjuk*, amig a visszafejlődésre képes, avagy a helyi beavatkozásokkal eltávolítható kóros elváltozások el nem tűntek. A heges képletek és a vastag hámfelrakódások végleges eltávolítására hiába törekszünk. A nyálkahártya a szóban forgó esetekben többé normális soha nem lesz.

Komplikációk (prostatagyulladás, ondóhólyaggyulladás, cowperitis, gonorrhoeás paraurethralis járatok stb.) ezeknek egyidejű kezelését igénylik, mert enélkül a húgycső gyógyulását nem érhetjük el.

#### Urethritis postgonorrhoeica.

Már fönt jeleztük, hogy idült esetekben oly szöveti elváltozások fejlődhetnek ki, melyek teljes gyógyulása el nem érhető s így e helyeken a normális állapot többé vissza nem tér. Merev infiltratumok helyén kötőszöveti heges képletek keletkeznek, az eldugult mirigyek, cysták kiirtása ugyancsak heges szövet képződésére vezet. Vastag hámfelrakódások végleg el nem távolíthatók.

Ezen kóros folyamat rendszerint csekélyfoku váladékképződéssel jár, mely váladékban nyálka, hám és kevés fehérvérsejt mellett különböző bakteriumok találhatóak. Ha többszöri gondos vizsgálattal sem lehet többé gonococcust kimutatnunk, azaz, *ha a betegség elveszítette a kankós folyamatra jellegző fertőző-képességét*, akkor a húgycsőnek ezen idült gyulladását *urethritis postgonorrhoeica* névvel jelöljük.

Nem szabad abba a hibába esnünk, hogy a szóban lévő folyamat hosszas rendszeres kezelésével céltalanul állandó helyi irritatiót váltunk ki és emellett a beteg kedélyállapotát a tartós és eredménytelen kurával állandó lelki izgalomban tartjuk, ami nem egyszer súlyos neurasthenia kifejlődésére szolgáltat okot.

A postgonorrhoeás urethritis orvoslása csak tüneti és praeventiv legyen. A beteget állapotának immár veszélytelen voltáról felvilágosítva, iparkodnunk kell az őt leginkább nyugtalanító váladékképződést lehetőleg megszüntetni vagy korlátozni. E célból a jelzett enyhe oldatokkal időnkint befecskendéseket végeztetünk és a folyamat fokozódásának, különösen pedig nagyobb szűkület képződésének lehető megelőzése céljából kisebb-nagyobb időközökben egy-egy szondázást és ecsetelést vagy becsöppentést végzünk.

Az urethroskopiai kép a kóros helyeken a rendestől elütő fog maradni. A nyálkahártya színe, fölülete és consistentiája többé normálissá nem válik. A ráncok kisebb számuak és sekélyek, egyes helyeken nem is láthatók. Az urethroskopiai tölsér, a centrális rés és a fényreflex szabálytalan marad.



## A kankós húgycsőgyulladás gyógyulásának urethroszkopiai és egyéb kriteriumai.

Tapasztalataink arra tanítottak, hogy annak a kérdésnek eldöntése, mikor tekinthető a gonorrhoeás húgycsőgyulladás gyógyultnak, korántsem oly könnyű feladat, mint ahogy azt azelőtt képzeltük.

Gyógyulás alatt a szó szoros értelmében, a kankó okozta összes kóros jelenségek megszűnését értjük, tehát idült esetekben a baj infectiositásának megszűnte után fennmaradt kóros jelenségek elmulását is. Ennek elérése, amint azt láttuk, az esetek egy részében hatalmunk körén kívül esik. Jeleztük, hogy egyes elváltozások megmaradhatnak és hogy a folyamat mint postgonorrhoeás urethritis oly jelenségekkel járhat, melyek hosszú éveken át, bizonyos időközökben, a viszonyokhoz mért kezelést igényelnek.

Tágabb értelemben, a húgycsőkankó gyógyulása alatt e betegség legjellegzőbb és legfontosabb tulajdonságának, az *infectiositásának végleges megszűntét* értjük.

Mikor mondhatjuk, hogy a kankó fertőző-képessége megszűnt? Ezen nagyfontosságú lelkiismereti kérdésnek az eldöntése sokszor nehéz helyzet elé állít bennünket.

A *hevenyész kankó* lezajlása után, főképp ha az komplikáció nélkül folyt le, a teljes gyógyulásnak a megállapítása nehézséggel nem jár. Ha a kezelés abbanmaradása és a betegnek a rendes életmódjához való visszatérése után a reggeli vizelet állandóan tiszta, vagy ha az abban netán még található foszlányokban genyrt, gonococcust többszöri vizsgálat alkalmával sem találunk és az urethroszkopiai vizsgálat sem derít ki kóros elváltozásokat, akkor nyugodt lélekkel mondhatjuk, hogy a folyamat meggyógyult. Ha a hevenyész kankó folyamán mellékheregyulladás is zajlott le, akkor nyilatkozatunkat a sperma bakteriologiai leletétől is kell függővé tennünk. Kankós paraurethrás vagy praeputialis járatok esetén, ezek állapota is megvizsgálandó.

Az *idült kankó* eseteiben mindig csak sok ízben megismételt és minden irányban kiterjeszkedő vizsgálatok alapján szabad a fennforgó kérdés tekintetében döntenünk.



*Neisser* és iskolája azt követeli, hogy az oly esetekben, amikor gonococcus sem a vizeletben úszó foszlányokban, sem a húgycsőnek a szondával kisajtott váladékában nem mutatható ki, akkor a netán a mélyben fészkelő baktériumok felszínre hozatala céljából u. n. *provokáló eljárás* végzendő. Ez abban áll, hogy valamely irritáló szert pl. koncentrált argéntum nitricum-oldatot csöppentünk a húgycsőbe, mire néhány órán belül kisebb-nagyobbfokú genyes váladék jelentkezik. Ha ezen váladékban sem a mikroskoppal, sem tenyésztéssel gonococcust kimutatni nem lehet, akkor a beteget gyógyultnak tekinthetjük.

De az oly esetekben, melyekben a húgycsőgyulladásához valamely szomszédos szervnek a megbetegedése csatlakozott, a szóban lévő vizsgálat ezen szervekre is kiterjesztendő. *Prostata-gyulladás* vagy *ondóhólyaggyulladás* előzetes lezajlása esetén, az ezen szervekből massage útján kisajtott váladék is megvizsgálandó. A prostatából ujjal, az ondóhólyagokból a *Feleky-féle* massage-készülékkel sajtoljuk ki a váladékot, melyet bakteriologiai vizsgálatnak vetünk alá. Ha a beteg nemrég *mellékheregyulladás* esett át, akkor a coitus alkalmával kiürülő ejaculatum is gonococcusra megvizsgálandó. E célból az illető coitus condomatust végez és az ejaculatum lehető friss állapotában vizsgálandó meg. Ha kankósan inficiált *paraurethrás* vagy *praeputialis járatok* is komplikálták a bajt és azokból még váladék ürül, ez is természetesen gondos vizsgálatnak vetendő alá.

Ha a vizsgált váladékban a mikroskoppal gonococcus nem mutatható ki és genysejtek sem találhatók és ha a több ízben végzett vizsgálat mindig hasonló kedvező leletet nyújt, még pedig akkor is, amidőn a beteg rendes életmódjához visszatért és rendszeresen koital, akkor az illetőt gyógyultnak deklarálnak.

De ha gonococcust ugyan többször megejtett vizsgálat alkalmával sem találunk, viszont genysejtek állandóan kimutathatók, akkor föltétlenül a *tenyésztési vizsgálat* is megejtendő és csak ha ezen módszerrel sem mutatható ki gonococcus, szabad a baj fertőzőképességét megszüntnek tekintenünk.

*Finger* szigorubb álláspontra helyezkedik. Szerinte a pozitív gonococcus-leletnek bizonyító ereje kétségtelen, de a *negatív lelet* egymagában véve, bizonyító erővel nem bír. Hivatkozik esetekre, melyeket ő és mások észleltek és melyekben a többször megejtett mikroszkopiai és tenyésztési vizsgálatok már nem derítették ki gonococcust és az illetők mégis inficiáltak hitveseiket. Ezért szerinte mindaddig, amíg genysejteket találunk, nem szabad a beteget gyógyultnak deklarálnunk.

*Oberlaender, Wossidlo, Kollmann* és más szerzők megerősítik



Finger tapasztalatait és nézetét. Ők is hangoztatják, hogy a negatív mikroszkopiai leletre nem szabad támaszkodnunk. Szerintük a Neisser-féle próbákkal a szövetek mélyében lévő, néha betokolt gonococcusok nem juttathatók mindig a felszínre és így nem képezhetik a vizsgálat anyagát. Könnyen érthetőek tehát az oly esetek, melyekben noha a többször megejtett bakteriologiai vizsgálatok gonococcust nem derítettek ki, az illetők mégis inficiáltak a velük nemileg érintkező nőket. A magyarázat az, hogy a gonococcusok valamely alkalommal, coitus, monymerevedés alkalmával vagy egyébkor mobilissá válván, a nyálkahártya felszínére jutottak és ott autoinfectióra a cohabitatio folyamán pedig infectio létrejöttére vezettek.

Ezért e szerzők azon az állásponton vannak, hogy az infectiositás kérdésének az eldöntésekor is a főszóly az *urethroszkopiai leletre* helyezendő. Ha az urethroskop még kóros helyet derít ki, akkor ez dilatatoriummal szétfeszítendő és az a váladék, mely ez eljárás reactiójakép jelentkezik, vizsgálandó meg gonococcus irányában. Negatív lelet esetén ezen eljárás idő mulván megismétlendő.

Wossidlo szerint mindaddig, míg az urethroskoppal infiltratumot vagy mirigymegbetegedést állapíthatunk meg és a kisajtolható váladék avagy a vizeletben úszó foszlányok még bőven tartalmaznak genysejteket, negatív gonococcus-lelet esetén sem szabad az infectiositást kizárnunk.

Ha az itt vázolt nézeteket gyakorlati szempontból bíráljuk, úgy arra a meggyőződésre kell jutnunk, hogy a különböző irányzatok képviselői bizonyos tekintetben már az elfogultsággal határos, túlzott álláspontot foglalnak el.

Neisser és hiveinek a gonococcus kimutatására ajánlt módszerei mindenképp követésre méltók. Kétségtelen, hogy könnyű lefolyásu hevenyész esetekben a legtöbbször elegendők is az infectiositás kérdésének eldöntésére. De ilyenkor is csak azon feltétel mellett, hogy a beteget hosszabb időn át megfigyeljük és a szóban lévő vizsgálati eljárásokat nagyobb időközökben többször megismételjük. Ezért önként fölvetődik a kérdés, vajjon az ily esetekben is nem helyesebb-e urethroszkopiai vizsgálat útján meggyőződni, vajjon a nyálkahártya állapota a folyamat megszünthe mellett szól-e, avagy találunk-e még oly szövetbeli elváltozásokat, melyek az ellenkezője mellett szólanak.

Idült esetekben az urethroszkopiai vizsgálatnak a szóban lévő okból való megejtését föltétlenül szükségesnek tartjuk. Ha az ily esetekben is csakis a Neisser-féle elvet akarnók követni, akkor a beteget hosszú hónapokon át kellene megfigyelnünk, ami még mindig bizonytalan voltától eltekintve, az illető türelmét és bizal-



mát annyira próbára teszi, hogy alig képzelhető, hogy helyzetének megbírálása végett más fórumhoz ne fordulna.

Túlzott *Finger* követelménye is, mely szerint mindaddig, míg a foszlányokban vagy a vizelet üledékében mikroszkopiai vizsgálattal még genyesejteket találunk, betegünket nem szabad gyógyulnak nyilvánítanunk. Hiszen tudjuk, hogy az idült esetekben oly szövetszövetbeli elváltozások fejlődhetnek ki, melyek többé teljesen meg nem gyógyulnak. Ilyenkor a mikroszkopiai vizsgálattal pyogen baktériumokat is találunk. Már most, ha az urethroszkopiai vizsgálat oly kóros átalakulásokat derít ki, melyek visszafejlődése többé nem várható, s ha a kellő gondosság mellett több ízben megejtett mikroszkopiai és tenyésztési vizsgálatokkal gonococcust kideríteni nem lehet, igazán sem okunk, sem jogunk nincs az ily egyént a nősüléstől elijeszteni.

Jogosultabb a Wossidlo- és Oberlaender-féle álláspont, mely szerint csakis az urethroszkopiai és bakteriologiai egybevető leletek alapján szabad a betegség gyógyultsága tekintetében nyilatkoznunk. De itt is meg kell jegyeznünk, hogy csak addig a határig lehet elmennünk, ameddig azt a viszonyok megengedhetővé teszik. Ha az urethroszkoppal még találtunk kóros helyeket, de ezek meggyógyítása el nem érhető és ha e mellett a gonococcus irányában végzett vizsgálatok mindannyiszor negatív leletet adnak, akkor a nősülést meg kell engednünk.

Az itt kifejtett álláspont szigorú betartása mellett tapasztalatom szerint nem kell attól tartanunk, hogy felszabadított betegünk hitvestársát inficiálja. Mégis komplikált esetekben, kiindulva egyes szerzők kivételes kedvezőtlen megfigyeléseiből, helyesen cselekszünk, ha a beteggel a helyzetet megismertetjük és a nősülési orvosi engedély tekintetében nyilatkozatainkkal csak addig a határig megyünk, ameddig arra orvosi tudományunk mai állása feljogosít.



### A nő húgycsőkankójának urethroskopiai kezelése.

Az *akut* kankós húgycsőgyulladás, melynek tünetei rendszerint hamarosan visszafejlődnek, urethroskopiai kezelést nem igényel.

Az *idült* kankó sokszor gondos kezelésre is csak lassan javul. *Bumm* szerint az oly esetekben, melyekben befecskendésekkel nem érünk célt, az urethroskopiai kezelésre kell áttérnünk. Ezzel, úgymond, mindenképp módunkban van a kóros váladékkal fedett, erodált helyeket és egyéb szöveti elváltozásokat kifürkészni és azokat megfelelő étető-szerrel (20—30% argent. nitr.-oldattal) ecsetelni, az inficiált folliculusokat pedig galvanokauterrel kipusztítani. Szükület esetén tágitást végzünk és ezután alkalmazzuk az urethroskopot.

A több ízben hangoztatott irányelveink szerint azonban mulasztást követünk el, ha az urethroskopiai vizsgálattal és a megfelelő helyi kezeléssel addig várunk, míg a *Bumm* említette súlyos elváltozások bekövetkeznek. Helyesebben járunk el, ha ugyanazt az eljárást követjük, mint aminőt a férfi húgycsőkankója ellen szoktunk alkalmazni. E szerint az akut időszak vége felé, de az idült stádiumban mindenképpen, idejekorán végzünk urethroskopiai vizsgálatot, hogy mielőbb módunkban legyen a talált elváltozásokat megfelelő helyi kezelésben részesíteni és szükület kifejlődését megelőzni.

A helyi beavatkozások hasonlatosak azokhoz, melyeket a férfi kankója ellen alkalmazunk. Tágitásra, illetőleg a mirigyek és lacunák kiszáradása céljából egyenes, rövid és vastag fémszondákat használunk. A instillatiókat Guyon- vagy Ultzmann-cseppentővel, az öblítéseket pedig üveg- vagy Nelaton-kathéteren át, avagy kathéter nélkül végezzük. Az ecsetelések foganatosítására az ismeretett rövid, nagy kaliberű egyenes speculumot használjuk. A húgycsőnyílás körül lévő papillomás növedékeket galvanokauterrel, a húgycsőben talált kóros mirigyeket elektrolysises eljárással pusztítjuk el. A tömeges szemölcsös daganatok, s az egyes mélyen ülő nagyobb papillomák ellen követendő eljárást az illető fejezetekben ismertetjük.



A kankófecskendővel történő befecskendésekre a *Neisser*-féle kónikus végű fecskendő használható. A befecskendés után a kónikus illesztéssel néhány percig elzárva tartjuk a húgycsőnyílást, azután kiengedjük az oldatot. Kisebb folyadékmennyiségek becsöppentésére a *Fritsch*-féle kis fecskendő használható. Ennek illesztéke, mely gombosvégű többszörösen kilyukasztott csőből áll, a húgycsőbe tolandó.

A gonococcusvizsgálat céljából szükséges váladékot legkényelmesebben a *Neisser*-féle kis kanállal szerezzük, mellyel fájdalomkeltés nélkül sikerül a nyálkahártya mélyebb részéből is (mirígyekből, lacunákból) a kívánt váladékot kikaparni.



## 2. A nem gonorrhoeás húgycsőgyulladás különböző alakjai.

### 1. A nemi érintkezés útján, fertőzés által keletkező, nem gonorrhoeás húgycsőgyulladás.

*Aubert* volt az első, ki oly contagiosus húgycsőgyuladást ismertetett (1884), melyet nem a gonococcus, hanem egyéb mikrobion idézett elő. *Bockhardt* (1886) 15 esetet közöl, melyekben nős férfiak hitveseikkel végzett nemi érintkezés után, genyes kifolyással járó húgycsőgyuladást kaptak, melynek váladékában gonococcust nem, hanem egyéb bakteriumokat talált. Az egyik házaspárnál a férfi húgycsővének és a nő hüvelyének váladékából *staphylococcusokat* tenyésztett ki. A két tenyészetből oltásokat végzett egészséges húgycsőbe és azok pozitív eredményűek voltak, ugyanis heves jelenségekkel járó urethritis fejlődött ki, mely azonban rövid idő alatt meggyógyult. *Bockhardt* az ily contagiosus urethritist *pseudogonorrhoeának* nevezi.

*Goldberg* és *Johnston streptococcus* okozta urethritis eseteit írták le. *Van der Pluym*, *Hoffmann* és mások *bacterium coli* által előidézett urethritis eseteit közlik. *Grosz* és *Waelsch* oly eseteket ismertettek, melyekben a néhány napi incubatio után jelentkező akut húgycsőgyulladás váladékában a *pseudo-diphtheria bacillus*a volt kimutatható. *Galewsky* két esetben, amelyekben az illető férfiak ugyanazzal a nővel való érintkezés után húgycsőgyuladást kaptak, tejfehér diplococcusokat és nyulánk bacillusokat talált. *Hoffmann* egy esetében a férj, kinek azelőtt 15 évvel volt húgycsőgonorrhoeája, fiatal feleségét inficiálta. Gonococcus nem volt kimutatható, hanem a *Friedlaender-féle* bakterium.

*Fritsch*, *Linder* és *Bertarelli* oly eseteket közölnek, melyekben a gonococustól mentes váladék morphologice teljesen megegyezett a *trachoma* jellegzetes váladékával. *Fritsch* ily váladéknak egy pávián kötőhártyájára való átoltása útján trachomás conjunctivist tudott előidézni.

Nem egyszer volt nékem is alkalmam eseteket észlelni, melyekben az illető férfi állítólag házastársával való nemi érintkezés után



urethritist kapott, melynek váladékában csak *staphylococcus* volt kimutatható.

A legtöbb szakfélfinak az a véleménye, hogy különböző genitális bajok eseteiben, továbbá szülés, hószám után, a női nemi szervekben egyes bakteriumok felszaporodhatnak és pathogen jellegét ölthetnek olyannyira, hogy egyes erre hajlamos férfiak, az ily nővel való nemi érintkezés következtében, húgycsőgyuladást kaphatnak.

Ámbár a húgycsőgyulladás ily módon való keletkezésének lehetőségéhez szó nem fér, mégsem mondhatjuk a kérdést tökéletesen tisztázottnak. Teljes mértékben csak az oly eseteknek van bizonyító értékük, amelyekben az illető férfiaknak azelőtt húgycsőbajuk nem volt, vagy ahol a beteg húgycsővének azelőtti állapotát ismertük. Kétségtelennek tekintem, hogy az észlelt esetek egy nagy részében oly férfiak voltak a szóban lévő infectio áldozatai, kiknek húgycsőve előzetes gonorrhoea következtében nem volt teljesen ép. Eszerint az a meggyőződés, hogy az, amit a szerzők az ily bajjal szemben való dispositiónak mondanak, talán egyes kivételek leszámításával nem egyéb, mint a nyálkahártyának előzetes húgycsőgonorrhoea után visszamaradt szövetbeli elváltozásai, melyek a húgycsőbe jutott bakteriumok elszaporodására és urethritis létrejöttére kedvező viszonyokat teremtenek.

Az „*pseudogonorrhoea*“ lefolyása sok tekintetben hasonlatos a kankóéhoz. Néha az *enyhén* lefolyó akut gonorrhoeás urethritis anterior kórképét mutatja és a gyógyulás aránylag rövid idő alatt, kezelés nélkül is bekövetkezik. Különösen a *staphylococcus-infectio* esetei azok, melyek legtöbbször enyhe lefolyást mutatnak, bár tartamuk sokszor hosszúra nyulik.

Egyes esetekben azonban a gyulladás heves jelenségekkel jár, a folyamat áttérjed a hátulsó húgycsőrészletre is és különböző komplikációk keletkeznek. A *Goldberg* közölte *urethritis streptococcica prostatitissel*, a *Hoffmann* által észlelt, *bacterium coli* okozta urethritis *mellékheregyuladással* és *prostatitissel* komplikálódott. Persze itt is az a kérdés, vajjon nem-e a húgycsőnek előzetes kóros állapota volt a szövődmények létrejöttének egyik fontos tényezője?

Nagyon makacsok a hosszú incubatio után jelentkező, idült lefolyást mutató esetek. Pedig ezeket észleljük leggyakrabban. Jelentéktelen szubjektív tünetekkel járnak, a váladék sem bő, de tartamuk kiszámíthatlan.

Enyhe esetekben az urethroskop a nyálkahártya egyenletes savós beivódását mutatja, mérsékelt hámleválással. Hevesebb lefolyású esetekben az akut időszak leteltével hasonló elváltozásokat látunk, minőket a hevenyész kankó visszafejlődési szakában



szoktunk észlelni. Erosiokat, piros udvartól környezett lacunákat és lágy infiltrátumokat találunk.

A kezdettől fogva idősült lefolyást mutató és a hevenyéből idültté vált esetekben dagadt Littre-mirigysoportok és a lacunák bántalmazottsága ötlük szemünkbe, néha mély infiltrátumok is észlelhetők. Az ily esetek makacsságát nyilván az okozza, hogy a pathogen gombák a kórosan elváltozott mirigyekbe és lacunákba fészkeltek be magukat.

**Therapia.** Az enyhe tünetekkel jelentkező, csekély váladéktermeléssel járó pseudogonorrhoea esetei néha kezelés nélkül is elmúlnak. De ilyenkor sem tanácsos a beavatkozással soká késlekednünk. Ha a kóros jelenségek rövid néhány nap alatt nem engednek, akkor leghelyesebb ha a kankó abortív kezeléséhez hasonló eljárást foganatosítunk. Az urethroskopon át a pars cavernosa-t a fossa bulbi-ig  $2\frac{1}{2}\%$ -os argenti nitrici oldattal végigecseteljük és ezután a beteggel befecskendéseket végeztetünk. Legcélszerűbb egy adstringens és egy baktericid oldatot rendelni, melyek változva használandók. (Liquor. Alsoli 1.5:200.0, Hermophenyli 0.10 Protargoli 0.50:200.0 vagy Liquor. Aluminii acet. 5.0:200.0, Hydrarg. oxycyanati 0.04:200.0.)

A staphylococcus-infectio eseteiben ily kezelésre rendszerint rövidesen teljes gyógyulás következik be.

Ha a beteg olyankor jelentkezik, amikor már *heves jelenségekkel* állunk szemben, akkor a kezelés az akut gonorrhoeás húgycsőgyulladás szabályai szerint foganatosítandó.

Az oly esetekben, amikor a gyulladás *idősültté válik*, az idült gonorrhoeás urethritis ellen használatos gyógyító eljárásokat alkalmazzuk.

Az elejétől fogva *idősült lefolyást* mutató esetek a kezeléssel szemben nagyon makacs ellenállást tanúsítanak és úgy a beteg, mint az orvos részéről nagy türelmet igényelnek. Néha a legenyhébb szer befecskendésére is rosszabbodást mutatnak, energikusabb beavatkozásra pedig hevesen reagálnak. Sokszor próbálgatásra vagyunk utalva, amíg eltaláljuk a beavatkozásra alkalmas időpontot és azt a gyógyító eljárást, amely végre eredményre vezet. Belsőleg húgydesinficienszt rendelünk (salolt, hexamethylentetraminkészítményt, arhovint), helyileg pedig, mihelyt a húgycső a beavatkozásokat tűri, az idült kankó ellen használatos gyógyszeres és mechanikai eljárásokat foganatosítjuk.



## 2. Urethritis irritativa.

Ezzel az elnevezéssel a húgycsőgyulladásnak azon alakját jelöljük, mely nemi kihágások, főképp pedig hosszú ideig féktelenül űzött masturbatio vagy coitus interruptus következményeképen fejlődik ki. A kóros jelenségek csekély váladék kiürülésében, gyakori vizelési ingerben, fokozott kéjvágyban és a húgycső, gát és végbél táján jelentkező kellemetlen érzésekben szoktak nyilvánulni. Ezek mellett a sexualis neurastheniát jellegző különböző működési zavarok mutatkozhatnak, minők a spermatorrhoea defaecationis et mictionis, ejaculatio praecox, a potentia coeundi csökkenése stb.

Az urethroskoppal megállapítható szövetbeli elváltozások a bántalom foka szerint különbözők. Az *elülső húgycsőrészletben* a lelet rendszerint a következő. A nyálkahártya simaságát nem veszítette el, de fénye és áttetszősége csökkent és színe fakó. A ráncoltság szabályos, a csikoltság viszont el szokott tűnni. Helyenkint hyperaemiás szélű, dagadt Littre-mirigycsoportok láthatók.

A kóros folyamat ezek szerint többnyire csak fölületes, a mélyebb átalakulások ritkák. Csak néha találunk a lágy beszűrődésekhez hasonló elváltozásokat. A gonorrhoeás húgycsőgyulladás nyújtotta urethroskopiai lelethez hasonló képet azonban soha nem találunk.

Viszont jelentékeny elváltozásokat észlelünk a *pars prostatica*-ban, különösen pedig az *ondódombon*. Könnyebb esetekben is a sinus prostaticus és a ductus prostatici nyílásai, széleik dagadása és pirossága következtében, felismerhetőkké válnak; e helyek érintése könnyen vérzést vált ki. Az ondódomb jelentékenyen megnagyobbodott lehet s ilyenkor rendes alakjától eltérően egyenetlen felületűnek mutatkozik, de karélyozottságot, minőt az idült kankó egyes eseteiben észlelünk, itt nem találunk.

A súlyosabb esetekben, a prostatás húgycsőrészletben *Oberlaender* szerint ugyanoly merev beszűrődéseket találunk, minők az dült gonorrhoeás húgycsőgyulladás egyes eseteiben észlelhetők. Ezen elváltozások már a speculum bevezetésekor érezhetők, mert



az eszköz betolását megnehezítik. Az ondódomb laposabb a rendnél, halvány rózsaszínű vagy szürkéssárga. A prostata kivezető csöveinek nyílásai rendszerint nem láthatók, viszont a ductus ejaculatorii nyílásai akárhányszor tátongók, azaz az ondódomb két szélén egy-egy sötét, nagyobb tűszúrásnyi pont alakjában ötlenek szemünkbe.

Az ily súlyos elváltozások azonban csak éveken át féktelenül üzött nemi excessusok után észlelhetők, különösen oly egyénekben, kik előzetesen húgycsőgonorrhoeában szenvedtek és e baj a pars prostatica-ban mélyebb elváltozásokat hagyott hátra.

A nemi abusus okozta kóros elváltozások urethroszkopiai képeinek fent vázolt kétféle alakját megfigyeléseim alapján már régebben ismertettem (Az ondókiürülések kóros nyilvánulásairól, kór- és gyógytani szempontból. 1900) és azok pathologiai és therapiiai szempontból való jelentőségére a sexualis szervek működési zavarainak tárgyalásakor még visszatérünk.

A therapiai beavatkozások eredményessége csak az esetben várható, ha a beteg képes magát fegyelmezni és a nemi abusussal felhagyni.

A *pars anterior* rendszerint kezelést alig igényel. Annál fontosabb a *pars prostatica* gondos orvoslása, mert enélkül a kóros jelenségek megszűnése nem várható.

Könnyebb esetekben a *hyperaemiás* pars prostatica-t, különösen pedig a dagadt ondódombot eleinte, helyi anaemiát előidéző szerekekkel (tonogen, adrenalin) ecseteljük. Később a fölszivódás elősegítése céljából aktiv hyperaemiát okozó oldatokkal (10%-os jodtinctura-glycerin, 10%-os argentum nitricum) végzünk ecseteléseket. Ezzel párhuzamosan a vérkeringési viszonyok szabályozására ovatos prostata-massage alkalmazandó per rectum, majd pedig ugyanoly célból szondabevezetések végzünk. Végül hosszabb időn át helyi vizkurát alkalmazunk, még pedig a húgycsővön át a *Winternitz-féle* psychrophor és a végbélen át az *Arzberger—Feleky-féle* prostata hűtő-készülék segítségével.

A hyperaemia csökkentésére belsőleg hydrastist, hydrastinint, stypticint, tonogent rendelünk.

Ha az ondódomb dagadt, de nem hyperaemiás, avagy pedig, ha jelentékenyen petyhüdt, lapos és az *anaemia* képét mutatja, akkor mindjárt az argentum-ecsetelésekkel kezdjük a kezelést. Az ondódomb jelentékeny foku dagadásának eseteiben egyes szakférfiak hegyes galvanokauterrel pontszerű égetéseket végeznek. Az ondódomb szomszédságában néha észlelhető granulatiókat fémrudacskára forrasztott argentum-nitricummal könnyen elpusz-



títhatjuk. Apró papillomák ugyanígy távolíthatók el, nagyobbakat galvanokausztikai uton kell elpusztítani.

Azon súlyos esetekben, amikor az ondódomb és szomszéd-sága a *merev beszűrődés* képét mutatja, amikor tehát kötőszöveti elváltozások következtében az ondódomb a normálisnál kisebb halovány, anaemiás, gyógyulást többé elérnünk nem lehet. Csak arra törekedhetünk, hogy a vérkeringési viszonyok javítása által, az ezen elváltozásokkal járó súlyos tünetek enyhülését érjük el. Hyperaemia előidézése céljából a fent jelzett ecseteléseket véghez-  
zük és calorisationt alkalmazunk a Winternitz-féle és az Arzberger—  
Feleky-féle készüléken át applikált *meleg* vízzel (a húgycsőben 39° C., a végbélben 42–43° C. hőfokot alkalmazunk), avagy a vil-lamos prostata-melegítővel. Ezekkel váltakozva prostata-massage és szondázás végzendő. Esetleg fáradozás per rectum.

Az urethritis irritativa egyes eseteiben jelentkező váladék-képződés külön beavatkozást nem igényel. A kiürülő váladék mennyisége különben is rendszerint csekély és alkalmatlanságot nem okoz. Befecskendésekkel nem érünk célt, sőt az ily beavat-kozássra a váladék mennyisége legtöbbször szaporodik.

Egyáltalában nem tanácsos a helyi kezelést a feltétlenül szük-séges kereteken és időhatáron túl kiterjeszteni. Súlyos esetekben úgysem számíthatunk teljes gyógyulásra, viszont a tulhajtott keze-léssel azt érnők el, hogy a beteg neurastheniáját és aggodalmas-ságát fokozzuk.



### 3. Urethritis traumatica.

Ide osztjuk be a húgycsőgyulladás azon alakjait, melyek a nyálkahártyát érő erőművi, vegyi vagy hőbehatás okozta sérülések kapcsán fejlődnek ki.

*Erőművi* okként a legtöbbször sűrűn ismétlődő eszköz-bevezetések szerepelnek olyképp, hogy az eszközök a nyálkahártyát surolják, helyenkint hámjától megfosztják, avagy nagyobb sérülést idéznek elő. A leggyakrabban oly esetekkel állunk szemben, melyekben az urethritis hosszú időn át folytatott rendszeres kathéterezés, avagy permanens kathéter alkalmazása következtében fejlődött ki. Az idült vizeletretentióban szenvedő betegeken észleljük tehát legsűrűbben az ilyfajta urethritist. A kathéternek sokszor éveken át folytatott, sűrű időközökben történő betolása, amelyet gyakran mechanikai akadály meg is nehezít, az epitheliumnak leválására, avagy nagyobb erosiók létrejöttére szokott vezetni. E helyeken a kívülről behatolt vagy a vizelettel odajutott bakteriumok gyuladást idéznek elő. Sőt a normális húgycsőben is tanyázó bakteriumok is, az elszaporodásuknak kedvező ily viszonyok mellett, előidézői lehetnek a szóban lévő urethritisnek.

Mint a traumás urethritist előidéző ritkább okok felemlítendőek a húgycsövet kívülről érő erőművi behatások, húgycső-kő, sokáig fennálló phosphaturia, uraturia vagy oxaluria, továbbá a húgycsőbe ékelt idegen-test.

Az urethritis traumatica nagyobb zavarokat rendszerint nem okoz, de néha a váladékképződés nagyon bőséges és az is megesik, hogy a gyuladás a nyálkahártya jelentékeny dagadásával jár, mely oly fokúvá válhatik, hogy a kathéter bevezetését szerfelett megnehezíti. Minthogy pedig a legtöbbször oly betegek szenvednek az ilyféle húgycsőgyulladásban, kiknél a hólyag insufficientiája, atoniája, vagy paresise következtében a rendszeres kathéterezés életkérdés, a gyuladás csökkentése, illetve a fentemlített jelenség megszüntetése fontos és sürgős feladatként hárul reánk.

A húgycsőgyulladás ezen alakja a húgycsőkankóhoz hasonló kompikációkkal is járhat. Mellékheregyulladás, prostatitis nem tar-



tozik a ritka következmények közé. Két ízben térdizületi gyuladást is észleltem, mint e baj következményét.

A *kémiai* uton keletkezett urethritis traumatica legtöbbször maró szerek befecskendésének a következménye. Többnyire tudákos emberek esnek abba a hibába, hogy nemi érintkezés után, prophylaxis céljából maró hatású desinficiens szert (sublimat-, karbol-, argentum nitricum-, lysoformoldatot stb.) fecskendeznek húgycsőjükbe, amely az oldat koncentrációjának foka szerint kisebb-nagyobb gyuladás létrejöttére vezető roncsolást idéz elő.

Néha tévedésből, illetve valamely maró szernek az előírt oldat helyett való befecskendése is okot ad a szóban lévő gyuladás kifejlődésére. Az ily maró szerek okozta urethritis húgycsőszűkület létrejöttére is vezethet.

Nem ritkán észlelünk kisebbfokú és rövid ideig tartó ily urethritist az orvos által rendelt, de kelletténél nagyobb mennyiségben és hosszabb időn át alkalmazott prophylacticum alkalmazása után is.

*Hőbehatás* okozta urethritis esetei meglehetősen ritkák. A dezinficiálás céljából kifőzött vagy tűz fölé tartott eszköznek kellő lehűtése előtt a húgycsőbe való bevezetése idézhet elő ily urethritist, amely minthogy a beteg ily esetben már a beavatkozás kezdetén energikusan reagálni szokott, rendszerint csak a húgycsőnek a kezdeti részében észlelhető. Galvanokausztikai beavatkozás következményeképp is fejlődhet ki ily, rendszerint csak rövid ideig tartó, traumás urethritis.

Minthogy az *urethritis traumatica*-t különféle és különböző fokú kórokozó ártalmak idézik elő, a gyuladás kiterjedése és foka is eltérő az egyes esetekben. Ennek megfelelőleg az urethroszkopiai vizsgálat is *változatos leletet nyújt*. Néha az egész húgycsőre kiterjedő kisebb-nagyobb elváltozásokat találunk, máskor csak az elülső vagy csak a hátsó húgycsőrészetben, vagy azoknak egy-egy kisebb területén észlelünk kóros helyeket. Megesik, hogy a nyálkahártya desquamatióján és savós beivódásán kívül egyebet nem látunk, más esetekben pedig erosiókat, apró fekélyeket, lágy beszűrődéseket találunk, sőt régi folyamatok eseteiben merev infiltratumok, szűkületet okozó hegek is észlelhetők.

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a kathéterezés okozta urethritis rendszerint az egész húgycsőre terjeszkedik ki és legtöbbször súlyos elváltozásokat nem okoz; a maró szerek befecskendése által keletkező gyuladás helye az esetek többségében az elülső húgycsőrészet, ilyenkor nem ritkán mélybehatoló nagyfokú elváltozásokat találunk; a magas hő behatása következtében szárazozó, aránylag ritkán észlelhető urethritis legtöbbször a pars



anterior kezdeti része; a phosphaturia, uraturia, oxaluria okozta urethritis eseteiben pedig a hólyag ostiuma és a húgycső hátulsó részlete szokott a kóros elváltozások székhelye lenni.

A követendő *gyógyító eljárást* a klinikai jelenségek és az urethroskopiai lelet alapján állapítjuk meg. Könnyű esetekben legtöbbször célt érünk valamely enyhe adstringens alkalmazásával, melyet befecskendés, instillatio vagy öblítés alakjában alkalmazunk. Emellett megfelelő húgydesinficiens (valamely hexametylen-tetramin-készítményt, salolt, arhovint) szedetünk.

Ha súlyosabb sérülés érte a nyálkahártyát, helyi fájdalomcsillapítót (alypin, anaesthesin) alkalmazunk, esetleg kívülről antiphlogisticumot (borogatások stb.). Vérzés esetén tonogent csöppentünk be. A gyulladás csillapultával urethroskopiai vizsgálatot végzünk és a lelet alapján járunk el.

A lágylág infiltratumokat épp úgy kezeljük gyógyszeres és mechanikai beavatkozásokkal, mint a gonorrhoea okozta ily beszűrődéseket. Merev beszűrődések és traumás hegeképződések eseteiben szondázással kell a nagyobbfokú szűkület kifejlődését lehetőleg megakadályoznunk.

Az urethritis traumatica azon eseteiben, melyekben a kórokozó tényezők még tartósan szerepelnek, (phosphaturia, uraturia, oxaluria, állandó kathéter stb.), ezen káros behatások lehető kiküszöbölésére törekszünk.



#### 4. Urethritis papillomatosa.

A húgycsőkankó tárgyalása folyamán említettük, hogy a nyálkahártyának egyes hámját veszítette helyein a szövetek burjánzása következtében granulatiók és papillomák fejlődhetnek.

Ámbár az ily papilloma-képződést legtöbbször a postgonorrhoeás urethritis kórképének a keretében van alkalmunk észlelni, minden szakember találkozott oly esetekkel is, melyekben a növedékek képződését gonorrhoeás baj nem előzte meg. Az urethritis bármely alakjának tartama vagy előzetes lezajlása után észlelhetünk ily kóros képződéseket, sőt látunk oly eseteket is, melyekben minden jel amellett szól, hogy a fennálló urethritis a papillomák következményeképp fejlődött ki.

Az oly húgycsőgyuladást, melynek legpraegnansabb jelensége a húgycsőben található ily szemölcsös képletek, akár kankóra, akár egyéb aetiologiai momentumra vezethető vissza azok keletkezése, urethritis papillomatosa névvel jelöljük.

Az észlelhető tünetek legtöbbször nem nyilvánulnak egyébben, mint kevés váladék képződésében és csekélyebb vizelési zavarokban. Egyes esetekben azonban a vizelési zavarok jelentékenyek, a vizelet nehezen, szakadozottnan, esetleg csak cseppenként ürül ki és a vizelés végén vér is jelentkezik (terminális haematuria). A coitus, avagy magömlés alkalmával kiürülő ejaculatum vérrel kevert lehet (haematospermia spuria). A prostatás húgycsőrészletben, különösen pedig az ondódombon ülő papillomák, sexuális működési zavarokat is szoktak okozni.

A húgycső papillomái alakjuk és szövetbeli szerkezetük szerint két kategóriába osztályozhatók. A csoportosan található, gyakrabban észlelhető papillomák alakjuk és szöveti szerkezetük tekintetében nem különböznek a praeputium belső lemezén és a makkon elég sűrűn található u. n. hegyes szemölcsöktől (condylomata acuminata). Néha egymásmellé sorakozva, legtöbbször azonban sűrű csoportot alkotva lepik el a húgycsőnek kisebb-nagyobb részletét, még pedig jóval gyakrabban a húgycsőnyílást és szomszédságát, mint a húgycsőnek hátulsóbb részletét.



Terjedelmük nagyon különböző. Találunk alacsony széles és hosszukás nyulánk képleteket, de a legtöbbször széles alapból kiindulva gyepszerű, eper- vagy kelvirágalaku fölületet mutatnak. Színük halvány- vagy élénkpiros, de néha a hámnak nagyfoku burjánzása következtében szürkés színt mutatnak. Ezen csoportosan jelentkező papillomák azok, melyek urethritis következményeképp szoktak fejlődni.


A nagyobb terjedelmű papillomákat rendszerint csak egyesével vagy kettesével szoktuk találni, még pedig épp oly gyakran hátul a prostatás húgycsőrészletben és a hólyagnyílás táján, mint a húgycső elülső részletében. Nyelesek vagy szélesen alapon ülők, simák élénkpirosak. Néha karélyosak vagy szétágazók, bolyhosak. Jelentékeny nagyságot érhetnek el. A 8—10 mm hosszúak és 4—5 mm szélesek nem tartoznak a ritkaságok közé. De legtöbbször rizsszem, bors- vagy borsónagyságu képleteket észlelünk. E papillomák urethritis előzetes lezajlása nélkül is fejlődnek és ezek azok a képletek, melyek az irodalomban polypus név alatt szerepelnek. Részletesebben a húgycső daganatainak tárgyalása folyamán emlékszünk meg róluk.

Ami a húgycső-papillomák szöveti szerkezetét illeti, úgy azokra is vonatkozik azon leírás, mellyel *Buday* az epithelioma papillare-t jellemzi: Képződésükben kétféle szövet vesz részt és pedig a hám- és a kötőszövet. A fedőhám felszaporodása alkalmával megmarad a kötőszövettel való eredeti viszonyában, tehát csupán beburkolja összefüggő rétegben az alatta lévő kötőszövetet, annak réseibe nem terjed be korlátlanul. Az egyes szemölcsök kötőszövetes vázból és ezt burkoló hámrétegből állanak. A kötőszövet lehet lazább, máskor tömöttebb, rostos jellegű, néha gazdagon erezett; gyuladás jelei főképen akkor vannak, ha a daganatot külső ártalmak érik. A kötőszöveti szemölcsöket fedő hámréteg lehet keskenyebb, szélesebb s a kiindulási hely hámjának jellegző tulajdonságával bír, így a bőrön és a laphámmal fedett nyálkahártyákon réteges laphám jellegével, gyakran elszarusodik, még a nyálkahártyadaganatok tetején is. Tekintettel arra, hogy a daganat szemölcsökből áll, melyek képzésében a hámnak és kötőszövetnek egyaránt része van, az ily daganatokat fibroepithelioma névvel illetik; kényelmi szempontból gyakran a *papilloma* rövidebb nevet használják. *Fibroma papillare* elnevezés akkor van helyén, ha a szemölcsös daganat túlnyomó részében kötőszövetből áll, aránylag vékony hámborítékkal.

A csoportosan jelentkező szemölcsös daganatok kiderítése nem jár nagy nehézséggel. A külső húgycsőnyílásban vagy ennek szomszédságában ülő ily képletek alig kerülhetik ki figyelmünket.



60. ábra.




Papillomák a húgycsőnyílásban.

Némelykor a húgycsőnyílásból ki-kandikálnak (60. ábra), máskor pedig a húgycsőnyílást szétterpesztik, s ha a két ajkat széttárjuk, azonnal szemünkbe ötlenek.

A mélyebben ülő ily képletek csak az urethroskoppal deríthetők ki. Ha oly nagy számban vannak, hogy a húgycső egy részletét csaknem teljesen kitöltik, akkor csak kisebb kaliberű urethroskoppal hatolhatunk be.

A csoportos szemölcsös képletek, az urethroskopen át, mint sűrűn egymás mellé helyezkedő kisebb-nagyobb gömbölyű, vagy hegyes végű piros kiemelkedések szoktak jelentkezni. Egy-egy csoport eper-, málna- vagy karfiolvirágszerű felületet szokott

61. ábra.



Húgycső-papillomák tükörképei.

Vizsgálat a panelektroskoppal, 27 Charr. számú tubussal. (Kétszeres nagyítás.)

mutatni. (61. ábra, a) Tetejük, az ott különösen vastag hámréteg következtében, sokszor szürke színt mutat. Az ily csoportos képletek szomszédságában néha egyes nagyobb papillomákat is találunk.

Az egyenes, egyszerű speculum alkalmazásakor néha zavarólag hat, hogy a papillomák sérülése következtében már az eszköz bevezetése folyamán vérzés jelentkezik. Ilyenkor tonogénbe mártott tamponnal kell a vérző helyet letörölnünk. Egyes lágy szemölcsök a speculum betolásakor leválhatnak, úgy hogy a megtekintést nemcsak a vérzés, hanem a tubus nyílása elé fekvő levált szövetdarabok is gátolják. Ilyenkor a tubus eltávolítandó és csak a húgycső kifecskendése után vezetendő be újra.

A vizsgálatot rendszerint a tubus lassu és meg-megszakított kihúzása közben végezzük. Néha tisztább képet nyerünk a tubusnak parietális beállítása mellett.



A *hátulsó* húgycsőrészletben ülő papillomáknak az egyenes urethroskoppal való megtekintése jó sok türelmet igényel. A szemölcsös képletek nagyon könnyen kisiklanak a tubusból és a helyzetet megnehezíti az itt némelykor intenzív módon létrejövő vérzés is. Ezért a pars posterior-ban gyanított vagy az egyenes urethroskoppal már megállapított szemölcsös képletek szabatos megtekintésére, tapadási helyük kifürkészésére, szóval a helyzet pontos megítélhetése céljából a Wossidlo H.-féle aëro-urethroskopot vagy a Goldschmidt-féle irrigációs-urethroskopot szoktuk használni, annyiival is inkább, mert így nemcsak a diagnózissal leszünk hamarabb tisztában, hanem mert az irrigációs készülékeken át, a therapiiai beavatkozásokat is egyuttal sikeresen foganatosíthatjuk.

De az *elülső* húgycsőrészletben lévő papillomák terjedelmét és tapadásuk helyét is szabatosabban állapíthatjuk meg, ha az egyenes, egyszerű urethroskopen át végzett vizsgálat után az illető húgycsőrészletet még az Antal-féle aëro-urethroskoppal vagy a Goldschmidt-féle anterior-készülékkel is megtekintjük.

A nyálkahártya az urethritis papillomatosa eseteiben, a kóros képletek helyén merevebbé, szárazabbá válik s a papillomák kiirtása után az urethroskoppal megállapíthatjuk, hogy e helyek a gonorrhoeás merev beszűrődésekhez hasonló átalakulást szenvedtek.

Az egyesével vagy néha többes számban képződő nagyobb és a szóban lévőkötől histologice némiképp eltérő papillomák (fibroma papillare) urethroskopiai kórjelzését a húgycső daganatainak tárgyalása alkalmával ismertetjük.

*Therapia.* Minthogy az esetek tulnyomó többségében a húgycsőgyulladás valamely alakja idézi elő a csoportos papillomák képződését, másrészt pedig a szemölcsös képletek fokozzák a fennálló urethritist, — nyilvánvaló, hogy nemcsak a papillomák kiirtása lehet a célunk, hanem hogy kiujulások megelőzése okából arra is kell törekednünk, hogy a húgycsőgyuladást lehetőleg meggyógyítsuk.

A kisebb terjedelmű csoportos szemölcsök ellenálló képessége rendszerint igen gyenge, olyannyira, hogy sokszor már egy nagyobb kaliberű speculum betolása alkalmával egy részük széjjelzuzódik, avagy egyes darabok róluk leválnak. Nem ritkán tapasztalható, hogy amint az obturatórt a speculumból eltávolítjuk a tubus széle mintegy letarolja az ottani szemölcsöket. A megmaradó csonka részek rendszerint rövidesen elsorvadnak. Más esetekben olyképp érhetjük el könnyűszerivel elpusztításukat, hogy a tamponartóba illesztett gyapot-tamponnal a tubuson át szétmorzsoljuk azokat és közvetlen ezután az illető helyeket 5%-os



argentum nitricum vagy 10%-os jodtinctura-oldattal egy- vagy több ízben megecseteljük.

A csoportos szemölcsös képletek kiirtására *Oberlaender* a következő eljárást ajánlja: Két gyapottal fölszerelt tampontartót egymásután a húgycsőbe tolunk olyképen, hogy a kóros képletek a két tampon közé jussanak. Ekkor a hímvesszőt meghuzzuk és a tamponoknak egymáshoz való súrolásával a közéjük jutott szemölcsöket szétzúzzuk.

Ha a papillomák ily módszerrel történő kiirtása nagyobbfoku vérzéssel járna, akkor a beavatkozás után néhány csepp tonogent csöppentünk be az *Ultzmann*-féle készülékkel. Ha a vérzés csekély, akkor 3%-os argentum nitricum-, vagy 5%-os cuprum aluminatum-oldatot csöppentünk be. A következő napon ecsetelést végzünk jodtinctura 10%-os, vagy argentum nitricum 5%-os oldatával avagy pedig étetést cuprum sulfuricum-pálcikával, melyet az ismertetett *Grünfeld*-féle pálcika-tartóval juttatunk az urethroskopon át a beavatkozás helyére.

A külső húgycsőnyílás táján lévő papillomát legegyszerűbben galvanokausztikai uton távolítjuk el.

A prostatás húgycsőrésztletben vagy a belső húgycsőnyílás táján ülő papillomák a *Wossidlo*-féle operációs urethroskopon át, az ahhoz tartozó segédeszközökkel galvanokausztikai vagy electrolysises módszerrel távolítandók el.

A szemölcsös képletek kiirtása helyén heg marad vissza, ezért szűkület létrejöttének megelőzésére később szondázást végzünk.

A papillomák eltávolítása után a nyálkahártya gyuladásának a kezelésére kell áttérnünk. Az ezirányu eljárás hasonló ahhoz, melyet az idült kankó ellen alkalmazunk. Tehát úgy gyógyszeres mint mechanikai beavatkozásokat foganatosítunk, a beteg maga pedig valamely megfelelő adstringens szerrel befecskendéseket végez.

Ha a papillomák haematuriát okoztak, ez a kiirtásuk után megszűnik. Említettük, hogy a prostatás húgycsőrésztletben ülő papillomák következtében a sexualis sphaerában működési zavarok (a neurasthenia sexualis tünetei) szoktak jelentkezni. Ezek is a kóros képletek kiirtása után rendszerint elmúlnak, vagy legalább is jelentékeny mértékben csökkennek.

Az urethritis papillomatosa egyes eseteiben nagyobbfoku szűkülettel is állunk szemben. Ilyenkor a szemölcsös képletek kiirtása csak a szűkület kitérítése után válik lehetségessé.

Az urethritis nélkül fejlődő és a csoportos papillomáktól alaki és szöveti tekintetben némiképp eltérő nagyobb papillomák (fibroma papillare) ellen követendő gyógyító eljárásról a húgycső daganatainak tárgyalása folyamán emlékszünk meg.



### 3. A húgycső gümős megbetegedése.

Elég gyakori tapasztalat, hogy ha az oly egyének, kik lapangó tuberkulózisban szenvednek, húgycsőkankóban betegszenek meg, ez utóbbi kapcsán a húgy-ivarszervekben tuberkulózis fejlődik ki. A húgycsőnek gümős megbetegedése tehát ily módon is keletkezhetik. Más esetekben a húgyhólyag, a prostata, az ondóhólyagok, a herék vagy a Cowper-mirigyek gümős megbetegedésének áttérjedése útján jó létre a húgycső tuberkulózisa.

Az oly ritka esetekben, melyekben látszólag csak a húgycső a gümős folyamat székhelye, mindig megállapíthattam, hogy előzetesen gonorrhoeás húgycsőgyulladás folyt le és más szerzők is azt vélik, hogy ilyenkor a kankó a gümős folyamat kifejlődésének a hajlamosító oka.

A húgy-ivarszervi rendszer tuberkulózisa eseteiben a húgycső is többnyire részt vesz a folyamatban. *Halle* és *Motz* 72 esete közül 67-ben volt a húgycső is megbetegedve. Legtöbbször a hátsó húgycsőrészlet betegszik meg és azon esetekben is, melyekben az egész húgycső bántalmazottsága állapítható meg, a súlyosabb elváltozásokat a pars posteriorban találjuk.

Eseteimben a legtöbbször a prostata tuberkulózisa mellett észleltem a húgycső hasonló megbetegedését, továbbá — a gyakoriság számaránya szerint való sorrendben — a húgyhólyag, az ondóhólyagok, a herék és a Cowper-mirigyek gümős bántalmazottsága mellett.

A kóros elváltozások hasonlóak azokhoz, minőket más nyálkahártyák tuberkulózisának eseteiben szoktunk találni. Néha az urethroskoppal nem találunk egyebet, mint a nyálkahártya egy részletének élénkebb pirosságát és fellazulását s talán itt-ott apró, halvány kis csomócskákat, úgy hogy a diagnózist csak a tuberkulózisra valló egyéb tünetek és a bakteriologiai lelet, vagy állatoltások alapján állapíthatjuk meg. Leggyakrabban a tractus urogenitalis egyéb szerveinek gümős bántalmazottsága irányítja gyanunkat a húgycsőmegbetegedés hasonló jellegére. Egyes esetekben a gümős elváltozások granulatiók alakjában mutatkoznak,



melyek azonban egymagukban véve szintén nem tekinthetők kórjellegzőknek.

Ha a prostatás húgycsőrészletben csoportosan elhelyeződött, gombostüfejni sárgásszürke *csomócskákat*, vagy sajtos lepedékekkel fődött és piros udvartól környezett kisebb-nagyobb *fekélyeket* találunk, akkor a baj gümős mivoltához nem fér kétség. A bakteriologiai lelet diagnózisunkat föltétlenül meg fogja erősíteni. Fekélyképződés aránylag leggyakrabban az ondódombon, továbbá a fossula prostatica és a belső húgycsőnyílás táján észlelhető — ritkábban a Cowper-mirigyek kivezető csöveinek megfelelő húgycsőrészletben. Egyebütt inkább csak a jelzett csomócskákat szoktuk találni, fellazult nyálkahártyán.

Minthogy a súlyosabb elváltozások — fekélyképződés, mély beszürődések — kevés kivétellel, a prostatás húgycsőrészletben vannak, az azok következményeképp kifejlődő szükületet is rendszerint itt találjuk, — ellentétben a kankós szükülettel, mely csak nagy ritkán észlelhető a pars prostatica-ban. Gümős cowperitis eseteiben e mirigyek táján is fejlődhetik ki szükület.

A speculum bevezetése a súlyosan bántalmazott helyeken, még előzetes helyi érzéstelenítés után is, kissé nehezebben sikerül. A betolás mindig nagy óvatosságot igényel, nehogy vérzést vagy jelentékeny fájdalmakat provokáljunk. Egyébként szabályként kell tekintenünk, hogy *a húgycsőtuberkulózis eseteiben eszközt csak akkor vezessünk be, ha az feltétlenül szükséges.* Diagnosztikai célból csak ritkán vagyunk eszközbevezetésre utalva, mert a baj megállapítása rendszerint e nélkül is sikerül. Szükség esetén az elülső húgycsőrészletet az egyszerű egyenes speculummal, a hátulsót az irrigációs urethroskoppal vizsgáljuk.

*Therapia.* Ha a húgycső tuberkulózisa kankó kapcsán fejlődik ki, akkor a helyi kezelés nem mellőzhető, legalább is addig, amíg a gonorrhoea gyógyítható elváltozásait meg nem szüntettük. De ezen kezelés a lehető legenyhébb legyen, óvakodjunk minden oly beavatkozástól, mely laesiót idézhet elő. Kerülnünk kell a maró szerek alkalmazását és az erélyes mechanikai beavatkozásokat, mert a netán keletkező bármily apró sérülések sem mutatnak hajlamot a gyógyulásra és helyükön szétesés, fekélyképződés következhetik be.

Ha a tuberkulózis a *felső húgyutakból* terjedt le, aminthogy a leggyakrabban ez a sorrend, akkor a helyi beavatkozások csak a netán jelentkező és egyébként nem csillapítható fájdalmak enyhítése, avagy a vérzés elállítása céljából engedhetők meg. Ezenkívül még a szükület kényszeríthet bennünket eszköz bevezetésére, hogy annak kitágítása lehetővé váljék.



A therapiának elsősorban a tuberkulózis ellen használatos gyógyító-eljárásokban és hygiénés intézkedésekben kell állania. Helyileg borogatásokat és csillapító végbélkúpokat rendelünk. Ha a fekélyek igen heves fájalmakat okoznak, akkor az Ultzmann-készülékkel becsöppentéseket végzünk  $2\frac{1}{2}\%$ -os alypin-oldattal. Minthogy rendszerint a hólyag ostiuma és trigonumos részlete is beteg, az oldat egy részét az előzetesen kiürített hólyagba fecskendezzük. Később áttérhetünk jodoform- vagy anaesthesin-emulsióknak a befecskedésére, melyből az Ultzmann-csöppentőre illesztett, a használatosnál valamivel nagyobb fecskendővel kb. 3 gm.-nyi mennyiséget juttatunk az üres hólyagba és a húgycsőbe. (Jodoformii 1.0 Guajacoli 3.0 Olei Sesami 100.0, Anaesthesini 1.0 Olei Sesami 30.0). A jodoform illetőleg a nem oldott anaesthesin lerakódik a nyílt helyekre és csillapító hatást fejt ki, melyhez a sesam-olaj nyugtató hatása is hozzájárul. Az oly esetekben, melyekben kínos vizelési inger gyötri a beteget ajánlatos, hogy a hólyagba  $1\frac{1}{2}\%$ -os antipyrinoldatból 30 gr-ot Nelaton-kathéteren át befecskendezzünk és ezt benthagyjuk. Néha meglepően gyors és eléggé tartós eredményt sikerül ez eljárással elérnünk.

Ha a fekélyesedés következtében jelentékeny vérzés mutatkozik ezt tonogennek vagy alypinum nitricummal kevert argentum nitricum-oldatnak, esetleg  $\frac{1}{4}\%$ -os ferrum sesquichloratum-oldatnak Ultzmann-csöppentővel történő becsöppentésével igyekszünk megszüntetni. Ha ez nem vezet eredményre, akkor a húgycsőnek alypinum hydrochloricum  $2\%$ -os oldatával történő érzéstelenítése után, a vérző helyet az urethroskopon át  $3\%$ -os argentum nitricum-oldattal megecseteljük. (Guyon nagyon ellenezte, hogy a húgycső és hólyag tuberkulózisának eseteiben argentum nitricumot alkalmazunk. Szerinte e szer jelentékeny rosszabbodást szokott okozni. Ezen óvása következtében kísérleteztek azután a szakorvosok a sublimáttal és az acidum lacticummal. Tapasztalataim azt mutatták, hogy az utóbb említett szerek alkalmazása jóval nagyobb reakciót idéz elő, mintha az argentum nitricumot kellő óvatossággal használjuk, továbbá hogy hatásuk eredményessége tekintetében éppenséggel nem versenyezhetnek az argentum nitricummal.)

Egyes szerzők a fekélyes helyeknek galvanokausztikai kezelését ajánlják. De az ily beavatkozás kétes eredménye sehogy sem ér fel az azzal járó nagy kockázattal.

Nem szabad felednünk, hogy súlyos esetekben rendszerint az urogenitális szervek nagy részének a megbetegedésével van dolgunk, s hogy ilykép a therapia szempontjából a húgycső állapota nem lehet irányadó. Ha a hólyagnak és a húgycsőnek tuberkulózisa vesetuberkulózisnak a következménye, akkor figyelmünket



elsősorban e szervnek a bántalmazottságára kell irányítanunk. Ilyenkor ureter-katheterezést végzünk s a két veséből kiürülő vizeletet kémiai, mikroszkopiai és a *Koiányi* által meghonosított kryoskopiai vizsgálatnak vetjük alá. Ha az egyik vese e vizsgálatok alapján épnek bizonyul, akkor a beteg vese eltávolítása után a húgycső helyi kezelése rendszerint kedvező eredménnyel jár. De ha a veseműtét mindkét vese bántalmazottsága miatt nem hajtható végre, vagy ha az a beteg testi leromlása következtében nem javult, akkor a húgycső helyi kezelésének csak kevés fogamatja lesz.

Hasonló a helyzet olyankor, amidőn a húgycső a vele anatómiai összefüggésben lévő szervek valamelyikének a tuberkulózisa kapcsán betegedett meg. Még a legtöbb eredmény várható, ha csak az ondóhólyag, az ondózsínór vagy a Cowper-mirigyek megbetegedésével állunk szemben, amikor ugyanis a megfelelő sebészi beavatkozás után, a húgycső állapotának a javulása is várható.

Enyhe esetekben, óvatos palliatív kezelés és megfelelő gondozás mellett, szép javulást, sőt néha látszólagos gyógyulást is észlelhetünk.



#### 4. A húgycső syphilise.

Syphilis a húgycsőben leginkább az orificiumban és ennek szomszédságában észlelhető, elsődleges sklerosis alakjában. De e betegség egyéb nyilvánulásait is: papulákat, gummákat néha szintén van alkalmunk észlelni.

Az elsődleges *sklerosis* („kemény fekély“) a húgycső egész makki részletét foglalhatja el, de legtöbbször a külső húgycsőnyílás szomszédságában találjuk. A sklerosisnak mélyebb helyen való képződéséhez alkalmat szolgáltathatnak a prophylaktikus becsöp-pentések, ha azok a nyálkahártyát felsebző éles végű készülékkel végeztetnek. A sklerosis megállapítása nehézséggel nem jár. A termelt váladék, a gonorrhoeástól eltérően, nyálkás-genyes véres és gonococcust nem tartalmaz. Kissé komplikáltabb a helyzet megítélése, ha a beteg — mint ez gyakorlatomban többször előfordult — egyidejűleg friss húgycsőgonorrhoeában is szenved. Ilyenkor a beteg húgycsőrészletnek kívülről tapintható beszűrődése, a lágymirigyek dagadtsága, a bakteriologiai és urethro-skopiai lelet fog utbaigazításul szolgálni.

Urethroskopiai vizsgálat csak az oly esetekben ejthető meg melyekben a beteg részlet nem tulságosan dagadt. Ilyenkor rövid (5 cm. hosszú), kis kaliberű speculumot tolunk be, melyen át az élesen határolt sklerosis helye, mint beszűrődött, ráncokat nem vető, könnyen vérző, merev nyálkahártyarészlet jól felismerhető.

A *papulás kiütések* kevés váladékot termelnek, mely postgo-norrhoeás urethritissel való összetévesztésre szolgáltathat okot. De már a váladéknak mikroskopiai vizsgálata és a syphilis egyéb jelenségei rendszerint tisztázzák a helyzetet. Urethroskopiai vizsgálat alkalmával az exanthemák gyűrű- vagy foltalaku piros vagy szürkéssárga lágyszűrődések alakjában mutatkoznak. Ez a lelet csak akkor tekinthető kórjellegzőnek, ha a húgycső egyébként ép, azaz ha gonorrhoeás elváltozásokkal való összetévesztésnek a lehetősége nem forog fenn.

A syphilis harmadik időszakában a húgycsőben *gummák* képződhetnek, melyek jól elhatárolt csomók, széteső daganat vagy



diffuz beszűrődés (Fournier-féle cylindroid húgycső-syphiloma) alakjában jelentkeznek. A kórjelzés, illetve a bajnak egyéb betegségtől (neoplasma, periurethritis) való megkülönböztetése, nehézséget nem okoz. A széteső gumma az urethroskopon át, mint beszűrődött nyálkahártyarészleten élénk táruló fekély mutatkozik. a húgycső tertiaer lueszét *Tanton* statisztikája szerint, egyes esetekben már a betegség kezdetétől számított negyedik hónapban észlelték, máskor pedig az infectiótól számított husz év múlva lehetett azt kimutatni.

A *therapia* mindezen esetekben elsősorban a megfelelő luesellenes eljárásban áll. A húgycső kezdeti részében lévő elsődleges sklerosis ellen szürke hydrargyrum-flastromból készült kis dugót szokás alkalmazni, már az okból is, hogy a húgycsőnyílás bedagadása okozta vizelési nehézségeket megelőzzük. Urethroskopiai beavatkozásra rendszerint semmi szükség. Ugyancsak fölösleges a helyi beavatkozás a lueszes exanthemák ellen. Csak ha a váladék kivételesen nagyobbfokú volna — ami mindig gyanus arra, hogy postgonorrhoeás húgycsőgyuladással is állunk szemben —, avagy, ha vizelés közben érzékenység jelentkezne, akkor valamely hydrargyrumtartalmu adstringenst rendelhetünk befecskendésre. (Mercuroli 0.50 : 200.0, Hydrargyri salicylici 0.10, Natrii bicarb. 0.80 : 200.0, Hydrarg oxycyanati 0.04 : 200.0).

A gumma szétesése okozta fekélyképződés ritka eseteiben, az általános gyógyító eljárás mellett, a kóros helyet az urethroskopon át ecseteljük (jodglycerin, sublimat-, argentum nitricum-oldatokkal), avagy a porszóró-készülékkel jodoformot fuvunk be, hogy fistula képződését lehetőleg megelőzzük.



## 5. Lágy fekély, bőrbajok a húgycsőben.

A húgycső kezdeti, makki részletében, néha *lágy sankert* van alkalmunk észlelni. Ez jóval ritkább jelenség, mint az itt néha található lueszes sklerosis. *Glingar* és *Biach* egy esetet közölnek, melyben az *ulcus molle* a húgycsőnyílástól kezdve 10 cm. távolságnyira terjedt hátra. (Egy alkalommal a *pars cavernosa* közepe táján állapíthattam meg nagyobb terjedelmű lágy sankert. Az illető gonorrhoeában és a *praeputiumon* lévő sankerben szenvedett és nyilván a kankó helyi kezelése folyamán eszközbevezetés útján történt a húgycső sankeres fertőzése.)

A kórjelzés rendszerint nem okoz nehézséget. Kétes esetekben rövid és kisebb kaliberű urethroskoppal végzünk vizsgálatot, amikor is a nyálkahártya kóros helyén élesen elhatárolt, alávájt szélű, lepedékekkel takart fekélyt találunk.

A húgycsőben észlelt *bőrbajok* közül leggyakoribb a *sömör*. A herpes progeneralis tudvalevőleg a sűrűn előforduló betegségek közé tartozik. Ily esetekben egyes hólyagocskák, néha a húgycső makki részletében is keletkeznek és ezek helyén erosiók, sőt apró fekélyek is fejlődhetnek. Ezen elváltozások következtében érzékenység és kevés váladékképződés jelentkezik. Az *urethroskopiai lelet* ilyenkor a következő: A nyálkahártya élénk pirosszinű, többnyire kevés váladékkal fődött, érintésre könnyen vérzik. A nyálkahártya ráncoltsága kissé sekélyebb, a csíkoltsága eltűnt. A centrális rés szabályos, a fényreflex rendetlen.

A *lichen ruber planus* és a *pemphigus* egyes eseteit is észlelték a húgycsőben. Az ily ritka esetek, mint érdekes észleletek szerepelnek az irodalomban. *Wossidlo psoriasis mucosae* név alatt a nyálkahártyának egy érdekes megbetegedését írja le, melynek külső nyilvánulása hasonló a köztakaró psoriasisának képéhez. Az urethroskopiai lelet nyomán készült tükörképet, mint érdekes esetet a IV. színnyomású táblán másolatban közöljük.

**Therapia.** A húgycső *lágy fekélye* ellen *Zeissl* az Unna-felé jodoform-pálcika alkalmazását ajánlja. (Jodoformii 10.0 Gummi arab. 3.0 Gummi tragacanth. Glycerini āā 1.0 Aquae dest. qu. s. u.



fiant bacilli urethral. No. V.) Vazelés után a beteg ily pálcikát a húgycsőbe tol és azt ott néhányszor körülforogtván, ismét eltávolítja. Mélyebben ülő fekély az urethroskopon át kezelendő, még pedig ecseteléssel (Jodoformii Glycerini aa part aequal.), vagy pedig hintőporral, melyet a porfuvó-készülékkel juttatunk oda. (Jodoformii Sacchari albi pulv. aa part aequal.)

A fekély gyógyulása után szondázást végzünk, hogy szükület keletkezését megelőzzük.

A húgycső makki részletében jelentkező *herpes* ellen, ha ezt a nyálkahártya élénkebb gyuladása kíséri, enyhe adstringens szert rendelünk befecskendésre (Liquor. Alsoli 1.5 : 200.0) és néhány nap múlva az urethroskopon át ecsetelést végzünk argent. nitricum 1—2%-os oldatával.



## 6. Húgycsőszűkület, húgycsőfistula.

A húgycsőszűkület az esetek túlnyomó többségében kankó következménye. Az ezirányu tapasztalatokat összefoglaló statisztikai adatok szerint az eseteknek csak mintegy tiz százalékában állapítható meg egyéb aetiologiai momentum.

A *gonorrhoeás húgycsőszűkület* urethroszkopiai kórjelzését és therapiáját az idült kankó tárgyalása folyamán már ismertettük. A *húgycső tuberkulózisa* és a *lágý fekély* kapcsán létrejövő szűkületről ugyancsak megemlékeztünk az illető fejezetekben.

A *traumás szűkület* olykép keletkezik, hogy a húgycsövet kívülről vagy belülről ért sérülés hegeképződéssel gyógyul. A zsugorodó hegészövet mindinkább szűkíti az illető húgycső-részletet.

A húgycső sérülését eszköz eröltetett bevezetése, sebészi beavatkozás, marószér befecskendése, vagy a húgycsövet kívülről ért trauma okozhatja. Mint ritkább előidéző okok megemlítendők: eröltetett coitus közben keletkezett húgycső-ruptura, továbbá a húgycsőbe jutott idegen-test, húgycső-kő, uraturia, phosphaturia, oxaluria.

Meg kell még említenünk, hogy nemcsak a gonorrhoeás húgycsőgyulladás, hanem a *húgycsőgyulladásnak egyéb alakjai* is kivételesen striktura létrejöttére vezethetnek.

A *világrahozott szűkületről* később leszen szó, a húgycső fejlődési rendellenességeinek tárgyalása folyamán.

Az *urethroszkopiai vizsgálatra* közepes kaliberü speculumot használunk és a beállítást változtatjuk, úgy, hogy az majd központi, majd parietális legyen. Az egyenes egyszerű speculummal is szép tükröképet nyerhetünk, de úgy a szabatos kórjelzés, mint a netán szükséges urethroszkopiai beavatkozás céljából ajánlatosabb, hogy a vizsgálatot, valamely aërourethroskoppal vagy, ha az lehetséges, az irrigációs urethroskoppal végezzük.

A legjellemzőbb leletet a heges terület nyújtja. Ez mint fehér vagy sárgásszürke, a nyálkahártya felületéről kissé kiemelkedő merev részlet jelentkezik, mely a szomszédos lágý nyálkahártyát



mintegy magafelé húzza. A hegesedés sokszor ágazatos és az ágazatok halványpiros vagy husszinű, tehát kevésbé elváltozott nyálkahártyarészleteket fognak körül, melyek a merev heges képletek közül kissé kiemelkednek.

A szűkület *bemeneti nyílása* (entrée) többnyire szabálytalan szélű, sötét rés alakjában mutatkozik, amelyből néha nyálkás váladékot látunk kiszivárogni. Gyakran nem sikerül a tubust a bemeneti nyílásig hátratulnunk s így még csekély mértékben sem tudjuk azt széttárni, — ilyenkor csak az előtte fekvő húgycső-részlet szabálytalan behúzódásából lehet a bemeneti nyílás helyét sejtenuünk.

Hátul ülő szűkület eseteiben, a striktura megoldása után végzett vizsgálatkor, a prostatás húgycső-részletben fellazult nyálkahártyát és sokszor sarjadzásokat találunk. A prostata kivezető-csővei rendszerint tátongnak.

A szűkület *therapiájában* az urethroskopiának csak a striktura-képződés kezdeti szakában jut nagyobb szerepkör, még pedig főképen a gonorrhoeás merev infiltratumok kezelése alkalmával. A kérgesedés bekövetkeztekor a gyógyító eljárások mechanikai tágításban vagy a szűkületnek sebészi beavatkozással való megoldásában állanak. Az urethroskopot ilyenkor csak diagnosztikai célból vesszük néha igénybe, — helyi beavatkozás foganatosítására csak nagyon kivételes esetekben. A legnagyobbfoku u. n. impermeabilis szűkület eseteiben ugyanis néha megesik, hogy hosszas fáradozás ellenére a legfinomabb bougieval sem sikerül a szűkület bemeneti nyílásába hatolnunk. Ilyenkor az urethroskopon át kíséreljük meg a bougie betolását. Ha a tubus belső vége a bemeneti nyílás tájáig ér, akkor rendszerint nem nehéz a bougiet, a szemünkkel való ellenőrzés mellett, a nyílásba betolnunk. De nem sikerül ez az oly esetekben, ahol a strikturás húgycső-részlet hátrafelé fokozatosan mind szűkebbé válik. Az ily nagyterjedelmű szűkület eseteiben ugyanis nem tudunk a tubussal az entrée közelébe jutni s így az urethroskop nem nyújthatja a szükséges tájékoztatást.

*Traumás* eredésű finom heges kötegek az urethroskopon át, a Kollmann-féle endoszkopiai késsel, nehézség nélkül átmetszhetők.

Egyes szakemberek a *belső húgycsőmetszést* urethroszkopiai késsel végzik, az operációs urethroskopon át. Közvetlenül a műtét előtt vagy ennek utána nem szabad az aërourethroskoppal vizsgálatot végeznuünk. *Mark* egy esetet közöl, melyben közvetlenül az ily vizsgálat után belső húgycsőmetszést végeztek s ez igen súlyos következménnyel járt. Ugyanis a levegő a szövetekbe hatolva helyi emphysemát idézett elő, sőt a levegőnek a vér-



áramba való jutása következtében cyanosis jött létre, a pulsus kimaradása és az agoniához hasonló állapot következett be, úgy hogy a beteg csak nagy nehezen volt megmenthető. Még egy héten át lehetett a hasfalak kiterjedt emphysemáját megállapítani.

**A húgycsőfistula.** Ha a fistula a húgycső szűkült része mögött van — amint ez az esetek többségében szokott lenni, — akkor annak belső nyílását csak a szűkület megoldása után sikerül az urethroskopon át megtekintenünk. Gennyedző folyamat, fekély vagy sérülés következtében keletkező, továbbá a külső húgycsőmetszés után visszamaradt fistulának a belső nyílását az egyszerű egyenes tubuson át vagy az irrigációs urethroskoppal legtöbbször megleljük, különösen, ha előzetesen sötétszinű, finom gombos bougiet avagy vékony hajlított fémkutatót toltunk a fistula külső nyílásán át a húgycsőbe. (L. IV. szinnyomásu tábla, 7. kép.) Az irrigációs urethroskop alkalmazásakor a vizsgálat folyamán az öblítő oldatból egy kisebb mennyiség a fistulán át kiszivárog avagy teljes áramban kifolyik.

A fistula belső nyílása az urethroskopon át mint szabálytalan alakú behúzódnak mutatkozik, melyet sarjadzó vagy heges szövet környez.

A szóban lévő húgycső-betegség nem nagyon ösztönöz bennünket az urethroskopiai eljárásra. Ugyanis a diagnózis megállapítása céljából nincsen szükségünk az urethroskopra, therapiiai beavatkozás foganatosításakor pedig csak egyes esetekben lehet az némiképp segítségünkre. Az oly esetekben ugyanis, ahol arra számíthatunk, hogy a fistula étetésre meggyógyul, e beavatkozást nemcsak kívülről, hanem a húgycső belsejében is tanácsos foganatosítani. Az étetést szabatosan csak az urethroskopon át végezhetjük és erre a célra argentum nitricumot in substantia, vagy e szernek 10%-os oldatát szoktuk használni.

Régibb esetekben a galvanokausztikai eljárást kísérelhetjük meg, melyet ugyancsak az urethroskopon át alkalmazunk. De legtöbbször kénytelenek vagyunk a fistula széleit sebészi beavatkozással fölfrissíteni és azokat varrattal egyesíteni, avagy plasztikai operációt kell végeznünk.



## 7. A húgycsőnek a prostata egyes megbetegedéseivel Kapcsolatos Kóros elváltozásai.

*Idült prostata-gyulladás. Prostata-túltengés. Prostata-sorvadás.*

**Anatomiai adatok.** A prostata az u. n. hólyagnyakot (orific. urethrae int. és a hólyag trigonumának a két plica ureterica-ig terjedő része) és a húgycsőnek a hólyagból kiinduló proximális részét környezi. A húgycső nem szimmétriásan furja át a mirigyet, úgy hogy mögötte jóval nagyobb része fekszik mint előtte. A húgycső mögötti részen jobb és baloldali karélyt különböztetünk meg; a két karélyt összekötő hátulsó részlet (pars mediana) mint középső karély (lobus medius Henle, lobus pathologicus Welpeau) szerepel a szakirodalomban.

A prostata belső szerkezete a következő: alapvázát tömött kötőszövet és sima izomrostokból álló szövet alkotja. Ebbe vannak beleágyazva a prostata mirigyei (glandulae prostatae), melyeknek kivezető-csővei (ductus prostatici) az ondódomb két oldalán és a colliculus mellett lévő két barázdában nyílnak.

A jelzett részeken kívül még a két ductus ejaculatorius (a herék és az ondóhólyagok egyesült kivezető-csővei) és az utriculus prostaticus (egy az ondódomb elülső lejtőjén nyíló hosszukás tömlőcske) vannak a prostatába beágyazva.

Két bennünket közlelről érdeklő kérdés tekintetében meglehetősen eltérők az egyes szakférfiak idevágó leírásai. Az egyik az u. n. *középső karélyra* vonatkozik.

A régibb szerzőkkel szemben, kik a prostata két karélyát összekötő hátulsó részletet lobus medianus-nak nevezik, az újabb úgy látszik általánosan elfogadott álláspont az, hogy ily karélyról csak pathologiai értelemben lehet szó, vagyis hogy a szóban lévő részlet csak akkor változik át karélylyá, ha ott kóros hyperplasia jó létre.

*Socin* a következőkép jellemzi e részletnek hypertrophiáját: Eme hátulsó pars mediana önálló tumorrá fejlődhetik, amely ha a húgycső felé nő pirámisalakuvá lesz s az illető húgycsőrészlet-



ben valóságos bifurkációt idéz elő, ha pedig inkább a hólyag felé terjeszkedik, akkor nyeles daganat alakját öltheti. *Güterbock* szerint a középső rész túltengése esetében származó karély néha csak mint a pars supramontana elődomborodása, máskor nyelvalaku, a hólyagot billentyű módjára elzáró barrière (valvule prostatique Mercier), avagy polipusszerű tumor alakjában jelentkezik. *Thompson*, *Messer* és *Iversen* statisztikái szerint a prostata-túltengés eseteinek mintegy negyed részében főképpen a középső részlet hypertrophiája található.

A másik bennünket érdeklő kérdés a prostata mirigy-szövetének a szervben való elosztódására vonatkozik. A szerzők egy nagy része szerint ugyanis mirigyszövet csak e szervnek a húgycső mögötti részében található. *Mihalkovics* azt mondja, hogy a mirigyek (glandulae prostatae) a szervnek hátulsó részében vannak csoportosítva, mindegyik oldalon van egy nagyobb és több kisebb. *Jarjavai* és *Thompson* a praeurethrás részt kötőszövetből állónak írják le és szerintük itt mirigyszövet nincsen. *Güterbock* szerint (Die Krankheiten der Harnröhre und der Prostata. Leipzig 1890.) a prostata praeurethrás részében mirigyes szövet legfőbb néhány odatévedt csövecske alakjában látható. *Testut* szerint (Traite d'anatomie humaine 1894.) a húgycső előtt található mirigyek nagyon kicsinyek és sokszor teljesen hiányzanak.

Ezzel szemben *Zuckerkanndl E.* (Handbuch der Urologie) azt mondja: A prostata három metszet-seriesében az elülső prostata-karélykát mindig megtaláltam s nem tartom valószínűtlennek, hogy ez egy típusos vagy legalább is gyakori képződés. *Lenhossék* szerint minthogy a prostata mirigyei a hátulsó húgycsőfalon nyílnak, az elülsők hogy idejuthassanak ivalakban hajolnak hátra. *Aschoff* (Ein Beitrag zur normalen u. pathologischen Anatomie der Schleimhaut der Harnwege. 1894.) valamennyi vizsgált esetében egy „ventrális“, a húgycső előtt fekvő mirigyhalmazt (Drüsenwulst) talált. *Delbet* (Traite d'anatomie humaine. 1901.) külön „lobe anterieure-t“ különböztet meg, amely kevésbé fejlődött.

Az anatómiai munkák nagy részében a praeurethrás prostata-részlet mirigyes szövetéről semmi említés nincsen.

Minthogy urethroszkopiai és kystoszkopiai vizsgálataim alkalmával, a prostata betegségeinek egyes súlyos eseteiben, a prostatás húgycsőrészlet elülső falában illetőleg a hólyagnyakon oly elváltozásokat észleltem, melyek létrejöttét a praeurethrás prostatarészlet intenzív megbetegedésének kellett tulajdonítanom s minthogy az ily esetek rendszerint súlyos lefolyásuk voltak, — nyilván azért, mivel a kóros rész therapiái beavatkozások fogantatására nehezen hozzáférhető—, a vita tárgyául szolgáló anatómiai viszonyok tanulmá-




nyozására határozta el magamat. Törekvésem fogatosíthatását *Lenhossék* Mihály tanár urnak köszönhetem, ki intézetének nagyszámu készítményét ezirányu kutatásaim részére szives volt rendelkezésemre bocsájtani és engem tanácsaival támogatni. E kutatásaim eredményét 1908-ban részletesen ismertettem. (Adatok a prostata anatómiája- és kórtanának ismeretéhez.) A vizsgált nagyszámu haránt- és hosszúsági metszetek már szabad szemmel is, de főképp némi nagyítással nézve, minden kétséget kizáró módon tisztázták a szóban lévő vitás kérdést.

Valamennyi metszeten meg volt állapítható, hogy a *húgycső előtti prostata-részlet* is tartalmaz *mirigyszövetet*, kisebb-nagyobb mennyiségben. Szemben más szerzők azon állításával, hogy a gyermek-

62. ábra.



63. ábra.



Harántmetszet 24 éves egyén prostatájából.

Harántmetszet 19 éves egyén prostatájából.

korban e mirigy kifejlődve nincsen, egy 3 éves gyermek prostatájának metszeteiből meg volt állapítható, hogy e szerv a rendes szöveti képet mutatja, a kornak megfelelő terjedelemben. A *colliculus-mirigy* függetlennek jelentkezett a prostata többi mirigyszövetétől, önálló kivezető-csőve van, mely az ondódomb tetején nyílik.

Néhány ily metszet kissé nagyított képét az alábbi ábrák mutatják. (62. és 63. ábra harántmetszetek, 64. és 65. ábra hossz-metszetek.)


### **Prostatitis chronica.**

Az idült prostatagyulladás a nemi szervek leggyakoribb megbetegedéseinek egyike. Vagy a hevenyész alakból fejlődik, amennyiben ez lassankint átmegy az idősült stádiumba, vagy pedig elejétől fogva mint idült bántalom jelentkezik.



*Aetiologiájában* a húgycsőkankó szerepel mint leggyakoribb előidéző ok, de a húgycsőgyulladás egyéb alakjai is vezethetnek prostatitis létrejöttére. Aránylag gyakran észleljük a cystitist és a húgycsőszűkületet kísérő urethritist mellett. A rendszeres kathéterezés és az állandó kathéter is alkalmat szolgáltat a baktériumoknak a ductus prostatici-be való bevándorlására és így prostatagyulladás létrejöttére. A traumás alkalmi okok közül megemlítendők a szűkület kitágításakor és a lithotripsia alkalmával létrejövő, valamint a húgycsőbe ékelt kő és prostata-kő okozta sérülések. Tulhajtott lovaglás, kerékpározás és egyéb testi megerőltetések is

64. ábra.

Hosszmetszet 39 éves egyén  
prostatájából.

65. ábra

Hosszmetszet 30 éves egyén  
prostatájából.

vezethetnek a prostata idült megbetegedésére, különösen az oly egyéneknél, kiknek húgycsőve nem ép. A vasuti mozdonyvezetőknél nem ritkán észlelhető prostatitis is traumás okra vezethető vissza. Mindezen esetekben a gyulladás a húgycsőben tanyázó baktériumoknak a prostata kivezető-csőibe történő átvándorlása kapcsán fejlődik ki.

Mint ritkább aetiologiai momentumok szerepelnek egyes végbélbajok továbbá bizonyos fertőző betegségek (typhus, influenza, angina, anthrax, pyaemia). Az előbbieket esetekben a baktériumok átvándorlása, az utóbbi esetekben metastasis útján fejlődik ki a prostata gyulladása.

Az idült prostatitis legenyhébb alakja a *kivezető-csőinek a gyulladása*, a mirigyek megbetegedése nélkül. Ilyenkor a szervnek megnagyobbodása a végbélben át történő vizsgálattal nem állapítható meg. A *glandulák alak* már jelentékeny elváltozásokkal jár.



Elsősorban a húgycsőfalhoz közel eső mirigyek betegszenek meg. E megbetegedés nyálkás-genyés váladék termelésével jár. A mirigyek egy része elpusztulhat, sorvadhat, vagy helyükön nyálkás-genyés váladékkal telt üregek esetleg tömlők keletkeznek. A beteg karély megnagyobbodása a végbélen át végzett vizsgálattal rendszerint megállapítható. A megnagyobbodás többnyire egyenletes. A dagadt karély sokszor tészta-tapintatu, máskor tömöttebb, csomós részek váltakoznak lágyakkal. Ha egyes részek kötőszövetileg átalakultak és sorvadtak, az illető helyeken krátterszerű behuzódást találunk. Massage-re kóros váladék ürül ki a húgycsövön át.

Idült esetekben csak kivételesen gennyed el az egész karély, aminő lefolyás a hevenyés esetekben nem nagyon ritkán észlelhető (prostatitis parenchymatosa abscedens). Rendszerint csak akkor következik az be, ha valamely kóros behatás következtében hevesebb gyuladás áll elő.

*Urethroskopiai lelet.* Amig csak a régibb rendszerű urethroskopokkal dolgoztunk, a húgycsőnek prostatitis okozta elváltozásait csak nagy ritkán lehetett megállapítani. A nyert kép alig ütött el a prostatás húgycsőrészlet eseteiben észlelhető tükörlelettől. A kystoskopiai vizsgálatra voltunk utalva, mely természetesen csak a hólyagban észlelhető elváltozásokról nyújtott felvilágosítást. E vizsgálat az eset minémiségéhez képest az ostium és a trigonumos részlet kisebb-nagyobb elváltozásait, a nyálkahártya duzzadását, egyenetlenségét deríti ki és a prostata valamely karélyának jelentékenyebb dagadása esetén, az illető oldalon a hypertrophia eseteiben észlelt képhez hasonló dombalaku beemelkedést észlelünk.

*Burckhardt* régibb urethroskopiai vizsgálatai szerint az idült prostatitis eseteiben a nyálkahártya hurutos elváltozásai észlelhetők, az ondódomb jelentékeny dagadásával. *Frisch* csak annyit jegyez meg, hogy az urethroskoppal ilyenkor az ondódomb és szomszédságának belöveltségét, hyperaemiáját találjuk, a nyálkahártya élénk-piros vagy sötét kékes-piros szokott lenni. Kystoskopiai vizsgálattal azt látjuk, hogy a belső húgycsőnyílás átmeneti redője megvastagodott, rendellenes domborodásokat és behuzódásokat mutat, máskor az ostium környéke V alaku konfigurációt nyert, hasonlót ahhoz, minőt a kezdődő hypertrophia eseteiben szoktunk találni.

A fent idézett dolgozatomban a tükörleletek még a régibb urethroskopokkal és a kystoskoppal nyert vizsgálataim eredményei. Ezeknek ottani leírásából idézem az alábbi sorokat. A gonorrhoeás prostatitis urethroskopiai képe felette hasonlít a kankós pars prostatica tükörképéhez, úgy hogy nem könnyű eldönteni, hogy az észlelt elváltozások közül mik irandók az egyik,



mik a másik rovására. Vizsgálataim ez irányban mégis tanulságos eredményt nyújtottak, melyeket az elkülönítő kórjelzés szempontjából értékesíthetőknek tartok. Mindenekelőtt a következő tapasztalatomat kell megemlítenem: Gonorrhoeás urethritis posterior eseteiben a tükrökép, mely urethroskopiai és kystoskopiai leletek kombinálásából állítható össze, a legtöbbször elüt azoktól a tükröképektől, melyek leírása a szerzők nagyobb részénél olvasható. Az idült gyulladás okozta elváltozások ugyanis rendszerint a hólyag nyálkahártyájának egy részére, még pedig főképp a *trigonum részletre* is kiterjeszkednek. Ezen elváltozások e helyütt a kóros folyamat stádiuma és foka szerint természetesen különbözők lehetnek, de a nyálkahártya, némi fellazulása ellenére is, egyenletesen sima marad s a legszembeszökőbb elváltozás a többnyire szigetszerűen észlelhető hyperaemia, minek következtében a finomabb érhalózat elmosódik. *Prostatitis* eseteiben a nyálkahártya felszine egyenetlen és néha, amint Frisch is említi, az ostium szomszédságában a prostata-hypertrophiahoz hasonló képet kapunk. *Nem gonorrhoeás* prostatitis eseteiben nem észleljük a trigonumnak fentjelzett gyulladásos elváltozásait. De ami figyelmet különösen lekötött az ama tapasztalat, hogy amíg az idült prostata-gyulladás legtöbb esetében az elülső húgycsőfal és a hólyag ostiumának elülső nyálkahártyarészlete jóformán normális képet nyújtott, addig egyes ily esetekben, még pedig a súlyosabbakban, ez utóbb említett helyeken jelentékeny elváltozások: a nyálkahártya egyenetlensége, jelentékeny beszűrődése, nagyobb foku elszinesedése volt megállapítható. Egybevetve ezen endoszkopiai észleleteimet a klinikai jelenségekkel, arra a következtetésre jutottam, hogy az ily esetekben a prostata praeurethrás részeinek a megbetegedését kell feltételeznünk.

Az *irrigációs urethroskopia* útján a prostatitis nyújtotta viszonyok könnyebb és tökéletesebb módon tanulmányozhatók. Az e módszerrel nyert leleteim, valamint egyes szerzőknek ily módon végzett vizsgálati eredményei, amint az alábbiakból kiviláglik, hasonlóak a fent vázoltakhoz. *Goldschmidt* szerint a prostata idült gyulladása eseteiben a nyálkahártya merevebb lesz s így a víz nyomásának kevésbé enged, gyakran sarjadzások vannak rajta, melyek a húgycső ürébe emelkednek. A pars prostatica-ban a húgycső lumene a gyuladt oldalsó falak előredomborodása következtében szűkül. A beteg szerv kivezető-csőveinek nyílásai szabálytalan lyukakat néha diverticulumszerű üregeket alkotnak. Az ondó domb nagyobb, sokszor karélyozott. *Wossidlo E.* a prostatitis eseteiben észlelhető leletet így jellemzi: Az urethroskoppal a pars prostatica-nak oly elváltozásait találjuk, melyek hasonlóak az idült



kankó okozta elváltozásokhoz. De a nyálkahártya sokszor durván ráncolt és a prostata egyes részeinek a húgycső lumenébe való előredomborodását mutatja. Relative gyakran található az ondódombnak egyik vagy másik oldal felé terjedő megnagyobbodása.

Az irrigációs urethroskoppal szerzett tapasztalataim csak kevésbé térnek el régibb vizsgálati eredményeimtől. Azok a sarjadzások, melyek a prostatás húgycsőrészletben a Goldschmidt-féle készülékkel találhatók és néha nagy terjedelmet érnek el, az egyenes tubussal nem voltak kimutathatók, mert épp a szembeszökőkobbek az ondódomb mögött illetőleg hátulsó része táján szoktak lenni, ahol a vizsgálat a régi eszközzel már szabatosan nem hajtható végre, a legkevésbé akkor, ha az ondódomb meg van nagyobbodva.

Ha Goldschmidt a húgycső oldalsó falairól azt írja, hogy azokon a nyálkahártya merevnek mutatkozik, míg Wossidlo szerint a nyálkahártya durván ráncolt, úgy ez akkép magyarázandó, hogy a tükröképek a prostatitis jellege, foka és stádiuma szerint nagyon eltérők egymástól. A jelentékenyen dagadt és kóros váladékkal bőven telt prostata mellett más lesz az urethroskopiai kép, mint az oly esetekben, melyekben a prostata egyes glandulái tönkrementek és egyes részei kötőszöveti elváltozások következtében zsugorodtak, avagy ahol cysták és apró abscessusok a szervben jelentékeny alakbeli eltéréseket idéztek elő. Ezenkívül nem szabad felednünk, hogy a prostata terjedelme egészséges férfiakban is egyénenként nagyon különböző. Végül tekintetbe veendő az is, hogy a húgycső nyálkahártyájának az elváltozásai attól is függenek, hogy a prostatitis minő betegségnek vagy káros behatásnak a következménye. Hogy egyebet ne említsünk, a priori más leletre leszünk elkészülve hosszantartó idült húgycsőkankóhoz csatlakozó prostatitis eseteiben, mint pl. ott, ahol a prostata megbetegedése valamely traumára vezethető vissza.

Még csak azt kell megjegyezmem, hogy az újabb urethroskopokkal nyert tapasztalataim teljesen igazolták régibb vizsgálataim alapján elfoglalt azon álláspontomat, hogy az idült prostatitis és pedig ennek épp legsúlyosabb eseteiben nem ritkán oly tükröképet nyerünk, mely kétségtelenné teszi a prostata praeurethrás részének a megbetegedését. Hogy a húgycső elülső falának az elváltozásait láthassuk a tubust oldalt és orrmányával lefele kell fordítanunk. Az ily esetekben egyébként jó vizsgálatokat tesz a Wossidlo-féle aërourethroskop. E készülék tubusának az orrmányos része lecsavarható, úgy, hogy a húgycső elülső részének a megvizsgálására oly orrmányos részt csavarhatunk fel, mely az eszköznek a megfelelő irányba való beállítását nagyon megkönnyíti.



Az idült prostatitis *therapiájában* az urethroskopiának legfontosabb szerepe a húgycsőben észlelhető kóros elváltozások minémiségének és helyének a kiderítése. De minthogy ezen elváltozások csak úgy szüntethetők meg, ha a beteg szerv is megfelelő kezelésben részesül, az urethroskopiai beavatkozások csak annak kiegészítéseképp és azzal párhuzamosan foganatosítandók. Csak röviden megemlítjük, hogy az alkalmazásban lévő gyógyító eljárások között a leghatásosabb a prostatának massage-a. Ezt rendszerint per rectum végezzük, még pedig mutató-ujjunkkal, melyre gummi-ujjat huzunk. Ha a prostata felső szélét akár a szervnek nagyfoku megnagyobbodása, akár az illető egyén kövérsége következtében el nem érjük, akkor a szóban lévő művelet az e célra szerkesztett massage-készülékemmel végzendő. De az oly esetekben, amikor a szerv jelentékenyen dagadt, a legnagyobb ügyességgel sem lesz módunkban a húgycsőhöz közel eső részekből is a váladékot kisajtolni. Ezért ilyenkor belső massage is végzendő, azaz jó vastag fémszondákat kell bevezetnünk, hogy a váladékot kisajtoljuk. Egyes szakférfiak a bevezetett szonda mentén végeznek per rectum masszálást. Különösen gonorrhoeás prostatitis eseteiben ajánlatos a hólyagot előzetesen desiniciens oldattal megtölteni, melyet a beteg a massage befejeztével kivizel. Ily módon a húgycsőbe jutott bakteriumtartalmu kóros váladék hamarosan eltávolítható. Ha a rectumon át végzett vizsgálat alkalmával azt a benyomást nyerjük, hogy abscedáló mirigyekkel van dolgunk, avagy ha kemény érzékeny csomókat tapintunk, a massage foganatosítása előtt ajánlatos, hogy a kóros szervet melegnek helyi applikálásával kezeljük. Ilyenkor hosszabb rövidebb időn át kálorizálást alkalmazunk a végbélen át. E célra az *Arzberger—Feleky*-féle készüléket használhatjuk, melyen át 42° C. hőmérsékü vizet keringtetünk.

Ha az urethroskopiai vizsgálat azt mutatja, hogy a prostata praeurethrás része beteg, akkor a végbélen át végzett masszálással természetesen célt nem érünk. Ilyenkor a szondázásra helyezendő a főszóly.


Az urethroskopiai beavatkozások hasonlatosak azokhoz, melyeket az idült húgycsőkankó kezelése alkalmával ismertettünk. Az elváltozások minémiségéhez és fokához viszonyított szerekekkel ecseteléseket, instillatiókat és öblítéseket végzünk. A kisebb sarjadásokat étetésekkel távolítjuk el. A szondázás mechanikai uton segíti elő az eredményt. Szemölcs-csoportok vagy nagy papillomák az operációs urethroskopen át elektrolysis-sal vagy galvanokausztikai uton távolíthatók el.



### A prostata hypertrophiája.

Azokkal a szerzőkkel tartunk, kik szemben azon elmélettel, mely szerint a prostata-hypertrophia gyuladásos eredetű betegség, illetőleg mintegy kései alakja a prostatitisnek —, azon az állásponton vannak, hogy a szerv túltengésének a létrejötte többféle aetiologiai tényező együtműködésében keresendő (Guyon, Zuckerkandl, Rovsing, Ráskai). E helyütt főképp azért kell e betegséggel foglalkoznunk, mert a prostata hypertrophiája jelentékenyen

66. ábra.



A két oldalsó prostata-karély nagytoku hypertrophiája, a prostatás húgycsőrészt jelentékeny megnyúlásával és szűkülésével. (*Frisch: Handb. d. Urologie*)

befolyásolja a húgycső lumenét és mert e szerv terjedelmének illetőleg a húgycső és a hólyag felé való terjeszkedésének a megítélhetésére a kystoskopiai lelet mellett az urethroskopiai vizsgálat is becses adatokat nyújt.

**Urethroskopiai lelet.** Az urethroskopiai vizsgálatnak a prostata-túltengés eseteiben legtöbbször csak tudományos értéke van. A lelet rendszerint nagyon érdekes, a látható elváltozások nagyon szembeszökők. Elsősorban feltűnő a húgycső prostatás részletének nagyfoku megnyúlása, azaz hosszúságának jelentékeny növekedése, továbbá szélességének, azaz harántátmérőjének a



csökkenése (66. ábra). A két oldalsó karélynak a húgycső lumenébe való dombalaku beemelkedése okozza a húgycső alaki eltérését. A húgycső két oldalsó fala feszesen vonul végig a két dombon és a beáramló víz hatásának nem enged. Minél jelentékenyebb a két karély hypertrophiája, annál keskenyebbé válik a húgycsőnek közöttük lefutó része. A karélyok közötti rés a prostatás részlet közepe tája szokott a legszűkebb lenni, ettől föl- és lefelé mindinkább bővül. A rés alakja csak akkor szabályos, ha a két karélynak a hypertrophiája egyenlő mértékű. Ha az egyik karély nagyobb mint a másik, vagy ha a hypertrophia a karély alakját megváltoztatja és felületét szabálytalanná teszi, akkor a rés alakja is szabálytalanná válik. Minél szűkebb a két karély közötti rés, annál nagyobb a vizelet kiürítésével szemben fennálló mechanikai akadály.

A megszokott képtől lényegesen eltérő tükörleletet nyerünk, ha hypertrophiás középső karéllyal állunk szemben. A belső húgycsőnyílás elveszíti szabályos alakját, a húgycsőnek a hólyagba való átmenetele helyén normális esetekben észlelhető félholdalaku lágy nyálkahártyarác (átmeneti redő) merev, vastag, szabálytalan alaku elválasztó falat alkot, mely vizeléskor jelentékeny mechanikai akadályt okoz. A vizelet kiürítésének nehézségeit fokozza az is, hogy a középső prostatarészlet hypertrophiája által, a hólyag fundusának amögött fekvő részletében mély öblösödés keletkezik.

A prostata-tultengés eseteiben az onódomb többnyire kisebb a rendesnél, néha atrophias, úgy hogy alig látható. A prostatás részletnek a pars membranacea-ba való átmenete helyén a hypertrophia következtében harántirányu rác szokott képződni (prae-prostatás rác, Goldschmidt).

A praeurethrás prostatarészletnek a hypertrophiáját csak ritkán van alkalmunk észlelni. Megállapítása az urethroskoppal csak úgy sikerül, ha az eszközt oldalt és orrmányával lefele fordítjuk. Az ily esetekben a húgycső elülső falának a merevsége és annak a húgycső lumenébe való beemelkedése ötlük szemünkbe. A felső húgycsőfal, mely rendes viszonyok között ráncokat vet teljesen sima, feszes. Tumorszerű hypertrophiát, minőt *Quain* a praeurethrás prostatarészletben talált (Güterbock, Die Krankheiten der Harnröhre und Prostata. 1890.), nem volt alkalmam észlelni. A praeurethrás prostatarészlet hypertrophiája egymagában vizelési nehézséget csak akkor okozhatna, ha a mirigy nagyobbodása e helyütt nagyfoku, tumorszerű. De ez úgy látszik nagy ritkaság. Viszont fokozhatja a vizelési nehézségeket, melyek a mirigy két oldalsó karélyának avagy hátulsó középső részletének a hypertrophiája hővetkeztében fennállanak.



Minthogy a prostata-hypertrophiája hólyaginsufficiencia és vizeletretentio létrejöttére szokott vezetni, mely előbb-utóbb rendszeres kathéterezést teszen szükségessé, a sok és kisebb-nagyobb akadályokba ütköző eszközbevezetések a pars prostatica-ban előbb-utóbb sérüléseket okoznak, melyek urethritis létrejöttére szolgáltatnak alkalmat. Az esetek nagy részében idő folyamán cystitis is keletkezik. A spontán kiürülő bakteriumtartalmu bomlott vizelet az urethritist fokozza. Ily módon nagyobb-arányu szövetbeli elváltozások fejlődhetnek ki a prostatás húgycső-részlet nyálkahártyájában. A legenyhébb elváltozások a nyálkahártya nagyobbfoku hyperaemiája, erosiók, lágy infiltratumok, kisebb granulatiók. Néha azonban mély infiltratumokat, heges elváltozásokat, nagyobb sarjadzásokat, kisebb-nagyobb szemölcsöket (papillomákat) is találunk. Nagyfoku szűkülést okozó esetekben elég gyakoriak a pars prostatica-nak a membranaceás részlethez közelebb eső helyein található sérülések, kisebb-nagyobb terjedelmű álutak.

*Therapia.* A prostata-hypertrophia urethroszkopiai kezelése szűk határok közé korlátozódik. *Burckhardt* az egyenes urethroskopon át a húgycső ürébe emelkedő hypertrophiás karélyokat galvanokausztikai eljárással próbálta sorvasztani. Ugyancsak az ily endoskopon át alkalmazta *Selhorst* az elektrolysises eljárást. Az irrigációs urethroszkopia meghonosodása alkalmat szolgáltatott az ez irányban való kiterjedt kísérletezésekre. *Goldsmidt* az urethroskopon át foganatosítandó beavatkozásokra többféle segédeszközt szerkesztett, melyekkel a prostatának sorvasztását elektrolysis-sal, ignipuncturával és galvanokausztikai incisió útján kísérte meg. *Schlenzka*, *Goldschmidt* tanítványa ez eljárásokról a következőket mondja: A hypertrophia első stádiumaiban, amikor a prostatektomia még nem javalt, ezen eljárásokkal nagyon szép eredményeket érhetünk el, a beteget megszabadítjuk a gyötrő tünetek egész sorától. De jelentékenyebb foku prostatatultengés eseteiben is nagy haszonnal alkalmazhatjuk ezen eljárásokat. Több esetünk van, melyekben a betegek évek óta fennálló vizeletretentio után, a szóban levő eljárások alkalmazására ismét képesek voltak a vizelet javarészét spontán kiüríteni. Nyilvánvaló, hogy az urethroszkopiai vizsgálattal szabatosan megállapíthatjuk, hogy a vizelet kiürítését mi akadályozza: az oldalsó karélyok valamelyike, avagy a középső karély szolgál-e akadályul. A lelet szerint fogjuk a megfelelő eljárást választani, és a beavatkozást szemünkkel való ellenőrzés mellett hajtjuk végre.

*Goldschmidt* a kezdődő hypertrophia ellen az elektrolysises eljárást alkalmazta. Az elektrolysises tüt a villamos áram negatív



sarkával kötötte össze, míg a pozitív pólussal egybekötött széles nagy elektródot a beteg törzsére helyezte el. Az áram ereje lassankint 5—10 milliampère-ig fokozandó, az ülés tartama 5—10 perc. A beavatkozás nem okoz fájdalmat, sem pedig vérzést. Már *egy* ily beavatkozás után a vizelet könnyebben ürül, a kathéter bevezetése is könnyebben sikerül és a vizeleti inger gyakorisága kevesbedik.

Ezen eljárást a legtöbbször néhány ízben meg kell ismételni. Egy-egy ülés között 8—10 napi időköznek kell eltelnie.

Nagyobbfoku hypertrophia eseteiben a galvanokausztikai incisiót alkalmazták. A prostata-incisorral jó hosszú, de nem mélyre hatoló bemetszések végzendők, hogy így a vizelet kiürülésére alkalmas vályuk keletkezzenek. Ez az eljárás tehát hasonló a *Bottini*-féléhez, s ámbár nagy előnye az utóbbival szemben, hogy a beavatkozást szemünkkel való ellenőrzés mellett hajtjuk végre, a vele járó kockázat nem sokkal kevesebb, mint amennyit a *Bottini* eljárása magában rejt. *Frank E.* súlyos vérzéseket észlelt a *Goldschmidt*-féle prostata-incisorral végzett operációk után.

Kétségtelen, hogy a prostata-hypertrophia könnyebb eseteiben az elektrolysis-szel szép eredményt érhetünk el s hogy egyes szerzők a súlyosabb esetekben a galvanokausztikai incisiótól is jó eredményt láttak, de helyesen jegyzi meg *Wossidlo*, hogy ezen eredmények csak ritkán tartósak és csak kivételesen fogják a prostatektomia későbbi végrehajtását elkerülhetővé tenni. Minthogy pedig ezzel az eshetőséggel számolnunk kell, kár volna a fent vázolt eljárások alkalmazásával oly összenövések létrejöttére okot adni, melyek a prostatektomia végrehajtását jelentékenyen megnehezítik. Ezért nevezett szerző a *Goldschmidt*-féle beavatkozásokat csak az oly esetekre korlátozná, melyekben a beteg leromlott egészségi állapota nagyobb operáció végrehajtását lehetetlenné teszi. Ilyenkor a prostata-incisió ajánlatos; az azzal csinált sekély vályúk a beteg helyzetén mindenesetre javítanak, amennyiben a vizelet kiürítését megkönnyítik és a kathérezés nehézségeit is csökkentik.

A hypertrophiával járó urethritist az ismertetett instillatiókkal és ecsetelésekkel kezeljük. Ezen eljárások hatásosságát nem szabad lekicsinyelnünk. Ily úton ugyan nem hatunk közvetlenül magára a hypertrophiás szervre, de azáltal, hogy a nyálkahártya dagadását csökkentjük és a kóros elváltozásokat megszüntetjük, egyrészt a húgycső lumenének bizonyos foku bővítését érjük el, másrészt lehetőleg elejét vesszük komoly komplikációk (mellékheregyulladás-prostatitis) létrejöttének. A nagyobb sarjadzásokat, kisebb szemöl, csöket urethroszkopiai étetésekkel vagy elektrolysis-szel távolítjuk el. Nagyobb papillomák galvanokausztikai úton irtandók ki.




### A prostata atrophíája.

Amikor itt röviden megemlékezünk a prostata sorvadásáról, nem az a kóros folyamat lebeg szemünk előtt, melyet e szerv gyuladása vált ki, amikor ugyanis egy kisebb-nagyobb részének, esetleg egyik vagy mind a két karélyának elgenyvedése következtében az illető rész kötőszöveti zsugorodása és atrophíája jó létre, hanem a prostatának az öregkorban észlelhető, a physiologiai zsugorodás határait jelentékenyen túllépő, jóformán teljes sorvadás.

Ha nem is találjuk a prostata teljes atrophíáját oly gyakran, mint ahogy azt *Dittel* annak idején az ő vizsgálataira támaszkodva, állította (szerinte a számarány az atrophia és hypertrophia között körülbeli 2 az 1-hez), mégis kétségtelen, hogy az öregkorban a húgykiürítés körül jelentkező zavarok egy része a prostata sorvadására vezethető vissza.

Ugyanis *Frisch* szerint, a prostata mirigyes szövetének sorvadására következtében a belső húgycsőnyílás jellegzetes elváltozásokat szenved. A különben merev gyűrű által alkotott hólyagnyílást most vékony tasakalaku nyálkahártya-ránc zárja el, amely a belső húgycsőnyílás fölé helyezkedik. (67. ábra.) Ezt a ráncot hólyagnyak-billentyű névvel jelzik. E billentyű a vizelet kiürítésével szemben jelenté-

67. ábra.



A prostata atrophíája következtében a belső húgycsőnyílás táján keletkezett billentyű. (*Englisch* szerint.)

keny mechanikai akadályt fejt ki és megmagyarázza azokat a nehézségeket, melyekkel a prostata atrophíájában szenvedő öreg emberek küzködnek.

*Englisch* szerint ezen valvula mucosa alakja teljesen eltér a hypertrophias prostata mellett észlelhető plicae mucosae alakjától. Szabad, többnyire konkáv széle előfelé tekint, hátulsó rögzített széle a húgycsőnyílás terjedelmének felel meg.

Az atrophia a végbélben át végzett vizsgá-



lattal állapítható meg, — a prostatának éppen csak a maradványát tapinthatjuk ki. Urethroskopiai vizsgálatra tehát, a diagnózis okából szükség nincsen. Ha e vizsgálatot egyéb okból ejtjük meg, akkor a normálistól lényegesen eltérő leletet nyerünk. A húgycső prostatás részlete *megrövidült*. A húgycső ezen részletének hátulsó falán merev, csaknem sima nyálkahártyát találunk, az ondódomb helyén sekély ráncocskát látunk. A prostata kivezető csöveinek a nyílásai nem láthatók, a duct. ejaculatorii nyílásainak ugyancsak semmi nyoma. A nyálkahártya színe fakó-sárga. Csak cystitis eseteiben mutat a nyálkahártya valamivel élénkebb színt. A speculumnak a hólyagba való tolásakor semmiféle ellenállással nem találkozunk. A fent említett billentyű u. i. az elülről hátrafelé való behatolásnak nincsen utjában.

Az atrophia önmaga sem urethroskopiai, sem egyéb helyi beavatkozásra nem ad okot. Rendszerint csak az azzal kapcsolatos hólyaginsufficiencia vagy hólyag-atonia igényel helyi kezelést. Mint-hogy ilyenkor az eszközök betolása könnyű szerivel sikerül, a rendszeres kathéterezés sem szokott urethritist okozni, úgy, hogy urethroskopiai beavatkozásra nem kerül a sor.



## 8. Daganatok a húgycsőben.

A húgycsőben található *jóindulatu daganatok* közül, gyakoriságuknál fogva, első helyen említendők a szemölcsös daganatok, papillomák.

Az urethritis papillomatosa tárgyalása folyamán már megemlékeztünk a papillomák egyik válfajáról, azokról a szemölcsökről, melyek főképp urethritis következményeképp fejlődnek, rendszerint csoportosan találhatók és külsejük, valamint szöveti szerkezetük tekintetében megegyeznek a makkon és a praeputiumon elég gyakran található szemölcsös képletekkel az u. n. hegyes condylomákkal.

Ezen szemölcsös növedékek elágazódó szemölcsei tengelyi részükben az irha kötőszöveti papilláiból állanak, melyek gyuladás folytán meghosszabbodtak, lymphocytákkal és plasma-sejtekkel teltek és egyébként is sejtdús sarjadzás képét adják; a szemölcsök vastag hámköpennyel vannak borítva. A hámsejtek összefüggése fellazult, köztük fehér vérsejtek tűnnek fel nagy számmal, melyek az irha vérereiből vándoroltak a hámba. (*Buday*)

Az itt ismertetendő *ép húgycsőben is* fejlődő papillomák jóindulatú daganatok, melyek a csoportos növedékektől alaki és szöveti tekintetben némiképp eltérnek. Egyenként, néha párosával vagy többes számban találhatók és rendszerint nagyobb terjedelműek. Szöveti szerkezetüknél fogva a *fibroma papillare* (*Buday*) névvel illethetők, amennyiben túlnyomó részben kötőszövetből állanak, aránylag vékony hámborítékkal (157. oldal). A szakirodalomban a kevésbé helytálló „polypus“ név alatt is szerepelnek.


Az ezen kategóriába tartozó papillomák, mint nyeles vagy széles alapon ülő, sima vagy karélyos, sokszor ágazatos, bolyhos daganatok jelentkeznek. Legtöbbször a húgycső hátulsó részében találhatók, de közel a külső húgycsőnyíláshoz, valamint a pars cavernosa egyéb helyein is észlelhetők. Néha jelentékeny terjedelmet érnek el. *Grünfeld* egy esetében az ily papilloma hosszúsága 25 mm, szélessége 13 mm volt. *Antal* közölt egy esetet, melyben



a kiirtott papilloma 1 cm hosszú és  $\frac{3}{4}$  cm széles volt. A Régebben publikált és bemutatott eseteim egyikében a kiirtott papillomának a hosszúsága 8 mm, szélessége pedig 5 mm volt. Ezóta számos ennél kisebb és több, ennél jóval nagyobb terjedelmű ily papillomát volt alkalmam észlelni és eltávolítani.

Mig régebben az ily daganatokat mint szerfelett ritkán észlelhető érdekes leleteket ismertették, az urethroszkopiai eljárásnak szélesebb körben való alkalmazása, különösen pedig az urethroszkopiai készülékek tökéletesedése óta az ily leletek már korántsem tartoznak a nagy ritkaságok közé.

68. ábra.



Papilloma a húgycső külső nyílásának szomszédságában.

Egyes ily eseteimnek urethroszkopiai képei a III., IV. és V. színnyomású táblán találhatóak. A 68. és 69. ábrán két oly esetben a képe látható, melyekben egy-egy nagyobb nyeles papilloma a külső húgycsőnyílás közelében ült. A 68. ábrán látható rajz oly egyénre vonatkozik, kinek húgycsőgyulladását soha nem volt. A kiirtásakor 9 mm hosszúnak és 3 mm vastagnak bizonyuló nyeles papillomának tapadási vége oly közel volt az orificiumhoz, hogy elülső vége az ajkak széttárásakor a húgycsőből kikandikált.

A második esetet (69. ábra) a közelmúltban észleltem. Körtörténete elég érdekes. Vizeletelési nehézségek miatt több orvosnál járt. A baj okát a rendellenes húgycsőnyílás szűk voltában keresték és operációt ajánlottak. A húgycsőnyílás sebészi tágítása meg-



történt, de a vizelési nehézségek nem szüntek meg. Néhány héttel ezelőtt osztályomra került, hol megállapítottuk, hogy a rendellenes húgycsőnyílás szomszédságában nagyobb papilloma van. A daganatot galvanokausztikai úton távolítottam el. A kiirtott nyeles daganat 1 cm hosszú és 4 mm vastag volt. A vizelési nehézségek erre jelentékenyen engedtek. De mivel hypospadiasisának megoperálására nem akarja magát elszánni, a külső húgycsőnyílást időnkint tágítjuk.

A papillomák nagyságuk és helyük szerint kisebb-nagyobb szubjektív és objektív tüneteket váltanak ki. Égést, a teltség vagy

69. ábra.



Papilloma hypospadiasisban szenvedő egyén húgycsővében.

a nyomás érzését idézhetik elő. A szükülethez hasonló jelenségeket, nehéz vizelést, haematuriát, gyakori vizelési ingert okozhatnak. A prostatás húgycsőrészletben ülő papillomák sexualis zavarok (spermatorrhoea, magömlések, haemospermia, neurasthenia sexualis) létrejöttére vezethetnek.

Az urethroscopiai kép más, ha az egyszerű, egyenes speculumot használjuk és más ha a vizsgálatot az aërourethroscoppal vagy az irrigációs készülékkel végezzük. Ha az egyszerű egyenes speculumot alkalmazzuk, akkor a tubus kifelé való húzása közben fog a daganat annak hátsó nyílt végében hirtelen megjelenni, ahol az egész látótér vagy annak nagy részét foglalja el. (61. ábra *b*) és *c*). Ha a papilloma nagy terjedelmű, akkor csak egy-egy



részletét látjuk egyszerre — rendszerint piros, fénylő, sima félgömb alakjában. A tubus óvatos előre- és hátrátolásával — mi mellett főképp parietális beállítására törekszünk — módunkban van az egész daganatnak nagyságáról és alakjáról tiszta képet nyernünk. Csak a tapasztalatlan vizsgáló fogja a dagadt nyálkahártyának a tubusba beemelkedő ráncát avagy az ondódombot papillomával összetéveszteni. Ha a tubus külső végét kellőképp süllyesztjük, akkor parietális beállítással jól látjuk a daganat tapadásának helyét és esetleg nyelének a kezdeti részét is és ilyenkor szembeszökővé válik az eltérés mely a papillomának élénk színe s fölületének simasága, és a környező nyálkahártya ráncoltsága és színe között észlelhető. Az oly esetben, midőn nyeles papillomával van dolgunk, a tubuson át vékony bougiet tolhatunk be, melylyel a daganatot szemünk ellenőrzése mellett jobbra-balra tolhatjuk, ami azután a diagnózis tekintetében minden kétséget eloszlathat.

Ha a vizsgálatot az *Antal-* vagy a *Wossidlo-féle aërourethroskoppal* végezzük, avagy ha az *irrigációs* készüléket alkalmazzuk, akkor a daganatot és környezetét egyszerre tekintjük át és a diagnózis első megpillantásra tisztázva van. De viszont — amint azt már több helyütt jeleztük — ilyenkor számolnunk kell azon körülménnyel, hogy a látott terület színe és az egyes részek nagyságának arányai nem felelnek meg a valóságos helyzetnek. A szemlélt rész fakószínűnek, fehéres szürkének mutatkozik és a daganatnak azon része, mely az urethroskop optikai lencsájától távolabb esik, kisebb nagyításban jelentkezik, mint az ahhoz közelebb eső részlete.

Mindenképp helyesen cselekszünk, ha a szabatos kórjelzés okából előbb az egyszerű urethroskopot, majd az utóbb említett készülékek valamelyikét, még pedig lehetőleg a *Goldschmidt-féle irrigációs urethroskopot* használjuk.


*Rosszindulatu daganattal* csak elvétve találkozunk a húgycsőben. Az irodalom fől sorol egyes eseteket, amikor *carcinoma* mint elsődleges neoplasma volt a húgycsőben megállapítható, még pedig legtöbbször húgycsőszűkülésben szenvedő egyéneknél, a stricturát alkotó heges képletek szomszédságában. A közölt esetek legnagyobb részében azonban az észlelt húgycső-carcinoma ily neoplasmának a prostatából a Cowper-mirigyekből, vagy a végbélből való áttérjedése útján fejlődött.

A diagnózis régebben rendszerint csak a sebészi beavatkozás vagy pedig az elhalt egyén boncolása folyamán volt tisztázható. *Oberlaender* volt az első, ki a húgycsőrák egy esetében a diagnózist az urethroskoppal állapította meg. A szóban lévő esetben a car-



cinoma elsődleges volt. A fossa bulbi táján fejlődött, nagyfoku szűkület szomszédságában. A gáton, a kóros hely táján, kemény daganat volt tapintható, melyet callosus képletnek tartott. A szűkület megoldása után jelentkező vérzések az urethroskopiai vizsgálat megejtését tették szükségessé. Ez alkalommal, midőn a tubus hátulsó vége a szűkült húgycsőrészlet mögé ért, a daganat egyszeribe szembeötlővé vált. A rákos képződés élénkpiros, egyenetlen felületű, málnához hasonló tömeg alakjában töltötte ki a tubus hátulsó nyílását. Az urethroskopon át kiirtott részlet szöveti vizsgálata a diagnózist teljesen tisztázta, mire húgycsömetszés

70 ábra.



Grünfeld-féle szorító-kacs.

útján kiirtotta a daganatot. Ez alkalommal megállapíthatta azt is, hogy a húgyivarszervi rendszer egyéb szervei épek. Három éven át a kiujulásnak jele nem mutatkozott, ekkor azonban az operáció helyén újabb gyanus keményedés jelentkezett. *Oberlaender* azt hiszi, hogy a húgycső-rák, — ha idején megállapítjuk — jobb prognózisra jogosít fel bennünket, mint a hímvesszőnek vagy a hólyagnak hasonló megbetegedése.

*Tanton* statisztikát állított össze az irodalomban szereplő elsődleges húgycső-rák eseteiről. 140 esetet sikerült összegyűjtenie, ezek közül 65 férfi-betegre vonatkozik.

Egyes szakférfiak *angiomát* észleltek a húgycsőben. *Taffier* egy betegén, a húgycsőből eredő heves vérzés okaképp urethroskopiai vizsgálat útján *angiomá* állapított meg. Lokális radiumkezeléssel gyógyulást sikerült elérnie.

*Beigel* egy nőbetegén *sarcomát* állapított meg a húgycsőben. Húgycső-*echinococcus* egy esete is szerepel a szakirodalomban; *Péan* egy betege vizelet-retentióban szenvedett, melynek előidézője a húgycsőben lévő *echinococcus-tömlő* volt.

Tudjuk, hogy a húgycső mirigyjeinek kóros elváltozása következtében, helyükön retentiós-cysta fejlődhetik. Az ily tömlőket nem szabad a daganatok közé soroznunk.



**Therapia.** A húgycső daganatai között — ha eltekintünk az urethritis papillomatosa tárgyalása folyamán ismertetett apró csoportos szemölcsöktől — a *fibroma papillare* a leggyakoribb és ez igényli aránylag legsűrűbben az urethroszkopiai sebészi beavatkozást. Nyeles ily papillomák az egyenes egyszerű tubuson át is eltávolíthatók, a Grünfeld-féle szorító-kacsacsál (70. ábra), vagy a Grünfeld-féle endoszkopiai ollóval. A hátulsó húgycsőrészletben ülő papillomák kiirtására a Wossidlo-féle operációs urethroskophoz tartozó eszközöket használjuk. Nyeles papillomák a nyulánkvégű galvanokausztikai égetővel vagy az éles fogóval távolíthatók el, a széles alapon ülő ily daganat kiirtására a laposvégű galvanokausztikai égető szolgál.



## 9. Húgycső-kő. Idegen-test a húgycsőben

A húgycsőben található kő legtöbbször a veséből származik, ritkábban a hólyagból. A veséből kiürülő kövecske, vagy a hólyagkőnek szétzúzása után esetleg ott maradt törmelék a húgycsőbe juthat és ennek valamely szűkebb részlete (*pars membranacea, orificium externum*) vagy szükülete *mögött* beékelődik. *Britnew*-nek tíz év alatt észlelt 17 esete közül csak kettőben képződött a kő a húgycsőben. A többi esetben odajutott kövekkel volt dolga.

Azon ritka esetekben, midőn a kő a húgycsőben képződik, legtöbbször az a fejlődésének módja, hogy valamely idegen test körül avagy fistula ürében besűrűsödött váladék körül a húgyból kicsapódó sók, hosszabb idő folyamán köves réteget alkotnak. *Spittel, Monsarrat, Müller* és *Dreyfuss* nagyobb köveket észleltek a húgycső *scrotalis* táján. *Adrian* az urethroskoppal állapított meg egy nagyobb ily követ és ugyancsak a tubuson át el is távolította azt. A kiöblösödött *pars prostatica*-ban észlelt kövek valamivel sűrűbben szerepelnek az irodalomban. Ilyeneket észleltek *Michel, Du Bois, Spittel, Monsarrat, Müller* és mások.

A prostata bensejében képződő kőnek a húgycső ürébe való jutása a nagy ritkaságok közé tartozik. Egy ily esetemnek kórrajzát alább ismertetem.

A női húgycsőbe kő beékelődni alig szokott. De a húgycsőnek kóros folyamat okozta kiöblösödése (*diverticulum*) avagy előesése (*urethrocele*) eseteiben a kitágult részletben a pangó abnormis összetételű vizeletből sók csapódhatnak ki, melyekből kövecske képződhetik.

A húgycső-kőnek kórjelzésére az urethroszkopiai vizsgálat legtöbbször fölösleges. Felismerése a speculumon át nagyon könnyű. Kétes esetekben a tubuson át finom fémszondát tolunk be és ekkor a kőnek érintése és ovatos mozgatása minden kétséget eloszlat. A speculum betolása ilyenkor nagy ovatossággal történjék, nehogy a kövecskét hátrább toljuk.

A húgycsövön át eltávolított *prostata-kő* egy érdekes és tanulságos esetét demonstráltam 1904-ben a kir. orvosegyesületben.




A 42 éves beteget dr. B. kartárs ur utalta hozzám. Egyedüli panaszja az volt, hogy fél év óta csaknem minden coitus alkalmával az ejaculatum vérrel kevert (haemospermia). Ezt a jelenséget annál inkább figyelhette meg, mert a coitust condommal szokta végezni.

A normális nemi szervekkel bíró betegnek urogenitalis baja azelőtt soha nem volt. Neurastheniája következtében vizelete bőven fosphátos, egyébként rendes összetételű. Vért a vizelet soha nem tartalmazott. A bemutatott friss ejaculatum nagyszámu vérésejten kívül egyéb kóros alkatrészt nem tartalmazott.

Tükörvizsgálattal első alkalommal csak a pars prostatica hyperaemiája volt megállapítható, egyébként a lelet normális. Gyanum oda irányult, hogy a hosszasan folytatott coitus condomatus és a régebben üzött coitus interruptus okozta congestio jelenségeivel állok szemben s így a kezelés is ennek megfelelő volt.

71. ábra.



Collin-féle fogó idegen-test eltávolítására.

Egy alkalommal a tükörvizsgálat a pars prostatica jobb felén gombostüfejnői fekély képét nyújtó elváltozást derített ki. A fekélyt szürke váladék takarta és élénkpiros udvar környezte. Ez a kép néhány ecsetelésre eltűnt és helyén a nyálkahártya, lencsenagyságú területen, kis dombocskát képezett, melynek közepén a ductus prostaticus tátongó nyílásához hasonló sötét behuzódás volt látható. A további kezelés folyamán egy urethroskopiai vizsgálat alkalmával a jelzett nyílásból egy nagyobb gombostüfejnői szürke testet láttam kikandikálni (IV. színnyom. tábla). Ez a lelet gyanumat prostata-kőre irányította, immár ezt kellett a haemospermia okának tekintenem.

A therapia most már csak a prostata energikus massage-ára korlátozódott és rövidesen sikerült egy ily művelet alkalmával a követ a prostatából kisajtolnom. A közvetlenül a massage után kiürített kissé véres vizeletben egy 4 mm. hosszú élekkel bíró, tetraëderalaku kövecskét találtam. A haemospermia megszűnt. A kő vegyi vizsgálatkor szénsavas és phosphorsavas mészből és kevés szerves anyagból állónak bizonyult.

A húgycső elülső részébe jutott kő az e célra szolgáló fogók valamelyikével távolítható el, (71. és 72. ábra). Némelykor a szük




külső húgycsőnyilást előzetesen bemetszéssel tágítanunk kell. Mint-hogy a kő beékelődésének helye kívülről is tapintható, az urethro-skopiai beavatkozás ilyenkor fölösleges.

Ha az illető egyén stricturában szenved és a kő a szűkület mögött van, akkor vagy urethrotomia útján történik a kő eltávolítása, avagy a hólyagba toljuk azt és a szűkület kitágítása után szétzúzzuk.

A *hátulsó* húgycsőrészletben lévő kő eltávolítása per vias naturales alig sikerül. Leghelyesebb, ha a hólyagba toljuk és ott szétzúzzuk.

*Idegen-test*, kevés kivétel leszámításával, kívülről, a külső húgycsőnyíláson át jut a húgycsőbe. A leggyakrabban olyképen, hogy valamely orvosi műszer egy része szerencsétlen véletlenség következtében a húgycsőben reked. Így nem nagyon ritka eset,

72. ábra.



Izületes fogó idegen-test eltávolítására.

hogy a hosszú időn át használatlan állapotban való fekvés következtében törékennyé vált Nelaton-katheter alkalmazásakor, ennek kihúzása közben elszakad és a hátulsó részlete a húgycsőben marad. Az endoszkopiai tampontartóra lazán illesztett gyapotesomó használat közben lecsuszhatik és a húgycsőben maradhat.

Idegen-test bejutásának egy másik módja az, hogy perverz egyének által masturbatio céljából a húgycsőbe tolt tárgyak, az illetők ujjai közül kicsuszva, bennrekednek. Néha gyermekek, genge elméjük és ittas állapotban lévők játékképpen tolnak be kisebb-nagyobb tárgyakat a húgycsőbe, melyek hátracsuszva ott maradnak.


Gyakorlatomban nem ritkán találkoztam az itt vázolt módon a húgycsőbe jutott idegen-test esetével. Beleszakadt kathéterdarab esetei voltak a leggyakoribbak. Egyik közölt esetemben egy 40 éves nős férfi masturbatio céljából különböző tárgyakat tolt urethrájába. Eleinte cukorspárgát, később drót végébe kötött vászondarabot használt e célra. Néhány hónapon át gummi-drain-csővel végezte e műveletet és egy alkalommal, amikor ittas állapotban ily módon masturbált, az ejaculatio után elaludt és a körülbelül 1 m. hosszú cső a húgycsőbe és innen a cső javarésze a



hólyagba csuszott. Így került osztályomra, hol a kystoskopiai vizsgálat megejtése után az idegen testet a Collin-féle fogóval per urethram eltávolítottam.

*Routier* egy betege kórtörténetét közli, kinek húgycsövéből egy dajkatút és három hajtút távolított el, melyeket az 5 évvel előbb odajuttatott. *Evans* egy 15 cm. hosszú üvegcsövet távolított el az urethroskopon át, egy 27 éves férfi húgycsövéből. *Berg* 2 csontgombot, *Waellis* hosszú gipszhengert, *Périer* 6 cm. hosszú fapálcikát távolított el a húgycsőből, melyek masturbatio eszközeiként alkalmaztattak és bennrekedtek. *Graf* egy betege 6 cm. hosszú vastag tút, egy másik betege pedig 0.8 cm. vastag szivarszipkának 4 cm. hosszú részét juttatta a húgycsövébe.

73. ábra.



Urethroskopiai fogó idegen-test eltávolítására.

Talán páratlan a maga nemében egy régebben közölt esetem. Egy 26 éves asztalossegéd egy gombostút, fejével hátrafelé irányítva, tolt a húgycsövébe. Eleinte azt állította, hogy egy a húgycsőnek kezdeti részébe jutott szeméremszőrt akarta a túvel eltávolítani, utólag azonban e mívelet igaz okaképp a következőket mondotta el: Borozgatás közben azt akarta társaival elhitetni, hogy egy gombostút le fog nyelni és azt rövidesen ki fogja vizelni. A mutatvány azonban nem sikerült. Ugyanis a gombostű, melyet előzetesen titokban a húgycsőbe tolt, hátracsuszott és a vizelés alkalmával nem ürült ki. A következő napon az urethroskopon át, közel a bulbushoz találtam a jelzett idegen testet, ahol a hegye a szomszédos nyálkahártyarészletet fölnyársalta. Az eltávolítást a tubuson át az endoskopiai fogóval végeztem.


Az urethroskopiai kórjelzés nem jár nehézséggel, de a vizsgálat nagy óvatosságot igényel. Nagy kaliberű speculumot kell használnunk és a megtekintést az eszköz hátratulása folyamán kell végeznünk olyképp, hogy rövid szakaszok után ismételten megállunk s az obturatórt eltávolítva szemlét tartunk. Ha a speculumot hirtelen hátratuljuk, akkor az idegen testet is hátrább tolnak s az így akarunk ellenére becsuszhatik a hólyagba. A pars cavernosa-ban rekedt gyapottampon kifürkészésekor nem



hibázunk, ha az urethroskopot a bulbusig toljuk, mert a tampon a fossa bulbiban marad és ha a tubust reája szorítjuk, egy része annak hátulsó nyílásába jut. Ilyenkor a tampont, akár a módosított Grünfeld-féle tampontartóval, akár az urethroskopiai fogóval (73. ábra) a tubuson át könnyen eltávolíthatjuk. Ugy a tampontartót, mint a fogót csukott állapotban vezetjük be. Hasonlóképp járunk el egyéb kisebb terjedelmű, szabadon mozgó idegen testek esetében, ha azokat az urethroskopon át akarjuk eltávolítani.

Az oly esetekben, mikor az idegen-test a húgycső szövetébe be van ékelve, néha kénytelenek vagyunk az eltávolítást urethrotomia útján végezni.

A húgycső *hátulsó részletében* lévő idegen-testet sokszor nehéz megfogni, minden egyes kísérletnél hátrább csuszik. Ilyenkor kénytelenek vagyunk azt a hólyagba tolni, ahonnan, ha nem nagy terjedelmű, kystoskopiai fogóval per urethram kihuzható.





## 10. A húgycső egyes fejlődési rendellenességei.

A fejlődési rendellenességek közül ehelyütt főképpen a *húgycső-diverticulum* és a *congenitalis billentyűk* érdekelnek bennünket. Mind a két anomalia a ritka észleletek közé tartozik, de adott alkalommal felismerésük nagyon fontos.

A *világrahozott szükület* név alatt leírt fejlődési anomália a nagy ritkaságok közé tartozik, noha az irodalomban elég nagy-számu ilyennek diagnosztizált eset szerepel. (Englisch, Chadzynski, Lederer, Minet, Legueu, Frank, Bazy, Fronstein, Loumeau stb. észleletei). *Bazy*, ki sok ily stricturát vélt észlelhetni, a luest emeli ki, mint fontos aetiologiai momentumot.

Ha a közölt eseteket szigorubban vizsgálgatjuk, azok legnagyobb részében nem találjuk a diagnózis kifogástalan beigazolását. Kiderül, hogy az esetek egy részében az észlelt vizelési akadályt nem szükület, hanem egyéb fejlődési anomalia, billentyűszerű ráncok okozták. Továbbá úgy látszik, hogy a szerzők nagy része figyelmen kívül hagyta azon fontos tapasztalatot, melyre már régebben utaltam (Adatok a húgycsőszükület aetiológiájához 1895), hogy nem ritkán állunk szemben oly szükülettel, mely kétségkívül gyermekkori húgycsőkankó következménye, mely betegségről azonban az illetőknek tudomásuk nincsen.

A világrahozott *billentyűk* a húgycső egyes ráncainak abnormis terjedelművé való fejlődése által keletkeznek és helyzetük iránya szerint vagy a kívülről behatoló eszköznek vagy a hólyagból kiáramló vizeletnek állhatnak útjában. A leggyakrabban észlelhető — és gyakoriságánál fogva anomaliának alig tekinthető — ilyen ránc, a *fossa navicularis* hátulsó szélén, a húgycsőnyilástól 12—15 mm-nyire található Guérin-féle billentyű (*valvula fossae navicularis*). Ez vizelési akadályt vagy egyéb működési zavart soha nem okoz, viszont az oly esetekben, amikor nagy terjedelmű és alapja zsákszerűen öblös, eszköz bevezetésekor akadályt képezhet, mely azonban könnyű szerivel kikerülhető.

Az *ondódomb előtt és mögött talált nagyobb billentyűk*, észlelőik szerint konkávitásukkal *hátrafelé* tekintettek, s így súlyos vizelési



akadályt okoztak. A közölt esetek részben halva született *magzatokra*, részben *néhány napos korukban* elhalt csecsemőkre vonatkoznak.

A *felnőtt egyénben* észlelt nagyobb billentyűk esetei mint raritások szerepelnek. Az esetek túlnyomó számában oly billentyűről van szó, mely konkávitásával *előfelé* tekint s így vizeelési akadályt nem okoz, — felismerésükre rendszerint az szolgáltatott alkalmat, hogy eszköz bevezetésekor annak útját állották.

Az ily billentyű az urethroskoppal könnyen felismerhető, különösen akkor, ha a vizsgálatához elég vastag tubust használunk. A billentyű a tubus hátulsó nyílása elé fekszik és annak nagy részét kifeszített hártya alakjában eltakarja. A nagyobb Guérin-féle billentyű az urethroskopen át nézve kicsinyített félholdalaku hymen képét nyújtja.

Ha a szükség megkívánná az ily billentyűt az urethroskopen át az endoszkopiai késsel könnyű szerivel felhasíthatjuk.

Mint ritka észleletek szerepelnek az irodalomban (Lederer, Wilkens stb.) az oly esetek, ahol nagyobb gyermek congenitális billentyű okozta vizeelési zavarokban szenvedett. Ilyenkor tehát a billentyű konkávitásukkal ugyan hátrafelé tekintettek, de a vizeelési akadály nem volt oly nagyfokú, hogy a vizeletnek kiürülését teljesen meggátolta volna. *Wilkens* esete 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> éves gyermekre vonatkozik, akin a szóbanlévő anomalia csak a boncolás alkalmával állapított meg. *Lederer* betege, egy 11 éves gyermek, uraemiában halt meg. Az obductio alkalmával a prostatás húgycső-részletben nagy hártyás billentyűt találtak.

Billentyűszerű nyálkahártyaráncot találunk rendszerint az alább ismertetendő húgycső-diverticulumok körül is.

A *húgycső-diverticulum* kétféle alakját különböztetjük meg. 1. A *kis terjedelmű*, nyilván a Morgagni-féle gödröknek és azok szomszédságának a rendellenes fejlődéséből származó kb. babnyi diverticulumok. Ezek nem tartoznak a nagy ritkaságok közé. A gyakorlatomban észlelt ily esetek egyikét, mint érdekesebb leletet, régebben le is irtam. (A húgycső egyes ritkább bántalmainak és rendellenességeinek néhány esete. 1887.) Ez esetekben a fejlődési rendellenesség abban nyilvánul, hogy a Morgagni-gödröske nagyobb öblösödéssé, az azt körülvevő nyálkahártya pedig billentyűszerű ráncá válik. A diverticulum ezen alakját a *pars cavernosa* hátulsó harmadában szoktuk találni.

Az urethroszkopiai vizsgálat alkalmával elsősorban a húgycső alsó falának billentyűszerű kiemelkedése ötlük szemünkbe, mely mögé hatolva az öblösödésnek megfelelő területen sötét helyet észlelünk. Ha a diverticulum nyílásába, a tubuson át, vékony



fémkutatót vezetünk be, úgy azzal körüljárhatjuk a ránctól fedett öblösödést. Idült húgycsőkankóban szenvedő egy betegem vizsgálatkor az öblösödésből kiürülő bőséges váladék hívta fel figyelmemet az ottani diverticulumra.

2. A szorosabb értelemben vett *nagy terjedelmű diverticulum*, mely a húgycső egy nagy részletének jelentékeny fokú kiöblösödésében nyilvánul. Vizezés közben a diverticulum megtelik vizelettel és ilyenkor a hímvessző alsó részén galamb-ludtojasnyi vagy ennél is nagyobb daganatszerű, de a bőr rendes színét mutató domboru kiemelkedést találunk. Üres állapotban a domborulat sekély és ilyenkor a diverticulumnak megfelelő helyen a bőr ráncos zacskót alkot. A diverticulum rendszerint a fossa navicularis és a herezacskó tája között terül el. Az ily esetek csak gyér számban szerepelnek az irodalomban.

A régebben közölt ily esetek közül *Hendriksz*, *Hüter* és *Bókay* János eseteiben a diverticulum előtt nagyobb terjedelmű billentyű volt. A *Rufanoff* által észlelt esetben a diverticulumban, a műtét alkalmával, két követ találtak. Ugyancsak köveket tartalmazó diverticulum eseteit közlik *Monsarrat*, *Cocco* és *Gerassimoff*. A *Bogolyuboff* észlelte két eset közül az egyik diverticulum a húgycső nagyobb részére terjeszkedett ki, míg a másikban kisebb diverticulum volt, mely nyilván egy világrahozott paraurethrális menet kitágulása által keletkezett. *Finály* két gyermeknél észlelt diverticulumot; az egyik esetben a scrotumhoz közeleső húgycsőrészlet diónyi kiöblösödést mutatott. *Haberern* diónyi diverticulum operáció útján gyógyult esetét közli. *Denk* ugyancsak operált esetének közlése kapcsán, az ismertetett diverticulumok leírásából arra a következtetésre jut, hogy e fejlődési anomalia a legtöbbször a pars cavernosa elülső részében található. Keletkezését annak tulajdonítja, hogy a penis- és makki húgycsőrészlet között a közlekedés későn jött létre, úgy hogy a vizelet a húgycsőben pangott és azt kitágította.

*Grünfeld* volt az első, ki az ily diverticulum *urethroszkopiai leletét* is közli. Egy betegén a pars cavernosa hátulsó részletében, a húgycső alsó falán, teljesen ép nyálkahártyával bélelt kiöblösödést talált. A szomszédos nyálkahártya ugyancsak normálisnak bizonyult.

1896-ban a magyar dermatologusok és urulogusok egyesületében egy 25-éves férfit mutattam be a pars cavernosa egy nagy részére kiterjedő húgycsődiverticulummal. A külsőleg látható tömlőszerű kiöblösödésnek megfelelőleg az urethroskoppal nagy üreg volt észlelhető, mely a normálishoz hasonló, de a rendes ráncoltságot nem mutató nyálkahártyával volt kibélelve. Az üregbe



vezetett bougieval meg lehetett állapítani, hogy a diverticulum a makk mögötti részletében volt a legsekélyebb, míg hátrafelé mindinkább mélyebbé vált. Billentyűszerű ráncot a diverticulum táján nem találtam.

Esetemben épp úgy, mint a többi közölt esetben a legjellegzetesebb tünet az volt, hogy vizelés alkalmával mindenekelőtt a diverticulum telődött meg vizelettel és csak azután indult meg a vizeletnek kifelé való áramlása. A vizelési aktus után a diverticulumban még gyüszünyi-kanálnyi vizelet maradt vissza. Ha a beteg e maradékot kezével ki nem nyomta, akkor az leüléskor a húgycsőből kicsurgott. Talán fölösleges is külön kiemelni, hogy a nagyobb szűkületben szenvedő egyének retrostricturás húgycsőrészletében kifejlődő kiöblösödések, melyek ugyancsak vizelet felgyülemlésére szolgálnak alkalmat, egészen más kategóriába tartoznak, mint az itt ismertetett világrahozott diverticulumok. Amazok akkép keletkeznek, hogy a kiáramló vizelet egy része a szűkült helyen visszaszorítottatik, miáltal a striktura mögötti húgycsőrészlet fokozatosan kiöblösödik. A pangó vizeletben felszaporodó baktériumok hurut kifejlődésére vezetnek. Ezért az ily módon keletkező diverticulum nyálkahártyája, a congenitális diverticulumétól eltérően, sohasem normális, hanem fellazult, hyperaemiás, helyenkint granulatiók és erosiók láthatók rajta.

A sebészi beavatkozást igénylő fejlődési rendellenességek therapiájában az urethroskopnak alig jut szerep. Csak a bekövetkezett gyógyulás után, a helyzet megítélhetése céljából, ajánlatos urethroskopiai vizsgálatot végezni.

*Kisebb diverticulumok* beavatkozásra csak akkor szolgálnak okot, ha a húgycső gyuladással folyamata azokra is kiterjed. Ilyenkor a Kollmann-féle kanült toljuk az urethroskopon át a diverticulumba és a kanülhez tartozó fecskendővel megfelelő gyógyszeres oldatot juttatunk oda.

*Billentyűszerű ránc* az operációs urethroskopon át a Kollmann-féle késsel hasítandó fel, de csak az esetben, ha az vizelési zavart okoz, avagy ha az a húgycső valamely megbetegedése esetén a helyi kezelést hátráltatja.

Érdekes fejlődési anomália a kettős húgycső (Dollinger, Marchal, Pousson stb. esetei). Beavatkozásra csak a húgycső, valamely megbetegedése szolgáltathat okot.



## II. A húgycső kóros elváltozásai, a nemi szervek egyes működési zavarai eseteiben.

A nemi szervek állandó működési zavarainak helyi okai lehetnek: fejlődési hibák, a himvesszőnek gyuladás vagy neoplasma okozta deformálódása a húgycsőnek és a vele összefüggő ivarszerveknek gyuladás vagy műtéti beavatkozások következtében létrejött kóros elváltozásai.

Az ivarszervek senilis elváltozásai eleinte kisebb és időleges zavarokat okoznak, majd a sexuális funkciók fokozatos megszűntére vezetnek.

Időleges zavarokat okozhatnak az idegrendszer működését befolyásoló lelki behatások és általános akut betegségek.

Súlyos és néha maradandó zavarok fejlődnek ki egyes idősült betegségek kapcsán, minők a diabetes, nephritis továbbá az idősült alkohommérgezés, nikotin-, arsen-, ólom- és ópiummérgezés.

Az agynak és a gerincvelőnek betegségei a nemi funkciók legsúlyosabb zavarait válthatják ki.

A leggyakrabban azon működési zavarokkal állunk szemben, melyek a *sexualis neurasthenia* gyűjtőnév alá foglalt betegség tünetcsoportjaképp jelentkeznek. A sexuális neurasthenia vagy helyi megbetegedésnek lehet a következménye, avagy részjelensége a különböző okokból kifejlődött és különösen gyakran terhelt egyéneken észlelt általános neurastheniának.

E helyütt csak az ivar-húgyszervek megbetegedéseivel járó működési zavarokkal foglalkozhatunk.

A helyi megbetegedések egyes okait az *urethritis irritativa* fejezetében ismertettük. De a húgycsőnek és a vele kapcsolatos szervek egyéb megbetegedései is idézhetnek elő oly szubjektív jelenségeket és oly működési zavarokat, melyek a sexuális neurasthenia keretébe illeszthetők. Így akárhányszor látjuk az ily zavarok létrejöttét az idült kankó és ennek komplikációi, különösen idült prostatitis mellett. Hasonló okkép szerepel gyakran a prostata atóniája. (Porosz). A húgycső prostatás részletében, különösen pedig az ondódombon ülő papillomák ugyancsak előidézhethetnek



ily működési zavarokat. Nagyfoku varikokele szintén okozhat különböző működési zavarokat, kóros magömléseket, spermatorrhoeát, prostatorrhoeát stb.

A leggyakoribb és legpraegnansabb működési zavarok a gyakori *magömlések*, melyek különösen akkor kórjellegzők, ha álm kísérete nélkül, avagy ha nappal jelentkeznek (*pollutiones diurnae*), továbbá a *magfolyás* székletétel vagy vizelés közben (*spermatorrhoea defaecationis*, *sp. mictionis*), a *korai ondókilövelődés* (*ejaculatio praecox*) és a *potentia coeundi* kisebb-nagyobbfoku *csökkenése*, esetleg teljes megszűnte.

Az ily betegeken az urethroszkopiai vizsgálat rendszerint a *pars prostatica*, különösen pedig az ondódomb bántalmazottságát deríti ki. De az a tapasztalat, hogy az észlelhető elváltozások foka nem mindig arányos a fennálló zavarok mértékével, — akárhányszor ott, ahol jelentékeny elváltozásokat tételezünk fel, a lelet alig tér el a normálistól, viszont máskor aránylag enyhe jelenségek mellett jelentékeny kóros elváltozásokat találunk.

Az erre vonatkozó észleleteimet az e tárgyra vonatkozó dolgozatom (Az ondókiürülések kóros nyilvánulásairól stb. 1900) nyomán a következőkben foglalhatom össze:

Ha oly egyéneket vizsgálunk, kik hosszabb idő óta szenvednek *sexualis abusus* következtében létrejött kóros magömlésekben, azt találjuk, hogy már a speculumnak a *pars prostatica*-ba való bevezetése rendszerint fájdalmat vált ki. A nyálkahártya e helyen élénken belövelt, érintésre könnyen vérzik, az ondódomb sötétpiros, dagadt.

Ettől teljesen eltérő tükörképet látunk azon esetekben, midőn a kóros ondókiürülések a zsenge gyermekkorban megkezdett *masturbatio* avagy később, éveket át féktelenül üzött *excessusok*-nak a következménye, továbbá az oly esetekben, midőn a *sexualis zavarok* az agy, a gerincvelő vagy egyéb az egész szervezetre kiható idült betegségeknek a következménye.

Ilyenkor a prostatás húgycsőrészlet a rendesnél haloványabb, az ondódomb sárgás-rózsaszínű, lelapított, kissé ráncos, a *ductus ejaculatorii* nyílásai egyes esetekben könnyen láthatók.

A fentebb vázolt leletet a rövidség okából *hyperaemiás colliculusnak*, az utóbb ismertetett képet pedig *anaemiás colliculusnak* neveztem.

Az *anaemiás colliculus* mindig kedvezőtlen, míg a *hyperaemiás* alak aránylag kedvező prognózisra jogosít, — akár *sexualis abusus*, akár kankós gyulladás, vagy valamely egyéb betegség volt az elváltozások előidézője. De nem szabad felednünk, hogy a tükörkép nem igazi kriteriuma a fennálló kóros elváltozásnak



mert a hyperaemiás colliculus nem jelenti azt, hogy ott csak bővérőség van, hanem az régi gyulladásnak (catarrhus colliculi Grünfeld, urethritis irritativa Oberlaender) avagy tultengésnek lehet az egyik jelensége, viszont ott, hol anaemiás colliculust találunk, az régi urethritis végső szakának (Oberlaender-féle merev beszűrődés) avagy táplálkozási zavar okozta atrophianak lehet a látható megnyilatkozása. Az atrophias ondódomb tipikus alakját észlelhetjük egy vagy mindkét herének a kiirtása után.

**Therapia.** Ha az éjjeli *magömlések* gyakoriság tekintetében a normális határt ugyan túllépik, de álom kíséretében jelentkeznek és az ondókilövelődés a himvessző merevedése mellett történik, akkor rendszerint csak helyi congestióval és az idegvégződés irritációjával állunk szemben. Legtöbbször a már ivarérett korban folytatott masturbatio, erotikus olvasmányok kapcsán űzött szellemi kéjelgés, vagy egyéb nemi izgalmak és excessusok, továbbá coitus interruptus szokott mint előidéző ok szerepelni. Ezen ártalmak elhárítása után, megfelelő hygiénés intézkedésekre a magömlések rendszerint elmaradnak. Ha szükségesnek mutatkozik, enyhe vizkurát alkalmaztatunk és belsőleg az általam e célra ajánlt hydrastist vagy stypticint adjuk. A netán jelentkező tartós nemi vágy ellen végbélsuppositoriumot rendelünk (Morphii muriatici 0.04, Hamamelini 1.0, Butyri Cacao qu. s. u. fiant suppositoria No. VI. S. Este 1 kupot).

Oly esetekben, hol phimosis, balanoposthitis, varicokele, bőrbaj, végbélbántalom, oxyuris a magömlések előidézői, a therapiának az alapbaj ellen kell irányulnia.

A nemi abusus okozta jelentékenyebb működési zavarok eseteiben szintén elsősorban az alap-ok lehető megszüntetését kell céloznunk. Leggyakrabban két tényezővel kell számolnunk: az egyik a helyi elváltozások, a másik az idegrendszer, főképp pedig a merevedés és az ejaculatio centrumának a bántalmazottsága.

Ha az urethroskoppal a pars prostatica hyperaemiáját, duzzadását, az ondódomb dagadását, rectalis vizsgálattal pedig a prostata congestióját, atoniáját találjuk, akkor az urethritis irritativa tárgyalása alkalmával már vázolt helyi kezelést alkalmazzuk. Belsőleg bromot, arsenit adunk, megfelelő hydrotherapiai kurát, rendelünk Co<sub>2</sub>-fürdőkkel és megtesszük a beteg életmódjára, különösen pedig nemi életének szabályozására vonatkozó intézkedéseket.

A régi, súlyos esetekben a helyi kezelés legtöbbször ugyanaz, melyet az urethritis irritativa súlyos alakja ellen alkalmazunk (l. amott). Az eredmény azonban nemcsak gyógyító eljárásunktól függ, hanem attól a körülménytől is, vajjon az alap-ok ellen tudunk-e sikeresen megküzdeni. Szép sikert várhatunk azon



esetekben, hol a működési zavarok idült kankó vagy ennek komplikációi nyomán fejlődtek ki. Ott, ahol gyógyíthatatlan betegség, avagy senilis elváltozások a functióbéli zavarok előidézői, nem fogjuk a helyzetet céltalan beavatkozásokkal rontani. A súlyos neurasthenia okozta esetekben is csak javulásra nem pedig gyógyulásra lehet számítanunk, még akkor is, ha a helyi elváltozások nem nyújtanak kedvezőtlen prognózist.

A legszebb eredményt azokban az aránylag ritkább esetekben érjük el, ahol a pars prostatica-ban lévő granulatiók vagy papillomák okozzák a működési zavarokat. A granulatiókat és apró papillomákat fémrudaeskára forrasztott argentum nitricummal, a nagyobb papillomát galvanokausztikai uton pusztítjuk el, mire a működési zavarok rendszerint megszűnnek.

Nem lehet eléggé hangsúlyoztatnunk azt a szem előtt tartandó szabályt, hogy minden oly esetben, ahol az alapbántalom súlyosságainál fogva sok eredményt amúgy se várhatunk, a helyi kezelés a legszükségesebbre korlátozandó. Szigoruan követendő ezen elv a neurasthénias egyénekkel szemben, kik rendszerint hivei az ily beavatkozásoknak, és kiknél a sikertelenséggel járó kiábrándulás a kétségbeesést és lelki leromlást jelentékenyen fokozza. A fősúlyt az alapbántalom észszerű kezelésére kell helyezni. Ott ahol a cohabitatio még valahogy sikerül, a nemi élet szabályozása sokszor jobb hatású, bármely gyógyító eljárásnál. Ugyancsak nagy fontosságu a beteg lelki állapotának észszerű befolyásolása, önbizalmának bátorító szavakkal való fölébresztése.

Viszont legyünk ez irányban körültekintők és óvatosak, ha házasságkötésről van szó. Igaz ugyan, hogy egyes komoly zavarok eseteiben is, a házasi élet néha szerencsés megoldásra vezet, de csak olyankor, ha az alapbántalom nem súlyos természetű. Semmikép sem szabad a nősülést mint esetleg gyógyító hatású kísérletet ajánlnunk. Sőt iparkodnunk kell az oly optimistákat, kik a kórosan fokozott nemi vágy alapján azt remélik, hogy majd akkor megjön a szükséges képesség is, a kockázatos lépéstől visszattartani. Nem egy fiatal házasi félnek suicidiuma közvetlenül nősülése után, az ilyfajta könnyelmű lépésnek a következménye.




## VIII. AZ URETHROSKOPIAI FOTOGRAFÁLÁS.

Az urethroszkopiai képnek fotografiai uton való tartós rögzítése már *Nitze* ötlete volt, de ennek sikeres megvalósítása csak az urethroszkopiai készülékek tökéletesítésével vált lehetségessé.

Az első értékesíthető fotogramokat *Kollmann* készítette az e célra szerkesztett fotografáló urethroskopjával. Ezen készülék, amint azt a 74. ábra mutatja, egy az *Oberlaender*-féle eszköz tipusa

74. ábra.



A *Kollmann*-féle fotografáló urethroskop.


szerint szerkesztett, de az irrigációs eljárásra berendezett urethroskop, melynek külső végébe egy gyűjtő-lencse, ennek hüvelyére pedig a fotografáló lemezt tartalmazó kis doboz (*camera obscura*) van illesztve. A lemez körben forgatható, úgy, hogy egymásután 4 fölvételt készíthetünk. Az eredeti fölvétel az urethroszkopiai képet harmadnagyságban mutatja, vagyis, ha a tubus *Charr. 27.* számnak felel meg, akkor a fotogramm átmérője 2.5 mm lesz. A kicsiny negatívból azután nagyított fényképet készítettünk. A nagyítást begyakorolt fotográfus készíti, nagyító-camerával.



Kollmann az Agfa-féle extrarapid, nagyon fényérzékeny fotografiai lemezeket alkalmazza. Ezek csak körülbelül 15 másodpercenyi exponálást igényelnek.

A 75. ábra Kollmann néhány fotogrammjának a másolatát mutatja. E fotogrammok a következő tükröleleteknek a képei:

75. ábra




A Kollmann-féle fotografáló-urethroskoppal készült fotogrammok.

1. Normális nyálkahártya. (Pars pendula.) 2. Átjárhatatlan húgycsőszűkület, fent álút. 3. Heges köteg a pars bulbosa-ban. 4. Psoriasis mucosae. 5. Széles alapon ülő papilloma. 6. Nyeles papilloma.

Sokkal jellegzetesebbek azok a fotogrammok, melyeket Goldschmidt készített (77. és 78. ábra) oly módon, hogy a Nitze-

76. ábra.



A Goldschmidt-féle fotografáló urethroskop..

féle, kystoskopiai fotografálásra szolgáló camera obscura-t alkalmazta irrigációs urethroskopjára. (76. ábra) Minthogy az irrigációs urethroskopokban lévő optikai készülék a tükröképet jelentékenyen nagyítja, a fotografiai felvétel alkalmával a lemezen élesebb képet nyerünk és ennek megfelelő módon való nagyítása útján meg-



lepően szép és jellegzetes fotogrammokat készíthetünk. *Goldschmidt*-nek itt reprodukált fotogrammjai a következő tükörleteknek a képei:

75. ábra. Tükörképek a *pars anterior*-ból. 1. Normális nyálkahártya, fent lacunák. 2. Fent diverticulumszerű lacuna. 3. Fekély az alsó húgycsőfalán.


76. ábra. Képek a *hátulsó* húgycsőrészből: 1. Normális ondódomb. 2. Dagadt ondódomb. 3. Idült prostatitis.

77. ábra.



Fotogrammok az előlső húgycsőrészből (*Goldschmidt*).

78. ábra.



Fotogrammok a hátsó húgycsőrészből (*Goldschmidt*).

Mint hogy a *Goldschmidt*-féle készülékek alkalmazásakor az eszköz egyes részeinek a látótérben való mutatkozása által a nyálkahártya képének egy része eltakartatik, a tükörkép a fotogramokon is hasonló módon jelentkezik. Az eszköznek helyzetváltoztatása illetőleg más-más területek lefotografálása útján azonban egymást kiegészítő s így teljes tájékozást nyújtó képekhez juthatunk.

E fotogrammok korántsem oly jellegzetesek, mint a hólyagból nyert fényképek — hiszen a hólyagban rendszerint nagyobb terjedelmű és plasztikusabb tükörletekkel van dolgunk. De azért a sikerült húgycső-fotogrammok értékességét és azok didaktikai hasznosságát is el kell ismernünk.











X. SZINNYOMÁSÚ URETHROSKOPIAI KÉPEK.



### A színnyomású tükörcépek magyarázata.

Az itt következő tükörcépek urethroszkopiai leleteim, illetve eredeti rajzaim alapján készültek. (Csak 4 képet közlünk más szerzők nyomán; ezeket az illető táblák magyarázatában külön jelezzük.) A festményeket utbaigazításom mellett *Köves*, *Thoroczkay* és *Hémann* festőművész urak voltak szivesek elkészíteni. (Ez alkalommal megjegyzem, hogy a szöveg között lévő *eredeti tollrajzok* java része, *Barkász*, *Thoroczkay* és *Hémann* művész urak termékei.

A 4 első tábla képei a panelektroskoppal, továbbá a *Brünings*-, a *Casper*- és a *Luys*-féle urethroskopokkal nyert leleteket ábrázolják, részben eredeti nagyságban (III. tábla), részben kétszeres nagyításban (I., II. és IV. tábla). Az V. tábla képei a *Goldschmidt*- és a *Wossidlo*-féle irrigációs urethroskopokkal nyert tükörleleteket tünteti fel, eredeti nagyságukban. A vizsgálat rendszerint 27 Charr. számú tubussal történt.

A képek *szineire* vonatkozólag a következőket kell megjegyeznünk: Azok az urethroskopok, melyeknek fényforrása a tubusban van, melyek tehát közvetlenül világítják meg a nyálkahártyát (minő a *Luys*-féle urethroskop is), a beállított terület élénkebb színben mutatják, mint azok, melyeknek fényforrása a tubuson kívül van (minők a panelektroskop, a *Casper*- és a *Brünings*-féle készülékek). Az *irrigációs urethroskop* a beállított területet fakó, szürkés-, vagy sárgásfehér színben tünteti fel. Minthogy ily szint nehéz reprodukálni és az ily képnek didaktikai értéke alig volna, a legtöbb esetben akkép jártunk el, hogy az irrigációs készülékkel észlelt urethroszkopiai képeket oly színben reprodukáltuk, aminőben az illető terület egyéb urethroskoppal való megtekintés alkalmával jelentkezett.







## I. tábla.

### *Az egészséges húgycső.*

(A 9., 11. és 12. kép a Luys-féle urethroskoppal nyert leleteket ábrázolja. (Az ovális sötét folt a lámpa által eltakart hely.) A többi kép a jelzett egyéb urethroskoppal észlelt tükröleteket mutatja.)

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fossa bulbi. (Bővérű nyálkahártya).</li> <li>2. Fossa bulbi. A látótér baloldali felső részében Morgagni-féle lacuna. (Anaemiás nyálkahártya).</li> <li>3. Pars cavernosa közepe. (Egyenes — axiális — beállítás).</li> <li>4. Pars cavernosa. Bővérű nyálkahártya. (Ferde beállítás).</li> <li>5. Pars cavernosa. A látótér jobboldalán elágazódó finom véreerek, a baloldalon fent nagy Morgagni-féle lacuna. (Fali — parietális — beállítás).</li> <li>6. Fossa navicularis. (Bővérű nyálkahártya).</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. A fossa navicularis előtti húgycsőrészlet.</li> <li>8. Pars membranacea. (A központi rés körül csekély vérzés okozta piros elszínesedés).</li> <li>9. Ugyanazon húgycsőrészlet, a Luys-féle urethroskoppal szemlélve.</li> <li>10. Az ondódomb mögötti húgycsőrészlet, az ondódomb hátulsó szélével.</li> <li>11. Pars prostatica. Alacsony ondódomb az utriculus prostaticus nyílásával.</li> <li>12. Pars prostatica. Magas ondódomb az utriculus prostaticus nyílásával.</li> </ol> |
|---|--|



I tábla

Az orvosi vizsgálatok

(A 9. 11. és 12. tábla a 10. tábla (a) mellékletének egy részét képezi.)  
(Az orvosi vizsgálatok a tábla (a) mellékletének egy részét képezik.)  
Egyéb orvosi vizsgálatok a tábla (a) mellékletének egy részét képezik.)

7. A tábla mellékletének 10. tábláján	1. Tábla mellékletének 10. tábláján
8. Tábla mellékletének 10. tábláján	2. Tábla mellékletének 10. tábláján
9. Tábla mellékletének 10. tábláján	3. Tábla mellékletének 10. tábláján
10. Tábla mellékletének 10. tábláján	4. Tábla mellékletének 10. tábláján
11. Tábla mellékletének 10. tábláján	5. Tábla mellékletének 10. tábláján
12. Tábla mellékletének 10. tábláján	6. Tábla mellékletének 10. tábláján





1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.







## II. tábla.

### *Urethritis gonorrhoeica.*

(A 10. és 11. kép a Luys-féle, a többi az egyéb urethroskopokkal nyert leleteket ábrázolja.)

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. <i>Urethritis gonorrhoeica subacuta.</i><br/>(<i>Pars cavernosa</i>).</p> <p>2. <i>Urethritis gonorrhoeica subacuta.</i><br/>(<i>Pars cavernosa</i>).</p> <p>3. <i>Urethritis gonorrhoeica subacuta.</i><br/>(<i>Fossa navicularis</i>).</p> <p>4. <i>Urethritis gonorrhoeica chronica.</i><br/>Baloldalt lágy infiltratum granulatiókkal. (<i>Pars cavernosa</i> hátulsó része).</p> <p>5. <i>Urethritis gonorrhoeica chron.</i><br/>Baloldalt fönt glanduláris jellegű merev infiltratum, nagy gyuladt lacunával. Lent merev infiltratum összenyomott nyílású lacunával. E helyütt kisebbfokú argyrosis. Jobb- és baloldalt szabálytalan ráncok. Szabálytalan központi rés. (A fossa bulbi elülső határa).</p> <p>6. <i>Urethritis gonorrhoeica chron.</i><br/>Baloldalt lágy infiltratum granulatiókkal. Jobboldalt friss merev infiltratum lacunával. A ráncoltság a látótér legnagyobb részén hiányzik. A köz-</p> | <p>ponti rés szabálytalan. (<i>Fossa bulbi</i>).</p> <p>7. <i>Urethritis gonorrhoeica chronica.</i><br/>Baloldalt lágy beszűrődés granulatiókkal. Jobboldalt a nyálkahártya vongálása következtében sűrű ráncok. — (<i>Fossa bulbi</i>).</p> <p>8. <i>Urethritis gonorrhoeica chronica.</i><br/>Régi eset. Merev infiltratumok. Fönt lacuna. Jobboldalt gyuladt Littre-mirigyek. (<i>Fossa bulbi</i>).</p> <p>9. <i>Urethritis gonorrhoeica chronica.</i><br/>Régi eset. Merev infiltratumok. Fönt nagy cysta. (<i>Pars cavernosa</i> hátulsó része).</p> <p>10. <i>Urethritis gonorrhoeica chronica.</i><br/>Lágy beszűrődések. Baloldalt gyuladt Morgagni-féle lacuna. (<i>Pars membranacea</i>).</p> <p>11. <i>Urethritis gonorrhoeica chronica.</i><br/>Dagadt ondódomb. (<i>Pars prostatica</i>).</p> <p>12. <i>Urethritis gonorrhoeica chronica.</i><br/>(A <i>pars prostatica</i>-nak az ondódomb mögötti része).</p> |
|---|--|









1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.







### III. tábla.

*Különböző kóros folyamatok eseteiben észlelt tükörcépek, eredeti nagyságban.*

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urethritis non gonorrhoeica.</li> <li>2. Égési var. (Koncentrált arg. nitricum - oldat befecskendése után).</li> <li>3. Sublimat befecskendése okozta égések. (Varral fedett helyek).</li> <li>4. Heges elváltozások. Granulatiók.</li> <li>5. Cysta galvanokausztikai kiirtása után visszamaradt heg.</li> <li>6. Csoportos szemölcsök.</li> <li>7. Csoportos szemölcsök. (Fali beállítás).</li> <li>8. Papillomák.</li> <li>9. Fibroma papillare.</li> <li>10. Fibroma papillare.</li> <li>11. Urethritis desquamativa.</li> <li>12. Argyrosis.</li> <li>13. Fistula</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>14. Idegen-test. A szűkült húgycső-részletben maradt, leszakadt bougie-darab.</li> <li>15. Lues. (Papulás exanthema).</li> <li>16. Húgycső-sérülés, húgycső-kő erőszakos eltávolítása után fejlődött felületes heg. Az urethro-skop betolása következtében tűszúrásnyi helyeken vérzés.</li> <li>17. Húgycső-carcinoma, 15 cm.-nyire a külső húgycsőnyílástól. (Burckhardt esete).</li> <li>18. Gümős fekély az ondódombon.</li> <li>19. Prostata-kő. (A tubus nyomása következtében a sulcusban lévő kő az ondódomb közepébe lett szorítva).</li> <li>20. Concrementum a pars prostatica-ban.</li> </ol> |
|---|--|



III. tábla

Különböző körök felülmérési adatainak részletes leírása és az eredmények.

1. Kör	1. Kör
2. Kör	2. Kör
3. Kör	3. Kör
4. Kör	4. Kör
5. Kör	5. Kör
6. Kör	6. Kör
7. Kör	7. Kör
8. Kör	8. Kör
9. Kör	9. Kör
10. Kör	10. Kör
11. Kör	11. Kör
12. Kör	12. Kör
13. Kör	13. Kör
14. Kör	14. Kör
15. Kör	15. Kör
16. Kör	16. Kör
17. Kör	17. Kör
18. Kör	18. Kör
19. Kör	19. Kör
20. Kör	20. Kör





1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.







#### IV. tábla.

E táblázat javarészt az előbbi tábla képeit tünteti fel, kétszeres nagyításban.

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sublimat befecskendése okozta égések (varral borított helyek).</li> <li>2. Heges elváltozások. Granulatiók.</li> <li>3. Ugyanazon papillomák. (Fali beállítás.)</li> <li>4. Csoportos papillomák.</li> <li>5. Fibroma papillare.</li> <li>6. Urethritis desquamativa.</li> <li>7. Húgycső-fistula. Heges nyálkahártya. A fistulába finom fémkutató van illesztve</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Psoriasis mucosae. (<i>Wossidlo</i> esete).</li> <li>9. Idegen-test. A szűkült húgycső-részletben maradt, leszakadt bougie. (A Le Fort-féle eszköz kihúzása közben a bougie csavaros vége levált.)</li> <li>10. Gümős fekély az ondódombon.</li> <li>11. Prostata-kő.</li> <li>12. Concrementum a pars prostatica-ban.</li> </ol> |
|---|---|



## IV. tábla

E-táblázat javarészt az előbbi tábla képest történt fel. katasztrófák  
megyefőzések

1. Szilvénél belcsikendés okozta széles (nyitva) portolt (hálózat)	8. Fővárosi művelődési (Wendin)
2. Helyes elváltatások (Grunwaldok)	9. Helyes-től A székely hágyó- területen maradt, testvérei bontás (A. La. Fort-éke ezeken kibírás közben a bontás csavaros vége miatt)
3. Gyászon papillomák (Fali békítés)	10. Gárdai tély az andódombon
4. Csoportos papillomák	11. Prosta-kő
5. Fibroma papillomák	12. Concretum a pars prosta tiszta
6. Testületi desquamativa	
7. Hányó-betűk, Helyes nyálka- bontás A betűkben lecsúszott van illesztve	





1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.







## V. tábla.

Az irrigációs urethroskopokkal nyert leletek.

1. Normális elülső húgycsőrészlet. Fent lacunák (*Goldschmidt* után).
2. Elülső húgycsőrészlet. Lent sekély fekélyedés. (*Goldschmidt* után.)
3. Hátsó húgycsőrészlet. Normális ondódomb. Az utriculus nyílása látható. (Világítás hátulról).
4. Prostatitis chronica. Dagadt ondódomb. (Világítás felülről).
5. Prostatitis chronica. Az ondódomb mögötti táj. (Világítás felülről).
6. Idült kankó. Neurasthenia sexualis. Jelentékenyen megnagyobbodott karélyos ondódomb. (Világítás felülről).
7. Neurasthenia sexualis. Az ondódomb atrophíája. (Világítás hátulról).
8. Lezajlott idült prostatitis. Prostatorrhoea. Spermatorrhoea. Petyhüdt anaemiás ondódomb. Baloldalt tátongó ductus ejaculatorius. (Világítás felülről).
9. Dagadt ondódomb. Az ondódomb szélén papillomák. (Világítás felülről).
10. Tuberculosis urogenitalis. Ondódomb mögötti terület. Széteső gümők. (Világítás felülről).
11. Fibroma papillare. Ondódomb mögötti terület. (Világítás felülről).
12. Bolyhos fibroma papillare. Ondódomb mögötti terület. (Világítás felülről).



## V. tábla.

Az írógépek mechanizmusainak egyes részeit.

1. Négyzet alakú rugószerkezet. Fém lemez (Gölscher- típus)	1. Négyzet alakú rugószerkezet. Fém lemez (Gölscher- típus)
2. Húzó rugószerkezet. Fém re- szelék (Gölscher- típus)	2. Húzó rugószerkezet. Fém re- szelék (Gölscher- típus)
3. Húzó rugószerkezet. Fém- lemez és rugószerkezet. nyílás (Világos tá- roló)	3. Húzó rugószerkezet. Fém- lemez és rugószerkezet. nyílás (Világos tá- roló)
4. Próbákronika. Fém és papír (Világos tá- roló)	4. Próbákronika. Fém és papír (Világos tá- roló)
5. Próbákronika. Fém és papír (Világos tá- roló)	5. Próbákronika. Fém és papír (Világos tá- roló)
6. Próbákronika. Fém és papír (Világos tá- roló)	6. Próbákronika. Fém és papír (Világos tá- roló)
7. Próbákronika. Fém és papír (Világos tá- roló)	7. Próbákronika. Fém és papír (Világos tá- roló)
8. Próbákronika. Fém és papír (Világos tá- roló)	8. Próbákronika. Fém és papír (Világos tá- roló)
9. Próbákronika. Fém és papír (Világos tá- roló)	9. Próbákronika. Fém és papír (Világos tá- roló)
10. Próbákronika. Fém és papír (Világos tá- roló)	10. Próbákronika. Fém és papír (Világos tá- roló)
11. Próbákronika. Fém és papír (Világos tá- roló)	11. Próbákronika. Fém és papír (Világos tá- roló)
12. Próbákronika. Fém és papír (Világos tá- roló)	12. Próbákronika. Fém és papír (Világos tá- roló)





1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.















## Névmutató.

	Lap		Lap
Ahlström ... ..	109	Janet ... ..	23, 110
Antal ... ..	7, 35, 186	Jarjavai ... ..	173
Aschoff ... ..	173	Johnston ... ..	147
Aubert ... ..	147	Kalischer ... ..	15
Bazy ... ..	197	Kaufmann ... ..	33, 41
Beigel ... ..	190	Klingmüller ... ..	133
Bernd ... ..	133	Knorr ... ..	32, 105
Bertarelli ... ..	147	Kollmann ... ..	8, 129, 142
Bettmann ... ..	112	Korányi ... ..	164
Biach ... ..	167	Kramer ... ..	111
Blaschko ... ..	109	Langlebert ... ..	4
Bockhardt ... ..	147	Lavaux ... ..	111
Bogolyuboff ... ..	199	Lederer ... ..	197, 198
Bókay J. ... ..	199	Legueu ... ..	197
Bozzini ... ..	2	Lenhossék ... ..	11, 173, 174
Britnew ... ..	192	Lewin ... ..	112
Buday ... ..	93, 157, 186	Linder ... ..	147
Bumm ... ..	146	Loeb ... ..	112
Burckhardt ... ..	176, 182	Lohnstein ... ..	129, 130, 133
Cadiat ... ..	18	Loumeau ... ..	197
Casper ... ..	30, 63	Luschka ... ..	20
Chadzynski ... ..	197	Luys ... ..	39
Cocco ... ..	199	Marchal ... ..	200
Cruise ... ..	4	Mark ... ..	170
Delbert ... ..	173	Messer ... ..	173
Denk ... ..	199	Michel ... ..	192
Desnos ... ..	111	Mihalkovics ... ..	173
Désormeaux ... ..	3	Minet ... ..	197
Dittel ... ..	184	Monsarrat ... ..	192, 199
Dollinger ... ..	200	Moran ... ..	112
Du Bois ... ..	192	Motz ... ..	161
Eitner ... ..	133	Müller ... ..	192
Englisch ... ..	184, 197	Neelsen ... ..	11
Finály ... ..	199	Neisser ... ..	11, 23, 107
Finger ... ..	11, 20, 21, 142	Nitze ... ..	3, 6
Follen-Cabot ... ..	112	Oberlaender 6, 93, 94, 142, 160, 189, 190	
Frank ... ..	112, 183, 197	Otis ... ..	21, 22
Frisch ... ..	176, 177, 184	Pajor ... ..	95
Fritsch ... ..	147	Péan ... ..	190
Fronstein ... ..	197	Pluym ... ..	147
Fuchs ... ..	109	Porosz ... ..	201
Fürstenheim ... ..	4	Pousson ... ..	200
Galewsky ... ..	147	Quain ... ..	181
Gerassimoff ... ..	199	Ráskai ... ..	180
Glinger ... ..	167	Reliquet ... ..	111
Goldberg ... ..	147	Robin ... ..	18
Goldschmidt 7, 8, 103, 177	182	Rollet ... ..	20
Grosz ... ..	147	Rotter ... ..	111
Grünfeld ... ..	5, 71, 95, 186, 199	Roucayrol ... ..	130
Guyon ... ..	163, 180	Rovsing ... ..	180
Güterbock ... ..	173	Rufanoff ... ..	199
Haberern ... ..	199	Schlenzka ... ..	182
Halle ... ..	161	Scholtz ... ..	112
Hacken ... ..	4	Ségallas ... ..	3
Hendriksz ... ..	199	Selhorst ... ..	182
Hoffmann ... ..	147	Socin ... ..	172
Iversen ... ..	173		







## Tárgymutató.

Lap	Lap		
Abortív gyógyító eljárás. (A hevenyész kankó a. kezelése) ...	107	Ductus ejaculatorii nyílásai ...	16
Abortív eljárás instillatiók útján	112	Edison-féle izzólámpa mint fényforrás ...	7
Abortív eljárás Janet szerint ...	110	Ejaculatio praecox ...	202
Abortív eljárás prolongált injekciók útján ...	109	Elektrocoagulatio ...	133
Abortív eljárás thermoterapia útján ...	112	Elektrod (urethroszkopiai) ...	130
Abortív eljárás urethroszkopiai úton ...	113	Elektrod (Kollmann-féle) ...	130
Abusus sexualis ...	202	Elektrod (Oberlaender-féle) ...	131
Aërourethroskop (Antal-féle) ...	35	Elektrolysises eljárások ...	130
Aërourethroskop (Fenwick-féle) ...	37	Elektrolysises módszer Roucayrol szerint ...	130
Akkumulátorok ...	53	Előkészületek az urethroszkopiai vizsgálatra ...	65
Álút (fausse route) ...	104	Endoskopia (fogalma) ...	1
Antiszepszis ...	60	Epithelioma papillare ...	157
Argyrosis mucosae ...	200	Érzéstelenítés ...	47, 57
Arzberger-Feleký-féle prostatahűtőkészülék ...	151, 179	Fausse route ...	104
Aspirator (Kollmann-féle) ...	98	Fejlődési anomaliák... ..	197
Aszepszis ...	60	Fekély (sanker) a húgycsőben	167
Atonia prostatae ...	200	Fenwick-féle aërourethroskop ...	37
Atrophia prostatae ...	184	Fényreflex a nyálkahártyán ...	77
Beszűródések a nyálkahártyában ...	91	Fibroma papillare ...	157, 186
Bénique-féle mértékrendszer ...	21	Fistula urethrae ...	169
Billentyű a húgycsőben ...	197	Flexura praepubica ...	11
Bornemann-féle urethroszkopiai kés ...	134	Flexura subpubica ...	11
Bozzini-féle készülék ...	2	Fogó (idegen test eltávolítására) ...	194
Bőrbajok a húgycsőben ...	167	Fossula prostatica ...	16
Brünings-féle urethroskop ...	32	Fotografálás (urethroszkopiai)	205
Buerger-féle kystourethroskop	49	Fotografáló urethroskop Kollmann szerint ...	205
Carcinoma a húgycsőben ...	189	Fotografáló urethroskop Goldschmidt szerint ...	206
Casper-féle urethroskop ...	30	Fulguratio ...	133
Catarrhus colliculi seminalis	203	Gagstatter-féle tubus ...	30
Charnieres obturator ...	81	Galvanokausztikai eljárás ...	132
Charrière-féle mértékrendszer	21	Galvanokauter (urethroszkopiai)	133
Collet fibreux ...	80	Galvánteleg mint áramforrás	54
Collin-féle fogó idegen-test eltávolítására ...	193	Goldschmidt-féle irrigációs urethroskop az elülső húgycső-részlet számára ...	45
Condyloma acuminatum ...	186	Goldschmidt-féle irrigációs urethroskop a hátsó húgycső-részlet számára ...	46
Cowper-féle mirigyek ...	16, 76	Gonorrhoeás húgycsőgyulladás	88
Crista urethralis... ..	15	Gonorrhoeás húgycsőgyulladás Abortív gyógyító-eljárás ...	107
Csikoltság (a nyálkahártya cs.-a)	76	Gonorrhoeás húgycsőgyulladás. (Gógyulásának urethroszkopiai és egyéb kriteriumai) ...	141
Csiramentesítés ...	60	Gonorrhoeás húgycsőgyulladás. (Kórjelzés) ...	88
Cystoskopia a vision directe ...	85	Gonorrhoeás húgycsőgyulladás. (Rendszeres kezelés) ...	116
Daganatok a húgycsőben ...	186	Gonorrhoeás (idült) húgycsőgyulladás. Therapia ...	122
Désormeaux-féle endoskop ...	3		
Dezinficiálás ...	64		
Diathermiás beavatkozások ...	132		
Dilatatorium (Hacken-féle) ...	4		
Dilatatorium (Kollmann-féle) ...	130		
Dilatatorium (Oberlaender-féle)	129		
Dittel-féle porte remède ...	128		
Diverticulum a húgycsőben	192, 197, 199		



	Lap		Lap
Görl-féle urethroskop ... ..	31	Littre-féle mirigyek ... ..	18, 76
Granulatiók ... ..	156	Lobus pathologicus prostatae Welpéau ... ..	172
Grünfeld-féle endoszkop ... ..	5	Lues a húgycsőben ... ..	168
Grünfeld-féle pálcikatartó ... ..	126	Luys-féle urethroskop ... ..	39
Grünfeld-féle szorítókaacs ... ..	190	Magfolyás (spermatorrhoea) ...	202
Grünfeld-féle tampontartó ... ..	58	Magömlések (pollutiones) ... ..	203
Guérin-féle billentyű ... ..	16, 197	Massage-készülék (Feleky-féle)	142
Gumma a húgycsőben ... ..	165	Massage-készülék (urethrosko- piai) ... ..	129
Guyon-féle csöppentő-készülék	57	Masturbatio ... ..	203
Gümös fekély a húgycsőben ...	162	Mechanikai gyógyító-eljárás ...	128
Hámréteg. (A húgycső h.-e)	14	Megaloszkop urethrale ... ..	33
Hámfelrakodások ... ..	97	Merev beszűrődések ... ..	99
Haematospermia spuria ... ..	156	Mikrostat, kapcsoló-készülék ...	53
Haematuria terminalis ... ..	156	Monopol, kapcsoló-készülék ...	53
Herpes a húgycsőben ... ..	168	Morgagni-féle gödrök ... ..	16, 76
Hevenyész kankó kórjelzése ...	88	Nagyító-készülék, Feleky-féle ...	33
Hevenyész kankó terapiája ...	106	Nagyító-készülék, Goldschmidt- féle ... ..	44
Húgycső. Anatómiai és physio- logiai adatok ... ..	11	Nagyító-készülék, Kaufmann- féle ... ..	41
Húgycső. A húgycső hosszú- sága ... ..	18	Nagyító-készülék, Leiter-féle ...	29
Húgycső. A húgycső kalibere	19	Nagyító-készülék, Luys-féle ...	40
Húgycső. A húgycső lumene	19	Nagyító-készülék, Kollmann- Wiehe-féle ... ..	42
Húgycső. A húgycső tágulés- konysága ... ..	19	Nem gonorrhoeás húgycsőgyu- ladás különböző alakjai ... ..	147
Húgycső-diverticulum ... ..	192	Nemi abusus ... ..	151, 202
Húgycső-fistula ... ..	169	Neurasthenia sexualis ... ..	201
Húgycső-kő ... ..	192	Nitze-féle urethroskop ... ..	6
Húgycső-szűkület ... ..	104, 169	Női húgycső kankója ... ..	145
Hyperaemia colliculi seminalis	202	Oberlaender-féle dilatatorium... Oberlaender-féle elektrod ... ..	129 132
Hypertrophia prostatae ... ..	180	Oberlaender-féle urethroskop... Ondódomb ... ..	6 15
Idegen test a húgycsőben ... ..	194	Ondódomb (Az o. anaemiája)	151
Idült gonorrhoeás urethritis ...	90	Ondódomb. (Az o. atrophíája)	103
Idült kankó kórjelzése ... ..	96	Ondódomb (Az o. hyperaemiája)	151
Idült kankó terapiája ... ..	122	Otis-féle urethrometer ... ..	21
Infiltratumok a húgycső nyál- kahártyájában ... ..	91	Oxaluria ... ..	153
Irrigációs urethroszkopia ... ..	44	Öblítő-dilatatoriumok ... ..	130
Jacoby-féle retrograd urethro- skop ... ..	49	Pachydermia ... ..	95, 138
Janet-féle eljárás ... ..	110	Pálcikatartó (urethroszkopiai) ...	126
Kapcsoló-készülékek ... ..	52	Panelektroskop ... ..	7, 28
Katheter-purin ... ..	63	Pantostat ... ..	53
Kaufmann-féle urethroteleskop ... ..	33, 41	Papillák ... ..	18
Kollmann-féle dilatatorium ...	129	Papillomák ... ..	93, 188, 201
Kollmann-féle elektrod ... ..	131	Paraurethrás járatok ... ..	18, 142
Kollmann-féle galvanokauter ...	133	Parietális beállítás. (A tubus p. b.-a) ... ..	71
Kollmann-Wiehe-féle urethro- skop ... ..	41	Pars anterior urethrae ... ..	12
Komplikációk (a kankó egyes komplikációi) eseteiben észlel- hető urethroszkopiai képek ...	103	Pars posterior urethrae ... ..	12
Középső karély (a prostata k. k. a.) ... ..	172	Pemphigus a húgycsőben ... ..	167
Központi rés ... ..	71	Phosphaturia ... ..	153
Kürett (urethroszkopiai) ... ..	134	Pollutiones diurnae ... ..	202
Lacunae urethrales ... ..	16	Pollutiones nocturnae ... ..	202
Lágy beszűrődések ... ..	97	Porfúvó-készülék (Feleky-féle)	127
Leiter-féle panelektroskop ...	7, 28	Postgonorrhoeás urethritis 95, 104, ... ..	140
Lichen ruber planus a húgycső- ben ... ..	167	Potentia coeundi csökkenése ...	202
Lissosphincter urethrae ... ..	15	Praeputiális járatok ... ..	142
		Praeurethrás prostatarészlet ...	173



Lap	Lap		
Prostata, kivezető-csővei ... ..	16	Urethritis gonorrhoeica acuta therapiája ... ..	106
Prostata-hűtőkészülék ... ..	179	Urethritis gonorrhoeica chro- nica kórjelzése ... ..	90
Prostata-kő ... ..	192	Urethritis gonorrhoeica chro- nica terapiája ... ..	122
Prostata-sorvadás ... ..	172, 184	Urethritis irritativa ... ..	150
Prostata-túltengés ... ..	172, 180	Urethritis non gonorrhoeica ...	147
Prostatitis chronica ... ..	172, 174	Urethritis papillomatosa ... ..	156
Prostatorrhoea ... ..	202	Urethritis postgonorrhoeica	95, 104, 140
Provokáló-eljárás (Neisser- féle) ... ..	142	Urethritis traumatica ... ..	153
Pseudogonorrhoea ... ..	147	Urethrocele ... ..	192
Psoriasis mucosae ... ..	167	Urethrometer ... ..	22
Psychrophor ... ..	151	Urethroscopia (Az u. fogalma)	1
Ráncolság (A húgycső r.-a.) ...	75	Urethroscop ... ..	2
Ranschburg—Perlusz-féle mi- krostat ... ..	53	Urethroscop (Antal-féle aëro- urethroscop) ... ..	7, 35
Rhabdosphincter urethrae... ..	15	Urethroscop (Burger-féle kys- tourethroscop) ... ..	48
Rheostat (közbeiktatásra) ...	39, 52	Urethroscop (Bozzini-féle)... ..	2
Sanker a húgycsőben ... ..	167	Urethroscop (Brünings-féle) ...	32
Sarcoma a húgycsőben ... ..	190	Urethroscop (Casper-féle) ... ..	30
Segédeszközök (urethroscopiai)	57	Urethroscop (Désormeaux-féle)	4
Ségélas-féle speculum uréthro- cystique ... ..	3	Urethroscop (Feleky-féle me- galoskop) ... ..	34
Sexualis abusus ... ..	151, 202	Urethroscop (fotografáló, Gold- schmidt szerint) ... ..	8, 200
Sexualis neurasthenia ... ..	201	Urethroscop (fotografáló, Koll- mann szerint) ... ..	8, 205
Sklerosis a húgycsőben ... ..	165	Urethroscop (Görl-féle) ... ..	31
Sömör a húgycsőben ... ..	167	Urethroscop (Grünfeld-féle) ...	5
Spatula (urethroscopiai) ... ..	98	Urethroscop (irrigációs)	7, 45, 46, 48
Speculum (alkotórészei)... ..	27	Urethroscop (irrigációs, Gold- schmidt-féle, az elülső húgy- csőrészlet számára) ... ..	45
Speculum (A sp. bevezetése) ...	66	Urethroscop (irrigációs, Gold- schmidt-féle a hátsó húgy- csőrészlet számára) ... ..	46
Speculum (egyenes sp.-ok) ...	27	Urethroscop (Wossidlo-féle) ...	48
Speculum (kathéteralaku sp.-ok)	27	Urethroscop (Jacoby-féle retro- grad u.) ... ..	49
Speculum (tágító-sp. Auspitz szerint) ... ..	35	Urethroscop (Kollmann-Wiehe- féle) ... ..	41
Speculum (tágító-sp. Brown szerint) ... ..	38	Urethroscop (Leiter-féle) ... ..	39
Speculum (tágító-sp. Smith szerint) ... ..	35	Urethroscop (Loewenhardt-féle)	41
Speculum uréthro-cystique... ..	3	Urethroscop (Luys-féle) ... ..	39
Spermatorrhoea defaecations	202	Urethroscop (Oberlaender-féle)	6
Spermatorrhoea mictionis ...	202	Urethroscop (Valentine-féle) 7,	38
Sphincter urethrae laevis ... ..	15	Urethroscop (Wasserthal-féle)	42
Sphincter urethrae striatus ...	15	Urethroscop (W o s s i d l o - f é l e operációs) ... ..	51, 135
Sterilizátor ... ..	60	Urethroscop (Wossidlo E.-féle urethroscopia posterior szá- mára) ... ..	48
Strictura urethrae ... ..	165	Urethroscopiai aspirator ... ..	98
Strictura urethrae congenitalis	197	Urethroscopiai vizsgálóasztal...	65
Sulci prostatici ... ..	15	Urethroscopiai elektrod ... ..	131
Syphilis a húgycsőben ... ..	165	Urethroscopiai fogó ... ..	195
Szemölcsös képletek a húgy- csőben ... ..	156, 179	Urethroscopiai fotografálás	8, 205
Szin (A nyálkahártya színe) ...	74	Urethroscopiai galvanokauter	133
Tölesér (urethroscopiai) ... ..	71	Urethroscopiai kanül ... ..	125
Tükörképek az elülső húgy- csőrészletből ... ..	79		
Tükörképek a hátsó húgy- csőrészletből ... ..	81		
Ultzmann-féle csöppentő-készü- lék ... ..	52		
Uraturia ... ..	153		
Urethra duplex ... ..	200		
Urethritis desquamativa ... 94,	138		
Urethritis gonorrhoeica ... ..	86		
Urethritis gonorrhoeica acuta kórjelzése ... ..	88		



	Lap		Lap
Urethroszkopiai kés ... ..	134	Valentine-féle urethroskop...	7, 38
Urethroszkopiai kürett ... ..	134	Valvula fossae navicularis ... ..	197
Urethroszkopiai pálcikatartó ...	126	Valvule prostatique Mercier ...	173
Urethroszkopiai porfúvókészülék	127	Világrahozott diverticulum	197, 199
Urethroszkopiai segédeszközök	57	Világrahozott szűkület ... ..	169
Urethroszkopiai spatula ... ..	98	Villamos áramot szolgáltató ké-	
Urethroszkopiai tampontartó ...	58	szülékek ... ..	52
Urethroszkopok (használatos) ...	26	Vizsgálati urethroszkopiai segéd-	
Urethroszkopok alkotórészei ...	26	eszközök ... ..	57
Urethroszkopok belső fényfor-		Vizsgáló-asztal ... ..	65
rással ... ..	38	Wasserthal-féle urethroskop ...	42
Urethroszkopok irrigációs készü-		Weir-féle urethrometer... ..	21
léssel ... ..	44	Wossidlo E.-féle operációs	
Urethroszkopok külső fényfor-		urethroskop ... ..	51, 135
rással ... ..	28	Wossidlo H. irrigációs ure-	
Urethroszkopok fúvó-készülék-		throskopja ... ..	48
kel... ..	35, 42	Wossidlo H. készüléke urethro-	
Urethroteleskop ... ..	33, 41	skopia posterior számára ...	42
Utriculus prostaticus ... ..	16	Xerosis mucosae ... ..	95, 138
Uvula vesicae ... ..	15		









Faint, illegible text in the upper left quadrant, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text in the upper right quadrant, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

